

省第二人民医院过氧化氢低温等离子灭菌器及电子阴道镜采购项目(二次)中标 (成交) 明细

受省第二人民医院委托，采用进行采购过氧化氢低温等离子灭菌器及电子阴道镜采购项目(二次)（项目编号：LZBF2022-1817。）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（过氧化氢低温等离子灭菌器及电子阴道镜采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西云慧博医疗器械有限公司

1.2、中标（成交）总价：439000.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	过氧化氢低温等离子灭菌器	白象牌 PS-150	1 适用范围：产品用于手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬性内窥镜的快速灭菌 2 灭菌系统：过氧化氢低温等离子体灭菌系统 *3 灭菌器容积：容积150L（注册证为准） 4 外观尺寸：深≤1200mm，宽≤900mm，高≤1800mm 5 工作电源：~380V，50HZ 工作电流：≤20A 最大功耗：≤4KW 6 灭菌仓结构及材质：方形腔体，舱体材质为铝合金材质 7 门数量及开门方式：单门或双开门，自动开门 8 灭菌剂：浓度≥58%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统 *9 注液方式：卡匣式 10 灭菌温度：60°C±5°C 11 灭菌剂用量：≤4ml，用量误差<1% 12 等离子功率：≥500W，确保灭菌产物无害化 13 灭菌程序及时间：标准（管腔）灭菌模式≤40min、快速（器械表面）灭菌模式≤30min、增强（软式内镜）灭菌模式≤60min *14 "灭菌效果检测：能够对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔、直径≥1mm、长度≤500mm不锈钢管腔，提供灭菌效果检测报告。" 15 具有防夹手功能 16 报警系统：具有自动报警系统，故障代码提示，并自动控制灭菌停止与无害化 *17 液晶显示屏：≥7英寸超清液晶显示屏，使操作、观看更清晰直接；如是双开门双屏幕前后门同步显示 18 真空泵：耐腐蚀专用高性能真空泵，低噪音、低排放、抽空快、稳定性高，抽空速率≥16立方米/小时 19 真空泵保护装置：设有真空泵保护器 20 提纯系统：全系标配过氧化氢提纯分离系统，提供提纯装置检验报告。 21 油雾过滤器：具有排气油雾过滤系统，能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力使泵油回流到泵内重复使用减少油耗 22 空气过滤器：安装空气过滤器，过滤器直径0.3μm以上微粒，滤除效果应不低于99.5% 23 压力感应装置：产品设置压力传感装置能够应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围0-101KPa 24 抽真空控制阀：采购高真空档板电磁阀控制抽	1.00	个	295,000.00	295,000.00
2	电子阴道镜	TRME TR6000D	1* 整机要求：投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证证明其符合要求 2 阴道镜头性能 2.1 高清摄像模块 ≥200万像素，1080P视频输出。 2.2 整机系统水平分辨率≥1000TVL。 2.3 高清图像的采集质量≥1920*1080。 2.4 按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。 2.5 按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。 2.6 具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。 2.7 放大倍数为1~60连续放大（可调）。 2.8 镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm; 放大最大倍时 ≥φ6mm。 2.9 工作距离为放大3倍时230mm~350mm。 2.10 LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1°C（20min），辐射热≤350 W/m²,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥5000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥3000Lx;光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5。 2.11 图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lp/mm;色彩饱和度平均值为95%~120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS；	1.00	台	144,000.00	144,000.00