

# 陕西省人民医院医疗设备（XXZB2022-15）采购项目中标（成交）明细

受陕西省人民医院委托，采用进行采购医疗设备（XXZB2022-15）采购项目（项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1016）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（医疗设备（XXZB2022-15）采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：西安木林森生物科技有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：2190000.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	病房护理及医院设备	医疗设备（XXZB2022-15）采购项目	详见投标文件	一、妇科检查床：1、整体升降电动操作，托腿架等附件可根据患者实际情况调节。2、台面采用PU皮模具成型，表面无缝，皮垫可以便捷取下清洁。3、配置搁手板和搁腿架，表面为模具发泡成型。二、可视人流机：1、采用凸阵阴式手术探头。2、≥15英寸高分辨率医用彩色液晶显示器，带万向悬臂，方向可任意调节。3、采用数字波束形成技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变速技术以及多级电压发射等技术。三、妇科臭氧治疗仪：1、一体化设计，液晶屏显示，内置加热，自动恒温。2、具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。3、冲洗和治疗过程可显示，并可以自动记录冲洗及治疗的次数。四、电子阴道镜：1、镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。2、成像系统水平分辨率不低于1000TVL。3、放大倍数支持：1~36倍。五、LEEP刀：工作频率：强力电切、精细电切/内窥频率为330kHz,凝血频率430kHz，双极频率1MHz；（不同品牌产品允许频率数值的偏差，但不允许不同功能均为单一频率，需提供证明其功能的证明文件）。六、宫腔镜系统：1、触摸屏设计，屏幕尺寸≥7吋，可进行功能设置和常用参数显示。2、手术模式≥10种并可通过菜单进行客户自定义操作。七、生物刺激反馈仪：1、肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s），分辨率：≤0.5μV（r.m.s）。2、盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。交货期：合同签订后收到甲方通知之日起60日内。	1.00	批	2,190,000.00	2,190,000.00