

西安市第九医院CT维保服务中标（成交）明细

受西安市第九医院委托，采用进行采购CT维保服务（项目编码：**LZBB2022-1763**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（西安市第九医院CT维保服务项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安洛瑞电子科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**5670000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	服务名称	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
----	------	------	------	------	------	----	------	-------	-------

序号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	医疗设备维修和保养服务	CT维保	维护保养维修服务、设备及软硬件配套升级	1. 保修类型：维护保养维修服务、设备及软硬件配套升级。2. 投标人须为设备生产厂家或生产厂家授权的售后服务机构（须出具厂家授权委托书及售后服务承诺书）；3. 保修范围：Brilliance iCT所有系统软硬件（含球管、探测器、ICAP工作站等），提供每年≥4次维护保养服务，包括提供设备的安全检查，影像质量检查，远程诊断服务，运行状态检查和软件升级并出具检测报告。由维保方向院方提供一份计划性的定期维修报告。维保方在预期保养时间之前两周内通知院方保养时间，如因院方原因导致不能执行保养，双方重新确定保养时间。4. 移机服务要求：提供CT机移机服务一次，要求确保移机前后机器技术性能一致，且为交钥匙项目服务。5. 维修服务包含不限次人工所涉及的人工费用、交通差旅费等其它费用。6. 可通过远程系统24小时不间断监测设备运行健康状况，提供自动预警、主动预防和维修。7. 应提供持续的改进措施，消除隐患故障。8. 当所保设备出现故障时，可拨打长期固定的维修服务热线，维保方在24小时内赶到现场派工程师进行指导或赴现场维修。9. 保证设备的开机率≥95%（1年按365天计算）；如未满足开机率，每延误1天延长维保3天，以此类推。10. 维保方须密切配合卫生部门、环保部门、计量部门等有关部门的检测工作，包括检测前对设备进行全面调校，保证各项技术指标符合标准；配合院方对有关部门工作人员提出的技术问题解答及技术调校。若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，维保方在接到设备通知后，须积极配合，及时调试、修复。11. 保修期内，每次故障维修及保养，必须提供保养记录。12. 维保方应提供该设备维保工程师名单并将维保工作固定交由名单上工程师。13. 提供现场、远程、操作和维修技术原厂培训、保证使用人员正常操作设备的各种功能。14. 有专职的应用培训专家，能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持，提供证明材料；15. 投标人所代表服务机构必须能提供全部服务类型：定期保养、远程服务（电话支持、宽带远程支持、宽带自动预警保障系统）、现场服务；16. 投标人须具有Brilliance iCT设备维修与球管、平板探测器相关工具、仪器、合法的设备维修密钥匙(Service Key)，并提供合法机构校正证明、工具序列号以供核实。17. 力矩扳手≥1套，有权威检测部门的相关专业校准合格证书供核实。18. 零配件供应：维修中使用所有的备件、软件，技术资料等均为该设备生产企业原创提供，不受任何侵权指控，同时对于所使用备件可提供进口报关单等一切合法手续，以备查验；投标人所代表的服务机构必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，需提供零备件仓库说明；19. 必需能及时获取并提供全套原厂系统软硬件升级措施(FCO)。20. 每年提供≥4次设备保养，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并有原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM report。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检查；	根据采购人要求之日起3年。	维保单位应具有专业的维保服务意识，每次保养，维修，更换配件应做维修记录给医院签字备案，每个季度由医院设备相关负责人监督考评，若因维保期间因服务态度 and 响应不及时等，维保合同开始第一年度有两次考评不满意的，医院有权终止合同。	3.00	年	1,890,000.00	5,670,000.00