

西安市中心血站采血一体化系统中标（成交）明细

受西安市中心血站委托，采用进行采购采血一体化系统（项目编码：**HXGJXM2022-ZC-GK1074**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（采血一体化系统采购项目）

- 1.1、**中标（成交）供应商：陕西赛安思生物科技有限公司
- 1.2、**中标（成交）总价：**773400.00** 元
- 1.3、**中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	临床检验设备	采血一体化系统 详见分项报价表	1.1 具备分层功能，具有双采血位（2台采血秤），具备采血过程所用物品的整体收纳；具有采血、热合、留样、血袋储存、文件存放等专属功能区，水平面收纳面积 ≥1.8m² 。 1.2 系统具有封闭式抽屉，用于收纳一次性使用血袋等耗材，不同规格血袋分区放置，血袋存放量 ≥30 个血袋。 1.3 系统配备 ≥6 种规格留样管的固定装置，能实现插针和拔针的单手留样。 1.4 热合区采用模块化功能，根据使用需求自由拆卸，具有热合标尺，确保热合间距准确。 1.5 系统应安装 ≥2 个固定扫描支架，支架可旋转以调节合适的角度实现自动识别扫描。 1.6 系统配备消毒盘，消毒盘的分区可随时调整。 1.7 具备电气一体化功能，采血柜台配备总开关，5孔标准插座 ≥4 个。 1.8 采血台配备触控 LED 照明灯且亮度可调。 1.9 系统应配备可充电电池组，一次充满电后可单独连续采血时间 ≥8 小时，可单独连续热合次数 ≥500 次。 1.10 系统尺寸：宽度 600±100mm 、深度 550±50mm 、高度 1100±50mm 。 1.11 系统金属表面应采用防锈工艺，所有接口均为圆角。 1.12 系统配备胶带割断器。	1.00	批	773,400.00	773,400.00