

西安市第八医院重症床位建设项目中标（成交）明细

受西安市第八医院委托，采用进行采购重症床位建设项目（项目编号：**SXGD-2023-017**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（重症床位建设项目）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西通兴康医疗科技有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**568900.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	物理治疗、康复治疗及育疗仪器设备	货物	育达、柏达、坦帕、睿士、名泰、郑克夫、尼理邦	一、电动病床：数量9张 二、技术参数： 1.产品符合YY0571-2013《医用电气设备第2部分：医院电动床安全专用要求》，整体设计符合IEC60601-2-52安全标准，符合GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》。 2.外形尺寸： 2.1 全长2150±50mm,全宽（含护栏）1050±50mm 2.2整床安全工作负重≥ 250KG。 3.功能： 3.1背部升降范围0-65°±5° 3.2膝部升降范围0-35°±5° 3.3整体升降范围400--860±10mm 3.4床头尾倾斜范围0-15° 3.5具备一键心脏椅位、一键复位功能 3.6带急停开关 4.电气控制部分 4.1四组电机：整体升降电机两个、背部及膝部电机各一组。 4.2电机系统采用知名品牌医疗专用电机，静音设计。 4.3整体升降及倾斜立柱电机各≥6000N推力，背部及膝部电机各≥3500N推力。 4.4配置不断电装置。 4.5控制器：带手持控制器和围栏内外共4片控制面板，带锁定功能，可锁定4片控制面板。配置急停开关。 4.6床头护栏配置倾斜角度显示器。 5.床体结构 5.1床体结构包括整体床架和底架，床架与底架之间设置用于支撑床架的垂直升降结构。 5.2床架两侧配置≥2个附件挂钩；床头床尾共配置≥4个输液架插孔。 5.3整体床架及护栏多重防锈处理。 5.4喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性。涂料采用的固体粉末需通过SGS检测。（提供粉末SGS检测报告） 5.5床面板正面可承受100KG以上的压力，使用寿命≥10年，床面板多孔设计。 5.6四片式分段护栏，符合IEC 60601-2-52安全标准，一次成型。分段护栏采用阻尼器升降结构。 5.7床头床尾板一次成型，表面平顺易清洁。床尾配透明床头卡。 5.8配置医用静音中控双面脚轮。具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。 6.配置床面桌 6.1 外形尺寸：桌面尺寸880mm × 400mm±50mm；安全工作负重≥ 25KG。 6.2 功能：高度可升降760-1070mm±5mm。 6.3 优质支架，喷粉表面。 6.4 ≥25mm厚吹塑面板。 6.5 受压锁紧结构，向上提高桌面板无需扣动控制手柄。 6.6 直径≥50mm脚轮，灵活安全。 7.配置输液架 7.1内外管及挂钩为不锈钢材质。 7.2带锁紧装置，	1.00	批	568,900.00	568,900.00