

分项报价表

供应商名称：陕西芯墨电子科技有限公司

项目编号：HZGH-2022-054

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	微波治疗仪	恒波 HB-W-L	成都恒波医疗器械有限公司	技术参数： 1、工作频率为 2450MHz±50 MHz。 2、微波输出功率：0-99W，连续可调。 3、功率控制：两种调节方式，慢进、慢降，步进 1W；快进、快降，步进 10W，两种调节方式可循环调节； 4、时间：0~30 分， 5、时间控制：两种调节方式，慢进、慢降，步进 1 分；快进、快降，步进 10 分，并可循环调节；两种调节方式可循环调节； 6、预存 10 种理疗方案供选择。 7、脉冲微波输出具有 4 种工作周期 20%、40%、60%、80%，可切换。 8、控制方式：触摸启动或自动复位，运行倒计时为 0 后，返回到设定功率、时间状态。启动、运行结束，蜂鸣提示报警； 9、辐照器：圆形直径≥150mm、马鞍形≥350mm*120mm*100mm。 10、安全性： 10.1. 具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。 10.2. 超温报警，超温再升高，停止微波输出，机器回到开机初始状态。 11、适用范围：适用妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。 12、主机采用一体化豪华型推车机柜。 13、产品证书 13.1、具有 ISO9001：2015，ISO13485：2016 质量体系认证证书。 13.2、具有 ISO14001：2015 环境管理体系认证证书。	台	1	76,000.00	76,000.00	
				技术参数： 操作界面：图标逐层菜单式 防水：有（7级防水），IPX7，可防溅水和一过性浸水 *电机：瑞士进口一体式减速编码电机 压力传感器：美国进口					

2	胰岛素泵	博士医生 P-02	普林斯顿医疗科技(珠海)有限公司 屏幕显示: 动画、图标、中文 *储药器容量: 3mL 胰岛素选择: U-100/ml *胰岛素输注精度: <±5% 装药自动定位读数功能: 有 *操作模式: 4种 屏幕显示胰岛素余量: 有 屏幕显示电池余量: 有 屏幕显示基础曲线: 有 *基础率分段: 24个时段 基础率输注最小时段: 60分钟 基础率输注方式: 最小间隔5分钟, 脉冲式胰岛素输注 *基础率设置范围和步长: 0.0U/h-6.0U/h, 0.1U增量 *临时基础率调节方式: 当前基础率倍率, 0%-200%, 以25%为步增量, 9个设置比例, 设置时间0-24h, 25个时间设置。 *临基率范围: 0%-250% (间隔25%) 大剂量设置范围: 0.1U-87U 大剂量输注方式: 正常波、双波、大剂量向导 大剂量输注速度: 约10U/分钟 大剂量设置增量: 0.1U (0-10U), 1U (10-87) *方波输注方式: 有 *双波输注方式: 有 *大剂量向导功能: 有 预设餐前量: 有 上次餐前量显示: 有 日总量回顾: 50次 基础率回顾: 50次 大剂量回顾: 50次 排气回顾: 50次 (记录, 时间, 日期) 报警回顾: 50次 自动报警功能显示: 5项 储药器剩余量不足报警: 剩余20U单位报警方式, 间隔1分钟 低液量报警: 5U剩余单位报警方式, 间隔1分钟 报警方式: 蜂鸣、震动报警 *测血糖提示: 有 无线数据下载: 有 (可下载50天数据) 电池: 一节DC3.0V锂电池, 市场可购买	台	6	35,500.00	213,000.00	
---	------	--------------	---	---	---	-----------	------------	--

				<p>内置时钟：24小时制 用户可调整时间，有备用电池</p> <p>*安全防护设定：自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）</p>					
3	超短波治疗仪	翔宇医疗 XY-K-CDB-IV	河南翔宇医疗设备股份有限公司	<p>技术参数：</p> <p>1、额定输入功率：700VA</p> <p>2、输出功率：</p> <p>a)分 20W、40W、60W、100W、200W 五档可调，允差±20%</p> <p>b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作 30min，输出功率变化不大于±10%</p> <p>3、治疗时间：分 10min、15min、20min、25min、30min 五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束</p> <p>4、外形尺寸：长 mm×宽 mm×高 mm =430mm*330mm*830mm，允差±15%</p> <p>5、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%</p> <p>6、输出线长度：1100mm，允差±10%</p> <p>7、脉冲模式</p> <p>a) 脉冲调制频率：疏波 MF 70Hz，密波 DF 350Hz，允差±10%；</p> <p>b) 调制波形：方波；</p> <p>c) 调制脉冲脉宽：疏波 2.0ms，密波 1.8ms，允差±20%；</p> <p>d) 调制度：100%。</p> <p>8、机器配带三种方型硅胶电极板</p> <p>①规格：大 电极片长 223mm，宽 146mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 205mm，宽 132mm。</p> <p>②规格：中 电极片长 195mm，宽 125mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 173mm，宽 111mm。</p> <p>③规格：中 电极片长 124mm，宽 85mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 105mm，宽 72mm。</p> <p>9、机器配带三种方形电极片布套</p> <p>①规格：大 电极片布套长 274mm，宽 200mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 230mm，宽 160mm。</p> <p>②规格：中 电极片布套长 240mm，宽 180mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 200mm，宽 135mm。</p> <p>③规格：中 电极片布套长 173mm，宽 123mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 130mm，宽 85mm。</p> <p>10、产品通过 ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。</p>	台	1	34,000.00	34,000.00	

4	售后服务							0.00	
5	运输费和保险费							0.00	
6	其他							0.00	
总计(人民币元)		叁拾贰万叁仟元整				¥: 323,000.00			

法定代表人或被授权人(签字或盖章): 刘鹏飞 (供应商单位公章)



日期: 2022年8月2日