

项目编号：SXKD2023-54

府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医  
疗办公设备购置

招 标 文 件



陕西科鼎  
SHANXIKEDING

采购人名称：府谷县人民医院

招标代理机构：陕西科鼎项目管理有限公司

二〇二三年八月

## 目录

第一部分 招标公告.....	3
第二部分 投标人须知前附表.....	10
第三部分 投标人须知.....	16
第四部分 采购内容及要求.....	31
第五部分 评标办法.....	63
第六部分 合同格式及主要条款.....	70
第七部分 投标文件（格式）.....	76
第八部分 其他.....	117
格式 A：投标文件封袋正面标识式样.....	117
格式 B：电子版文件封袋正面标识式样.....	117
附件 2：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南.....	118

提示：投标人应认真检查招标文件全部内容；在获取后 5 日内未提出，则视为招标文件完整、无误并无异议。

## 第一部分 招标公告

### 府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置招标公告

#### 项目概况

传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2023 年 08 月 24 日 13 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXKD2023-54

项目名称：传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置

采购方式：公开招标

预算金额：7,938,000.00 元

采购需求：

合同包 1 (府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第 1 包)：

合同包预算金额：5,870,000.00 元

合同包最高限价：5,870,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他医疗设备	府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第 1 包	1(批)	详见采购文件	5,870,000.00	5,870,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 50 日历天之内

合同包 2 (府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第 2 包)：

合同包预算金额：2,068,000.00 元

合同包最高限价：2,068,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	其他医疗设备	府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第2包	1(批)	详见采购文件	2,068,000.00	2,068,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 50 日历天之内

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第 1 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- ⑩、落实其它相关政策。

合同包 2(府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第 2 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- ①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号);
- ②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号);
- ③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号);
- ④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号);
- ⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90 号);
- ⑥、《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185 号);
- ⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号);
- ⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号)
- ⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号);
- ⑩、落实其它相关政策。

### 3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第 1 包)特定资格要求如下:

- ①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,并出具合法有效的营业执照副本(附营业执照的 2022 年企业年度报告书)或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明;
- ②、供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证;供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证(二类或三类医疗器械);
- ③、财务状况报告:提供 2022 年度财务审计报告(公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表);
- ④、税收缴纳证明:提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证

明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

⑤、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

⑥、信用要求：投标供应商在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商及法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商及法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（截图及报告生成时间段为公告发出至递交投标文件截止时间内，投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）中全国范围内查询）；

⑦、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑧、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑨、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》，且一个投标供应商只能参与采购人同期发布公告内一个合同包的政府采购活动；

⑩、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑪、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

合同包 2(府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第 2 包)特定资格要求如下：

①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的 2022 年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

②、供应商为制造厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（二类或三类医疗器械）；

③、财务状况报告：提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供

银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表)；

④、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

⑤、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

⑥、信用要求：投标供应商在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商及法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商及法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（截图及报告生成时间段为公告发出至递交投标文件截止时间内，投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）中全国范围内查询）；

⑦、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑧、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑨、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》，且一个投标供应商只能参与采购人同期发布公告内一个合同包的政府采购活动；

⑩、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑪、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

### 三、获取招标文件

时间：2023 年 08 月 03 日至 2023 年 08 月 09 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 15:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年08月24日13时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）。备注：电子投标文件可于递交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站进行递交，逾期系统将拒绝接收。

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标5室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

**注：本项目线上与线下需同时投标确认，二者缺一不可，否则视为无效。**

①、投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目，填写相关信息后提交确认，点击“项目流程”进入招标文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子招标文件，在获取招标文件时限内下载电子招标文件，逾期下载通道将关闭。未及时下载采购文件影响后续开评标活动的，由此产生的后果由其自行承担。

②投标人网上投标确认成功后，持网上投标确认回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件、复印件及社保经办机构出具的2023年6月、7月或8月份至少一个月的经办人在本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）至采购代理机构（陕西省榆林市府谷县创业大厦四楼436室）进行确认，以上材料均需加盖单位原色印章（谢绝邮寄）。投标确认时间：2023年08月03日至2023年08月09日（双休日除外），上午09:00-12:00,下午15:00-18:00，线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效。

③投标文件递交：网上递交（本项目投标供应商须另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式三份（需加盖单位原色印章），投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案。

④特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），



选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

⑤供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。投标企业未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话 0912-3515031、029-88661241 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：府谷县人民医院

地址：府谷县康复路上巷 2 号

联系方式：13572661481

### 2. 采购代理机构信息

名称：陕西科鼎项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市府谷县府谷镇赵石尧村创业大厦 434 室

联系方式：0912-8808683

### 3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：0912-8808683

陕西科鼎项目管理有限公司

2023 年 08 月 02 日

## 第二部分 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	采购项目名称	府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置
1.2	采购项目编号	SXKD2023-54
1.3	采购人	名称：府谷县人民医院 联系人：张科长 联系地址：府谷县康复路上巷2号 联系电话：13572661481
1.4	采购代理机构	名称：陕西科鼎项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市府谷县创业大厦四楼436室 电话：0912-8808683 15091406916 采购项目联系人：陈工
1.5	采购内容	详见招标文件《采购内容及要求》
1.6	采购预算	7938000.00元,其中 第1包为5870000.00元; 第2包为2068000.00元;
1.7	资金来源	财政拨款
1.8	投标报价	投标报价是投标单位响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现,包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用,招标文件未列明,而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取,采购人均按已计取对待。
1.9	投标文件份数	一式三份、电子版U盘1份(Word版和公共资源非加密投标文件) 投标文件递交截止前寄出,邮寄至代理机构以备留存档案,现场无需递交纸质文件。

1.10	资质要求	<p>(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。</p> <p>(二) 各合同包特定资格要求均如下：</p> <p>①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的 2022 年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；</p> <p>②、供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（二类或三类医疗器械）；</p> <p>③、财务状况报告：提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）；</p> <p>④、税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>⑤、社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；</p> <p>⑥、信用要求：投标供应商在中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商及法定代表人在“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商及法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（截图及报告生成时间段为公告发出至递交响应文件截止时间内，投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a>）中全国范围内查询）；</p> <p>⑦、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；</p>
------	------	--

		<p>⑧、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；</p> <p>⑨、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》，且一个投标供应商只能参与采购人同期发布公告内一个合同包的政府采购活动；</p> <p>⑩、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；</p> <p>⑪、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；</p> <p>备注：已换电子证书的，需提供加盖企业原色印章的有效电子证书。因项目为不见面开标形式，以上证件需上传清晰可辨的电子证件，上传清晰可辨的电子件即为原件。</p>
1.11	投标有效期	投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
1.12	供货期	各包的供货期均为合同签订后 50 日历天之内
1.13	供货地点	采购人指定地点
1.14	付款方式	<p>1、合同以总价形式签订，中标企业的中标单价为合同单价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。</p> <p>2、付款方式：本项目分三次付清，采购物资送到指定地点，验货合格后付款 55%。按验货时间半年内付款 25%，剩余 20%按验货时间一年内付清。</p>
1.15	交纳投标保证金金额	<b>本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。</b>
1.16	公告期限	自本公告发布之日起 5 个工作日。
1.17	递交投标文件截止时间	2023 年 08 月 24 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）
1.18	递交投标文件地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标 5 室
1.19	开标时间	2023 年 08 月 24 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

1.20	开标地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标 5 室																																
1.21	是否接受联合体投标	否																																
1.22	投标答疑会	不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。																																
1.23	是否允许递交备选投标方案	不允许。																																
1.24	评标办法	综合评分法。																																
1.25	招标代理服务费	<p>(1) 招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定的差额定率累进法计算, 向中标单位收取。</p> <p>(2) 中标供应商应在领取中标通知书的同时，向招标代理公式交纳本项目采购代理服务费。</p> <p>(3) 采购代理服务费按差额定率累进法计算：</p> <table border="1" data-bbox="539 969 1366 1550"> <thead> <tr> <th>服务类型/费率/ 中标金额（万元）</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>100000 以上</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>例如：某货物招标成交金额为 678.2 万元，采购代理服务费计算如下：</p> <p>100 万元*1.5%=1.50 万元</p> <p>(500-100)*1.1%=4.40 万元</p> <p>(678.2-500)*0.8%=1.4256 万元</p> <p>服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256 万元。</p> <p>4、本项目项目属性：货物招标。</p>	服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																															

1.26	是否退还投标文件	投标文件（含纸质版、电子版投标文件）一经递交，均不予退还。
1.27	合同签订	中标通知书发出后 10 日内，中标人和采购人按招标文件要求及投标文件响应情况签订服务合同。
1.28	其他	<p>采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，并通过“陕西省公共资源交易平台”发布，不足 15 日的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将酌情延长投标截止时间。投标人应及时登录“陕西省公共资源交易平台”查看本项目的招标变更信息，否则引起的一切后果由投标人自负。</p> <p>投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。采购代理机构在收到疑问后 3 日内答复，最晚不迟于投标截止时间前 7 天。</p>
1.29	上传投标文件	<p>投标供应商在投标截止前必须<b>网上上传</b>使用本单位的 CA 证书制作的加密的<b>投标文件（sxstf 格式投标文件）</b>，未在规定时间内签到、解密的投标单位，采购人不予受理。</p> <p>特别提醒：本项目采用电子化不见面投标文件。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为否决投标条款，以电子投标文件为准。</p> <p>1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<a href="http://yl.sxggzyjy.cn/">http://yl.sxggzyjy.cn/</a>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<a href="http://www.sxggzyjy.cn/">http://www.sxggzyjy.cn/</a>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源</p>

		<p>交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。</p> <p>2、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台 (<a href="http://xxxq.sxggzyjy.cn/">http://xxxq.sxggzyjy.cn/</a>)，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>3、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。</p> <p>4、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·) 答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件 (*.SXSCF 格式)，并使用该文件重新编制电子投标文件 (*.SXSTF 格式)，使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。</p>
1.30	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人；</p> <p>评审专家确定方式：评标会开始前24小时内从《陕西省政府采购评审专家库》中随机抽取。</p>

## 第三部分 投标人须知

### A 总则

#### 1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物采购。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”即“投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自



治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

### 3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须在招标公告载明的地点领取招标文件并登记备案，未经领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

### 4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

## B 招标文件说明

### 5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购内容及要求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予10%~20%的扣除（本次项目给予10%的价格优惠），用扣除后的价格参与评审。中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》，由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策；

5.2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号；

5.2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号；

5.2.4《节能产品政府采购实施意见》—（财库[2004]185号）；

5.2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.2.6《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141号）；

5.2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5.2.8《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

5.2.9 其他需要落实的政府采购政策。

## 6. 招标文件的修改和澄清

6.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过“陕西省公共资源交易平台”发布，但不指明澄清问题的来源，不足15日的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将酌情延长投标截止时间。投标人应及时登录“陕西省公共资源交易平台”查看本项目的招标变更信息，否则引起的一切后果由投标人自负。

6.2 投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间10日前在“陕西省公共资源交易平台”提出疑问。采购代理机构在收到疑问后3日内答复，最晚不迟于投标截止时间前7天，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以公共资源交易中心平台上通知所有获取招标文件的投标人，且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料，则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知前附表。

各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】中的【首页·> 省级公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

## 7. 招标文件的领取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从 CA 锁上自行下载招标文件并至采购代理机构确认。投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

## 8. 评标处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购产品和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

## 9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

# C 投标文件的编写

## 10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

## 11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

## 12. 投标文件的组成

投标单位应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件，投标文件应包括下列部分：

### 一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
  - 2、资质证书
  - 3、财务状况报告
  - 4、社保缴纳证明
  - 5、税收缴纳证明
  - 6、信用记录
  - 7、控股管理关系
  - 8、书面声明
  - 9、法定代表人授权委托书
  - 10、承诺函
  - 11、承诺书
  - 12、其他材料
- ### 二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、供应商承诺
- 5、技术/服务偏差表
- 6、合同条款响应

### 三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料。

## 13. 投标文件格式

13.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”以及其他相关文

件。

13.2 本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

4.1.1 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程> 交易文件下载”下载电子招标文件。

4.1.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

4.1.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口, 电话：0912-3515031

## 14. 报价

14.1 本项目报价为完成本招标文件中“第四部分 采购内容及要求”的一切费用。投标人应充分考虑本项目所包含的价格风险，凡应报未报的价格，采购人可认为其已包含在所述价格中，不再调整。

14.2 投标人投标报价不能超出最高投标限价，采购人不接受有任何选择的报价。

14.3 中标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，即本采购合同属固定总价合同。中标人不得以任何理由予以变更。且投标人应接受采购人根据政策调整对采购内容的合理调整，并不得因此额外增加费用，任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

14.4 投标人不得以低于成本的报价竞标，且不得高于本项目招标文件中规定的

最高限价，否则，即为无效投标。

## 15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

## 16. 投标人资格的证明文件

16.1 投标人应按照招标文件的投标人须知前附表 1.10 项和第五部分评标办法中资格审查的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

## 17. 证明所提供货物项目的合理性和符合招标文件规定的文件

17.1 投标人应提交关于本项目招标内容的投标方案，证明其拟提供的货物符合本项目招标文件及地方政策的规定。该文件作为投标文件的一部分。

17.2、对照招标文件的采购内容及要求，进行说明，并实质性的响应。

## 18. 投标保证金

18.1 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。

18.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表要求的内容提交投标信用承诺书，并作为投标文件的组成部分。

18.3 对于未能按要求提交投标信用承诺书的投标人，招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

## 19. 投标有效期

19.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为 90 天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

## 20. 投标文件的签署及格式

20.1 投标文件由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表亲笔签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”。所有要求签字（名）处，不得用任何形式的签名章代替。所有投标文件须按规定的顺序编排、并应编制详细目录、逐页标注连续页码并逐页盖章，每一页的下方清楚标明页码。

20.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若

有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3 投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

20.4 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.5 未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

## D 投标文件的递交

### 21. 投标文件的数量、包装和标记

21.1 投标人应提交一式三份投标文件、投标文件电子版 U 盘 1 份（Word 版和公共资源非加密投标文件），需在投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

21.2 投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（标袋不得有破损）。在封袋上标明“投标文件”、“电子版”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字（或盖章）；

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

21.3 如果投标人未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

### 22. 投标截止时间

22.1 所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的统一递交投标文件截止时间前上传电子投标文件（具体操作流程自行下载操作手册）。

22.2 出现第 6.1 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4 无论投标单位中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

## E 开标/评审

### 23. 开标

23.1 采购代理机构按规定的的时间和地点组织公开开标不见面会议，采购方和所有投标人按照招标公告要求时间参加不见面会议。

23.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

23.3 开标程序：

23.3.1 通过不见面大厅进行签到、标书解密等。程序以不见面开标程序为准（建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。）

通过审查的投标人使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在规定时间内自行解密电子投标文件。如有以下出现下列情况的按无效文件处理。

1）、上传的电子投标文件无法打开。

2）、提交的电子投标文件文件内容与本项目不相符；

3）、投标人拒绝对电子投标文件文件进行解密；

4）、因投标人自身原因（如未在规定时间内签到、解密或沿用旧版投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

23.3.2 进入评审阶段；

23.3.3 宣布开标会议结束，所有投标人可退出会议；

23.3.4 采购代理机构对开标过程进行摄像，并存档备查。

23.4 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.3 单价金额小数点百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

23.4.4 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子版与正本不一致的，以电子版为准；

23.4.5 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.6 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。



## 24. 初审

24.1 开标结束后,采购人和采购代理机构应当依法和投标人须知前附表规定 1.10 和第五部分评标办法中的条款对投标人的资格进行资格审查,签字确认检查结果。

24.2 不符合招标文件资格审查要求的按无效文件处理,不得进入后续评审工作。

24.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

## 25. 评标

25.1 评标委员会的组成:采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 87 号部令”的规定,依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专业,采购人派代表进入评标委员会,并向采购代理机构出具评标代表授权函。采购预算金额在 1000 万元以上;评标委员会由采购人代表和评审专家共 7 人及以上单数组成,评审专家人数应占总人数的 2/3 以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

25.2 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

25.2.1 遵纪守法,客观、公正、认真负责地履行职责,审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;对投标单位及投标文件有效性和符合性审查,出现下列情况之一者(但不限于),按无效标处理:

25.2.1.1 投标单位的投标总价超过采购最高投标限价;

25.2.1.2 投标单位未提供投标信用承诺的;

25.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的;

25.2.1.4 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章,无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的;

25.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件,未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的;

25.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明(包括第三方提供的虚假证明)、出现虚假应答的,除按无效投标文件处理外,还将按照政府采购的有关规定进行处罚;

25.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的;

25.2.1.8 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的;

25.2.2 依据招标文件的要求和评审标准,对投标文件进行比较和评价,推荐中

中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

25.2.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

25.2.5 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

25.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

25.3 评标办法

25.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分 评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法；

25.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

25.4 评标程序：

25.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资格证明进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

25.4.2 投标文件符合性评审：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括投标文件形式响应性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

25.4.2.1 报价部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效，供货期、质量保证和对招标文件的响应等商务评审内容。

25.4.2.2 投标方案评审内容：包括任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响应技术要求。

25.4.3 凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为无效投标处理，不得进入后续评审工作，内容如下（但不限于）：

25.4.3.1 投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

25.4.3.2 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的；

25.4.3.3 投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.4.3.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.4.3.5 投标单位未按照招标文件格式及内容（供货期）要求填写的或附加了采购方难以接受的条件或款项的；

25.4.3.6 对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

25.4.3.7 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件,未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.4.3.8 投标报价大于项目最高投标限价或与市场价偏离较大,低于成本,形成不正当竞争的；

25.4.3.9 投标人有围标、串标现象（不同投标人的投标文件错漏之处一致的、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

25.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## 26. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

## 27. 评标过程的保密

27.1 开标后直至发布中标公告之前，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

## 28. 定标

28.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

28.2 采购代理机构收到采购人“中标人复函”后 2 个工作日内，在指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

## 29. 质疑提出与答复

(1) 投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

(2) 质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2、质疑项目的名称、编号；
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4、事实依据；
- 5、必要的法律依据；
- 6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

(5) 根据最新规定的方式进行质疑和投诉，否则为无效。

## F 签订合同

### 30. 合同

30.1 定标后，中标人在收到中标通知书后 10 日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；

30.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

### 31. 监督管理

31.1 在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

### 32. 招标代理服务费用

32.1 招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定的差额定率累进法计算，在领取中标通知书时，中标单位须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

### 33. 其他

33.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

33.3 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足 3 家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足 3 家的，按照中华人民

共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

33.4 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

## 第四部分 采购内容及要求

一、**采购项目名称：**府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置

二、**采购项目预算、资金构成和采购方式：**

1、采购项目预算：7938000.00 元

2、资金来源：财政资金

3、采购方式：公开招标

三、**项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式**

1、项目实施时间：2023 年 8 月

2、项目实施地点：府谷县老城区

3、工程概况：本项目共分为二个合同包：

府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第一包，采购预算为 5870000.00 元，主要包括心脏 B 超机 1 台、腹部 B 超机 1 台、医用显示器 4 台。

府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第二包，采购预算为 2068000.00 元，主要包括血球计数仪 1 台、尿液分析仪 1 台、心电图机 1 台、台式电脑 15 台、病床病房及床头柜配套 70 张、病理软件（病理质控与资料管理系统）1 套、高频电刀 3 台、医用加压器 2 台、自动气压止血仪 2 台、麻醉呼吸回路消毒机 1 台、手术无影灯 5 台、综合手术床 3 台、骨科手术床 1 台、病理组织盒书写仪 1 台。

4、各包的供货期均：合同签订后 50 日历天之内。

5、质量要求：达到国家、行业相关规范、规定合格标准。

6、质保期：不得少于 1 年。

二、**采购要求**

（一）、**履约验收：**

1、履约验收时间：2023 年 10 月验收

2、履约验收主体：主体为府谷县人民医院

3、履约验收内容：府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第一包主要包括心脏 B 超机 1 台、腹部 B 超机 1 台、医用显示器 4 台。府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第二包主要包括血球计数仪 1 台、尿液分析仪 1 台、心电图机 1 台、台式电脑 15 台、病床病房及床头柜配套 70 张、病理软件（病理质控

与资料管理系统) 1套、高频电刀 3台、医用加压器 2台、自动气压止血仪 2台、麻醉呼吸回路消毒机 1台、手术无影灯 5台、综合手术床 3台、骨科手术床 1台、病理组织盒书写仪 1台。

4、验收程序：乙方应当严格按约定的业务清单提供设备。设备交付后，验收小组按照职责分工对照业务量清单内容的有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

5、履约验收标准：

序号	项目	验收标准
1	设备外观	设备外包装及设备整体外观是否完好无损
2	试运行状况	设备安装好后，工程师应该试运行，在确认试运行正常才能验收
3	人员的培训	工程师需对科室相关人员进行培训，确保设备后续正常使用

6、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关各项要求进行验收。

(二)、采购说明：

1、所有产品均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法；

2、供应商须保证采购的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求；

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在文件中明确列出，并包含在报价内；

4、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担；

5、供应商应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作（版权）等知识产权的起诉。否则供应商必须承担对第三方专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用；

6、供应商在生产、安装、搬运过程必须接受采购人的监督和安排。如采购人发现供应商不按承诺生产或产品存在质量问题，有权暂停或终止合同。



7、包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；供应商对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。

注：以下如有注明厂家或品牌的仅供参考。

### （三）、采购清单

## 府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置【第1包】

### 采购清单

序号	设备名称	生产厂家	品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	心脏B超机				台	1			商用电脑、打印机、采集卡、UPS、超声专用床、椅子各一套
2	腹部B超机				台	1			商用电脑、打印机、采集卡、UPS、超声专用床、椅子各一套
3	医用显示器				台	4			6兆
4	合计（元）	大写：人民币 <span style="float: right;">（小写：            ）</span>							

## 府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置【第2包】

## 采购清单

序号	设备名称	生产厂家	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	血球计数仪				台	1			
2	尿液分析仪				台	1			
3	心电图机				台	1			12导
4	联想商用台式电脑				台	15			兆芯KX-U6780A 8G+256G+1G独 显23寸显示器、统信系统
5	病床、病房床头柜				张	70			双摇带轮长 2150*900*500
6	病理软件 (病理质控与资料管理系统)				套	1			
7	高频电刀				台	3			
8	医用加压器				台	2			
9	自动气压止血仪				台	2			
10	麻醉呼吸回路消毒机				台	1			
11	手术无影灯				台	5			
12	综合手术床				台	3			1个麻醉屏架、 2个托手架、 2个支身架、 2个束手带、 2个束身带、 2个束腿带、 1个侧卧位托 手架、2个托腿 架、2个支肩架



#### **（四）技术要求：**

##### **第 1 包技术参数及配置要求：**

1、超高档彩色多普勒超声波诊断仪（心脏 B 超机）	
序号	货物需求一览表及技术规格
一、	超高档彩色多普勒超声波诊断仪（心脏 B 超机）
二、	数量：一台
三、	使用单位：
四、	设备用途及说明： 超高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于成人心脏、小儿心脏，腹部、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。
五、	主要规格及系统概述
5.1	主机系统性能概括：
*5.1.1	≥23.5 英寸宽屏高分辨率监视器（提供白皮书证明），具备万向关节臂设计，任意方位调节，可前后折叠
5.1.2	液晶触摸屏≥12 英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能
*5.1.3	采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带（无焦点附图）
5.1.4	耦合剂加热装置，温度可调（附图）
*5.1.5	智能互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（附图）
5.2	二维灰阶成像单元
5.2.1	宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调（附图）
5.2.2	斑点噪声抑制技术
5.2.3	空间复合成像
5.2.4	组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示
5.3	先进成像技术
5.3.1	血管内中膜自动测量技术，自动可测量血管前、后壁内中膜厚度
*5.3.2	灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态，无取样框（附图）、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态
5.3.3	超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号
5.3.4	二维立体血流显示技术
5.3.5	穿刺针增强显示功能
5.3.6	智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度
5.4	高级成像技术
5.4.1	造影成像技术，既有谐波造影，又有基波造影模式，并具备原厂高机械指数造影模式，具备参量成像功能
5.4.2	应变式弹性成像
5.4.3	支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M 型和曲线解剖 M 型（附图）
5.4.4	心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，

	自动得到 EF、CO、SV 等心功能数据（附图）
5.4.5	支持心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估 17 节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示（附图）
5.4.6	智能辅助测量功能
5.5	测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）
5.5.1	一般测量
5.5.2	妇产科测量
5.5.3	心脏功能测量
5.5.4	多普勒血流测量与分析
5.5.5	外周血管测量与分析
5.5.6	泌尿科测量与分析
5.5.7	多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择
5.6	图像存储与（电影）回放重现单元
5.7	输入/输出信号：HDMI、USB 等
5.8	连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件（且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像），支持压缩和高清 DICOM 图像传输
5.9	超声图像存档与病案管理系统
5.9.1	固态硬盘容量 > 1TB
5.9.3	USB 一键快速存储功能
六、	技术参数要求
6.1	系统通用功能：
6.1.1	监视器 > 23.8 英寸高分辨率监视器
6.1.2	扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转
6.1.3	探头接口 > 4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口
6.2	探头规格
6.2.1	频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调
6.2.2	工作频率范围可在 1-16MHz 之间选择
6.2.3	单晶体腹部凸阵探头：超声频率 1.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像
6.2.4	宽频小器官线阵探头：超声频率 2.0-11.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像
*6.2.5	单晶体相控阵探头：超声频率 1.0-5.0MHz，扫描角度 $\geq 118^\circ$
6.2.6	小儿相控阵探头：超声频率 3.0-7.0MHz
6.3	二维灰阶显示主要参数
6.3.1.1	凸阵探头，18cm 深度，全视野，最高线密度下，二维帧频 > 58
6.3.1.2	凸阵探头，18cm 深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频 > 16
6.3.1.3	相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 $85^\circ$ ，最高线密度下，二维帧频 > 69
6.3.1.4	相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 $85^\circ$ ，最高线密度下，彩色帧频 > 31
6.3.2	回放重现：灰阶图像回放 > 1000 幅、回放时间 > 30 秒
6.3.4	增益调节：B/M 可独立调节，STC 分段 > 8

*6.3.5	扫描深度>48cm (提供原厂白皮书)
6.4	频谱多普勒方式: PW, CW, HPRF, PW 取样容积范围: 0.1cm-2cm
6.5	彩色多普勒显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示; 具有双同步/三同步显示 (B/D/CFM)
6.6	超声功率输出调节: B/M、PWD、Color Doppler 输出功率可调
同时配三方设备:商用电脑、打印机、采集卡、UPS、超声专用床、椅子各一套。	

2、超高档彩色多普勒超声波诊断仪 (腹部 B 超机)	
序号	货物需求一览表及技术规格
一、	超高档彩色多普勒超声波诊断仪 (腹部 B 超机)
二、	数量: 一台
三、	使用单位:
四、	设备用途及说明: 超高档全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统, 主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。
五、	主要规格及系统概述
5.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括:
*5.1.1	>23.8 英寸高分辨率、广域视野 HDU 显示屏, 分辨率高达 1920×1080 (提供白皮书证明), 具备万向关节臂设计, 可实现上下左右前后任意方位调节, 可前后折叠
5.1.2	液晶触摸屏>12.1 英寸, 可与显示器同步显示实时图像 (附图), 支持滑动翻页功能。
5.1.3	触摸屏支持数字 TGC 功能, 滑动调节时间增益曲线, 并可保存为常用预设。
5.1.4	操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转。
5.1.5	原始数据储存, 可对回放的常规图像进行多种参数调节
5.1.6	全域聚焦, 图像区域无聚焦点或聚焦带。
5.1.7	智能像素优化技术: 提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。
5.1.8	主机一体化耦合剂加热装置, 温度可调 (附图)
*5.1.9	智能控制设备功能: 超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接, 使用移动设备代替面板按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作
5.2	二维灰阶成像单元
5.2.1	宽频可变频成像技术: 灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频, 中心频率可视可调
5.2.2	斑点噪声抑制技术: 支持所有探头, 多级可调, 支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术
5.2.3	空间复合成像
5.2.4	组织谐波成像, : 可用于全部成像探头, 频率可视可调, 具体中心频率

	数值可显示
5.2.5	组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头, $\geq 7$ 级可调, 可显示具体数值 (附图)
5.2.6	高清放大功能
5.2.7	宽景成像: 扫描长度 $\geq 160\text{cm}$
5.3	先进成像技术
5.3.1	血管内中膜自动测量技术: 可测量血管前、后壁内中膜厚度
5.3.2	灰阶血流成像技术
5.3.3	高级灰阶血流成像技术, 无取样框 (附图)、无角度依赖, 无需注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学, 可显示极低速血流。
5.3.4	超微细血流成像技术, 采用全新智能算法及编解码技术, 具备多级别背景模式选择, $\geq 7$ 级
*5.3.5	立体血流成像, 通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流, 突显血管位置关系, 利于捕捉诊断信息, 立体呈现程度可调节。
*5.3.6	穿刺针增强显示功能, 可独立调整穿刺针的显示增益 (附图), 不影响背景图像质量
*5.3.7	智能多普勒技术: 能够快速识别血管结构, 自动调整彩色取样框位置、角度, 调整频谱取样容积及角度
5.4	高级成像技术
5.4.1	应变式弹性成像
5.4.1.1	具备成像质量监控色棒和操作动作曲线, 指导医生操作
5.4.1.2	可支持凸阵、线阵、腔内、面阵、术中探头等 $\geq 14$ 个探头
5.4.2	心脏成像功能
5.4.2.1	标配心脏相控阵探头扫描角度 $\geq 120^\circ$
5.4.2.2	在线或者脱机的解剖 M 型功能
*5.4.2.3	支持高帧频心肌组织多普勒速度成像, 并且在组织多普勒的同时支持解剖 M 型和曲线解剖 M 型 (附图)
5.4.2.4	心功能自动计算功能: 在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数, 同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线, 自动得到 EF、CO、SV 等心功能数据
5.4.2.5	支持心肌组织多普勒定量分析: 能显示组织速度曲线就组织运动的同步性 / 舒张功能 / 收缩功能等进行多参数研究, 并且无需多次取样直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换, 同屏显示曲线 $\geq 8$ 条
*5.4.2.6	支持心脏二维灰阶血流成像 (附图)
5.5	测量和分析 (B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式)



5.5.1	一般测量
5.5.2	妇产科测量,
5.5.3	心脏功能测量
5.5.4	多普勒血流测量与分析
5.5.5	外周血管测量与分析
5.5.6	泌尿科测量与分析
5.5.7	多普勒频谱自动包络、测量与计算, 参数由客户自由选择
5.6	图像存储与(电影)回放重现单元
5.6.1	输入/输出信号: HDMI、USB 等
5.6.2	连通性: 医学数字图像和通信 DICOM3.0 版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)
5.6.3	超声图像存档与病案管理系统
*5.6.4	固态硬盘容量 $\geq$ 1TB
5.6.5	一体化剪贴板:(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像, 图像大小有3种可调; 在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统
*5.6.6	USB 一键快速存储功能
5.6.7	超声图像静态、动态存储, 原始数据回放重现
5.7	技术参数要求
5.7.1	系统通用功能:
5.7.1.1	监视器 $\geq$ 23.8英寸高分辨率监视器
5.7.1.2	扫描方式: 逐行扫描, 高分辨率, 全方位关节臂旋转
5.7.1.3	系统动态范围 $\geq$ 430dB
5.7.1.4	探头接口 $\geq$ 4个可激活的探头接口(不包括笔式探头接口)均为无针触点式大接口
5.7.1.5	回放重现: 灰阶图像回放 $\geq$ 3000幅、回放时间 $\geq$ 100秒
5.7.1.6	增益调节: B/M可独立调节, STC分段 $\geq$ 8
5.7.1.7	扫描深度 $\geq$ 50cm(提供原厂白皮书, 附图)
5.7.1.8	超声功率输出调节: B/M、PWD、Color Doppler 输出功率可调
5.7.2	探头规格
5.7.2.1	频率: 无针触点式宽频变频探头, 所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示, 实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调
5.7.2.2	工作频率范围可在1-24MHz之间选择
5.7.2.3	阵元: 小器官面阵探头阵元数 $\geq$ 1000阵元
5.7.2.4	冰晶腹部凸阵探头: 超声频率1.0-6.0MHz, 支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。
5.7.2.5	面阵小器官线阵探头: 超声频率3.0-16.0MHz, 支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

*5.7.2.6	冰晶相控阵探头：超声频率 1.0-5.0MHz，扫描角度 $\geq 120^\circ$
*5.7.2.7	宽频线阵探头：超声频率 2.0-11.0 MHz，，支持造影、应变式弹性。
5.7.3	二维灰阶显示主要参数
5.7.3.1	凸阵探头，18cm 深度，全视野，最高线密度下，二维帧频 $>63$ 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 $85^\circ$ ，最高线密度下，二维帧频 $>73$
5.7.4	频谱多普勒
5.7.4.1	方式：PW，CW，HPRF
5.7.4.2	多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
5.7.4.3	PWD：血流速度 $>10\text{m/s}$ ；CWD：血流速度 $>21\text{m/s}$
5.7.4.4	最低测量速度： $<0.3\text{mm/s}$ （非噪声信号）
5.7.4.5	PW 取样容积范围：0.05cm-2cm
5.7.5	彩色多普勒
5.7.5.1	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示
5.7.5.2	具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）
5.7.5.3	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： $-20^\circ - +20^\circ$
同时配三方设备：商用电脑、打印机、采集卡、UPS、超声专用床、椅子各一套	

3、 6M LED 彩色医用显示器		
序号	技术指标	具体技术要求
1	自动校准亮度曲线	显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合 dicom3.14 标准，提供国家知识产权局认可的证明材料
2	基本参数	$\geq 30$ 英寸，分辨率 $\geq 3280 \times 2048$ ，点距 $\leq 0.197 \times 0.197\text{mm}$ ，最大亮度 $\geq 1300\text{cd/m}^2$ ，对比度 $\geq 2000:1$ ，响应时间 $\leq 28\text{ms}$ （ $T_{\text{on}} \leq 13\text{ms}$ ， $T_{\text{off}} \leq 15\text{ms}$ ），可视角度 $\geq 178^\circ$ （ $\text{CR} \geq 10$ ）
4	★动态校正	显示器 LUT 表可以动态生成，DICOM 曲线可以在 200-500cd/m <sup>2</sup> 固定亮度下动态调节，提供国家知识产权局认可的证明材料以及通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告
5	亮度均匀性	显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，提供国家知识产权局认可的证明材料
6	★色彩	色彩度 $\geq 4.398\text{Trillion}$ （42bit），提供国家知识产权局认可的证明材料
7	★视频端口	输入接口：DVI-D $\times 1$ 、DP $\times 1$ 。提供产品说明书内显示器接口示意图（并加盖公章）
8	观片灯功能	显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料

9	前置感光功能	显示器具有前置感光探头,可控制该探头前实时监测显示器输出亮度,并对 DICOM 进行精确校正,提供国家版权局认可的证明材料
10	环境光自适应	显示器可根据环境光自适应调整亮度,可以侦测使用环境的环境光数据,进一步调节显示器的显示效果,更符合人眼观察能力,展现图像,应用于各种亮度环境下,提供该功能的产品说明书复印件并加盖公章,提供国家知识产权局认可的证明材料
11	★亮度快捷切换	显示器可通过触控按键一键切换亮度,方便医生在高亮度下观察图像细节,提供该功能的产品说明书复印件并加盖公章,提供国家知识产权局认可的证明材料
12	★CCC 认证	产品获得 CCC 强制认证,并且 3C 认证证书上委托人、生产者(制造商)和生产企业名称须完全一致。
13	★节能认证	产品获得中国节能产品认证,并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致。

## 第 2 包技术参数及配置要求：

### (1)、全自动五分类血液细胞分析仪（血球计数仪）

1. \*检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行 C-反应蛋白（CRP）测定
2. 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道
3. \*检测参数： $\geq 26$  项可报告参数（不含散点图和直方图）
4. \*研究参数： $\geq 6$  项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息
5. 进样方式：全自动进样，封闭进样
6. \*检测模式：具有独立 CRP、五分类+CRP 等 3 种以上全血检测模式
7. 样本添加：可随时添加样本
8. 进样器容量： $\geq 40$  个
9. 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式
10. \*样本用量：五分类+CRP 模式 $\leq 40 \mu\text{l}$ ，CRP 模式 $\leq 20 \mu\text{l}$
11. \*检测速度：五分类+CRP 模式 $\geq 50$  个样本/小时
12. \*预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能
13. WBC 线性范围： $0 \sim 400 \times 10^9/\text{L}$
14. \*CRP 线性范围： $0.3 \sim 300\text{mg}/\text{L}$
15. CRP 携带污染： $\leq 1.0\%$
16. 操作系统：全中文操作分析报告软件
17. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧
18. 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件
19. 工作电压： $(100\text{V}-240\text{V}\sim)$  允差 $\pm 10\%$

**(2)、尿液分析仪技术参数表**

货物名称	技术参数
尿液化学分析仪 (※表示该型号仪器特有的功能)	※1. 检测项目： PH 值、亚硝酸盐、蛋白质、尿比重、维生素 C、隐血、葡萄糖、胆红素、尿胆素原、尿酮体、白细胞另加颜色和浊度，共 11 +2 项。
	2. 测量原理：用球面积分仪测量反射率。
	3. 测量波长：550nm、620nm、720nm。
	※4. 测量速度：600 次/小时。
	※5. 进样方式：具有试纸条自动感应进样，废试纸条自动收集功能。
	6. 屏幕显示：采用超大屏幕触摸式显示屏；中文液晶显示全部测量数据、测量时间、数值及打印输出；可自由选择中、英文打印结果。
	※7. 储存功能：可储存 2000 个标本数据，供随时翻阅。
	※8. 反应时间：单条反应时间 60 秒，连续进样反应时间 6 秒。
	9. 无故障时间：平均无故障率 5000 小时。
	10. 故障诊断：仪器可进行自检和自动校正，不需额外校正。
	※11. 打印方式：可选择内置或外置打印机，中英文打印报告，独有的自动切纸功能，标准 RS232 接口。
	12. 检测方法：单步和连续进样。
	13. 报告方式：可选择报告半定量浓度或+/-系统，单位可选择 SI 单位、传统单位，并可注明异常值。
	14. 使用环境：5~30 度；RH<80%
	15. 国际认证：通过 ISO9001：2015/ISO13485：2016 医疗质量管理体系认证。

**(3)、十二道数字式心电图机技术参数****1 心电采集显示**

- 1.1 信号输入：12 导联同步采集，具有除颤保护和起搏脉冲抑制
- 1.2 耐极化电压：≥±600mV
- 1.3 ★时间常数：≥3.2s
- 1.4 ★频率响应：0.05Hz -200Hz
- 1.5 ★增益类型：2.5、5、10、20、10/5、40、AGC (mm/mV)
- 1.6 输入阻抗：≥50MΩ

- 1.7 输入回路电流： $\leq 50 \text{ n A}$
- 1.8 患者漏电流： $\leq 10 \text{ } \mu \text{ A}$
- 1.9 ★共模抑制比： $\geq 117 \text{ dB}$
- 1.10 ★A/D 转换：24 位
- 2 心电波形测量和诊断**
  - 2.1 心率计算范围：30bpm -350bpm
  - 2.2 心率计算精度： $\pm 1\text{bpm}$
  - 2.3 ★心电波形测量信息：P 时限、PR 间期、QRS 时限、QT 间期、QTC 间期、RR 间期、RV5 振幅、SV1 振幅、RV6 振幅、SV2 振幅、RV5+SV1 振幅、P 波电轴、QRS 波群电轴、T 波电轴
  - 2.4 ★诊断分析种类： $\geq 140$  种
  - 2.5 检测结果支持明尼苏达码
- 3 记录仪**
  - 3.1 记录方式：行式热敏打印
  - 3.2 记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s
  - 3.3 打印宽度：210mm/216mm
  - 3.4 记录纸类型：卷轴热敏记录纸/Z 型折叠热敏记录纸
  - 3.5 ★记录类型：能够实现不少于 12 种的打印方法输出。（3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、6×2+3R 、12×1、手动 3 道、手动 6 道、手动 12 道、单导节律、三导节律等）
- 4 输入输出接口**
  - 4.1 网络接口：RJ-45（1 个）TCP/IP；联网功能
  - 4.2 USB 接口：USB Host（1 个）可连接 U 盘，USB 打印机及条码扫描器；USB Device（1 个），连接 PC 电脑
  - 4.3 SD 卡接口：标准 SD 卡，用于导出心电数据存储
  - 4.4 支持将心电图机报告转成 PDF 文件
  - 4.5 支持计算机键盘输入操作，可快捷实现中/英文病人信息输入
- 5 工作模式**
  - 5.1 ★手动模式、自动模式、节律模式、R-R 模式、关闭模式
- 6 存储规格**
  - 6.1 内置存储：800 组 ECG 记录数据

6.2 外置存储：支持 SD 卡和 U 盘存储方式，可实现数据转移和导入、导出

6.3 ★输出格式：PDF、DAT、JPEG、Dicom(选配)、FDA-XML（选配）等

## 7 显示

7.1 显示器尺寸：8.0 英寸液晶显示屏，全屏触摸屏设计

7.2 显示分辨率：800×600

## 8 电池

8.1 电池类型：锂离子可充电电池

8.2 电池容量：可连续使用 4 小时，可打印 150 份

## 9 ★ 商务部分

10.1 生产厂家生产历史 10 年以上， 生产厂家注册资本一亿以上

10.2 质量保证体系：具有 ISO9001、ISO13485 质量体系认证，具有 ISO14001 环境质量体系认证,CE 和 FDA 认证；

### (4)、商用台式电脑

名称	技术规格
商用台式电脑	兆芯 KX-U6780A 8G+256G+1G 独显 23 寸显示器、统信系统

### (5)、病床、病房床头柜

名称	技术规格
病床、病房床头柜	双摇带轮长 2150*900*500，同时配备病房床头柜 70 个

### (6)、病理信息系统 【病理软件（病理质控与资料管理系统）】

序号	指标项	技术参数要求
1	登记工作站软件 1 套	<p>可手工登记送检病例信息，也可从 HIS 系统中提取病人基本信息。</p> <p>可按病例库进行登记，病例库可以自定义；可以指定默认的病例库。</p> <p>病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可直接提取最大号作为病理号，还可手工调整。登记时出现病理号重号有自动提示。</p> <p>★ 记录不合格标本拒收原因，并提供不合格情况统计。</p> <p>打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点。</p>

		<p>★ 记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。</p>
2	取材工作站软件 1套	<p>系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明。</p> <p>★ 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。</p> <p>★ 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。</p> <p>进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”“脱钙”“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。</p> <p>取材明细列表适应不同的取材序号队列。</p> <p>★ 取材明细的材块数具有单位（块、条、堆等），统计时只统计前面的数字。</p> <p>★ 取材记录和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。</p> <p>★ 针对小标本取材描述提供专用模板。</p> <p>★ 提供按照不同器官系统、不同标本切除方式分类的取材大体描述模板，用户可方便地在取材记录界面上直接进行模板内容的增加、修改和删除。</p> <p>在录入大体描述时，可以提取标本名称。</p> <p>在录入取材组织名称时，其常用词会根据取材常用词树的第一级部位同步更新。</p> <p>进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。</p> <p>可以进行材块核对，记录核对人，核对时间。</p> <p>★ 提供取材工作交接管理工具，区分当日取材和非当日取材，可按照取材医生分别整理。</p>
3	包埋工作站软件 1套	<p>系统自动打开所有已取材但尚未包埋病例的取材明细记录，供技术人员在包埋时进行核对。</p> <p>★ 记录组织材块“翻盖”“无组织”等特殊取材质量评价情况，能反馈到切片环节及病理医生处，并提供取材质量评价查询和统计功能。</p> <p>提供包埋环节工作量统计信息。</p>
4	切片工作站软件 1套	<p>系统自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表。</p> <p>可以查看每一病例的肉眼所见和取材明细。</p> <p>可记录切片染色人、染色时间等相关信息。</p> <p>★ 医生在报告站开出了重切、深切等医嘱，切片站可以自定义弹框提示，以提醒技术员及时处理。</p> <p>★ 对于重切、深切等内部医嘱，系统会自动提示原切片人的信息。</p>



		<p>按照蜡块包埋情况或重切、深切医嘱要求自动生成切片条码标签列表，用户可以进行手工调整。</p> <p>★ 切片标签的生成适应切片不合并、自动合并、手工合并等多种情况。</p> <p>可根据登记列表自动生成细胞学制片的条码标签。</p> <p>批量打印切片条码标签。</p> <p>★ 提供切片交接管理工具，用于技师和医师之间的切片交接清点对照。切片工作表可按取材医师或开单医师分别整理；可按照“标本类型”“切片类型”“操作员”“病理号单双号”等条件进一步整理；可按照病理号、蜡块号分类整理；可分别打印“常规制片交接单”等不同工作表。</p> <p>可进行切片交接状态的管理。</p> <p>提供切片环节工作量统计信息。</p> <p>★ 对每个病例都产生出切片明细列表，可由医生通过打分制进行切片质量评价工作，并提供切片质量月报表、日报表、非甲切片明细表及优片率统计功能。</p> <p>★对已评价过的每一张切片可以进行切片评价处理记录，如原因分析及处理结果。</p>
5	综合报告工作站软件 3套	<p>可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。</p> <p>使用带标准 TWAIN32 接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像。</p> <p>★ 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”“我的未打印报告”“我的未写报告”“我的延期报告”“我的申请复片”“我的待复片”“我的外借返回病例”“我的收藏夹”“科内会诊”“需随访病例”等列表。</p> <p>★ 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。</p> <p>在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。</p> <p>提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。</p> <p>针对同一病理号（或冰冻号）多次的独立冰冻报告，在发放冰冻报告时系统需保证同一病理号前面的冰冻报告已发放。</p> <p>★ 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。</p> <p>★ 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。</p> <p>提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。</p> <p>可进行冰冻制片时间的统计，还可进行冰冻制片及时率的统计。</p>

	<p>★ 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。</p>
	<p>★可进行术中快速病理诊断及及时率的统计（包括多合同时送检且时间在 45 分钟之内情况的特殊处理）</p>
	<p>可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。</p>
	<p>可将标本名称和冰冻诊断提取到病理诊断中。</p>
	<p>适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。</p>
	<p>★针对七类小标本和二十类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。</p>
	<p>采用包括 TBS2004 在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。</p>
	<p>★报告打印时能设置病例库对“阴阳性”“临床符合”“冰冻符合”进行检查，若无内容不能打印。</p>
	<p>★ 病理诊断结果与性别冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。</p>
	<p>★镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右”，系统将自行弹框提醒。</p>
	<p>★ 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。</p>
	<p>病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”“瘤”“阳性”，则字体将变红提醒。</p>
	<p>★ 在查看取材明细时，碰到任务来源是“冰冻”时，系统自动变为红色进行提示。</p>
	<p>可进行报告质量的评价。</p>
	<p>可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。</p>
	<p>医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。</p>
	<p>提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。</p>
	<p>★ 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，若无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。</p>
	<p>提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。</p>
	<p>通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”“已取材”“已包埋”“已制片”“已写报告”“已审</p>

	核”等。
	★ 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”“报告超期”“报告延期”等报告发放时间状态。
	★ 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。
	内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。
	提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。
	提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。
	可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。
	可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。
	可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。
	可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为 EXCEL 文件，用户可自定义导出项目字段。可控制每个医生病理报告的查询天数。
	提供按照“部位”“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。
	提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。
	提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。
	★ 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、报告发放及时率的统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。
	提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为 EXCEL 文件。
	★ 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。
	提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。
	★ 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，

		用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。
6	HIS 系统双向接口 1 套	从医院 HIS 系统中提取病人基本信息；将审核过后的病理报告或未发报告原因发送到 HIS 系统中，通过 HIS 系统的浏览工作站提供给临床查看。
7	大体标本拍摄台 1 台	一体式大体标本拍摄台，图像传感器：1/3.2” CMOS；总画素：800 万画素；帧速率：60FPS（最高）；光源：LED 灯。通过定制接口能直接通过病理网络系统软件进行调节和大体标本拍照控制，并将图像自动编号后直接存入病理网络系统中。
8	数码摄像头 3 台	国产 300 万像素数码摄像头，扫描模式：逐行扫描；光传感器：1/1.8”CCD（彩色）；像素量级：300 万物理像素；像素大小：3.45 $\mu$ m*3.45 $\mu$ m；帧速率：35-65FPS；信噪比：70dB。与病理信息系统深度整合，无需进行二次开发或调用外部接口程序，即可在病理信息系统内直接进行图像采集操作。
9	摄像接口 3 个	1 倍 C 型通用显微接口，从镜头安装基准面到焦点的距离是 17.526mm，用于摄像头和三目显微镜的连接。

### (7)、高频电刀

1. 具有两个相互独立和隔离的 CF 型防除颤应用部分(单极和双极)，非 AP、APG 型普通设备，220V $\pm$ 10%网电源供电。
2. 对生物组织进行切割、凝血等外科手术。具有单级切割、凝血和双极功能。
3. 全功能功率自动补偿。
4. \*高频发生器专用内窥接口，配合任何品牌内镜使用。
5. 病人回路负极板接触质量检测系统。
6. 单极既可手控输出也可脚控输出。
7. \*具有双刀笔独立输出端口。
8. 具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
9. 按键式 LED 显示屏，清晰不易死机。
10. 采用电子散热方式，避免风扇产生对流确保无菌操作。
11. \*三脚踏独立控制，单双极直踩输出，无需脚踏或手动转化。
12. \*错误输出及报警为真人语音提示。
13. 支持双极闭合、分离，满足手术双极治疗，无需黏贴负极板。
14. 具备单极切割，单极凝血，双极功能，单极最大输出 $\geq$ 350W, 双极最大输出 $\geq$ 70W
15. 远程故障诊断。
16. 通过 EMC 检测。

1	高频电刀	3
2	单极连线	3

**(8)、医用加压器(膨宫机)**

特点：最大出气压力 $\geq 40\text{kPa}$ ，可用于宫腔镜手术。

输入电压和频率： $\sim 220\text{V}$                        $50\text{Hz}$

输入功率： $80\text{VA}$

防电击类型：I类

对有害进液的防护程度

最大流量： $\geq 0.5\text{L}/\text{min}$ （气体）

正压力范围： $0\text{kPa}\sim 40\text{kPa}$  可调

操作温度： $+10^{\circ}\text{C}\sim +40^{\circ}\text{C}$

尺寸： $\leq 400\text{mm}\times 300\text{mm}\times 112\text{mm}$ (含底脚)

配置清单：		
序号	产品名称	数量
1	医用加压器(膨宫)	1
2	短穿刺针	1
3	长穿刺针	1
4	皮管	1
5	三通阀	1

**(9)、自动气压止血仪技术参数**

1、输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用；

2、电源电压： $\text{AC}220\text{V}\pm 22\text{V}$ ， $50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$ ；功率： $18\text{VA}$ ；

3、操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制；

4、工作压力：设定范围： $3\sim 100\text{kPa}$ ，步距  $1\text{ kPa}$ ；

※5、工作时间：设定范围： $1\sim 600\text{min}$ ，步距 1 分钟；

※6、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

※7、阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，放气压力为 $3\text{kPa}$ ，防止患者心、脑突然缺血；

※8、断电、失电压力保持：出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于 $10\text{kPa}$ 。以便维持手术继续进行，保证患者安全；

※9、紧急阀门装置：可手动紧急放气；

※10、压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定；

11、工作噪音：设备正常工作时噪音 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ；

12、提示功能：a、设定工作时间剩余 10min、5min、1min 时，将有 5 次“滴—滴—滴”提醒操作人员；b、设定工作时间完成时，蜂鸣器持续“滴”声响，提示操作人员设定工作时间完成；c、止血仪内气压超过设定值的 $\pm 5\text{kPa}$ ，时间超过 2min 时，将有持续“滴”声提示；

13、外观尺寸：一体成膜ABS材质，长220mm宽161mm高292mm；

14、延长导气管尺寸：长度不小于4m；

※15、止血袖带尺寸：超大号袖带：长1020mm宽140mm2条，大号袖带：长980mm宽86mm2条，中号袖带：长750mm宽75mm2条，小号袖带：长440mm宽62mm2条；

※16、推车：标配推车一台；

17、可选配内置锂电池：可连续工作6小时以上；

### **(10)、麻醉呼吸回路消毒机**

1、适用范围：供医疗单位对麻醉机呼吸机回路内部消毒时使用。

2、消毒方式：臭氧、雾化装置（可选择复合醇或过氧化氢并提供相应的资质证明）。

★3、人机对话模式： $\geq 7$ 英寸嵌入式彩色触摸屏，屏幕保护（180度剥离强度：240-260gf；耐温：150-180℃瞬间；粘合力：8-12G）。

★4、工作模式：同屏仅显示两种消毒模式，一个全自动消毒模式（可在全自动模式下一键进入快速启动对麻醉机或呼吸机消毒）、一个自定义消毒模式（可在自定义模式下手动调节后再对麻醉机或呼吸机消毒）。

4.1、全自动消毒模式：15min 雾化、60min 消毒、30min 净化；

4.2、自定义消毒模式：20min-240min 可调，步进值 5min；

4.3、设定的工作时间与实际运行的时间精度在 $\pm 1\text{min}$ 范围内。

5、输气速度：6.5L/min（ $\pm 1.5$ ）。

6、排气速度：5L/min（ $\pm 2$ ）。

7、输入臭氧浓度： $\geq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 。

8、臭氧排放浓度： $\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$ 。

9、臭氧残留量： $\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$ 。

10、泄漏量： $\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$ 。

★11、本产品使用的配套消毒液及产品消杀效果须以本产品制造商为送检单位统一进行权威检测、备案，并提供相关资质证明。

12、消毒级别：能够杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒器械高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢 5 代平均杀灭对数值 $\geq 3.0$ ，符合《消毒技术规范》的评价规定要求。

★13、腐蚀性：无腐蚀性并提供无腐蚀检验报告。

★14、异常报警：动态、实时监测浓度及温度变化，并同屏显示浓度及温度变化值，浓度标示值精度 $\pm 10\%$ PPM 范围内，温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ （精确值 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 范围内），避免因温度过高影响产品消毒效果及使用安全，数据异常自动报警提示。

★15、对人体无害检测：设备产生的氮氧化物浓度小于消毒气体浓度的 2.5%。

★16、供气净化装置：消毒气体供气端过滤装置滤膜孔径： $\leq 0.1\mu\text{m}$ 。

17、雾化量：0.1mL/min~0.4mL/min。

18、雾化速率：0.1mL/min~0.4mL/min。

19、雾化装置的气体流量：5L/min~ 12 L/min。

20、雾化装置的工作压力范围：150KPa~350 KPa。

21、相对湿度：消毒负载处的相对湿度 $\geq 70\%$ 。

22、单路消毒：单路单循环动态消杀，可对麻醉机或呼吸机回路内部进行密闭循环消毒。一键操作实现雾化、消毒、净化（干燥）的功能，真正做到了对麻醉机、呼吸机内部回路进行全面消毒，可实现人机共存。

★23、路径舱：可将手术器械及设备附件分类植入其中进行循环消杀。

23.1、数量：一个路径舱。

23.2、密封方式：机械旋钮式膨胀密封。

23.3、警告标识及开关标识：具备。

23.4、使用说明书：已注册备案。

★24、空气过滤装置（气体排放）：采用麻醉机和呼吸机用呼吸管路的相关技术或专利，内置高效活性炭重复使用，可自动回收、净化（干燥）、分解残留的消毒因子，确保内回路得到充分净化（干燥），且残留量及排放浓度优于国家标准。

★25、产品结构自带四组嵌入式防尘臂椎骨设计，避免管路污染。

★26、机器须自带唯一功能的独立收纳空间，方便收纳消毒液及随机附件，以免混淆或丢失。

★27、本系列产品具备 NMPA 认证、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告、欧盟 CE 认证。

28、产品已申获专利。

★29、可选择增配（非标配）同品牌的过氧化氢复合因子消毒机，实现内外兼消。

29.1、适用范围：适用于空间内空气及物体表面消毒。

29.2、消杀方式：五种复合因子联合消杀，快速消灭耐药菌，消杀彻底，消杀时间短。

29.3、消毒因子：过氧化氢、臭氧、紫外线灯、光触媒及过滤吸附。

29.4、人机对话模式：可选择 $\geq 10$ 英寸彩色触摸屏，屏幕保护（180度剥离强度：240-260gf；耐温：150-180℃瞬间；粘合力：8-12G）。

29.5、根据不同场景需求，可同时实现主动消杀（人机分离）和被动消杀（人机共存）。

## （11）、手术无影灯

### 一、技术参数要求：

★1、灯体外形：一体成型的圆形灯盘，外周配置一体加工把手 $\geq 2$ 个，采用流线、超薄造型，灯头厚度最大处 $\leq 65$ mm。母灯中心镂空设计，无螺钉外漏，符合手术室层流净化要求，手术灯灯头符合 IP54 防水防尘等级，提供第三方检测报告。

★2、灯盘直径：母灯 $\geq 700$ mm，子灯 $\geq 600$ mm

★3、光源类型：采用 LED 冷光源，非混光白色，进口 OSRAM 医用 LED 颗粒，寿命 $\geq 60000$ h，提供第三方寿命检测报告及无蓝光检测证明；

4、光源技术：多光源模组设计，应用透镜的折、反射原理，每颗 LED 光源配置独立的透镜；

5、光源数量：母灯 LED 灯珠数量 $\leq 70$ 颗，子灯 LED 灯珠 $\leq 50$ 颗，模块化阵列布局，子、母灯独立电源供电，提供灯头正面图片；

6、控制面板：采用触摸屏式控制操作方式，控制系统位于关节结合处。人性化控制界面图标显示，彩色显示屏可以显示灯的实时工作状态、累计工作时间，要求提供实物图片；

★7、控制方式：灯头至少配置两种控制方式；

8、照度调节：10级照度调节，最高照度为 160000lx，适合不同手术和手术医师对照明效果的需求，照度调节采用 DC 调节模式，无频闪，不伤视力，不可使用 PWM 调光；

★9、功能多样：腔镜、R9、普通照明，多种功能模式一键切换，另可提供 $\geq 6$ 组的分术式调节功能，满足不同手术的照明需求；

10、具备参数记忆功能：关闭无影灯时的亮度、色温等参数设置可记忆，再次启动无影灯时自动恢复上次关闭前的参数设定；

★11、体位调节：采用德国 ONDAL 全套进口平衡悬挂系统，双轴承设计，配合自主



设计万向节，不少于六组活动关节联动，调节灵活、稳定，提供进口报关单；平衡臂确保使用寿命可达十年，提供证明文件；

12、中置手柄：可拆卸的无菌柄，非有意拆卸力超过 100N，提供第三方检测报告，术后可轻松取下进行溶液浸泡或高温高压消毒、灭菌；

★13、外壳防护：无影灯表面涂料具有杀菌功能，杀菌效果达 99.99%，并提供第三方检测报告；

14、安装预埋件：吊顶预埋件可承受垂直负载 $\geq 1500\text{kg}$ ，扭力 $\geq 9000\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过第三方专业检测机构安全检测，提供检测报告；

★15、光柱深度实测可 $\geq 1300\text{mm}$ ，提供第三方检测报告；

★16、单遮板无影率：实测母灯可 $\geq 80\%$ ，子灯可 $\geq 75\%$ ，提供第三方检测报告；

17、深腔照明率：实测母灯 $\geq 99\%$ ，提供第三方检测报告；

18、光斑直径多级可调，且照度不随光斑大小改变而变化（提供检测报告），光斑直径实测母灯可达 $\geq 280\text{mm}$ ，子灯可达 $\geq 230\text{mm}$ ；

19、显色指数：子母灯实测 Ra 均可达 $\geq 97$ ，R9 显色指数 $\geq 97$ ，提供第三方检测报告；

20、无影灯色温 3000K~6700K 多级可调，满足各类手术及各医护人员操作需求；

21、辐照度：实测母灯可 $\leq 480\text{W}/\text{m}^2$ ；子灯可 $\leq 400\text{W}/\text{m}^2$ ；波长在 400nm 以下的紫外光辐照度：母灯 $\leq 2\text{W}/\text{m}^2$ ；子灯 $\leq 1\text{W}/\text{m}^2$ ，提供第三方检测报告；

22、术野温升 $\leq 1^\circ\text{C}$ ；医生头部温升 $\leq 1^\circ\text{C}$ ；

★23、真正冷光源，手术无影灯辐照度  $E_e$  与照度  $E_z$  比值 $\leq 3\text{mW}/(\text{m}^2 \cdot \text{lx})$ ，提供第三方检测报告。

24、整套产品活动半径  $R \geq 1800\text{mm}$ ；

25、灯头上下活动距离  $L \geq 1100\text{mm}$ ，向下活动距离  $L \geq 613\text{mm}$ ；

26、配置升级：具备免拆卸升级功能，不需要拆卸天花，不改变层流送风天花结构，即可加装最多 $\geq 4$ 个悬臂。

## 二、功能及技术先进性要求：

1、灯头采用流线造型，无螺钉外漏。超薄型灯头，母灯中心镂空设计，灯盘厚度最大处 $\leq 65\text{mm}$ ，符合手术室层流净化要求；轻量化设计，操作更加灵活、轻盈、稳定，壳体材质为 ASA 塑料，不变色、防腐蚀、易清洁；无影灯表面涂料具有杀菌功能，杀菌效果达 99.99%；

2、控制系统采用彩色触摸显示屏，可以显示灯的工作状态和累计工作时间；

3、灯头配置两种控制系统，其中一种为无菌柄控制，通过无菌柄控制无影灯的照度，光斑，色温等参数，术后可轻松取下无菌柄进行溶液浸泡或高温高压消毒、灭菌，避免术中交叉感染，确保医、患健康；

4、进口高显值医用 LED 颗粒，具有较高的发光效率，提供最优的色彩还原，通过无蓝光检测，有效保护医护人员用眼健康；

5、照度 10 级可调、色温 5 级可调、光斑 3 级可调，保证聚焦视野清晰可见，消除眩光危害，同时满足不同手术的照明需求；

6、超低辐照度值，术野温升小，确保手术顺利、过程舒适；

### 三、质量要求：

★1、通过 TUV 体系认证（ISO13485、ISO9001），并提供相关证件；

★2、通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（ISO14001、ISO45001），并提供相关证件；

★3、提供检测机构出具的全性能检测报告和 EMC 电磁兼容检测报告；

★4、通过 CE 认证，并提供 CE 认证凭证。

### 四、配置清单：

序号	名称	数量
1	母灯灯头	1 个
2	子灯灯头	1 个
3	进口母灯 LED 光源	1 套
4	进口子灯 LED 光源	1 套
5	母灯控制系统	1 套
6	子灯控制系统	1 套
7	进口开关电源	2 个
8	进口平衡臂	2 根
9	进口横臂	1 套
10	进口防尘罩	1 套
11	无菌柄	4 套

## (12)、电动液压手术台（综合手术床）

### 一、性能要求：

1、手术台床身、立柱罩、底座、侧轨和附件等采用优质 304 不锈钢，台面框架采用优质高强度铝合金，防锈，易清洁消毒，抗污染，满足手术室感控要求；

2、手术床采用五段式床身设计包括：头板、背板、腰桥、臀板和分体式腿板，可满足不同手术体位调整需求；

★3、采用电动液压驱动，安全可靠，运行平稳，可电动调节台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板转折、台面纵向移动等 5 组主要动作；

4、手术床底座外壳采用高强度阻燃 ABS 材料，经高温吸塑工艺制成；耐腐蚀、易清洁、永不生锈；

★5、刹车采用电动液压刹车，遥控器一键刹车，四只刹车油缸同时锁定，安全稳定；

★6、设有一键复位功能、一键屈曲反屈曲和反向体位键功能，手控器设有误操作锁开关；

★7、具备腰桥功能，腰桥行程 $\geq 120\text{mm}$ ，满足特殊手术需要；

★8、具有电动平移功能，行程 $\geq 300\text{mm}$ ，可配 C 型臂使用；

9、电源 AC220V 50Hz，功率 650VA，间歇方式运行，进液防护分类 IPX4。

### 二、★技术参数要求：

1 台面长度 $\geq 2140\text{mm}$ ；

2 台面宽度（不含导轨） $\geq 525\text{mm}$ ；

3 台面最低高度 $\leq 700\text{mm}$ ；

4 台面升降行程 $\geq 300\text{mm}$ ；

5 台面前倾/后倾 $\geq 30^\circ$ ；

6 台面左倾/右倾 $\geq 20^\circ$ ；

7 背板上折角度 $\geq 80^\circ$ ，背板下折角度 $\geq 30^\circ$ ；

8 台面平移行程 $\geq 300\text{mm}$ ；

9 头板上折角度 $\geq 67^\circ$ ，下折角度 $\geq 90^\circ$ ；

10 腿板上折角度 $\geq 30.5^\circ$ ，下折角度 $\geq 90^\circ$ ，外展角度 $\geq 90^\circ$ ；

11 床体最大安全承重 $\geq 400\text{kg}$ 。

### 三、功能及技术先进性要求：

1、采用电动液压驱动，安全可靠，运行平稳；

- 2、手术床台面和床垫采用能透 X 射线材料制成，便于透视摄影；
- 3、标配大容量蓄电池，可满足 $\geq 50$ 次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性；
- 4、标配 80mm 双层记忆海绵床垫，具有减压、吸震、透气、防静电和慢性回弹等特性；
- 5、头腿板采用进口气弹簧助力调节，操作方便，安全稳定；
- 6、头腿板可拆卸，可互换。互换后有 1430mm 超大透视空间，可满足各种 X 光透视手术需求；
7. 电源线具有防脱出功能，有效防止虚接及接触不良；配备急停开关，可在紧急情况下一键切断所有电源，保证使用安全；
- ★8、产品通过 ISO9001 和 ISO13485 双认证，中国驰名商标，具有质量保证。（提供以上双管理体系认证证书）

#### 四、质量要求：

- ★1、产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；
- ★2、电动液压手术台具有省级医疗器械质量监督检验所检验报告及 EMC 检测报告，可提供权威检测报告。选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；
- 3、维修响应时间 $\leq 12$ 小时。

#### 五、配置清单：

每台设备配置：1 个麻醉屏架、2 个托手架、2 个支身架、2 个束手带、2 个束身带、2 个束腿带、1 个侧卧位托手架、2 个托腿架、2 个支肩架、1 个俯卧位垫、1 套骨盆固定器。

### (13)、骨科电动液压手术台（骨科手术床）

#### 一、性能要求：

- 1、手术台床身、立柱罩、底座、侧轨和附件等采用优质不锈钢，防锈，易清洁消毒，抗污染，满足手术室感控要求；
- 2、采用采用电动液压驱动，安全可靠，运行平稳；
- ★3、刹车采用电动液压刹车，遥控器一键刹车，四只刹车油缸同时锁定，安全稳定；
- 4、手术台设有四只万向轮结构，可以横向移动，原地 360 度转弯调节；
- 5、手术台设有头腿板互换功能；
- ★6、具有电动平移功能，行程 $\geq 300$ mm，可配 C 型臂使用；

- ★7、具备电动腰桥功能，腰桥行程 $\geq 120\text{mm}$ ，满足特殊手术需要；
- ★8、手术台配置立柱控制器，提高手术台容错率并方便控制；
- 9、电源 AC220V 50Hz，功率 176VA，间歇方式运行，进液防护分类 IPX4。

## 二、★技术参数要求：

- 1 台面长度 $\geq 2100\text{mm}$ ；
- 2 台面宽度（不含导轨） $\geq 520\text{mm}$ ；
- 3 台面最低高度 $\leq 515\text{mm}$ ；
- 4 台面升降行程 $\geq 510\text{mm}$ ；
- 5 台面前倾/后倾： $30^\circ$ ；
- 6 台面左倾/右倾： $20^\circ$ ；
- 7 背板上折角度 $\geq 80^\circ$ ，下折角度 $\geq 30^\circ$ ；
- 8 台面平移行程 $\geq 300\text{mm}$ ；
- 9 头板上折角度 $\geq 67^\circ$ ，下折角度 $\geq 90^\circ$ ；
- 10 腿板上折角度 $\geq 30.5^\circ$ ，下折角度 $\geq 90^\circ$ ，外展角度 $\geq 90^\circ$ ；
- 11 床体最大安全承重 $\geq 400\text{kg}$ ；

## 三、功能及技术先进性要求：

- ★1、床面采用碳纤维材质；
- ★2、最低 520mm 超低体位，510mm 超大升降行程，可满足眼科、神经外科等手术需要；
- 3、床垫采用记忆海绵材料，具有减压、吸震、易清洁、防静电等功能；
- 4、标配大容量蓄电池，可满足 $\geq 50$ 次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性；
- 5、头腿板调节采用进口气弹簧结构，调节方便，安全稳定。并提供相应报关单；
- 6、头腿板可拆卸，可互换。拥有 1430mm 超大透视空间，可适用于各种 X 光透视手术的需求；
- 7、具备丰富的电动控制功能设计，手控器设有误操作锁开关；设有一键复位功能和一键屈曲反屈曲功能；设有反向体位键功能；
- 8. 电源线具有防脱出功能，有效防止虚接及接触不良；配备急停开关，可在紧急情况下一键切断所有电源，保证使用安全；
- ★9、产品通过 IS09001 和 IS013485 双认证，中国驰名商标，具有质量保证。（提供以上双管理体系认证证书）；

**四、质量要求：**

- ★1、 产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；
- ★2、 电动液压手术台具有省级医疗器械质量监督检验所检验报告及 EMC 检测报告，可提供权威检测报告。选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；
- 3、 维修响应时间≤12 小时。

**五、配置清单：**

1 个麻醉屏架、2 个托手架、2 个支身架、2 个束手带、2 个束身带、2 个束腿带、1 个侧卧位托手架、2 个托腿架、2 个支肩架、1 个俯卧位垫、1 套骨盆固定器。

**(14)、病理组织盒书写仪**

- ★1. 书写格式：紫外激光(波长：355nm)，无需色带或喷墨，组织盒无需添加激光粉（镭雕粉）
- ★2. 除组织盒上载槽装置和输出装置外，整机采用一体化封闭式设计，设备四周均为面板材包裹，无突出部件或尖锐部件，方便清理、维护。
- 3. 书写内容：任意中英文、数字、BMP 图片、二维码、Logo
- 4. 书写格式：拖拽方式编辑（在组织盒打印区域可以任意打印），支持多个模板
- 5. 空气净化：内置空气净化模块
- 6. 组织盒输出模式：FIFO/先印先出；
- ★7. 标配 2 种组织盒收集/输出装置，可根据应用场景灵活切换：
  - （1）集中打印：平台式组织盒收集装置，可自动排序≥28 个
  - （2）即时打印：滑轨式组织盒输出装置，即打即取
- 8. 转盘式的上载槽设计，具备 6 个组织盒上载槽位，可一次性装载≥450 个不同颜色的组织盒（6 个存储槽，75 个/槽）。
- 9. 打印速度：4 秒/个
- 10. 兼容 LIS/HIS 系统；亦可通过局域网设置，达成一台操作电脑远程控制多台组织盒书写仪工作
- 11. 组织盒无需添加激光粉（镭雕粉）
- ★12. 具有第三方认证机构出具的字符耐受度认证合格报告
- 13. 具有第三方认证机构出具的空气检测报告
- 14. 配套工作站电脑 6 台，双屏电脑 1 台，条码打印机 2 台，高拍仪 1 台，针式打印机 1 台，条码扫描枪（带支架）4 把，彩色激光打印机 1 台。

## 第五部分 评标办法

一、本项目采用**综合评分法**进行评审，总分为 100 分。

二、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

资格审查		
序号	评审因素	评审标准
1	营业执照等主体资格证明文件	供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的 2022 年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明
2	资质证书	供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（二类或三类医疗器械）
3	财务状况报告	提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）
4	税收缴纳证明	提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；
5	社会保障资金缴纳证明	提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料
6	信用记录	<p>投标供应商在中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商及法定代表人在“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商及法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（截图及报告生成时间段为公告发出至递交投标文件截止时间内，投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a>）中全国范围内查询）</p>
7	控股管理关系	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》，且一个投标供应商只能参与采购人同期发布公告内一个合同包的政府采购活动；

8	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
9	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（按格式填写，被委托人须提供社保经办机构出具 2023 年 6 月、7 月、8 月至少一个月的由供应商缴纳的社保缴费证明材料，五险一金其中一项即可，应可查询。）
10	承诺函	供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
11	本项目不接受联合体响应	投标供应商未以联合体形式提交即可，无需提供证明材料。
12	供应商信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图
13	投标保证金	用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）

**符合性审查**

序号	评审因素	评审标准
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签署、盖章。
4	投标文件组成	投标文件应包含以下内容：（1）资格证明文件；（2）符合性证明文件；（3）投标方案。
5	供应商承诺书	按招标文件规定提交有效的“承诺书”。
6	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。
7	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 （5）未低于成本，未形成不正当竞争。
8	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。



9	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。
10	合同条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。
11	投标文件格式、内容、要求是否响应招标文件	符合第七部分“投标文件格式”的要求
<b>投标方案（70分）</b>		
序号	评分因素	评分标准
投标方案（70分）	实施方案（20分）	1、投标方案详尽，至少包含：组织实施计划、项目进度计划、供货方案、验收方案。技术方案完整合理、无遗漏、思路清晰、切实可行的计12-15分；技术方案内容比较完整、描述清晰、合理、可实施性较强的计8-12分；技术方案简单，可实施性较弱的计4-8分。
		2、提供针对本项目的实施方案，根据投入的实施团队，财力调配、运输派送和时间进度情况等方面进行综合评分，方案详实充分，针对性强的计4-5分；方案内容充分，但针对性不强的计2-4分；方案内容叙述简单且无针对性的计1-2分，未提供的不计分；
	技术方案（15分）	1、产品的技术指标、参数偏离情况（不允许负偏离）、配置、功能、质量标准、检测标准符合或高于国家标准、招标文件要求，测试手段先进，且稳定可靠，项目质量管理、安全管理体系与措施具体明确，并出具招标文件技术部分相应证明文件（包括但不限于主要产品提供厂家授权书、检测报告、彩页、产品说明书等，）予以证明。根据响应程度进行综合赋分；优秀的计6-10分；良好的计4-6分；一般的计0-4分。
		2、技术资料齐全，设备技术参数明确，规格、功能一致，并能够提供主要产品彩页、说明书、相关检验报告，整体表述一致，计0-2分。
	质量保障措施（10分）	3、投标产品设备性能优良，知名度高，市场占有率高、性能质量等符合国家的标准的计0~3分。
		投标人所投产品及配件货源渠道正常，确保响应的产品无产权纠纷有质量保证，主要产品包含但不限于原厂授权书、售后服务承诺书、产品检测报告、产品彩图并加盖原厂公章。质量保证措施合理、科学，提供相关证明材料齐全的计5-10分；质量保证措施一般，提供的相关证明材料不齐全的计1-5分。

	<p>售后服务方案(15分)</p> <p>业绩(10分)</p>	<p>1、提供针对本项目详细完整的售后服务方案(包括但不限于日常维护,备品备件计划、设备系统升级等),考虑到使用性质与特点,明确重点、针对性强、贴近项目需求的计 3-5分;制定方案内容充实,但针对性不强的计 2-3分;制定方案内容叙述简单且无针对性的计 1-2分,未提供的不计分;</p> <p>2、为保证投标人所投主要产品的售后服务质量,投标单位提供售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等,根据优劣计 0-3分;</p> <p>3、提供具体为采购人培训操作维护的负责人员,并有完整的培训方案,列出详细的培训内容、培训方式等说明,且能否为采购人提供定期回访保养服务,根据响应程度计 0-5分。</p> <p>4、提供针对项目具有合理化建议,根据响应程度计 0-2分。</p> <p>提供 2019 年 1 月 1 日至今医疗设备销售业绩,时间以合同签订时间为准,每提供一项计 5 分,满分 10 分。(以上业绩需提供相关合同扫描件,合同扫描件应包括首页、签字页等关键信息,以上材料中关键信息不清晰或信息不完整的,字迹有明显的加大加粗涂改痕迹均为无效业绩)。</p>
<b>报价评审标准(30分)</b>		
<p>报价评审因素(30分)</p>	<p>报价(30分)</p>	<p>本次招标价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×报价分权值×100;</p> <p><b>注 1、投标报价得分四舍五入,小数点后保留两位有效数。</b></p> <p><b>2、价格权值 30%。</b></p>
<p>分值构成(总分100分)</p>	<p>(1) 投标方案: 70 分</p> <p>(2) 报价部分: 30 分</p>	
<p><b>注:</b></p> <p>1、缺项或严重错误者该分项得 0 分,需 2/3 以上评委认定。</p> <p>2、因项目为不见面开标形式,凡涉及“原件”字眼,上传清晰可辨的电子件即为原件。</p> <p>3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>		

### 三、评标价格的确定：

本项目为非单一产品采购，主要设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

经初审合格的投标报价，为有效投标报价。对于所有有效投标报价按照以下规则进行评标价格的确定。

#### 3.1 政策性价格优惠折扣规定

##### 3.1.1 节能、环保产品

3.1.1.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3.1.1.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3.1.1.3 投标人在招标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

3.1.1.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.1.1.5 同一标包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.1.1.6 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3.1.1.7 投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予总分  $3\%*C$  的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予总分  $3\%*D$  的加分（其中 C 为节能产品报价占总报价比重，D 为环境标志产品占总报价比重）。

3.1.1.8 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件

复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

### 3.1.2 进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

### 3.1.3 中小企业

3.1.3.1 中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对中小企业的划分标准的企业。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本次项目采购给予小微企业10%的价格折扣。

**本项目采购所属行业为工业。**

3.1.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章招标文件格式），以此为依据享受政府采购政策。不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3.1.3.3 监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

### 3.1.4 监狱企业

3.1.4.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.1.4.2 参加政府采购活动的监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

### 3.1.5 福利性企业

3.1.5.1 社会福利企业是指自主经营、独立核算、自负盈亏的经济实体，具有法人资格的，为安置残疾人员劳动就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3.1.5.2 中华人民共和国《残疾人就业条例》（国务院令488号）及财政部、民政部、中国残疾人联合会联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.1.3.6 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除（扣除的10%的报价只作为投标报价分值的计算，如若中标，最终的成交

价为成交供应商的报价)，不重复扣除。

3.2 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上第三部分 23.4 条款修正后的投标总价。

#### 四、特殊情况：

（一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标得分均保留二位小数，第三位“四舍五入”，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（三）得分且投标报价相同的，比较“实施方案”得分，得分高者排在前。

（四）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

#### 五、定标

（一）汇总得分：评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐 1~3 名中标候选人。

（二）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

（三）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

## 第六部分 合同格式及主要条款

### 合同通用条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	<p>采购人名称：府谷县人民医院</p> <p>地 址：府谷县康复上巷2号</p> <p>采购项目名称：府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置</p> <p>资金来源：财政资金</p>
2	供货期：合同签订后 50 日历天之内，质保期：不得少于 1 年。
3	交货地点：采购人指定地点
4	<p>1、合同以总价形式签订，中标企业的中标单价为合同单价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。</p> <p>2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。</p> <p>3、付款方式：本项目分三次付清，采购物资送到指定地点，验货合格后付款 55%。按验货时间半年内付款 25%，剩余 20%按验货时间一年内付清。</p> <p>4、结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人，采购人每次付款前中标供应商应开具等额正式发票，相应税金由中标供应商承担。</p>
5	<p><b>违约责任：</b></p> <p>按《合同法》中的相关条款执行。</p> <p>未按合同或招标文件要求提货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。</p>
6	<p><b>验收标准</b></p> <p>府谷县人民医院组织验收，乙方配合进行。</p> <p>项目实施完毕后，由府谷县人民医院或其委派的专家代表或第三方机构等项目进行整体验收，验收合格后，出具《验收报告单》。</p> <p>验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。</p>

## 拟签订的合同文本

府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第\_\_包  
采购合同

供方：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

需方：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

经供方与需方自愿、平等协商，根据中华人民共和国相关法律法规订立本合同，以资共同信守：

一、供方同意出售，且需方同意购买本合同约定的下列产品：

产品名称	规格型号	生产厂家	注册证号 或者备案 凭证编号	单位	数量	单价 (元)	价款总额 (元)	备注
合计总金额（大写）_____ 整，（小写）¥_____元								
备注	1. 产品类型较多时可另附表格作为本合同附件。							
	2. 本合同产品报价为含税（ <input checked="" type="checkbox"/> ）/不含税（ <input type="checkbox"/> ）价格（选项划“ <input checked="" type="checkbox"/> ”表示，若不选视为不含税）。							

需方承诺自身具备采购并销售本合同项下产品及履行本合同项下相关义务的资质和条件，供方根据质量管理及信用管理有关规定对乙方做必要的资信审核，需方应予配合，并按照供方要求提供相关资质予以备案。

二、付款条款：（单位：元，币种：人民币）

1. 付款方式：本项目分三次付清，采购物资送到指定地点，验货合格后付款 55%。按验货时间半年内付款 25%，剩余 20%按验货时间一年内付清。

2. 供方指定的付款账户如下：

收款人：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

3. 供方应在收到需方（全部\每笔）合同货款后\_\_\_个工作日内向需方提交（全部\每笔）合同金额的（增值税专用\普通）发票。

三、产品交付：（选项划“√”表示）

交货日期：\_\_\_\_\_（选择填写：“某日期”或“某日期以前”或“合同生效后某日数内”或“供方收到某笔款项后某日数内”）

运输方式	供方自行运送（ ）	航空托运（ ）	铁路托运（ ）	公路托运（ ）	商业或邮政递送（ ）	需方自行运送（ ）
运输费及保险费的承担	由供方承担（ √ ）			由需方承担（ ）		
产品交付地点及接收人	交付地点：需方指定地点			需方指定的接收人：		
备注	： 产品交予第一承运人时，视为产品交付需方。					



#### 四、验收：

1. 双方同意按照国家标准进行验收，若无国家标准按照本协议约定及双方认可的标准（见附件）进行验收。

2. 需方应于收到货物后\_\_\_\_个工作日内组织供方及最终用户共同进行验收。验收合格的，需方应及时向供方出具书面验收合格单。验收不合格的，需方应在\_\_\_\_个工作日内向供方提出书面异议，并妥善保管该等货物，不得使用该等货物。供方接到需方验收异议后，经确认异议情况属实，且并非需方责任造成，供方将按照厂商关于退换货的有关规定为需方退换相关货物，退换货产生的费用由供方承担。需方未按规定期限组织验收、提出书面异议的，视为供方所交付的货物验收合格。需方未按约定履行验收、异议、妥善保管等义务的，供方有权拒绝退换货请求。

五、包装及随机备品：按原厂包装，随机备品按所附标准配置。

六、所有权转移：本合同项下货物的所有权自全部价款足额付清之日起转移至需方，需方未按本合同约定履行付款义务，供方有权要求需方返还货物，同时需方应承担违约责任。

七、风险转移：产品灭失毁损的风险，自供方将产品交予第一个承运人时，由供方转移至需方。

#### 八、产品质量：

需方确认知悉，本合同项下产品由厂家提供质量承诺，并由厂家负责处理由质量问题而引发的纠纷，供方不承担任何产品质量责任，由于供方故意或重大过失引起的产品质量责任除外。

#### 九、廉洁合规

1. 需方应当自觉遵守国家、地方各项法律法规规定、所在行业规范、及本合同约定，在合同签订履行、招投标活动及经济业务往来过程中确保廉洁合规，不得以任何直接或间接方式，向任何有关政府机关、主管部门、医疗机构、供方的人员或其他影响交易的第三方的工作人员或其配偶、子女、近亲属或其他关系密切人员进行行贿（包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等），或实施其他违反廉洁合规要求的行为。

2. 需方承诺不实施《国家医疗保障局关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》中列明的失信行为。如需方自2020年8月28日起有《医药价格和招采信用

评价的操作规范（2020版）》第2.3.1-2.3.7项所列失信行为并且与本合同相关（包括因医药商业贿赂、实施垄断行为、价格和涉税违法等，被依法追责或导致行贿对象被依法追责的），应自法院判决或相关部门行政处罚决定生效之日起五（5）个工作日内将处罚情况书面通知供方。

3. 如相关裁判文书、处罚文件披露需方存在违法违规情形的，供方可对双方合作事项进行审计。需方应当保留并按供方的要求向供方提供与本合同有关的（财务和其他）记录及其支持文件，以证明或证实其已遵守了本合同的所有约定。

#### 十、违约责任

除本合同其他条款约定的违约责任以外，无需方延迟支付货款，每延迟支付1天，应按延迟支付款项部分的\_\_\_\_\_向供方支付违约金。供方违反本合同约定的，应当承担相应的违约责任。

#### 十一、合同解除

需方延迟支付货款超过\_\_\_\_\_日，供方有权解除合同，并要求需方承担赔偿责任。

十二、解决纠纷地点和方式：双方因本合同的订立、效力、解释、履行、变更及法律责任的承担等而产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均选择以下第\_\_\_\_\_种争议解决方式。

- ① 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依法仲裁；
- ② 提交供方所在地人民法院诉讼。

#### 十三、独立关系

本合同的签订与履行仅在合同双方之间产生各自独立的合同关系。本合同之签订与履行，不代表各方建立任何性质的代理关系、承包关系、挂靠关系或合伙关系，也不代表各方之间形成导致共同责任或连带责任、补充责任的关系。其他各方或其人员无权以供方代理人、供方代表或供方人员的名义进行活动，更不能代表供方签署任何法律文件、为供方设定任何义务。

十四、未经供方书面同意，需方不得将本合同项下任何权利和/或义务转移给任何第三方。

十五、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。对于本合同的变更、提前终止须以书面合同书、经双方盖章的形式作出；本合同的未尽事宜，

须由双方订立补充协议约定。

十六、本合同任何款项必须通过双方企业账户进行结算，任何通过个人账户进行资金往来与结算行为对供方不发生法律效力。

十七、送达：

1. 双方确认其送达地址为合同首部所载法定代表人/经办人、联系电话、地址。
2. 双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

十八、本合同一式\_\_\_\_\_份，供方持\_\_\_\_份，需方持\_\_\_\_\_份，每一份具有同等法律效力，本合同、补充协议自双方盖章之日起生效。

十九、本合同下的有效期为：

供方（盖章）：\_\_\_\_\_

需方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表：\_

签订日期：

签订日期：

## 第七部分 投标文件（格式）

项目编号：

府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置

第\_\_\_\_包

# 投标文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目 录

### 一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、资质证书
- 3、财务状况报告
- 4、税收缴纳证明
- 5、社会保障资金缴纳证明
- 6、信用记录
- 7、控股管理关系
- 8、书面声明
- 9、法定代表人证明书及授权书
- 10、承诺函
- 11、承诺书
- 12、其他资料

### 二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、供应商承诺书
- 5、技术/服务偏差表
- 6、合同条款响应

### 三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

## 一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、资质证书
- 3、财务状况报告
- 4、税收缴纳证明
- 5、社会保障资金缴纳证明
- 6、信用记录
- 7、控股管理关系
- 8、书面声明
- 9、法定代表人证明书及授权书
- 10、承诺函
- 11、承诺书
- 12、其他资料

## 1、营业执照等主体资格证明文件：

供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的 2022 年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明

## 2、资质证书

供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（二类或三类医疗器械）



### 3、财务状况报告

财务状况报告：提供 2022 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供银行出具的资信证明及基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表）

#### 4、税收缴纳证明

提供 2023 年 1 月 1 日至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明

## 5、社保缴纳证明

提供 2023 年 1 月 1 日至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料

## 6、信用记录

投标供应商在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商及法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法失信主体，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商及法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（截图及报告生成时间段为公告发出至递交投标文件截止时间内，投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）中全国范围内查询）；

## 7、控股管理关系

### 供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

## 8、供应商书面声明函

府谷县人民医院：

我方作为《项目名称第    包》（项目编号：                    ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中    （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方    （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方    （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方    （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 9、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的（投标人名称）的法定代表人，现授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称第 包）项目编号：                    的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

委托期限：本授权书自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

注：被委托人须提供社保经办机构出具 2023 年 6 月、7 月、8 月至少一个月的由供应商缴纳的社保缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），不提供者视为不响应招标文件，按无效投标处理。

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

被授权人：\_\_\_\_\_（签字）

日 期：    年    月    日

## 10、承诺函

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致:府谷县人民医院

我公司在完全理解本项目招标的技术要求、条款及其他内容后, 决定参与该项目的投标活动。我公司承诺现有设备完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力(充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等)完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假, 我公司同意按我方合同违约处理, 并依法承担相应法律责任。

供应商全称: (公章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

日期: 年 月 日



## 11、承诺书

（详见附件）

## 附件 1:

## 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、我公司承诺以上资料真实有效,如有隐瞒或欺骗,我公司愿承担相关所有责任。

供应商: \_\_\_\_\_ (盖公章)

法定代表人或被授权人: \_\_\_\_\_ (签字)

日 期:        年    月    日

## 附件 2:

榆林市政府采购货物类服务类工程类项目供应商信用

## 承诺书

市场主体名称: \_\_\_\_\_

证件类型: \_\_\_\_\_ 统一社会信用代码 \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

法人代表: \_\_\_\_\_

承诺有效期限: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 — \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

承诺内容:

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,本单位自愿做出以下承诺:

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信,具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责;

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任;

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;

五、承诺本单位自我约束、自我管理,重合同、守信用,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争,维护经营者、消费者的合法权益;

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则,在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺: \_\_\_\_\_

八、按照信用信息管理有关要求,本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示,接受社会监督。若违背以上承诺,同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示;性质严重的,同意承担相应法律后果和责任,并依法

依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）身份证号：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

**注：1、承诺有效期限自承诺之日起1年；**

**2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；**

**3、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；**

## 附件 3:

## 投标信用承诺书

项目名称: \_\_\_\_\_ 项目名称第 包 \_\_\_\_\_

投标人: \_\_\_\_\_

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_ 法人代表: \_\_\_\_\_

在本项目招投标活动中, 我公司(单位)自愿作出以下投标信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号), 自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人(签章): \_\_\_\_\_

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

承诺时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注: 1、本承诺书效力和作用等同投标保证金, 其有效期与投标有效期一致。

2、后附“信用中国(陕西榆林)”主动承诺上传附件后网页截图;

## 附件 4:

## 投标人信用承诺书

投标人: \_\_\_\_\_  
统一社会信用代码: \_\_\_\_\_ 法人代表: \_\_\_\_\_  
承诺有效期限: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
在\_\_\_\_\_项目第\_\_\_\_包招投标活动中, 我公司(单位)郑重作出以下信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范, 具有独立承担民事责任的能力; 符合依法依规应当具备的相关资质(资格)条件; 具有独立承担中标项目的履约能力; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四) 同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台, 并上网公示, 接受社会监督。

(五) 若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号), 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理), 并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人(签章): \_\_\_\_\_ 投标人(盖章): \_\_\_\_\_

承诺时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注: 承诺有效期限不少于 90 天(从投标截止之日算起)

## 投标人法定代表人信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目第\_\_\_\_包招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投标人：\_\_\_\_\_

承诺人（签字）：\_\_\_\_\_

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、若委托人参加无需附此表；  
2、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。

## 投标人委托代理人员信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目第\_\_\_\_\_包招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投标人：\_\_\_\_\_

承诺人（签字）：\_\_\_\_\_

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、若法定代表人参加无需附此表；

2、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）。



## 12、其他资料

投标供应商认为需要补充的其他资料（如有）

## 二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、供应商承诺书
- 5、技术/服务偏差表
- 6、合同条款响应

## 1、投标函

府谷县人民医院：

我单位收到贵公司\_\_\_\_\_（采购项目名称第\_\_包）\_\_\_\_\_招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（投标单位名称、地址、统一社会信用代码），我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购内容及要求的合格产品、全面技术和售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件包括：一式\_\_\_份、电子版\_\_\_份。

4、我方按招标文件要求履行投标信用承诺。

5、我方已仔细阅读并完全理解招标文件内容，同意放弃有不明及误解的权利。

6、我方同意提供与本次招标有关的任何证明资料，并为资料的真实性承担法律责任。

7、我方的投标文件在开标之日起有效期为\_\_\_\_\_天。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

邮 编： \_\_\_\_\_

供应商： \_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 2、开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：SXKD2023-54-\_\_\_\_\_

标段名称：府谷县人民医院传染病楼搬迁项目医疗办公设备购置第\_\_\_\_包

标题	内容
投标报价	
供货期	
质保期	
备注	

供应商：（加盖公章）

日期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

### 3、分项报价表

单位：人民币/元（保留小数点后两位）

项目名称及包段	
项目编号	
总报价（元）	大写： 小写：
供货期	
质保期	
质量	
对招标文件 认同程度 (填写“认同”或 “不认同” )	
<p>说明：</p> <p>1. 交货地点：采购人指定地方；</p> <p>2. 本报价包含投标供应商为完成本项目供货安装所需的全部费用（包括货物购买费用、运输费、安装费、一切税费及一切不可预见的其他费用等）。</p> <p>3. 报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准，此项总价须与开标一览表总报价一致。</p>	

投标供应商：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字并盖章）

日 期： 年 月 日

后附：按照采购内容及要求中“（三）、采购清单”给定格式进行分项  
明细报价

## 4、供应商承诺

### 承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 承诺书（二）

致：府谷县人民医院（采购人名称）		
<p>作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

## 承诺书（三）

致：府谷县人民医院（采购人名称）		
<p>作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

### 承诺书（四）

致：府谷县人民医院（采购人名称）		
<p>作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p> <p>本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

### 承诺书（五）

致：府谷县人民医院（采购人名称）		
<p>作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日







## 6、合同条款响应

府谷县人民医院：

我方完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

供应商：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

### 三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

## 1、供应商基本情况及其性质

## 1.1、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质 及等级(国家 行政 部门 颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管 理 人 员 数 量		专 业 技 术 人 员 数 量	
		残 疾 人 人 数		少 数 民 族 人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

## 1.2 投标人符合政府采购优惠政策（如有）

如投标人符合招标文件规定的国家相关政府采购优惠政策的，提供相关声明函。不提供的投标企业将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：1、投标人提供《声明函》及相关证明材料的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商自行承担相应不良影响及法律责任。中小企业（所有货物的制造商）。

2、如不享受政府采购优惠的投标企业可不提供此项内容。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称及标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：

1. 非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应提供相关证明材料。
2. 供应商提供《监狱企业声明函》需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。



## 《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：

1. 非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

## 《福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：

1. 非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。
3. 如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格 10%的扣除，不得重复给予价格扣除。

## 2、技术方案

投标人应根据投标方案评审内容，格式自拟。

### 3、其他资料

投标人认为评审还须提供其他资料（如有）。

## 第八部分 其他

### 封袋正面标识式样

格式 A：投标文件封袋正面标识式样

致：陕西科鼎项目管理有限公司  
项目编号： \_\_\_\_\_  
项目名称： \_\_\_\_\_

**投标文件**（开标前不得启封）

投标人名称： \_\_\_\_\_（公章）

格式 B：电子版文件封袋正面标识式样

致：陕西科鼎项目管理有限公司  
项目编号： \_\_\_\_\_  
项目名称： \_\_\_\_\_

**电子版投标文件**  
（开标前不得启封）

投标人名称： \_\_\_\_\_（公章）

# 榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19 号

## 榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

### 一、时间要求

从 2021 年 10 月 20 日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

### 二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

### 三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日



# 榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

## 信用承诺上报 三种方式

### 数据上报方式





## 数据上报 部门上报流程



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

➢ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➢ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

➢ 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

https://credit.yl.gov.cn

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履约状态	承诺日期
吴遵勇同德伟嘉康水渠站	92610829MA708DFJX3	法人社会信用承诺书	吴遵勇行政审批局行政审批处	履行中	2021-09-27
吴遵勇三益实业有限公司三益大渠站	916108290940080453	法人社会信用承诺书	吴遵勇行政审批局行政审批处	履行中	2021-09-27

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

> 企业登录

输入正确账号、密码

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带\*号项目为必填项
- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带\*号项目为必填项
- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安德信利和信息科技有限公司	韩城市慧辰生态链仓储物流设施项目	1年	2021-09-27	已完成	查看

## 常见问题 注意事项

### 企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

## 常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



招标人(印章)



法定代表人:

*[Handwritten signature]*

联系电话:

2023年8月3日

招标代理人: (印章)



法定代表人:

*[Handwritten signature]*

联系电话: 0912--8808683

2023年8月3日