

项目编号：ZKBH2022-SAK-015

安康市妇幼保健院数字乳腺 X 射线机及 其他医疗设备采购项目

招标文件



中科标禾
ZHONG KE BIAO HE

采购人：安康市妇幼保健院
采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

二〇二二年八月

影像科 姜红艳
2022-8
叶定菊 2022.8

项目编号：ZKBH2022-SAK-015

安康市妇幼保健院数字乳腺 X 射线机及 其他医疗设备采购项目

招标文件



采 购 人：安康市妇幼保健院
采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

二〇二二年八月

目 录

第一章招标公告	3
第二章投标人须知前附表	10
第三章 投标人须知	12
第四章 采购内容及要求	33
第五章 商务要求及合同主要条款	40
第六章 投标文件（格式）	46

第一章招标公告

安康市妇幼保健院数字乳腺 X 射线机及其他医疗设备采购项目的潜在服务商可在陕西省公共资源交易中心网站获取采购文件，并与 2022 年 月 日 09 时前递交响应文件。

一项目基本情况：

- 1、采购项目名称：安康市妇幼保健院数字乳腺 X 射线机及其他医疗设备采购项目
- 2、采购项目编号：ZKBH2022-SAK-015
- 3、预算金额：3,850,000.00 元
- 4、最高限价：3,850,000.00 元
- 5、采购需求：用于安康市妇幼保健院诊疗服务
- 6、合同履行期限：2022-09 -10 00:00:00 至 2024-09 -09 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）
- 7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46 号；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库（2014）68 号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发（2007）51 号；（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9 号）；（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019 年第 16 号；（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141 号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；（8）其他需要落实的政府采购政策；（9）本项目非专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。

（2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

（3）财务状况报告：提供 2021 年度的财务审计报告或提供截止开标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效资信证明。

（4）税收缴纳证明：提供截止开标日期前三个月内的纳税证明或完税证明，依法免

税的单位应提供相关证明材料。

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供截止开标日期前三个月内已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(6) 投标人不得为“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供网页查询截图或报告并加盖供应商公章，查询时间应为报名开始至投标截止时间之前。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

(7) 投标人须出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(8) 投标人须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。

(9) 投标人所投设备应具有医疗器械产品注册证（进口设备需提供“进”字号产品注册证）。

本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取方式：

时间：2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 23 日 每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省公共资源交易中心网站

方式：现场购买/邮寄

售价：500.00 元（人民币），售后不退；

注：线上与线下需同时报名（1）投标供应商使用 CA 锁登录陕西省公共资源交易平台进行网上报名；（2）因疫情防控需要，本项目可以用电子邮件形式进行线下报名缴费确认，无需现场报名。请在规定的文件发售期以内将线上报名回执码、单位介绍信（加盖公章）及经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至邮箱

（471934536@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息；（3）投标供应商登录陕西省公共资源交易平台下载招标文件；（4）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000；开标前

必需在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传电子文件，如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负，开标时携带 CA 锁用于解锁文件。

四、投标文件递交

截止时间：2022-09-06 09:00:00

地点：安康市汉滨区香溪路8号安康市公共资源交易中心307开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用线上电子化投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：安康市妇幼保健院

地址：安康市高新区汉江路西段

联系人：成科长

联系电话：0915-2110920

2、项目联系方式

项目联系人：徐欣

电话：0915-8168819 18709153636

3、采购代理机构信息

名称：中科标禾工程项目管理有限公司

联系地址：安康市金州城北二区16号楼9单元101室

中科标禾工程项目管理有限公司

2022年8月16日

特别提醒

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁），并将CA锁驱动升级成最新版本（陕西省公共资源交易平台多CA驱动）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

第二章投标人须知前附表

序号	项目	
1	采购人	安康市妇幼保健院
2	采购代理机构	中科标禾工程项目管理有限公司
3	项目名称	安康市妇幼保健院数字乳腺 X 射线机及其他医疗设备采购项目
	项目编号	ZKBH2022-SAK-015
4	投标报价	1、 投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2、 投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分服务进行报价的投标。
5	保修期	数字乳腺 X 射线保修 2 年，麻醉专用便携式超声 B 超保修 5 年
6	投标有效期	投标文件递交截止时间起算，投标有效期为 90 日历天。
7	投标文件制作及份数	本项目采用电子书招投标，开、评标不提供纸质投标文件，但中标公示结束后，中标单位在领取中标通知书时，需向代理机构无偿提交装订成册并加盖鲜章的纸质版文件 2 套（投标人对所提供资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责）。

10	资格证明文件	<p>(1) 投标人须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。</p> <p>(2) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。</p> <p>(3) 财务状况报告：提供 2021 年度的财务审计报告或提供截止开标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效资信证明。</p> <p>(4) 税收缴纳证明：提供截止开标日期前三个月内的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。</p> <p>(5) 社会保障资金缴纳证明：提供截止开标日期前三个月内已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。</p> <p>(6) 投标人不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供网页查询截图或报告并加盖供应商公章，查询时间应为报名开始至投标截止时间之前。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。</p> <p>(7) 投标人须出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>(8) 投标人须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。</p> <p>(9) 投标人所投设备应具有医疗器械产品注册证（进口设备需提供“进”字号产品注册证）。</p> <p>本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：以上资格证明文件除第（2）条需现场核验身份、查验原件外，其他项可用复印件加盖公章，附在投标响应文件里即可。</p>
12	采购方式	公开招标
13	评标办法	综合评分法
14	特殊情况处理	投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取

		<p>消情形外，招标采购单位应当报告财政部门，由财政部门按照以下原则处理：</p> <p>（1） 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；</p> <p>（2） 招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。</p> <p>（3） 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。</p>
15	开标时间、地点	<p>开标时间：2022年9月6日09时</p> <p>开标地点：安康市公共资源交易中心307室</p>
16	招标文件递交截止时间	2022年9月6日09时止
17	评标小组构成	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》等有关法律规定组建评标小组。
18	勘查	<p>1. 采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。</p> <p>2. 供应商勘察现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘察现场发生的人员伤亡和财产损失。</p>
19	答疑	如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。

第三章投标人须知

一、总则

1、项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

1.2 采购人：安康市妇幼保健院

1.3 监督管理机构：安康市财政局

1.4 采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

1.5 采购项目名称：安康市妇幼保健院数字乳腺X射线机及其他医疗设备采购项目

2、招标范围、保修期、项目地点

2.1 招标范围：

拟采购数字乳腺X射线机一台及麻醉专用便携式超声B超一台。（详见第四章采购

内容)

2.2 乳腺 X 射线机保修期：2 年；麻醉专用便携式超声 B 超保修 5 年。

2.3 项目地点：采购人指定地点

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

4、合格的投标人

4.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购货物和服务的制造商或授权投标人。

4.2 投标人如有下列情形之一的按废标处理：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本招标项目采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本招标项目采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；

(8) 被省级或招标项目备案地司法部门或财政监管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

4.3 投标供应商须从采购代理机构购买招标文件并登记备案，未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标供应商均无资格参加投标。

5、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6、保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

7、语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、响应和偏差

9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响

应，否则投标人的投标按无效处理。

9.2 投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

9.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

二、招标文件

10、招标文件的构成

10.1 招标文件用以阐明所提供的货物及服务、采购、投标程序和合同条件。招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知前附表
- (3) 投标人须知
- (4) 采购内容及清单
- (5) 合同主要条款
- (6) 投标文件格式

10.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

10.3 招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构购买招标文件，招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

10.4 本招标文件的解释权归中科标禾工程项目管理有限公司。

11、招标文件的澄清

11.1 任何要求对招标文件澄清的投标人，应在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

11.2 对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时做出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

11.3 投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

12、招标文件的修改

12.1 招标采购单位如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。

12.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买招标文件的单位。

三、投标文件

13、投标文件编制的原则

13.1 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

13.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

13.3 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标，按废标处理。

13.4 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.5 采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.6 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.7 如供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14、投标文件构成和格式

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

- 1 投标响应函
- 2 资格证明文件
- 3 投标报价表
- 4 技术响应偏离表
- 5 商务响应偏离表
- 6 投标方案及服务承诺
- 7 招标文件确认书
- 8 业绩一览表
- 9 政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

14.1 文件的制作和签名

（一）、投标响应文件的编制要求

本项目采用电子投标文件的方式。编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁、**并将 C A 锁驱动升级成最新版本：陕西省公共资源交易平台多 CA 驱动**）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子投标软件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软

件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

（二）、电子投标文件的编制：

投标文件封面及内容、投标函及其它有要求处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。

投标文件应编制目录，字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合文件格式要求。

（1）编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。

（2）投标人应确保电子投标文件文件内容字迹清晰、易于辨认、避免涂改、行间插字或增删，投标文件须逐页加盖本单位公章。如有修改错漏之处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

（3）投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

15、投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均应被视为已经包含了所有招标文件中各项购买货物及其运送、安装、辅材、调试、验收、保险和相关服务等费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

投标报价为最终报价（**最终报价=货物价+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材**

费+售后服务费+保险费+论证费+相关伴随费用等），除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价在合同实施期间不因国家政策变化而变化。

(2) 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

(3) 供应商要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或供应商代表签署。

(4) 供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

(5) 投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

(6) 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。

(7) 采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

(8) 投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在现场书面澄清。

16、投标货币

投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

17、投标人资格的证明文件

17.1 投标人须按招标文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的，其投标按照无效投标处理。

17.2 如果招标文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。

17.3 资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。

18、投标保证金

(1) 根据安康市财政局“安财采管[2022]4号”文监管要求，本次投标活动不收取投标

保证金。

(2) 中标供应商需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱（471934536@qq.com）。

19、投标有效期

19.1 投标文件递交截止时间起算，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将按照无效投标处理。

19.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

19.3 中标供应商投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

20、投标文件的格式、和签署

20.1 供应商须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件。任何行间插字、涂改和增删，必须由 供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印章，字迹潦草或表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效文件。

20.2 投标文件的签署

(1) 供应商应在投标文件正中按要求加盖公章及签字。

(2) 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。

(3) 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

20.3 本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

20.4 拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

四、响应文件的递交、开启与解密

21、投标文件递交

21.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

特别提醒：

开标现场因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标响应文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版招标文件编制软件编制投标响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密或打开投标响应文件的；由投标人自行承担开标失败的全部责任。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件规定的递交截止时间之前，投标供应商可以对已经上传的投标响应文件进行修改，系统记录是以最后一次上传的文件为准

22.2 在投标截止时间后到投标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标响应文件；

22.3 投标供应商在投标响应文件递交截止时间后，不得对其投标响应文件做任何修改。

五、开标、评标、定标

23、开标

23.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

23.2 开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

23.3 投标人应派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。法定代表人或者授权代表未出席的，按无效投标处理。

23.4 投标人身份核验无误后，由投标人使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。

23.5 解密完成后，电子化开标。宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其它主要内容，并由投标人的法定代表人代表或授权代表及监标人签字确认唱标内容。

23.6 电子化开评标时由评审专家小组查验投标人必备资格文件，未通过审查的按废标处理。

23.7 采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

23.8 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- a. 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- b. 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投 标

文件的；

- c. 上传的电子投标文件无法打开的；
- d. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

24、采购人或采购代理机构

24.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.2 宣布评标纪律；

24.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

24.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

24.5 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.6 依法对投标人的资格进行审查；

24.7 依法维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.8 核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，要求评标委员会复核或者书面说明理由。评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.9 与评标有关的其他事项。

25、评标委员会

25.1 采购人将根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会；

25.2 评标委员会成员由采购人及评审专家组成，负责评标活动。专家人选在专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

25.3 评审专家从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；

25.4 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.5 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.6 对投标文件进行比较和评价；

25.7 确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

25.8 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为（如果有）；

25.9 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

26、投标文件的初审

26.1 投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标人按照招标文件中投标人须知前附表第 10 条要求进行资格审查，以确保投标人是否具备相应的投标资格，任意一条不符合要求的，按无效投标处理。（不进入下一个评审环节）

26.2 投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

26.2.1 依据招标文件中投标人须知中投标文件的组成，对投标文件完整性进行审查，审查投标文件组成是否完整。

26.2.2 依据招标文件的规定，投标文件有效性和对招标文件的响应程度进行审查，应包含以下内容：

- (1) 投标人是否经过正常渠道购买标书或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称是否相符；
- (2) 标人投标报价是否超出采购预算金额或者最高限价；
- (3) 投标文件是否按招标文件要求签署、盖章；
- (4) 投标文件有效期是否满足要求；
- (5) 投标内容是否出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏离；
- (6) 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，投标人是否提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；
- (7) 投标人的报价是否合理；
- (8) 是否提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答；
- (9) 投标人是否串通投标；
- (10) 投标人有无违法违规行；
- (11) 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的；
- (12) 是否有其他法律法规规定的废标情况。

26.2.3 开标时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

- (1) 投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细内容不一致的，以投标报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (5) 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；
- (6) 多处内容交叉不符时，以评标小组评审结果为准；
- (7) 文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其投标文件无效。

26.3 通过对投标人及投标文件符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

- (1) 投标文件的组成缺少其中一项或某项达不到招标文件要求的；
- (2) 投标人没有经过正常渠道购买标书或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符的；
- (3) 投标人投标报价超出采购预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (5) 投标有效期不足的；
- (6) 投标内容出现漏项或数量与要求不符的，出现重大负偏离；
- (7) 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，投标人提供了选择方案和/或选择报价的（包括交叉折扣）；
- (8) 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；
- (9) 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；
- (10) 投标人串通投标的；

- (11) 投标人有违法违规行为的；
- (12) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (13) 投标文件不符合招标文件其他要求的；
- (14) 其他法律法规规定的废标情况。

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格性 审查	营业执照	须具有独立承担民事责任的能力（提供合法注册的法人营业执照或其他组织的法人登记或自然人证明）。
		法人授权委托书	提供法人授权书及被授权人身份证（法人参加投标提供法人身份证原件）。
		财务状况报告	提供 2021 年度的财务审计报告或提供截止开标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效资信证明。
		税收缴纳证明	提供截止开标日期前三个月内的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料
		社会保障资金缴纳证明	提供截止开标日期前三个月内已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料
		信用要求	投标人不得为“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供网页查询截图或报告并加盖供应商公章，查询时间应为报名开始至投标截止时间之前。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料
		无重大违纪声明	参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。
1.2	符合性 审查	响应文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面； （2）投标函；

条款号	评审因素	评审标准
		(3) 法定代表人（或负责人）委托授权书。
	投标文件 签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏
	投标文件格式	符合“响应文件格式”的要求
	投标内容、投标有效期	符合招标文件规定
	保修期、质量	符合招标文件规定

27、投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、评标原则及主要方法

28.1 评标委员会将遵循公平、公正和择优的原则，对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准；

28.2 评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；

28.3 评标原则和办法：

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评审因素量化指标和分值如下：

评审内容及评分方式		
分值构成	评分项	评审内容

<p>投标总报价(30分)</p>	<p>报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30</p>	<p>1. 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，并对有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2. 满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分 30 分。 3. 投标报价得分=(投标基准价/投标报价) × 30 的公式计算得分。 4. 投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得 0 分。 5. 经评委一致认定，投标人的投标最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算, 其投标将被拒绝。</p>
<p>投标方案评审(50分)</p>	<p>1. 设备技术参数评审(35分)</p>	<p>1. 所投产品的技术指标评审(35分)：所投产品的技术指标完全满足招标文件要求得 30 分，每有一项实质性正偏离加 1 分，最多加 5 分；带“*”项指标必须满足，否则视为无效标；带“▲”项指标一项不满足扣 5 分，其他指标一项不满足扣 1 分，扣完为止。依据投标产品检测报告、产品彩页、投标设备参数响应表的有关内容对产品技术指标进行评审（提供生产厂家盖章的检测报告和技术白皮书）。</p>
	<p>2. 设备综合评审(15分)</p>	<p>2. 设备选型(5分)：设备选型合理，规格、型号、产地、设备配套设施完整，按其响应程度得 1-5 分； 3. 设备易用性及市场荣誉(5分)：投标设备为主流设备，市场反响好，功能方便操作，安全可靠，技术资料齐全，并附有设备彩页，按其响应程度得 1-5 分； 4. 设备生产厂家的技术及管理(5分)：设备生产技术先进，具有完整的质量管理体系，设备质量保证措施完善，设备货源渠道正常，按其响应程度得 1-5 分；</p>
<p>业绩及售后服务(14分)</p>	<p>3. 业绩评审(6分)</p>	<p>5. 设备生产厂家业绩(6分)：提供 2019年1月至今设备生产厂家数字乳腺 X 射线机或类似产品项目业绩，提供合同复印件，原件备查，每提供一个有效业绩计1分，最高得6分；</p>
	<p>4. 售后服务(5分)</p>	<p>6. 售后服务(5分)：根据投标人承诺的质量保证范围，制定完善的本地化售后服务方案，在接到维修要求的情况下，能够及时到达现场（有明确的响应时间），能够提供备品备件，根据其投标方案的可行性、合理性按其响应程度计 0-5 分；</p>
	<p>5. 培训方案(3分)</p>	<p>7. 培训方案(3分)：供应商负责为采购人培训操作人员，并有完善的培训方案（包括培训人数、培训时间、培训内容及技术支持等），按其响应程度计 0-3 分；</p>
<p>质量保证</p>	<p>6. 质量保证(6分)</p>	<p>8. 质量保证(6分)：所投产品货源渠道正常，技术资料齐全，无产权纠纷，提供产品货源渠道证明材料（包括但不限于厂家授权、检测报告等），表述清楚明确、充分。评标委员会根据响应情况赋分，证明材料齐全，表述明确、充分得 4-6 分，证明材料较为齐全，表述较为明确、充分得 2-3.99 分，无证明材料或证明材料较少，表述一般得 0-1.99 分。</p>

备注：

1) 以上各项打分均由评标委员会独立评分，评分相邻两档之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人。

2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3) 若出现综合得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4) 数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人

6) 评审时，投标人符合投标人须知 33 条采购政策的按照采购政策执行。

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

29、定标

29.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内，将评标报告送采购人定标。

29.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

29.3 采购代理机构在采购人确定中标单位 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

30、签订合同

30.1 中标后，中标供应商在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订服务合同，同时送监督机构备案，招

标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分；

30.2 采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

30.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.4 政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

30.5 招标文件、投标文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

30.6 政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

六、代理服务费

31、代理服务费

31.1 中标服务费参照国家发展与改革委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）规定标准记取，由中标方支付，

七、质疑、投诉

32、质疑、投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

32.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届

满之日；

- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

32.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.5 质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

32.6 质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理。

32.7 质疑受理部门：中科标禾工程项目管理有限公司

质疑受理电话：0915-8168819

32.8 提交质疑函地点：安康市金州城北二区 16 号楼 9 单元 101 室

32.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

32.11 质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

八、采购政策

33. 采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）有关要求，对政府采购相关政策落实如下：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给与 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属

于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

(4) ①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

② 所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③ 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④ 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤ 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

(5) 关于信用记录的查询和使用

1. 采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件正本中的《投标人书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；

2. 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

3. 信用记录查询的截止时点为“招标文件发售之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

九、其它事项

34、其它事项

34.1 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：

（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

34.2 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选单位名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网站：
(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)。

第四章采购内容及要求

一. 招标要求

- 1、项目名称：安康市妇幼保健院数字乳腺 X 射线机及其他医疗设备采购项目
- 2、交货期：合同签订后 30 天
- 3、交货地点：安康市妇幼保健院
- 4、质量保证期：全数字乳腺 X 射线机 2 年；麻醉专用便携式超声 B 超主机含探头 5 年。

二. 采购内容

全数字乳腺 X 射线机一台（已做进口论证，允许进口产品参与投标），醉专用便携式超声 B 超一台

三、技术参数

1、全数字乳腺钼靶机

序号	规格	技术要求
1	设备型号及其用途	全数字化平板乳腺 X 线摄影、乳腺疾病筛查及诊断
2	资格标准	该设备应当获得美国 FDA 和欧共体权威机构 CE 的认证，该设备通过中国的 NMPA 认证
▲3	机型	原装进口，要求平板探测器和球管等部件均由乳腺机生产厂家生产
4	配置及主要技术参数及要求：	
4.1	机架：	
4.1.1	等中心 C 臂设计	电动或手动旋转控制，手柄和脚闸控制，电磁锁定
▲4.1.2	C 臂上下移动范围：	≥ 85cm
4.1.3	C 臂旋转：	电动双速旋转保证快速和准确摆位
4.1.4	C 臂旋转范围	≥ 340°
4.1.5	SID	≥ 66cm
▲4.2	X 线发生器：具有不同能量下连续曝光能力	X 线发生器：具有不同能量下连续曝光能力
4.2.1	功率	≥ 5KW
▲4.2.2	KV 范围	22KVp~49KVp
4.2.3	提供高能低能连续曝光采集	支持 26-30KV 和 45-49KV 不同能量的连续采集曝光
4.2.4	mAS 范围	2~600mAs
4.2.5	mA 范围	大焦点≥100mA,小焦点≥40mA
4.2.6	最大电流	≥100mA
4.3	X 线球管：	
4.3.1	双靶阳极材料	钼靶和铑靶
4.3.2	阳极转速	≥9000RMP
4.3.3	滤过材料	钼/铍/铜滤波材料

▲4.3.4	球管阳极热容量	>300KHU
4.3.5	阳极散热率	≥40KHU/min
4.4	曝光系统:	
4.4.1	AOP 曝光技术	全自动平板探测不需电离室设置
4.4.2	根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择阳极靶面 (钨靶或铑靶), 滤过材料和 Kv,mAS	自动选择靶面和靶滤过和 kv, mAs
4.4.3	提供剂量优先模式	提供剂量优先模式
*4.4.4	提供能谱成像模式 (乳腺对比增强技术, CESM)	提供能谱成像模式 (乳腺对比增强技术)
4.4.5	手动曝光	人工设置 KV, mAs, 滤过材料,靶面
4.4.6	预曝光探测范围	≥19×23cm
▲4.5	滤线栅	带碳元素活动滤线栅, 有效栅比: ≥10:1, 曝光自动同步, ≥60 线/cm
4.6	准直器	自动射野跟踪
4.7	压迫系统	
4.7.1	电动/手动	电动和手动
4.7.2	提高乳腺压迫舒适度, 实现双速压迫	双速压迫
4.7.3	自动释放系统	提供
4.7.4	压迫板尺寸	≥24×29cm 和 ≥19×23cm
4.7.5	压迫板数量	≥4 种
4.7.6	厚度与压力显示	提供
4.8	平板探测器	
4.8.1	有效采集区域	≥24×29cm
▲4.8.2	探测器材料	碘化铯-非晶硅
4.8.3	DQE	≥69%
4.8.4	像素	≤100um
▲4.8.5	断层像素	≤100um
4.8.6	成像比特	成像比特≥14bit
4.8.7	采集矩阵	≥2850x2394
4.9	采集工作站	
4.9.1	硬盘存储	≥1T
4.9.2	内存	≥4G
4.9.3	双核系统	不低于双核系统
4.9.4	图像后处理	放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等, 实用性好, 操作简便, 有各种处理及测量功能和分析软件
4.9.5	曝光后工作站显像时间	≤14 秒
▲4.9.6	两次曝光间隔时间:	≤12 秒
▲4.10	诊断工作站	乳腺机原厂诊断工作站
4.10.1	提供乳腺 X 线专用显示器	巨鲨显示器 (C1210) 一套
▲4.10.2	显示器分辨率	≥12M
4.10.3	内存	≥32GB
4.10.4	硬盘	≥2T

4.10.5	CPU	不低于 2 Intel® Xeon® processors
4.10.6	诊断工作站可提供光盘刻录功能	随盘自动带图像浏览软件,光盘可在任意 PC 机上播放而不需专门浏览软件
4.10.7	光盘刻录可刻录 DICOM 格式,HTML、PDF、JPEG、PNG、MPEG、AVI、QTVR 等格式; 图像可以自由拖放到 Microsoft Office, StarOffice 或 OpenOffice 文件中。负责介入本院 PACS 系统。	光盘刻录可刻录 DICOM 格式,HTML、PDF、JPEG、PNG、MPEG、AVI、QTVR 等格式; 图像可以自由拖放到 Microsoft Office, StarOffice 或 OpenOffice 文件中。负责介入本院 PACS 系统。
▲4.10.8	能够兼容和显示其它品牌的数字乳腺图像, 能够显示经医院 PACS 网络及其他网络和设备传输的 MR 和 B 超等乳腺图像供医生对乳腺作综合分析诊断	能够兼容和显示其它品牌的数字乳腺图像, 能够显示经医院 PACS 网络及其他网络和设备传输的 MR 和 B 超等乳腺图像供医生对乳腺作综合分析诊断
4.10.9	致密型乳腺图像背光后处理功能	对于致密型乳腺, 具备图像背光后处理功能, 将致密性腺体清晰显示。
4.10.10	CC 位和 MLO 位的相同感兴趣区自动匹配功能	CC 位上的感兴趣区可以自动链接匹配到 MLO 位, 指明相应病变区, 方便医生诊断。
4.10.11	配备乳腺专用多功能操作面板	该操作面板根据需要, 可以进行多种功能设置, 浏览不同病人, 不同检查体位(CC 位/MLO 位), 黑白反转、图像的放大、窗宽、窗位调整, 具有象限浏览放大功能等。(提供乳腺操作面板图片)
▲4.10.12	具有 CESM 和 Tomo 图像浏览及诊断功能	具有 CESM 和 Tomo 图像浏览及诊断功能
*4.11.1	断层像素 (DBT)	≤100 μm
▲4.11.2	步进式曝光, 非连续式曝光	提供
4.11.3	三维断层曝光次数	<10 次
▲4.11.4	三维断层扫描角度	≤25 度
4.11.5	三维断层任意点旋转角度范围	≤90 度
▲4.11.6	三维断层图像重建间隔	≤0.5mm
4.11.7	三维断层图像重建算法	采用 ASiR 迭代运算
4.11.8	三维断层图像重建 2D 图像	可重建 2D 图像
▲4.11.9	三维断层图像可以重建 1cm slab 厚片图像	可重建 1cm slab 厚片图像
*4.12	提供平板三维穿刺活检一体化系统	基于平板技术上的一体化自动三维介入活检系统
4.13	提供专业质控模体	≥4 个
4.14	维修及售后服务:	
4.14.1	国内原厂专业工程师提供维修服务	国内原厂专业工程师提供维修服务, 整机维保二年;
4.14.2	保税库	≥100 万美元规模的配件保税库
5	其他服务:	负责 1 名医生到上级医院培训两个月

2、麻醉专用便携式超声 B 超

序号	规格	技术要求
1	麻醉专用便携式超声引导系统	麻醉专用便携式超声引导系统, 满足神经阻滞, 血管穿刺使用要求, 具备麻醉、疼痛、小器官与浅表组织、血管、颅脑、介入性超声等综合应用。
▲2	产品外观	要求所投产品设计新颖, 功能丰富, 支持心脏检查、CW 组件、造影组件等高端应用 (以

		注册证信息为准), 采用平板式外观, 全触摸屏设计, 具备语音控制机器功能。
▲3	主机屏幕	≥15 寸高清晰、医用彩色液晶主机显示器, 支持全屏触摸屏操控
▲4	主机探头接口	主机探头接口≥3 个 (提供主机探头接口图片证明)
5	频谱多普勒	频谱多普勒: 取样宽度及位置范围: 0.5mm~20mm
6	一键自动优化	一键自动优化 (包括应用于二维、彩色及频谱模式, 彩色多普勒自动识别, 包括 ROI 框位置、角度自动改变)。
7	产品支持内容	支持低机械指数造影, 支持造影定量分析, 并支持微血管造影成像 (要求以产品注册证信息为准)
▲8	解剖 M 型模式	解剖 M 型模式, 要求 M 取样线≥3 条, 能 360 度任意旋转角度, 同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构 M 型图像 (提供图片证明)
9	支持组织多普勒成像	支持组织多普勒成像, 要求支持四种模式组织多普勒, TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M
10	全屏冻结倒计时功能	全屏冻结倒计时功能, 可在全屏冻结后, 倒计时 10s 进行全屏擦拭
11	智能宽景成像	智能宽景成像 (要求支持线阵探头、相控阵及凸阵探头, 具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示)
12	穿刺针增强技术	穿刺针增强技术, 通过超声声束偏转, 提供针道显影, 穿刺引导线可偏转角度≥90° (提供证明图片)
13	智能血流跟踪	智能血流跟踪 (自动随探头移动, 取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况, 无需手动调节)
▲14	设备内置自助超声教学软件	设备内置自助超声教学软件, 包含解剖图谱, 标准的超声图像, 扫查位置参考图, 以及扫查技巧图文解析, 覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用, 为用户提供在线指导 (提供图片证明)
15	电池续航时间	电池续航时间: ≥1.5 小时
▲16	设备重量	采用可拆卸设计, 主机与台车可分离, 主机可独立供电, 重量小于 6.2KG (提供主机独立使用照片)
17	图像管理与记录	图像管理与记录: 内置一体化数字化超声工作站, 数字化超声图像硬盘存储≥120GB SSD 硬盘
18	探头规格及扫描频率	探头规格及扫描频率
18.1	电子凸阵	电子凸阵: 超声频率范围 1.6- 5.5 MHz
18.2	电子线阵	电子线阵: 超声频率范围 3.0-11.0 MHz
19	凸阵探头	凸阵探头具有 ≥5 种频率的变频范围, 扫描角度 ≥89 度
20	线阵探头	线阵探头具有 ≥5 种频率的变频范围, 支持 T 型扩展显示

21	B/D 兼用	B/D 兼用: 凸阵:B/PW/Color 线阵:B/PW/ Color
22	穿刺导向	穿刺导向: 所有探头可配穿刺导向装置
23	体位标记	体位标记: ≥ 120 种, 可以自定义注释
24	常规测量	常规测量: 距离测量、椭圆及描述测量面积 周长、体积测量
▲25	智能彩色血流追踪技术	智能彩色血流追踪技术, 彩色血流测量过程中, 彩色取样框能够随探头移动而移动, 并自动寻找合适的取样范围 (提供证明材料)
26	多普勒测量及分析	多普勒测量及分析: 自动或手动包络测量, 自动计算测量参数
27	全科测量包	自动生成报告急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管
28	可选配左室心功能自动测量技术	自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面, 同时自动包络心内膜面, 自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积, 左室射血分数 EF 以及每搏量 SV。(提供证明图片)
29	便携式彩色多普勒主机	便携式彩色多普勒主机一台
30	探头两把	探头两把: 浅表探头一把、凸阵探头一把
31	标配台车	标配多功能台车, 方便科室内部移动, 台车具备储物功能
▲32	超声工作站	设备后期可根据科室业务发展需求, 选配与主机同品牌超声影像工作站系统, 有独立知识产权, 可与医院 HIS/PACS 系统无缝对接(要求提供超声工作站软件的注册证)。
33	产品认证	要求所投产品通过 FDA、CE 等认证。
▲34	技术及维修服务	技术及维修服务: 在用户当地或省会中心城市, 卖方厂家应配置多名技术人员, 随时提供安装、调试或维修等服务, 要求提供所在地中心城市工商行政管理局网站可查询的生产厂家专业售后服务机构, 并提供相应资格证明
▲35	附加条件	1.配备 1 套硅胶材质神经、血管穿刺模型, 用于日常训练超声引导下穿刺。2.配备穿刺支架 1 套。3.整机 (含探头) 质保五年。

四、商务要求

(一) 货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

(二) 如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

(三) 所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

(四) 技术支持

- 1、中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。
- 2、中标人负责供货、安装、调试。
- 3、中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

(五) 质保及售后服务：

1、中标人所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。数字乳X腺射线机保修2年、麻醉专用便携式超声B超一台保修5年。

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务响应时间：如出现故障2小时内做出响应，对于用户的任何投诉和要求，在24小时内作出相应的答复。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速

解决的问题应在48小时内解决。特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

(六) 交货期：合同签订之日起90日内交货并安装调试完毕。

(七) 交货地点：安康市高新区采购人指定地点。

(八) 验收：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准和招标文件验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

3、本次中标人供应的所有货物需经过专家组检验，保证正品行货，且符合技术指标，中标人予以配合。

第四部分 商务及合同主要条款

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

商务及合同主要条款

甲 方（采购方）：

乙 方（供货方）：

按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及安康市妇幼保健院数字乳腺X射线机及其他医疗设备采购项目采购项目的招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书经甲、乙双方协商，达成如下条款。

第一条 合同内容（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）单位：元

序号	设备名称	型号	品牌	数量	单价	总价	备注
1							参 数 见 附 件
2							
总计（人民币/元）		¥： （大写）					

第二条 合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）：**整**（¥：__元整）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费（安装调试过程中，以甲方的实际现场勘查为准，所产生的一切费用）、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

第三条 款项结算

(一) 合同生效后, 甲方预付乙方合同金额的30%作为订货款; 到货甲方组织验收合格后, 乙方给甲方出具本设备全额发票, 甲方支付合同金额50%; 三个月后7个工作日内甲方付给乙方合同金额的20%。合同履行结束后无违约, 7个工作日甲方返还乙方履约保证金。

(二) 支付方式: 银行转帐。

(三) 结算方式: 甲方根据乙方提供的账户, 以银行转账方式支付货款。乙方提供转账的发票户名及账户要与合同上的户名和账号相符; 发票必须由本单位开据, 不得由税务局或其他单位代开。否则, 甲方有权拒付货款。

第四条 双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

- 1、提供设备安装调试的工作环境(包括水、电、场地等)
- 2、按合同约定的方式验收乙方交付的设备, 提供设备存放场地并负责保管.
- 3、配合和协助乙方的工作, 为乙方安装调试提供便利条件, 使乙方在施工过程及安装调试过程中不受外来因素的阻挠和影响.

(二) 乙方的权利和义务

- 1、按合同约定的设备数量、质量及实施时间完成设备的送达、系统安装及调试, 全面负责工程施工期间的安全责任.
- 2、按本合同约定向甲方提供技术支持.
- 3、对于甲方今后在该项目上的硬件升级和日常维护, 按优惠条件提供服务.

第五条 交货条件

(一) 交货地点: 甲方指定地点。

(二) 交货期: 自合同签订之日起, 90 个工作日, 完成货物的安装、调试并正常运行。

第六条 运输

(一) 运输由乙方负责, 运杂费已包含在合同总价内, 包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但必须保证按期交货。

第七条 质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款:

(一) 保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常, 配置合理, 全面满足谈

判要求。

(二) 符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

(三) 具有良好的外观，适合安装场所的使用。

(四) 自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费保修2年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时（工作日），解决问题不超过24小时（工作日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；（数字乳腺 X 射线）

2、麻醉专用便携式超声B超免费保修5年。

3、交货后180天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。

第八条 履约担保

(一) 履约保证金额：200000.00 元，

(二) 履约担保形式：银行转账。

(三) 履约保证金缴纳时间：领取中标通知书后合同签订前向甲方提供。

(四) 履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人按程序向甲方申请退还履约保证金，中标人不履行或不完全履行投标文件合同的，履约保证金不予退还。

第九条 售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

(一) 质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

(二) 质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

第十条 技术与服务

(一) 技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单；

4、项目竣工资料、检验测试报告；

5、其它资料。

(二) 服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

第十一条 验收

(一) 货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同及招标文件要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

(二) 货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式陆份）作为对货物的最终认可。

(四) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据：1、招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

第十二条 违约责任

(一) 按《政府采购法》、《合同法》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

(三) 延迟交货，乙方承担相应的违约责任。

(四) 逾期付款，甲方承担相应的违约责任。

第十三条 合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：

提交甲方或乙方所在地仲裁委员会仲裁；

第十四条 合同生效

本合同一式陆份，甲、乙各执贰份，安康市财政局政府采购管理处备案贰份，本合同甲、乙各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

第十四条 其他事项

(一) 招标文件、投标文件、澄清表(函)、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(二) 合同未尽事宜, 由甲、乙双方协商, 经鉴证方确认后, 作为合同补充, 与原合同具有同等法律效力。

(三) 合同一经签订, 不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的, 应按规定履行相应的手续。

(四) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方	乙 方
单位: (盖章)	中标人全称: (盖章)
地址:	地址:
法人代表(签字):	法人代表(签字):
联系电话:	联系电话:
	开户银行:
	账户:
签订日期: 年 月 日	签订日期: 年 月 日

第六章投标文件（格式）

项目编号：

_____项目

投标文件

供应商（单位名称及公章）： _____

法定代表人/被授权人（签字）： _____

日期： _____

目录

- 一 投标响应函
- 二 资格证明文件
- 三 投标报价表
- 四 技术响应偏离表
- 五 商务响应偏离表
- 六 投标方案及服务承诺
- 七 招标文件确认书
- 八 业绩一览表
- 九 政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、投标响应函

中科标禾工程项目管理有限公司：

根据贵方为（采购项目名称）招标采购货物和服务的招标公告（项目编号），
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址），
提交电子投标响应文件一份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为人民币金额数
（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为自开标日起 个日历日（中标单位的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5. 投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝招标的条款。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。
7. 若本单位获得中标，本单位保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
8. 与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

详细地址：

电子邮箱：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

年 月 日

二、资格证明文件

供应商资格证明文件：

- (1) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- (2) 特定资格条件：

1) 投标人须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。

2) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

3) 财务状况报告：提供 2021 年度的财务审计报告或提供截止开标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效资信证明。

4) 税收缴纳证明：提供截止开标日期前三个月内的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

5) 社会保障资金缴纳证明：提供截止开标日期前三个月内已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

6) 投标人不得为“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供网页查询截图或报告并加盖供应商公章，查询时间应为报名开始至投标截止时间之前。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

7) 投标人须出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8) 投标人须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。

9) 投标人所投设备应具有医疗器械产品注册证（进口设备需提供“进”字号产品注册证）。

附：法定代表人授权委托书和法定代表人证明书模板

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的____（投标人名称）____的在下面签字的____（法定代表人姓名、职务）____代表本公司授权的在下面签字的____（被授权人的姓名、职务）____为本公司的合法代理人，就项目编号为____（项目编号）____的____（招标项目名称）____的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

法人代表签名： （公章）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>	（法人代表身份证复印件）
代理人（被授权人）签字： 职务： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>	（被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致： 中科标禾工程项目管理有限公司			
企 业 法 定 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法 定 代 表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人 (签字或盖章)
			(公章)
			年 月 日

(注： 参会人员非公司法定代表人的， 适用法定代表人授权委托书； 参会人员为公司法定代表人的， 适用法定代表人证明书。)

三、投标报价表

(一) 投标报价表

项目编号：ZKBH2022-SAK-015

项目名称	投标总报价 (元)	服务期 (年)
安康市妇幼保健院数字乳腺 X 射线机及其他医疗设备采购项目		
投标总报价 (大写)		

(注：不同设备保修期如若不完全一样，按设备类别分别填写)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

(二) 产品（设备）分项报价表

项目名称：

项目编号：ZKBH2022-SAK-015

序号	产品（设备） 名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	合 计
1						
...						
N						

备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

注：本表中的“总价”与“投标报价表”中的“产品（设备）总价”一致。各子项分别报价。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人签字：

年 月 日

六 投标方案说明

- A、投标单位企业简介。
- B、商务响应说明（付款方式、交货时间、地点、验收方式、售后服务）。
- C、投标单位完成供货的组织机构、实施计划。
- D、投标单位完成供货保障能力。
- E、投标技术方案
 - 1) 投标货物说明（详细的配置，技术说明、技术参数等）
 - 2) 系统方案（投标人根据“招标内容及技术参数”自行编制）
 - 3) 拟安排本项目人员情况表
 - 4) 质量保证措施
 - 5) 服务承诺（包含售后服务方案）
- F、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）及相关质量检测报告或依据。
- G、财务状况
- H、投标单位认为有必要说明的问题。

七、招标文件确认书

本单位对安康市妇幼保健院数字乳腺 X 射线机及其他医疗设备采购项目招标文件及相关的修正内容、答疑内容均无异议。

投标单位：

年 月 日

八、业绩一览表

序号	项目名称	项目内容	采购人名称、联系人及电话
1			
2			
3			
4			
5			
...			

注：1、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、投标人应提供设备厂家出具的出货证明材料。

3、携带业绩证明材料原件以备查验。

法定代表人/被授权人：（签字或盖章）

投标人名称（盖章）

日期：

九、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

附件

一.小型微型企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。本项目所属行业：工业。

注：如投标人不符合要求无需填写

二、监狱企业、福利企业相关资格证明材料

注：如没有则无需提供

中科标禾工程项目管理有限公司

分公司名称： 中科标禾工程项目管理有限公司安康分公司

分公司地址： 安康市金州城北二区16号楼9单元101室

开户银行： 中国银行股份有限公司安康城西支行

账 号： 102070110359

邮 编： 725000

电 话： 0915-8168819

总 部： 028-86094188

网 址： <http://www.zkbiaohe.cn/>

企业邮箱： zkbiaohe@126.com
