

项目编号：XSCG-ZP2023018

# 诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目



## 询价文件

采 购 人：镇坪县卫生健康局（盖单位章）

采购代理机构：安康市兴盛工程造价咨询有限公司（盖单位章）

二〇二三年五月

## 特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容

### 一、关于需要特别提醒供应商的内容

1. 本项目采用电子化投标开标的方式。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2. 电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

### 3、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

### 4、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

### 二、关于报名

1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2. 缴费确认：请在文件发售时间以内将网上投标成功回执单、法人授权书、被授权人身份证、营业执照（复印件加盖公章）在代理机构处进行投标登记并交纳费用，确认完成缴费流程，否则报名无效，确认完毕后方可下载文件；

3、未完成网上投标成功的或未经采购代理公司缴费确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

4、本项目采用电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站(服务指南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

5、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

### 三、关于文件的制作和签名

1. 投标供应商须使用数字认证证书在全省统一交易平台填写投标信息，对电子投标

文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。加密和解密必须为同一数字认证证书，否则将会导致解密失败。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

2. 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3. 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

#### 四、关于响应文件递交与解密

##### 1. 文件递交

（1）各供应商在开标当日，并于提交投标文件截止时间前提交含签章的投标文件（PDF格式/U盘）一份，封装并加盖供应商公章，无需提供纸质版文件。

（2）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

##### 2. 文件开启与解密

（1）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。

（2）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应

急处置管理办法(试行)》规定执行。

(3) 编制的电子投标文件, 须使用数字认证证书(CA)对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中签名不能采用机打签名方式, 应采用手写方式, 因此导致废标或未中标, 投标供应商自行承担责任。

(4) 在开标环节出现下列情况之一的, 其电子投标文件视为无效文件:

- a. 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的;
- b. 因供应商自身原因(如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形), 导致在规定时间内无法解密投标文件的;
- c. 上传的电子投标文件无法打开的;
- d. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

(5) 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中, 如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时, 按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

## 第一章 询价公告

### 项目概况

诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目的潜在供应商应在安康市公共资源交易平台获取采购文件，并于 2023 年 05 月 17 日 15 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：XSCG-ZP2023018

项目名称：诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目

采购方式：询价

预算金额：429070.80 元

采购需求：

合同包号	合同包名称	技术规格、参数及要求	预算金额（元）	是否接受联合体	合同履行期限
1	诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目	详见采购文件	429070.80	否	自合同签订之日起 30 日历天(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- (2) 《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；
- (3) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- (4) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- (5) 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；
- (6) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

(7) 《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

(8) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

(9) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；

(10) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目)特定资格要求如下：

1. 有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；  
2. 法定代表人参加询价的，须提供本人身份证原件并提供本人身份证复印件(附到资格证明文件中)；法定代表人授权他人参加询价的，须提供法定代表人委托授权书并提供被授权代表的身份证原件；

3. 投标单位为经销商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证(所投产品须在其经营范围内)和所投产品的医疗器械注册证；制造厂家直接参与投标的应出具医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；

4. 信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”，投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图(提供查询结果网页截图并加盖投标人公章)。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；

5. 提供2021或2022年度经审计的财务审计报告(至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

6. 自2022年6月1日以来已缴纳的至少3个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

7. 本项目不接受任何形式的联合体询价。

## 三、获取采购文件

时间:2023年05月10日至2023年05月12日,每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ,  
下午 14:00:00 至 18:00:00 (北京时间,法定节假日除外)

地点: 全国公共资源交易平台(陕西省 安康市)

方式: 在线获取

#### 四、响应文件提交

截止时间: 2023年05月17日15时00分(北京时间)

地点: 安康市公共资源交易中心(采用电子化投标及远程不见面开标方式)

#### 五、开启

时间: 2023年05月17日15时00分(北京时间)

地点: 安康市公共资源交易中心

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

备注: (1) 报名登记: 供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心(<http://ak.sxggzyjy.cn/>), 选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统(<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder>)进行登录, 登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。(2) 报名成功后须将公共资源交易中心报名回执单(加盖公章)、单位介绍信和经办人加盖公章的身份证复印件发送至390181920@qq.com邮箱, 在规定发售时间内未提供完整登记资料的, 报名无效。(3) 下载文件: 供应商在报名期限内登录安康市公共资源交易中心(<http://ak.sxggzyjy.cn/>), 选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。(4) 本项目采用电子化投标的方式, 相关操作流程详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》; (5) 电子招标文件技术支持: 4009280095、4009980000; (6) 未及时下载文件或未经采购代理公司确认的将会影响后续开评标活动; (7) 请各投标人获取招标文件后, 按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求, 通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

#### 八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称: 镇坪县卫生健康局

地址: 镇坪县城关镇上新街

联系方式: 0915-8822747

2. 项目联系方式

项目联系人：成凡凡

电 话：0915-2332088

传 真：/

3. 采购代理机构信息

名称：安康市兴盛工程造价咨询有限公司

联系地址：镇坪县城关镇柿子树坪小区六单元2楼

安康市兴盛工程造价咨询有限公司

2023年5月9日

## 附件一：报价须知

### 一、供应商需提交的报价资料包括：

- 1.1 询价响应函
- 1.2 报价表
- 1.3 供应商资格证明文件
- 1.4 供应商基本概况
- 1.5 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 1.6 项目实施方案及服务承诺

供应商须对以上内容逐项响应，任何缺项将按不合格处理。

### 二、询价响应文件的制作和签署

2.1 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站(电子交易平台-企业端)后，在“我的项目”中点击“项目流程-交易文件下载”下载询价文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程 答疑文件下载”下载更新后的询价文件（\*.SXSZF），使用旧版询价文件制作的询价响应文件，系统将拒绝接收。

2.2 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站（<http://www.sxggzyjy.cn/>）“服务指南”—“下载专区”中免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开询价文件及制作扩展名为“.SXSTF”的询价响应文件并进行签章、加密。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”—“下载专区”—《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

2.3 凡因供应商对询价文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或询价响应文件因表述不清所引起的后果由投标单位自负。

2.4 任何要求对询价文件进行澄清的响应供应商均应在询价响应文件递交截止期 1 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议，并自动放弃对本项目询价文件再次提出质疑的权利。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 三、报价要求

3.1 所有根据合同或其它原因应由投标单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标单位提交的投标报价中。

3.2 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，按无效投标处理。

3.3 询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.5 供应商不得以低于成本的报价参加投标，若供应商的投标报价明显低于其他通过资质及符合性审查供应商的报价，有可能影响货物及服务质量或者不能诚信履约的，经询价小组要求，供应商应当在规定时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，经供应商质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经供应商认为不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

### 五、询价响应文件的递交和标记

#### 5.1 电子询价响应文件的递交

电子询价响应文件可于提交询价响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标单位应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-企业端”进行登陆，登陆后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目-项目流程-上传投标文件”，询价响应文件须进行签章、加密后上传，上传成功，电子化平台将予以记录。

**注：下载询价文件-制作电子询价响应文件-生成加密文件-上传电子询价响应文件必须使用同一个数字认证证书（CA 锁）。**

### 六、电子询价响应文件的解密和评审

6.1 采购代理机构组织询价、询价响应文件解密、评审工作，整个过程接受监督部门的监督。

6.2 采购代理机构将在询价公告规定的时间和地点组织询价。所有供应商应按时出席询价会议。参加询价会议的被授权人须携带法定代表人授权委托书和被授权人身份证原件（法定代表人参加的只需提供身份证），并签名报到。

6.3 通过发布公告征集供应商不足 3 家且采购人或询价小组无法推荐的，经采购人书面请示政府采购管理部门后，现场继续与 2 家或 1 家供应商询价。

6.4 开标时，供应商须使用电子询价响应文件加密时所用的数字认证证书(CA 锁)

在开标室的解密机上自行解密电子询价响应文件。

6.5 采购代理机构将在询价会议现场做询价记录，询价记录包括询价时宣读的全部内容。

6.7 特殊情形下的应急处置：在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》进行处理。

6.8 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因(如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致，或延用旧版本招标文件编制投标文件等情形)，导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- (3) 上传的电子投标文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

6.9. 询价小组

6.9.1 采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定组建询价小组。

6.9.2 询价小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

6.9.3 询价小组负责询价工作，对询价响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

6.9.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与询价有关的资料内容，询价小组均不得向其他供应商及与询价无关的人员透露。

6.10. 评审办法及内容

由询价小组对供应商资质及符合性进行审查，不符合要求的不再进入后续评审。

条款号	评审因素	评审标准	
1	资格性 审查	营业执照	有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；
		法人授权委托书	法定代表人参加询价的，须提供本人身份证原件并提供本人身份证复印件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加询价的，须提供法定代表人委托授权书并提供被授权代表的身份证原件；
		资质证书	投标单位为经销商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（所投产品须在其经营范围内）和所投产品的医疗器械注册证；制造厂家直接参与投标的应出具医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；
		信用要求	投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”，投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单” 的查询记录截图、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；
		财务审计报告	提供 2021 或 2022 年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；
纳税证明	自 2022 年 6 月 1 日以来已缴纳的至少 3 个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；		

条款号	评审因素	评审标准	
	非联合体投标	本项目不接受联合体投标。	
2	符合性 审查	供应商名称	与营业执照、资质证书一致。
	投标文件 签字盖章	供应商须使用数字认证证书对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招标事宜。 <b>注：投标文件中需要法定代表人或被授权委托人签字处，均须采用手写方式签名，如未按要求，将按不合格处理。</b>	
	投标文件格式	符合“响应文件格式”的要求	
	报价唯一	只能有一个有效报价，且报价不大于、等于采购预算。	
	投标内容、投标 有效期	符合询价采购文件规定。	
	服务范围、采购 要求	符合询价采购文件规定及采购人要求。	

6.11 询价小组在对询价响应文件进行审查时，如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：

- (1) 本次询价所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到询价要求，均按无效文件处理；
- (2) 各供应商未经过正常渠道获取询价文件，或参加询价的供应商名称与购买询价文件时登记的单位名称不符；
- (3) 询价响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行询价文件规定、询价响应文件有效期或有效期未能达到询价文件要求的；
- (4) 投标报价不符合询价文件规定的；
- (5) 不满足询价文件中商务及技术要求，或者超出偏差范围的，包括未提供货物或服务详细技术资料而导致询价无法确定货物或服务技术指标和质量的；
- (6) 响应方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施；
- (7) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。
- (8) 询价响应文件附有招标采购单位不能接受的条件的；
- (9) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

6.12 询价小组在对询价响应文件进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。

6.13 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正询价响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.14 在询价过程中发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并书面报告监督管理机构，列入“不良行为记录名单”：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商由同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.15 询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（若出现符合采购要求，报价相同时，将按供应商和服务承诺及供应商综合实力进行综合评审，择优确定成交供应商）。

## 七、采购内容及要求

7.1 采购预算：肆拾贰万玖仟零柒拾元捌角（¥429070.80 元），报价大于或等于本采购预算时，按无效投标处理。

7.2 服务期限：自合同签订之日起 30 日历天。

7.3 采购内容

### 诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目采购清单

序号	物资名称	型号/参数	单位	数量
1	抗菌洗手液	500ml	瓶	688
2	移动式空气消毒器	一、要求 1. 人机共存，持续消毒； 2. 消毒无味、无辐射、不腐蚀设备； 3. 初、高效双重过滤除尘、除菌； 4. 紫外线杀菌；静电吸附杀菌； 5. LED 显示屏，动态显示各配置功能工作状态（汉字故障提醒），触感控制键； 6. 光触媒活性炭滤膜除异味；	台	4

		<p>7. 风速高、中、低可调，风向多角度可调；</p> <p>8. 微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间，机器可设置“九”个程控时段；</p> <p>9. 超静音轴流风机；</p> <p>10. 高强度紫外线强度检测；紫外线故障自动监测；备用紫外管自动启动装置。</p> <p>11. 红外线遥控操作；红外线微波自动探测环境污染源；</p> <p>12. 工作时间自动记录显示，过滤系统等故障自动检测报警提示。</p> <p>二、技术参数</p> <p>1. 循环风量：≥1000m<sup>3</sup>/h。</p> <p>2. 适用体积：≤100m<sup>3</sup></p> <p>3. 输入功率：≤220VA</p> <p>4. 参考尺寸(cm)：35×42×105；</p> <p>5. 消毒效果：≤4cfu/15min.皿（≤200cfu/m<sup>3</sup>）；</p> <p>6. 机外紫外线泄露：&lt;0.1uw/cm<sup>2</sup>；</p> <p>7. 机内紫外线强度：≥13800uw/cm<sup>2</sup>；</p> <p>8. 消毒时空气的臭氧量：0.002mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>9. 移动式；</p> <p>10. 负氧离子释放量：≥6×10<sup>6</sup> 个/cm<sup>3</sup>；</p> <p>11. 电源~220V 50Hz；</p> <p>▲12. 噪音：&lt;45db(A) 13. 灯管寿命：≥5000h。</p> <p>三、安全性</p> <p>▲1. 提供消毒产品卫生安全评价报告。</p>		
2	紫外线灯/车	<p>1、紫外线消毒车主要材料由碳钢板制成，全铝合金型材专用灯臂，高反射率，同比塑钢灯臂，紫外线强度增高5%以上。</p> <p>2、紫外线消毒车的脚轮装置滚动灵活，没有卡轧现象，放置平稳。</p> <p>3、紫外线消毒车有时控、报警装置、定时器触点良好，工作稳定可靠。定时器时控范围0~120min。</p> <p>4、辐照强度：≥107uw/cm<sup>2</sup>（单支灯管）。</p> <p>5、型式：手推移动式。</p> <p>6、电源电压：AV220V 50Hz</p> <p>7、紫外线波长：253.7nm</p> <p>8、消毒车定时选择范围：0~120min。</p> <p>9、灯臂调节角度：0°~180°</p> <p>10、灯管功率：≥30W×2 灯管数量：2支</p> <p>11、灯管寿命：≥2000小时</p> <p>12、*提供消毒产品卫生安全评价报告；</p>	台	18
2	体温计（水银）	三角型棒式	个	24

3	末梢血糖仪	<p>(1) 技术参数                      检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血                      校准样本：静脉血浆                      调码技术：免调码                      用血量：小于 0.6 微升                      加样方式：顶端加样                      退条方式：自动退条                      测试时间：10 秒                      测试范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L                      测试温度：10℃-35℃，自动温度补偿功能                      测试湿度：不大于 80%                      功能：语音播报                      电源：2 枚 AAA（7 号）电池                      电池寿命：大约测试 1000 次                      记忆容量：200 个，显示 7、14、28 天平均值</p>	台	5																						
3	血压计	<p>主要材料                      铝板，汞，乳胶                      技术参数                      测量范围：0-300mmHg(0-40kPa)                      基本误差：±3.75mmHg                      灵敏度：&gt;2.25mmHg                      外形尺寸                      包装尺寸                      350×92X50mm                      375X275X225mm</p>	台	8																						
4	听诊器	插入式	个	8																						
5	气管插管设备	各规格	套	10																						
5	简易呼吸气囊	成人	只	6																						
5	制氧机	<p>主要性能参数：                      一、 主要性能参数：</p> <table border="1" data-bbox="389 1621 1297 1787"> <thead> <tr> <th>最大推荐流量 (L/min)</th> <th>氧浓度 (V/V)</th> <th>噪声值 dB(A)</th> <th>最大出口压力 (kPa)</th> <th>雾化功能</th> <th>雾化率 (ml/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>93%±3%</td> <td>≤48</td> <td>20</td> <td>有</td> <td>≥0.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、海拔高度对制氧机输出氧浓度影响（制氧机流量为                      3L/min时）</p> <table border="1" data-bbox="389 1980 1265 2051"> <thead> <tr> <th>海拔高度（m）</th> <th>0~1000</th> <th>1000~2000</th> <th>2000~3000</th> <th>3000~4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>额定流量下氧浓度（25℃）</td> <td>93%~92.6%</td> <td>92.6%~91.6%</td> <td>91.6%~84%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	最大推荐流量 (L/min)	氧浓度 (V/V)	噪声值 dB(A)	最大出口压力 (kPa)	雾化功能	雾化率 (ml/min)	3	93%±3%	≤48	20	有	≥0.15	海拔高度（m）	0~1000	1000~2000	2000~3000	3000~4000	额定流量下氧浓度（25℃）	93%~92.6%	92.6%~91.6%	91.6%~84%		台	60
最大推荐流量 (L/min)	氧浓度 (V/V)	噪声值 dB(A)	最大出口压力 (kPa)	雾化功能	雾化率 (ml/min)																					
3	93%±3%	≤48	20	有	≥0.15																					
海拔高度（m）	0~1000	1000~2000	2000~3000	3000~4000																						
额定流量下氧浓度（25℃）	93%~92.6%	92.6%~91.6%	91.6%~84%																							

		<p>84%~75%</p> <p><b>三、在出口标称压力为零时,氧气浓度值与流量的关系:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>氧气流量 (LPM)</td> <td>0</td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>氧气浓度 (25℃)</td> <td>91%</td> <td>91.6%</td> <td>93.6%</td> <td>93.9%</td> </tr> <tr> <td>氧气浓度 (10℃)</td> <td>91.6%</td> <td>92%</td> <td>93.8%</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>氧气浓度 (40℃)</td> <td>90.2%</td> <td>90.8%</td> <td>92.9%</td> <td>93%</td> </tr> </table> <p>四、产品配置</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>24 小时持续供氧</li> <li>高效锂分子筛</li> <li>93%±3%高纯氧浓度</li> <li>制氧+雾化, 一键切换</li> <li>即插式湿化杯, 方便取用</li> <li>智能化报警</li> <li>高清显示屏</li> </ol>	氧气流量 (LPM)	0	1.0	2.0	3.0	氧气浓度 (25℃)	91%	91.6%	93.6%	93.9%	氧气浓度 (10℃)	91.6%	92%	93.8%	94%	氧气浓度 (40℃)	90.2%	90.8%	92.9%	93%		
氧气流量 (LPM)	0	1.0	2.0	3.0																				
氧气浓度 (25℃)	91%	91.6%	93.6%	93.9%																				
氧气浓度 (10℃)	91.6%	92%	93.8%	94%																				
氧气浓度 (40℃)	90.2%	90.8%	92.9%	93%																				
6	氧气枕	医用	个	90																				
7	鼻导管吸氧面罩	双鼻架	套	430																				
8	注射泵	<p>注射泵(单通道注射泵)性能参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、精度:±2% (含机械精度±1%)</li> <li>★2、智能导向式页面操作方式, 简单明了</li> <li>3、药物有 10 种国际单位可自动换算, 各科室适用</li> <li>4、适用国产任何品牌注射器并自动识别注射器规格 5/10/20/30/50(60)ml, 保证注射精度</li> <li>5、高分辨率彩色液晶屏, 数字图文清晰动态显示</li> <li>★6、给药模式: 恒速注射模式、时量模式、体重模式、夜间模式、升级可加药库模式等</li> <li>7、提手和固定夹方便运转或固定</li> <li>8、注射器安装能单手操作, 满足无菌化技术要求。</li> <li>9、累计量: 0~99999 ml</li> <li>10、键盘锁定功能</li> <li>★11、注射器延长管可固定</li> <li>12、软件现场复位功能提高注射泵的安全性, 避免软件出现死机时造成注射泵可能出现不正常工作带来的临床风险</li> <li>13、注射速度范围及增量: 0.1~ 150ml/h (5 ml 注射器) 0.1~ 300ml/h (10 ml 注射器) 0.1~600ml/h(20 ml 注射器) 0.1~ 900ml/h (30 ml 注射器) 0.1~1500ml/h (50 ml 注射器)</li> <li>增量 0.1~99.9ml/h 为 0.1 ml/h, 100ml/h 以上为 1ml/h;</li> <li>14、快注速度 (Bolus): 150ml/h(5 ml 注射器) 300ml/h(10 ml 注射器) 600ml/h(20 ml 注射器) 900ml/h(30 ml 注射器) 1500ml/h(50 ml 注射器)</li> <li>15、阻塞压力多档可调</li> <li>16、报警功能: 自检、遗忘操作, 交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、参数超限等</li> </ol>	个	8																				

10	雾化器（超声雾化器）	<p>产品参数</p> <p>1、额定电压：AC220V，额定频率：50Hz</p> <p>2、输入功率：≤50VA</p> <p>3、超声频率：1.7MHz±10%</p> <p>4、最大雾化率：≥3mL/min※</p> <p>5、雾粒中位直径(MMD)：3.9um±25%直径小于5um的雾粒百分比&gt;65%※</p> <p>6、定时范围：0~60min无极可调</p> <p>7、连续工作时间：≥4小时</p> <p>8、水槽装水量：300mL(目测水位线)</p> <p>9、小雾化杯最大装药量：150mL</p> <p>10、大雾化杯最大装药量：350mL</p> <p>11、噪音：≤50dB(A)</p> <p>12、外形尺寸：247x140x201(mm)13、重量：1.3kg</p> <p>13、环境温度范围：+5℃~+40℃</p> <p>14、相对湿度范围：30%~80%</p> <p>15、大气压力范围：86kPa~106kPa</p> <p>配置清单：</p> <p>主机：1台</p> <p>面罩：1只</p> <p>喷嘴II：2只</p> <p>晶片：1只</p> <p>波纹管：3根</p> <p>鼻炎管：1只</p> <p>波纹管接头：2只</p> <p>防返流接管：2只</p> <p>喷嘴I：1只</p> <p>面罩接头：1只</p> <p>震荡膜片(大、小)：各3</p>	台	73
8	输液椅	<p>三人位：</p> <p>扶手：采用40×20×1.0冷轧椭圆管弯制，与V型冲压片焊接后，经除锈处理、静电喷涂而成。</p> <p>脚架：采用两块1.2冷轧钢板通过拉伸冲压成型、高频自动焊接，经除油除锈后静电喷涂而成。</p> <p>三角横梁：采用1.2冷轧钢板折弯成形、封闭三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成。</p> <p>椅托：分左右，采用两块1.2冷轧钢板通过冲压成型、焊接打磨，经除油除锈后静电喷涂而成。</p> <p>椅面：椅面板采用1.2冷轧钢板数控冲孔、周边折边，经过压弯、折弯制成，与左右椅托焊成一体，经除油除锈后静电喷涂而成，含两支不锈钢输液架。</p>	个	36
9	移动输液架	<p>材质：不锈钢 可调节输液杆 底座：优质加厚钢材一次性成型，不易倾斜 稳定性好 高度：1.1米-2米</p>	个	64
10	吸痰器（便携式吸痰）	<p>便携式吸痰器</p> <p>配置：吸引软导管（2m，φ7×φ12）一根、熔丝管（F1.5AL250V，φ5×</p>	台	17

	器)	<p>20)各 2 只、空气过滤器 2 只、吸引导管 (7E-A) 2.67mm (F8)、4.0mm (F12); 吸引导管 (7E-B) 2.67mm (F8) 1 根; 说明书、保修卡各 1 份</p> <p>参数: 高负压、低流量 电源电压: AC220V±10% 频率: 50Hz±2% 输入功率: 90VA 极限负压值: ≥0.06MPa 负压调节范围: 0.02MPa 至极限负压值 抽气速率: ≥15L/min 熔丝管: F1.5AL250V, φ5×20 贮气瓶: 1000mL, 1 只 噪音: ≤65dB (A) 净重: 4g 外形尺寸: 280×196×285 (mm) 使用期限: 5 年(易损易耗件除外) 运行模式: 短时运行 电器安全要求: I I 类设备, B 型应用部分 防进液等级: IPX0 环境温度范围: +5°C-+40°C 相对湿度范围: 30%-80% 大气压力范围: 860hPa-1060hPa</p>		
10	急救推车 (药柜)	<p>1、主体材质为 ABS 工程塑料, 抽屉采用全塑 ABS 材质模块化设计; 2、台面安装不锈钢三面围栏, 精致美观; 选用 Φ12 不锈钢棒焊接, 牢固可靠; 3、车体采用铝合金立柱, 侧边装有中控锁定装置, 操作简单、方便; 4、车体配有两小抽 (抽屉高度 68mm)、两中抽 (抽屉高度 120mm)、和一大抽 (抽屉高度 248mm), 抽屉内置分割条, 可自由分割, 抽屉可随时拆装, 导轨采用三节式滚珠静音导轨; 车体左侧面带有手写板和侧翻式物料盒; 5、配有四只 Φ100mm 防卷发万向轮, 其中两只带有刹车, 推行灵活, 转向准确。 6、车体规格: 850*520*950mm 7、标配: 侧挂盒 1 个, B 型垃圾桶 2 个, 旋转托盘 1 个, 伸缩输液杆 1 套。 8、高配: 氧气瓶支架 1 个, 复苏板 1 个, 220V 电源/线插座 1 套。</p>	台	4
11	抢救箱	规格: 14 寸 尺寸: 34*18*21 材质: 铝合金/中纤板	套	32
合计				

## 八、签订合同

8.1 成交供应商应在采购人及代理机构发出《中标通知书》之日起 30 日内，按照招标文件确定的采购标的、金额、数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

## 九、款项结算

具体以合同约定为准。

## 十、违约责任

12.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；

12.2 未按合同要求提服务不能满足技术要求，采购人有权终止合同，同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

附件二：响应文件格式

项目编号：XSCG-ZP2023018

# 诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目

## 询价响应文件

供 应 商（盖章）： \_\_\_\_\_

法人或被委托人（签章）： \_\_\_\_\_

时 间： \_\_\_\_\_

## 目 录

- 一、询价响应函
- 二、报价表
- 三、资格证明文件
- 四、供应商基本概况
- 五、项目实施方案及服务承诺
- 六、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

## 一、询价响应函

安康市兴盛工程造价咨询有限公司：

我单位收到贵单位XSCG-ZP2023018号询价文件，经详细研究，我们决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

**在此，签字代表宣布同意如下：**

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总报价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。

2. 我方提交电子响应文件一份。

3. 我们将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4. 我们已详细审查全部询价文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 本询价有效期为自询价之日起90个日历日（中标人的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

6. 我们完全理解并同意贵方在询价文件中的有关拒绝询价的条款。

7. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低询价报价的响应文件或收到的任何响应文件。

8. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

9. 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：

投标人 名称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人签字： \_\_\_\_\_

详 细 地 址： \_\_\_\_\_

邮 政 编 码： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电 子 邮 件 地 址： \_\_\_\_\_

开 户 银 行： \_\_\_\_\_

帐 号： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 二、报价表

项目编号：XSCG-ZP2023018

项目名称	总报价（元）	服务期限	备注
诊疗新冠病毒感染物资专项采购项目			
总报价（大写）			

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 分项报价表

序号	物资名称	型号/参数	单位	数量	单价	合计
1						
2						
2						
2						
3						
3						
4						
5						
5						
5						
6						
7						
8						
10						
8						
<b>合计</b>						

注：① 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

② 以上报价（含保险）及国家按现行税收政策征收的税费等一切费用。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

### 三、资格证明文件（复印件并加盖公章）

1. 有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；
2. 法定代表人参加询价的，须提供本人身份证原件并提供本人身份证复印件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加询价的，须提供法定代表人委托授权书并提供被授权代表的身份证原件；
3. 投标单位为经销商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（所投产品须在其经营范围范围内）和所投产品的医疗器械注册证；制造厂家直接参与投标的应出具医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；
4. 信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”，投标人需提供自述材料及供应商未被列入“信用中国”网([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格；
5. 提供 2021 或 2022 年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；
6. 自 2022 年 6 月 1 日以来已缴纳的至少 3 个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
7. 本项目不接受任何形式的联合体投标。

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）\_\_\_\_\_代表本公司授权的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权委托人的姓名、职务）\_\_\_\_\_为本公司的合法代理人，就项目编号为\_\_\_\_\_（项目编号）的（采购项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法人代表人签名： _____  （公章）：   <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	（法人代表身份证复印件）
---	--------------

被授权委托人（被授权人）签字： _____  职务： _____   <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	（被授权委托人身份证复印件）
--	----------------

## 非联合体投标声明

致：镇坪县卫生健康局

我单位 \_\_\_\_\_（单位名称）参加本次项目 \_\_\_\_\_（项目名称）的采购活动，非联合体投标。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字）：

日 期：      年      月      日

### 四、供应商基本概况

单位全称			
主要业务范围			
法定代表人姓名		职 务	
地 址		邮政编码	
电 话		传 真	
成 立 日 期		现 有 职 工 人 数	
单位组织机构简介：			

投标人（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权委托人（签字）： \_\_\_\_\_

日期：        年        月        日

## 五、项目实施方案及服务承诺

1. 供应商对本项目的总体实施方案说明；
2. 服务承诺；
3. 供应商认为有必要说明的事项。

## 六、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交；
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单；
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（盖章）

全权代表：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加(招标人名称)的(项目名称)采购活动,提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称),属于专业技术服务行业;承接企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于专业技术服务行业;承接企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商自行根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》国统字(2017)213号、工信部联企业(2011)300号文件自行划分,若声明与实际不符须承担相应责任。