

旬阳市妇幼保健院妇女保健设备采购（二标段）中标（成交）明细

受旬阳市妇幼保健院委托，采用进行采购妇女保健设备采购（二标段）（项目编号：**ZBHX-2022-019**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（妇女保健设备采购（二标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西孕校云医疗科技服务有限公司

1.2、中标（成交）总价：**530000.00**元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	580000	硕博	市妇幼保健院妇女保健科购置女性智能细胞能量修复系统设备1套，主要用产妇私密护理、产后康复，痔疾、尿失禁、尿痛、尿失禁、组织水肿、血肿等盆底疾病等康复治疗。售后服务有保障，质保期暂定2年。具体要求：1.输入电源：220V, 50Hz；额定功率：300VA 2.▲显示屏：彩色液晶触摸屏，易于操作。 3.治疗时间：0-60分钟可调，步进1分钟。 4.治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。 5.▲治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz~1MHz，不少于三种不同的治疗频率。 6.治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式。 7.治疗模式：不少于三种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种。 8.治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别。 9.▲工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差±10%。 10.电极片尺寸：有三种不同尺寸圆片电极，厚度不高于6.5mm，直径分别为40mm±2mm、60mm±2mm、70mm±2mm。 11.▲具有低频脉冲模式：在深度模式下，脉冲频率为2Hz和4Hz，误差±10%。 12.▲多极工作模式：常规多极模式，工作频率≤1MHz，误差±10%；深度多极模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%。 13.▲安全措施：具备手持式紧急开关；有主电源开关，副电源开关。 14.▲输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。 15.主机体积：体积长×宽×高=≤360×≤320×≤170mm 16.仪器车：立式台车配备脚轮，配有双层抽屉方便存放配件。 17.知识产权：该设备具有至少一项有效的授权专利。 18.▲安全和认证：具有医疗器械注册证。 19.▲配置要求：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、多极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个）、双层抽屉仪器车一台。	1.00	台	530,000.00	530,000.00