

旬阳市妇幼保健院放射设备采购中标（成交）明细

受旬阳市妇幼保健院委托，采用进行采购放射设备采购（项目编码：**AKXY-XY2022-092**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（放射设备采购）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西康尔德信息科技有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**1199900.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	医用X线设备	安健	市妇幼保健院放射科购置移动式床旁DR、门诊宫腔镜检查系统等设备各一套，售后服务有保障，质保期暂定2年。具体技术要求：移动平板DR技术参数 一、设备用途：1、通过电动助力移动，用于床旁全身各部位X线摄影；2、可以配合摄影床旁、胸片架进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影要求定位方便快捷、灵活准确；3、满足儿科育婴箱、急诊、ICU、骨科、手术室等各科室数字化X线摄影需求。二、主要技术参数 1、高压发生器 1.1最大输出功率： $\geq 40KW$ ；1.2最大管电流： $\geq 400mA$ ；1.3最大输出电压： $\geq 150KV$ ；1.4最小电流时间积： $\leq 1mAs$ ；★1.5最大电流时间积 $\geq 630mAs$ ；1.6具有解剖程序（APR）；1.7具有遥控曝光控制；1.8具有两档式曝光手闸。2、X射线管 ★2.1阳极热容量： $\geq 290KHU$ ；2.2球管管组件热容量： $\geq 1250KHU$ ；★2.3球管焦点：0.6mm/1.2mm。3、探测器 3.1无线数字平板探测器；3.2探测器尺寸： $\geq 35*43cm$ （14"*17"）；3.3像素矩阵： $\geq 2500*3000$ ；3.4像素尺寸： $\leq 140\mu m$ ；3.5空间分辨率： $\geq 3.5lp/mm$ ；4、球管支撑臂结构 4.1球管中心距离立柱边沿伸缩运动范围： $\geq 500mm$ ；4.2球管中心沿立柱升降： $\geq 1200mm$ ；4.3立柱旋转角度范围： $\geq \pm 315^\circ$ ；4.4限束器旋转角度范围： $\geq \pm 90^\circ$ ；4.5机身宽度： $\leq 580mm$ ；4.6防撞撞具有：束光器人体碰撞防护、具有移动物体碰撞制动功能、超声运动防撞撞提示；4.9具有电量管理系统：低电快充、功耗智能管理、高压休眠、充电供电切换模式；4.10储能电池容量 $\geq 336V,12Ah$ ；★4.11配置10寸平板电脑，具备远程可视化曝光、观察系统与对讲系统；★4.12为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，要求高压发生器、软件、探测器、机械系统为同一品牌；5、软件功能 5.1病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；5.2图像采集：自动调窗，自动裁剪，自动发送；5.3图像处理：图像校正，图像翻转；5.4图像观察：窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；5.5病历报告：病人信息自动加载；5.6胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；5.7 DIC	1.00	批	1,199,900.00	1,199,900.00