

三、分项报价表

供应商名称： 陕西康达众邦科工贸有限公司 （供应商单位公章）

项目编号： ZKGSF(ZB)-20230080-1

包号： 13

序号	名称	品牌、产地	型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1	床旁血液净化机	山外山、重庆	SWS-5000	重庆山外山血液净化技术股份有限公司	<p>一、功能要求：用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗、分子吸附再循环系统、白蛋白透析治疗等。</p> <p>※二、治疗模式：支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附（CPFA）。</p> <p>三、技术要求</p> <p>1. 采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。</p> <p>※2. 设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。</p> <p>※3. 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置</p>	台	1			/

				<p>换基础液与碳酸氢钠两个通路输入)，防止出现钙镁离子沉淀。</p> <p>4. 管路的安装有图文引导。</p> <p>5. 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。</p> <p>6. 设备配置 1 个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。</p> <p>※7. 设备配置≥ 5 个流量泵（不包括肝素泵）。</p> <p>8. 流量控制范围</p> <p>8.1 血泵流量范围：30mL/min~500mL/min。</p> <p>8.2 置换液流量范围：100~12000mL/h。</p> <p>8.3 废液流量范围：100~12000mL/h。</p> <p>8.4 透析液流量范围：100~12000mL/h。</p> <p>9. 压力监测范围</p> <p>9.1 动脉压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。</p> <p>9.2 静脉压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。</p> <p>9.3 跨膜压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。</p> <p>9.4 滤前压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。</p> <p>9.5 一级膜外压监测范围：-300mmHg~+600mmHg。</p> <p>10. 气泡检测器：可监测≥ 0.02ml 的气泡。</p>				
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

					<p>11. 漏血监测:可检测$\leq 0.35\text{mL}/\text{min}$(HCT 32%)。</p> <p>12. 脱水范围为 $0\sim 3000\text{mL}/\text{h}$。</p> <p>※13. 加热系统: 直接控制置换液温度, 温度范围: $33\sim 40^{\circ}\text{C}$, 置换液温度控制精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$。</p> <p>14. 设备≥ 2 个高精度称重计, 最大的称重范围: $0\text{kg}\sim 30\text{kg}$。</p>					
2	吸痰仪	鱼跃、江苏	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	<p>设备要求:</p> <p>1. 采用无油润滑活塞泵, 无油雾污染。</p> <p>2. 吸引泵:活塞泵</p> <p>3. 极限负压值:$\geq 0.09\text{MPa}$ (760mmHg)</p> <p>4. 负压调节范围:0.02MPa-极限负压值</p> <p>5. 噪声:$\leq 65\text{dB}$ (A)</p> <p>6. 抽气速率:$\geq 20\text{L}/\text{min}$</p> <p>7. 贮液瓶容量:$2500\text{mL}/\text{只}$, 2 只一组</p> <p>8. 工作制:间隙加载的连续运行, 最长连续工作时间 30 分钟, 持续率 50%。</p> <p>附件清单:</p> <p>8.1 腹腔吸引管 一支</p> <p>8.2 吸引软导管(长度 2M, 7*12)一根</p> <p>8.3 空气过滤器 二只</p> <p>8.4 脚踏开关 一只</p>	台	3			/

设备合计（人民币元）	肆拾万零捌仟柒佰元整		¥ : 408700.00
安装调试费	/	售后服务费	/
运输费（含保险）	/	技术培训费	/
税费	/	伴随费用等	/
总计（人民币元）	肆拾万零捌仟柒佰元整		¥ : 408700.00

注：1、报价保留小数点后两位。

2、供应商应根据项目情况自行编制，但不得减少信息内容。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称： 陕西康达众邦科工贸有限公司 （公章）

法定代表人或被授权代表： 陈涛 （签字或盖章）



日期： 2023 年 02 月 07 日