

政府采购项目

采购项目编号：HRDL-CG[2023]-092-054.1B1

西安市第九医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目  
(二次)

招 标 文 件

陕西恒瑞项目管理有限公司

二〇二三年八月

# 目 录

第一章	招标公告.....	1
第二章	投标人须知.....	6
第三章	评标方法和标准.....	20
第四章	拟签订的合同文本.....	28
第五章	采购需求及要求.....	37
第六章	投标文件格式.....	55

# 第一章 招标公告

## 西安市第九医院彩色多普勒超声诊断系统采购项目（二次）招标公告

### 项目概况

便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页】电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端获取招标文件，并于 2023年08月22日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：HRDL-CG[2023]-092-054.1B1

项目名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：3,400,000.00 元

采购需求：

合同包1（西安市第九医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目）

合同包预算金额：3,400,000.00 元

合同包最高限价：3,400,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	医用超声波仪器及设备	便携式彩色多普勒超声诊断仪	1(批)	详见采购文件	3,400,000.00	3,400,000.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起30日（具体履行起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

### 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市第九医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，包含但不限于以下政策：1)《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；2)财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)；3)财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；4)国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；5)关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；6)财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；7)《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)；8)财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；9)财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；10)财政部、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号)；11)需落实的其他政府采购相关政策等详见采购文件。

## 3、本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市第九医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目)特定资格要求如下：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2.财务状况报告：提供2022年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

3.税收缴纳证明：提供2022年6月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完

税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

4. 社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5. 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7. 法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）。

8. 投标人为制造商应出具医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械注册证；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证，所投产品制造商的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证（复印件加盖所投产品制造商公章）。

### 三、获取招标文件

时间：2023 年 08 月 02 日至 2023 年 08 月 08 日，每天午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕

方式：在线获取

售价：免费获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 08 月 22 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕上传电子投标文件。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台〕

陕西政府采购交易系统〉企业端〕不见面开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 本项目为电子化政府采购项目，供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn>）网站〔首页〉服务指南〉下载专区〕中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

2. 办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545da b02e53c.html>。

3. 请各供应商务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。制作电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

4. 本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〉不见面开标〕系统，在线参加开标过程。操作手册详见〔首页〉服务指南〉下载专区〕中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

5. 按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记，加入陕西省政府采购投标人库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息

名称：西安市第九医院

地址：西安市南二环东段151号

联系方式：029-61165668

## 2、采购代理机构信息

名称：陕西恒瑞项目管理有限公司

地址：陕西省碑林区南二环东段南侧凯森盛世1号A座2401室

联系方式：029-68090670

## 3、项目联系方式

项目联系人：杨工

电话：029-68090670

## 第二章 投标人须知

### (一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	名称：西安市第九医院 地址：西安市南二环东段 151 号 电话：029-61165668
1.2	采购代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司 地址：陕西省碑林区南二环东段南侧凯森盛世 1 号 A 座 2401 室 联系人：杨工 电话：029-68090670
1.3	合格投标人的特定资格条件： 1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 2. 财务状况报告：提供 2022 年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 3. 税收缴纳证明：提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 4. 社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 5. 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人

	<p>参与。</p> <p>6. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。</p> <p>7. 法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）。</p> <p>8. 投标人为制造商应出具医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械注册证；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证，所投产品制造商的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证（复印件加盖所投产品制造商公章）。</p>
1.4	是否为专门面向中小企业采购：否
1.5	是否允许采购进口产品：否。
1.6	是否允许联合体投标：否
1.7	所属行业：工业
1.8	联合体的其他资格要求：/
2.1	（彩色多普勒超声诊断系统采购项目）预算金额：3,400,000.00 元； 最高限价：3,400,000.00 元；
3.1	是否组织现场考察或者召开答疑会：否
4.1	投标保证金：本项目不收取投标保证金
5.1	投标人需在投标截止时间前上传电子版投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，开标时使用制作投标文件时使用的加密锁（CA 锁），对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密或无法打开的，按无效投标处理。
6.1	投标截止时间：2023 年 08 月 22 日 09 时 30 分
7.1	<p>开标时间：2023 年 08 月 22 日 09 时 30 分</p> <p>开标地点（开标形式）：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台【首页·&gt; 服务指南·&gt; 下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。</p>
8.1	信用查询时间：为招标文件发售时间至资格审查工作结束
9.1	核心产品：彩色多普勒超声诊断系统

10.1	评标方法：适用综合评分法
11.1	推荐中标候选人数量： <u>3</u>
12.1	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u>
13.1	预付款比例为： <u>0%</u>
14.1	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文收取。
15.1	针对同一采购程序环节的质疑次数： <u>一次性提出</u>
16.1	联系单位：陕西恒瑞项目管理有限公司 联系人：杨工 联系电话：029-68090670
适用于本投标人须知的额外增加的变动：/	
1	投标人应提交的其他文件：无
2	西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）国泰新点软件股份有限公司 1. 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310
3	供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

## (二) 投标人须知

### 一、总 则

#### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西恒瑞项目管理有限公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.6 本项目所属行业见投标人须知前附表。

## 2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

## 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

# 二、招标文件

## 5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

## 6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

## 7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

# 三、投标文件的编制

## 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.2 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

## 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

## 11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

## 12. 投标有效期

12.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

12.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 13. 投标文件的制作

13.1 投标人应按**投标人须知前附表**中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

13.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

- 13.3 投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。
- 13.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 14. 投标截止

- 14.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 14.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 15. 投标文件的接收、修改与撤回

- 15.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 15.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。
- 15.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
- 15.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 15.5 除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 16. 开标

- 16.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。  
投标人不足3家的，不予开标。

16.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

16.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

## 17. 资格审查及组建评标委员会

17.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

17.2 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

## 18. 投标文件符合性审查与澄清

18.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

18.2 投标文件的澄清

18.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 18.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

- 18.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

## 19. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

## 20. 投标无效

- 20.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

- 20.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

(7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 21. 比较与评价

21.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

21.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

## 22. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 23. 保密要求

23.1 评标将在严格保密的情况下进行。

23.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 24. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 25. 确定中标候选人和中标人

25.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

25.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 26. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 27. 签订合同

27.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 28. 预付款

28.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

28.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

28.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### **29. 招标代理服务费**

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### **30. 廉洁自律规定**

30.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

30.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### **31. 人员回避**

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### **32. 质疑的提出与接收**

32.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

32.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

32.3 投标人提交质疑函的要求

- 32.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 32.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 32.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 32.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 32.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。
- 32.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。
- 32.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表

### 第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇

总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

3、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

4、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采

取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 附表一 资格审查标准

序号	审查项目	资格条件
1	资格条件	<p>1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。</p> <p>2. 财务状况报告：提供 2022 年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。</p> <p>3. 税收缴纳证明：提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。</p> <p>4. 社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。</p> <p>5. 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。</p> <p>6. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。</p> <p>7. 法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）。</p> <p>8. 投标人为制造商应出具医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械注册证；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证，所投产品制造商的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证（复印件加盖所投产品制造商公章）。</p>

附表二 符合性审查标准

序号	审查项目	投标无效条件
1	签署、盖章	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的
2	投标报价	投标人投标报价超出采购预算或最高限价的或单项最高限价
3	报价合理性	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的
4	投标内容	投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能
5	其它情形	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款

### 附表三 评审因素和指标

（采用综合评分法）

序号	评分因素及权重	分值	评分标准
1	报价 30%	30	<p>采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30</p>
2	技术指标和配置 20%	20	<p>根据投标人提供所投设备的主要技术指标（参数）的相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料），经评审专家审定得分。</p> <p>基本分（15分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得15分；非★参数负偏离一项扣1分，★参数负偏离一项扣3分，扣完为止。</p> <p>2、加分（最高加5分）：在参数完全满足的前提下，投标设备主要技术指标、参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的，根据响应程度进行相应加分，每一项正偏离加1分，最多加5分。</p> <p>3、技术偏离表完全复制招标要求不实质响应的，专家可给予最高10分扣分。</p> <p>4、技术偏离表中技术参数指标与产品彩页（或其他证明材料）或者实际不符的，一经查实，给予最高10分扣分。</p> <p>注：1. 投标人需尽可能多的提供相关的功能证明材料对技术指标予以佐证。投标人自行承担因材料提供不全导致技术参数被视为负偏离的风险。</p> <p>2. 所提供的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料））均需加盖厂家鲜章（原件应附在投标文件中）。</p>

3	项目实施方案 10%	10	根据供应商对本次项目内容的理解制定的实施方案进行赋分： 备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施，实施方案流程清晰、具体、合理，对本次需维保设备的结构完全熟悉，完全符合本次采购期限内的维保服务的要求，得 6.1-10 分；方案内容欠缺、较薄弱的计 3.1-6 分；方案内容严重欠缺、薄弱的计 1-3 分；未提供项目实施方案不计分。
4	质量 保证 12%	4	设备进货渠道正规，并能够提供设备说明书等相关资料。质量保证，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据投标人提供的证明文件齐全程度，由评委综合比较，响应程度较其他供应商好计 2.1-4 分，响应程度较好计 1.1-2 分，响应程度一般计 0-1 分。
		4	投标人所投设备技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善符合国际、国内相关标准，能够保证质量、按期交货等，响应程度较其他供应商好计 2.1-4 分，响应程度较好计 1.1-2 分，响应程度一般计 0-1 分。
		4	投标人在设备使用、技术保障有较好的承诺和保证措施，配备了响应人员，响应程度较其他供应商好计 2.1-4 分，响应程度较好计 1.1-2 分，响应程度一般计 0-1 分。
5	售后服务 8%	8	针对本项目有完整的售后服务方案及质保期外的配件质量保证和供应措施，制订了本地化服务的承诺和应急方案，明确了售后服务人员，有售后服务的优惠条件，记 6.1-8 分。有售后服务方案及完整的售后服务承诺，满足质保期内的服务要求，有售后服务的措施，计 3.1-6 分。售后服务方案不完整，没有针对本项目的售后服务承诺和具体措施，计 1—3 分。没有售后服务方案不得分。
6	商务响 应 5%	5	经过有效性和符合性审核合格的单位，对服务期限、服务方式、付款方式、响应时限、人员保障、质量、安全保障、其他服务等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明确计的计 2.1~5 分，未做详细响应或响应简单，按响应程度赋 1~2 分。
7	培训方 案 6%	6	培训方式、时间、地点、人员、培训内容。培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计 4.1-6 分； 培训方案内容欠缺、薄弱的计 2.1-4 分；培训方案内容严重欠缺、薄弱的计 1-2 分；未提供培训服务方案不得分。

8	业绩 5%	5	提供投标人 2020 年 1 月 1 日至今所投同类业绩（以合同签订日期为准，提供完整合同复印件加盖公章）进行评定，每份计 1 分，最高计 5 分。
9	节能环保 2%	2	投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得 0.5 分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得 0.5 分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得 1 分，最多得 2 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
10	投标文件的规范性 2%	2	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 2 分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。

第四章 拟签订的合同文本

合同编号：

西安市第九医院  
XXXXXXX（项目名称）

# 供 货 合 同

（项目编号：                    ）

甲 方：西安市第九医院

乙 方：XXXXXXX

鉴证方：

202 年    月

中国  西安

## 供货合同

甲方（采购人）：西安市第九医院

乙方（供应商）：

鉴证方（采购代理机构）：

鉴证方就甲方所需产品/设备，甲方委托采购代理机构在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等规定，以及公开招标文件、成交供应商公开招标响应文件正本和澄清表(函)、中标通知书，经甲、乙双方协商一致，采购代理机构确认，达成如下条款，签订本合同。

### 一、合同标的物及数量（以响应文件正本和澄清表〈函〉为准）

序号	货物名称	规格参数	数量	产地	品牌	备注
1						
2						
合计						
备注						
说明	附技术参数说明					

（技术参数可附附件或详见投标文件，需说明清楚，表格可根据实际情况调整）

### 二、合同价款

（一）合同总价款为人民币(大写)\_\_\_\_\_元整（小写¥\_\_\_\_\_元）。

（二）以上价格包含甲方采购产品所需支付的全部费用，包含产品价格、税金、包装、运输、装卸、调试费、检测费、质保期内维修保养及配件更换等，除此之外甲方不再向乙方另行支付任何费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项支付、结算

（一）支付方式：原则按分期付款支付方式支付（中小微企业付款方式按相关规定执行）。

所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，乙方出具全额发票。60个日历内支付合同总价款的90%。即人民币（大写）\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元）。剩余10%即人民币（大写）\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元）满一年后60个日历日内考核合格支付剩余

3%货款，满两年后，60个日历日内考核合格支付剩余3%货款，满3年后，60个日历日内考核合格支付剩余4%货款。

(二) 结算方式：每期付款时，持政府采购项目验收合格单（一式两份），每期支付金额的发票、供货合同到甲方办理资金结算。

(三) 付款方式：

甲方通过银行转账方式将款项转入乙方指定银行账户。乙方指定银行账户信息如下：

账户全称：

账 号：

开 户 行：

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款。甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

若因乙方开具发票出现税务争议的，乙方应承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

#### **四、双方的权利和义务**

(一) 甲方的权利和义务

1. 甲方有权依据招标文件、国家标准或行业标准、技术指标等对该产品进行验收，达不到标准的，甲方有权解除本合同，乙方应支付\_\_\_\_\_元违约金；若对甲方造成损失的还应予以赔偿。

2. 质保期满后，甲方有权继续享用乙方提供的优惠条件。

3. 质保期满后，甲方享有乙方消耗品只收取成本费，其他费用全免的权利。

4. 甲方应按本合同的约定付款。

(二) 乙方的权利和义务

1. 乙方提供的产品必须设计科学、技术成熟、工艺精良，必须是生产厂商原厂生产的、全新未开封的，必须符合国家标准（包括强制性标准及推荐标准）、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。若乙方违反本约定，应承担违约责任，赔偿甲方的损失，且甲方有权解除本合同。

2. 乙方提供的产品等的设计、技术、外型等应符合我国的有关法律、知识产权及行业标准，凡因以上问题与第三方发生任何纠纷的，均由乙方承担责任，与甲方无关。

3. 安全可靠乙方提供的产品应通过生产厂检验，并提供质量合格证书；在正常使用下不应对操作者等任何人造成伤害，如因产品质量瑕疵或标示不明确等原因造成人身损害、财产损失的，乙方应承担全部责任，并应赔偿甲方的损失。

4. 有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证。

5. 乙方有义务就本合同所购产品对甲方提供免费咨询服务。

6. 乙方保证发票合法有效，若因发票问题引起纠纷的，由乙方承担一切责任并取消供货资格。

## 五、质量保证

质保期：\_\_年，自双方签署政府采购项目验收单或甲方签发最终验收合格证书之日起计算。

乙方所供产品必须执行下列条款：

（一）保证所供产品技术指标先进、质量性能可靠、配置合理、进货渠道正规，全面满足招标文件要求，无翻新货，并能按期交付。

（二）保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

（三）保证所供产品具有良好的外观，适合各种安装场所的使用要求，确保达到最佳运行状态。

（四）因产品质量或设计等缺陷引发的纠纷，由乙方承担全部责任，包括但不限于对甲方的全部损失、对第三人造成人身损害和财产损失等；上述赔偿，甲方可从履约保证金中直接扣除。

（五）乙方应安全施工，施工的安全责任及造成的损失均由乙方承担。

## 六、运输

（一）运输由乙方负责，运输费已包含在合同总价内，包括从产品/设备供应地点到达甲方指定的交货地点的所有费用，包括但不限于运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择。

## 七、交货

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日，乙方接到甲方供货通知后\_\_\_\_个工作日交货并完

成产品的安装、调试、验收等，且能够正常使用。

(三) 乙方应在合同约定的交货日期前\_\_\_\_\_日，向甲方提供交货计划（内容包括：合同编号、产品名称、数量、价格、箱数、规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

(四) 乙方应在产品到达交付地点前24小时，与甲方指定人员\_\_\_\_\_联系确认产品到达及装卸、搬运的具体事宜。

(五) 其他约定事项：\_\_\_\_\_。

## 八、验收：

(一) 外观验收。产品及其附件到达甲方指定地点后，甲方根据合同约定，确认产地、规格、型号和数量等，进行外观验收，双方负责人签署外观验收单，本验收单非产品质量合格的依据。

(二) 安装调试。乙方应配合甲方的工期要求，负责对产品进行安装、调试和试运行，直至验收合格；安装、调试、验收等所有费用均由乙方承担。试运行应当在甲方的参与下进行。

(三) 最终验收。产品安装调试和正常运行后，乙方向甲方提交产品安装调试记录和竣工通知书；经甲方确认后，组织乙方进行最终验收（必要时甲方可委托具有相应资质的第三方检测机构/技术专家对产品进行最终验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由乙方负责联系）；验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式五份），本验收单为双方进行结算的依据。如乙方的产品与合同约定不一致，甲方有权拒收或在政府采购项目验收单注明存在的问题，乙方应在甲方要求的时限内予以补足或调换直至产品全部通过甲方验收。

(四) 验收依据

1. 招标文件、投标文件、澄清表（函）；
2. 本合同及附件（若有）；
3. 合同签订时国家、行业及企业等的标准和技术规范。

(五) 乙方应向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护，否则甲方有权拒绝在政府采购项目验收单上签字。

## 九、售后服务：

乙方提供免费保修\_\_年（具体时限同质保期），终身维护的售后服务。

(一) 质保期内

1. 同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，乙方应\_\_\_\_日内更换同型号、同规格的产品，若乙方违反本约定，应承担违约责任，赔偿甲方的损失，且甲方有权解除本合同。

2. 凡正常使用中出现的故障，均由乙方负责提供免费检测维修、免费更换不合格的零部件直至能正常使用；

3. 30 天内，如出现质量问题，甲方可选择换货或退货；如退货的，乙方应退还全部货款，且应赔偿甲方的损失，损失为货款总额的 20%；

4. 质保期届满前 30 日内，乙方应对所有产品进行全面检测、保养、维护。

#### (二) 质保期满后

乙方应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内相同的服务标准进行维护维休。

### 十、技术与服务

#### (一) 技术资料包括：

- 1、货物合格证；
- 2、货物使用说明书（中文）；
- 3、项目竣工资料、检验测试报告；
- 4、其它资料。

(二) 服务承诺：以招标投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

### 十一、违约责任

(一) 按《民法典》《政府采购法》等相关规定和本合同的约定执行。

(二) 未按合同约定提供产品或质量不能满足本合同约定的，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

(三) 交货期每逾期一天，扣除乙方合同总价款的\_\_%，作为违约金。

(四) 乙方逾期交货 30 天以上的，则本合同解除，乙方支付总价款的\_\_%作为违约金并赔偿甲方的损失（包括但不限于重新采购产生的费用、经营损失、维权费用等）。

### 十二、合同变更

本合同生效后，双方均不得擅自变更或解除合同；确需变更的，双方应协商一致后签订书面变更协议，经采购代理机构确认，变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；但若双方就变更事项未达成一致意见的，仍应继续履行本合同，否则

视为违约，应承担相应的违约责任。

### 十三、合同终止

(一) 出现下列情形的本合同终止：

1. 本合同履行完毕，但合同的服务承诺永久有效；
2. 双方协商一致终止本合同的履行；
3. 不可抗力导致本合同无法履行；
4. 法定解除权和约定解除权的情形出现时。

(二) 无论本合同因何原因解除，保密条款依然有效。

### 十四、保密义务

### 十五、其他事项

(一) 采购代理机构作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

(二) 西安市财政局政府采购管理处随时检查本合同的履行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(三) 谈判文件、谈判响应文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均成为本合同不可分割的部分。

### 十六、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的，向 甲方 所在地人民法院起诉。

### 十七、合同生效

(一) 本合同经甲方、乙方、采购代理机构签字盖章即生效。

(二) 本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方、鉴证方各执壹份，具有同等效力。

(三) 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲 方	乙 方	采购代理机构
西安市第九医院 (盖章)	成交供应商全称 (盖章)	(盖章)
地址:	地址:	地址:
邮编:	邮编:	邮编:

承办人：（签字）	被授权代表：（签字）	承办人（签字）：
主管院长：（签字）	法定代表人：（签字）	
电话：	电话：	
法定代表人：	传真：	电话：
开户银行：	开户银行：	传真：
帐号：	帐号：	
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

**西安市政府采购供应商  
拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：

电话：

邮编：

年 月 日

## 第五章 采购需求及要求

### (一) 技术参数

#### 第一台

#### 产品参数

一、设备名称：高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

二、用途说明：

2.1 满足腹部、心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求，全面拓展麻醉、TEE、ICU/CCU、介入、术中、急诊等新兴临床领域。

2.2 要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

三、物理规格及人机交互要求：

3.1 高清晰医用专业彩色显示屏 $\geq 15$ 英寸，自动调节亮度。

3.2 整机重量 $\leq 6$ KG。

3.3 接口选择： $\geq 1$ 个，可扩展到3个。

3.4 物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量 $\geq 4$ 个，同一个自定义键支持 $\geq 4$ 个功能。

3.5 采用 Windows10 及以上操作系统设计。

3.6 主机及台车可配置内置电池。

四、系统成像：

4.1 二维灰阶模式

4.2 组织谐波和 PIHI 技术

4.3 支持 TSI 技术常规/肌肉/液性/脂肪

4.4 支持 SCI 技术，可显示 9 条线， $\geq 3$ 级可调，支持线阵和凸阵探头

4.5 支持 FCI 技术

4.6 斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等

4.7M 型成像模式

4.8 彩色 M 型模式

4.9 自由解剖 M 型 ( $\geq 3$ 条取样线，360 度自由旋转)

- 4.10 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
- 4.11 频谱多普勒成像，连续多普勒成像
- 4.12 高分辨率血流成像
- 4.13 取样框偏转： $\geq \pm 30$  度（线阵探头）
- 4.14 支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等
- 4.15 组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织 M 型模式
- 4.16 支持 8 个取样框内心肌组织的 TDI 速度、应变、应变率定量分析工具
- 4.17 扩展成像（要求凸阵、线阵可用）
- 4.18 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持
- 4.19 宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示，支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头）
- 4.20 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头（提供证明图片，体现所有配置机型及探头型号二维/彩色取样框角度独立偏转技术）
- 4.21 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像
- 4.22 二维/彩色取样框角度独立偏转技术
- ★4.23 智能血流跟踪技术，具备 ROI 框位置和角度的自动优化。

## 五、成像功能

### 5.1 造影成像

- ★5.1.1 用于腹部、浅表和微血管造影、心腔造影、心肌造影
- 5.1.2 支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换
- 5.1.3 支持微血管造影增强功能
- 5.1.4 支持低机械指数造影
- 5.1.5 具有双计时器
- 5.1.6 支持向后存储 $\geq 8$ 分钟电影
- 5.1.7 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动， $\geq 6$ 个 ROI

## 5.2 心血管成像

5.2.1 支持组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持彩色解剖 M 型和曲线解剖 M 型（附图）

★5.2.2 具有左右心室心肌二维斑点追踪技术。

5.2.3 具有追踪向量图和参数曲线图数据包括速度、位移、应变及应变率，提供 ASE17 评分（附图）

5.2.4 自动射血分数测量：自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。

5.2.5 配置心肌负荷超声成像，内置多种心脏负荷超声协议，可提供心脏功能的评估。支持  $\geq 16$  个出厂协议，支持用户自定义协议，支持室壁运动评分

5.2.6 支持频谱自动测量，心脏模式下，根据指南显示心脏正常参考值，并根据患者情况提示是否异常

## 六、测量分析和报告

6.1 全科测量包，自动生成报告：心脏、腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.2 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI 长度、测量长度及质量指标，具有 IMT 分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线证明图片）

6.3 自动 workflow 协议（非预设条件），自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

6.4 心功能自动测量软件

## 七、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1、电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持 4D 电影回放

7.2 原始数据处理，可对回放图像进行  $\geq 30$  种参数调节

7.3 固态硬盘  $\geq 240\text{GB}$

## 八、系统技术参数及要求

### 8.1 二维灰阶模式：

8.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D  $\geq 12$  bit

8.1.2 最大显示深度： $\geq 30\text{cm}$

8.1.3 物理滑动 TGC:  $\geq 8$  段, LGC:  $\geq 4$  段 (提供证明图片, 体现机器型号)

8.1.4 动态范围  $\geq 230\text{db}$ , 步进  $\leq 5$ , 可视可调

8.1.5 增益调节: B/M/D 分别独立可调,  $\geq 100$

8.1.6 凸阵探头, 全视野, 15cm 深度时, 在最高线密度下, 帧速率  $\geq 30$  帧/秒 (提供图片)

8.1.7 相控阵探头, 80 度角, 15cm 深度时, 在最高线密度下, 帧速率  $\geq 50$  帧/秒 (提供图片)

8.1.8 体位标记:  $\geq 120$  种, 可以自定义注释

## 9.1 彩色多普勒成像

9.1.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

9.1.2 取样框偏转:  $\geq \pm 30$  度 (线阵探头)

9.1.3 支持一键 B/C 同宽

9.1.4 频谱多普勒模式

9.1.5 取样角度  $\leq 60^\circ$  脉冲多普勒最大速度:  $\geq 8.60\text{m/s}$  (连续多普勒速度:  $\geq 35\text{m/s}$ )

9.1.6 最小速度:  $\leq 1\text{ mm /s}$  (非噪声信号)

9.1.7 取样容积: 0.5-30mm, 支持所有探头

9.1.8 偏转角度:  $\geq \pm 30$  度 (线阵探头)

## 十、连通性要求

10.1 支持网络连接

10.2 可下载手机移动终端 APP (与超声同品牌), 将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台, 支持苹果和安卓系统

10.3 可下载手机移动终端 APP (与超声同品牌), 进行远程病人信息管理等, 支持苹果和安卓系统

10.4 支持 DICOM

10.5 包含下列接口: S---视频、VGA 视频接口、HDMI

10.6 支持 USB 储存介质一键存储普通 PC 格式文件, 无需转换

10.7 台车支持升降, 扩展 usb, 机器防盗锁控制

十一、探头规格: 支持凸阵、线阵、相控阵、腹腔镜探头 (提供注册证)

11.1 探头配置（4把）：单晶凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腹腔镜探头

★11.2 探头要求：

单晶凸阵探头、频率：1.2-6 MHz

线阵探头、频率：4-12 MHz

相控阵探头、频率：1.5-5 MHz

腹腔镜探头、频率：2.6-12.8 MHz

## 十二、超声远程会诊系统

★12.1 有原厂配套专用客户端（APP）软件，同时支持多种类型终端设备，包括 PC 电脑、手机和平板电脑等。超声设备可无需外置其他设备一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内。

12.2 超声设备具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息。

12.3 支持检查视图模式查看超声检查，按病例自动汇聚图像，快速浏览病例图像。

12.4 可对图像添加标签和文字评论、请求会诊交流。

12.5 检查视图下的图像支持按照上传者、标签等内容进行分类筛选。

12.6 支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接从 app 分享到微信群或朋友圈。

12.7 支持超声检查云端存储（病人信息，检查信息，静态及动态影像）。

12.8 支持将 APP 中的图像下载到本地。

## 第二台

### 产品参数

一、货物名称：高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

二、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑，泌尿、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

三、系统技术规格及概述：

1.  $\geq 15$ 英寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率 $\geq 1280 \times 1024$ ，根据环境光变化自动调节亮度

1.1 探头接口 1 个，可扩展到 3 个

1.2 整机重量 $\leq 6.5\text{kg}$ （含电池）

1.3 支持用户自定义按键数量 $\geq 4$ 个，同一个自定义键支持 $\geq 4$ 个功能

1.4 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

1.5 主机自带 QWERTY 物理英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量 $\geq 4$ 个

2. 二维灰阶模式

2.1 组织谐波成像模式

2.2 组织特异性成像

★2.3 多角度空间复合成像技术，支持 $\geq 7$ 条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4 频率复合成像

2.5 斑点噪声抑制成像

2.6 回波增强技术

3. M 型成像模式

3.1 彩色 M 型

3.2 解剖 M 型，取样线 $\geq 2$ 条，可 360 度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构 M 型图像

4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1 超宽动态血流技术

4.2 高分辨率血流成像

- 4.3 双实时同屏对比显示
- 4.4 自动调节取样框的角度及位置
- 5. 频谱多普勒成像
  - 5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率
  - 5.2 连续多普勒
  - 5.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度
- ★6. 造影成像及定量分析单元
  - 6.1 用于腹部、浅表、微血管造影，造影定量分析功能
- 7. 实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可 360 度旋转
- 8. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI 及造影）
- 9. 图像放大技术
  - 9.1 一键实现全屏放大
  - 9.2  $\geq 10$  倍局部放大（支持前端、后端放大）
- 10. 穿刺针增强技术
  - 10.1 双屏实时对比显示增强前后效果
  - 10.2 增强平面角度可调，步进  $10^\circ$
- ★11. 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。
- 12. 组织斑点追踪，组织多普勒成像和组织定量分析

#### **四、 测量分析和报告**

- 1. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等
- 2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
- 3. 心脏功能专用测量及分析，包括 Simpson BP, Tei 指数分析, PISA 等
- 4. 儿科髌关节测量、神经测量和急重症测量

#### **五、 电影回放及原始数据处理**

- 1. 电影回放
  - 1.1 所有模式下支持手动、自动回放
  - 1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储  $\geq 5$  分钟的电影

- 1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
2. 原始数据处理，可对回放图像进行 $\geq 20$ 个参数调节

## 六、检查存储和管理

1.  $\geq 240G$  固态硬盘
2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
3. 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
4. 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。

## 七、技术参数及要求

1. 二维灰阶模式
  - 1.1 焦点：4个，动态可调
  - ★1.2 扫描频率：电子凸阵：超声频率1.0-6.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度 $\geq 90^\circ$ ；电子线阵：超声频率4.0-12MHz，支持扩展成像；
  - 1.3 最大显示深度： $\geq 38cm$
  - 1.4 TGC： $\geq 8$ 段，LGC： $\geq 4$ 段
  - 1.5 动态范围：30-190dB，可视可调
  - 1.6 增益调节：B/M/D分别独立可调， $\geq 100$
  - 1.7 伪彩图谱： $\geq 8$ 种
  - 1.8 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频 $\geq 50$ 帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频 $\geq 40$ 帧/秒
2. 彩色多普勒成像
  - 1.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
  - 1.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
  - 1.3 取样框偏转： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）
  - 1.4 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频 $\geq 4$ 帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频 $\geq 6$ 帧/秒

1.5 支持 B/C 同宽

### 3. 频谱多普勒模式

1.1 显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等

1.2PW 最大速度： $\geq 9.10\text{m/s}$

1.3 最小速度： $\leq 5\text{mm/s}$

1.4 取样容积：0.5-20mm

1.5 偏转角度： $\geq \pm 30$  度（线阵探头）

1.6 零位移动： $\geq 8$  级

1.7 快速角度校正

## 八、探头数量及技术要求

1. 单晶相控阵探头一把，频率：1~5MHz
2. 单晶凸阵探头一把，频率：1~6MHz
3. 线阵探头一把，频率：4~12MHz
4. 配置凸阵探头及线阵探头的穿刺引导架。

## 九、连通性

1. 参考信号：心电，呼吸波，心电触发
2. 数据接口：HDMI、USB3.0 接口、音频接口
3. 支持数据无线传输
4. 支持 DICOM3.0 系统，可选配 DICOM 妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报
5. 外设数据模块：包含 S-视频、VGA 视频接口、高清音视频接口
6. 专用台车：可升降
7. 具备可装卸探头扩展槽
8. 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

## 第三台

### 产品参数

一、货物名称：高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

二、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑，泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、TEE 等全身应用

三、系统技术规格及概述：

#### 1.系统通用功能

1.1  $\geq 15$  英寸高清晰、医用专业彩色显示屏，自动调节亮度。

1.2 探头接口 1 个，可扩展到 3 个

1.3 整机重量  $\leq 6.5\text{kg}$ （含电池）

1.4 支持用户自定义按键数量  $\geq 4$  个，同一个自定义键支持  $\geq 4$  个功能

1.5 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

#### 2.二维灰阶模式

2.1 组织谐波成像模式

2.2 组织特异性成像

★2.3 多角度空间复合成像技术，支持  $\geq 7$  条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4 频率复合成像

2.5 斑点噪声抑制成像

2.6 回波增强技术

#### 3.M 型成像模式

3.1 彩色 M 型

3.2 解剖 M 型，取样线  $\geq 2$  条，可 360 度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构 M 型图像

#### 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1 超宽动态血流技术

★4.2 高分辨率血流成像

4.3 双实时同屏对比显示

4.4 自动调节取样框的角度及位置

## 5. 频谱多普勒成像

5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2 连续多普勒

5.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

## ★6. 造影成像及定量分析单元

6.1 用于腹部、浅表、微血管造影，支持时间强度分析曲线和运动追踪。

7. 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可 360 度旋转

8. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI 及造影）

## 9. 图像放大技术

9.1 一键实现全屏放大

9.2  $\geq 10$  倍局部放大（支持前端、后端放大）

10. 支持检查流程提示功能，可以自定义体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

## 11. 穿刺针增强技术

11.1 双屏实时对比显示增强前后效果

11.2 增强平面角度可调，步进  $10^\circ$

★12. 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

## 四、测量分析和报告

1. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

3. 心脏功能专用测量及分析，包括 Simpson BP, Tei 指数分析, PISA 等

## 五、电影回放及原始数据处理

### 1. 电影回放

1.1 所有模式下支持手动、自动回放

1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储  $\geq 8$  分钟的电影

1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

2. 原始数据处理，可对回放图像进行  $\geq 30$  个参数调节

## 六、检查存储和管理

1.  $\geq 240\text{G}$  固态硬盘
2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
3. 支持直接一键存储至硬盘或 U 盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
4. 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。

## 七、技术参数及要求

1. 二维灰阶模式
  - 1.1 焦点：4 个，动态可调
  - 1.2 扫描频率：电子凸阵：超声频率 1.0-5.0MHz，支持扩展成像；
  - 1.3 电子相控阵：超声频率 1.0-5.0MHz，扫描角度  $\geq 90^\circ$ ；
  - 1.4 电子线阵：超声频率 4.0-12MHz，支持扩展成像；
  - 1.5 电子经食道：超声频率 2.3-7.2MHz
  - ★1.6 最大显示深度： $\geq 40\text{cm}$
  - 1.7 TGC： $\geq 8$  段（均为物理按键，非触屏调节），LGC： $\geq 4$  段
  - 1.8 动态范围：30-190dB，可视可调
  - 1.9 增益调节：B/M/D 分别独立可调， $\geq 100$
  - 1.10 伪彩图谱： $\geq 8$  种
  - 1.11 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，全视野二维帧频  $\geq 60$  帧/秒；凸阵探头 18cm 深，全视野二维帧频  $\geq 45$  帧/秒
2. 彩色多普勒成像
  - 2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
  - 2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
  - 2.3 取样框偏转： $\geq \pm 30$  度（线阵探头）
  - 2.4 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频  $\geq 5$  帧/秒；凸阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频  $\geq 6$  帧/秒
  - 2.5 支持 B/C 同宽

### 3. 频谱多普勒模式

3.1 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

3.2PW 最大速度： $\geq 9.10\text{m/s}$

3.3 取样容积：0.5-20mm

3.4 偏转角度： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）

3.5 零位移动： $\geq 8$ 级

3.6 快速角度校正

### 八、探头数量及技术要求

1. 单晶相控阵探头一把，频率：1~5MHz

2. 凸阵探头一把，频率：2~5MHz

3. 线阵探头一把，频率：4~12MHz

★4. 经食道探头一把，频率：2.3~7.2MHz

5. 扫描速率：相控阵，全视野，18cm深度时，帧速率 $\geq 14$ 帧/秒

凸阵，全视野，18cm深度时，帧速率 $\geq 44$ 帧/秒

### 九、连通性

1. 参考信号：心电，呼吸波，心电触发

2. 数据接口：HDMI、USB3.0接口、音频接口

3. 支持数据无线传输

4. 支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报

5. 外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口

6. 专用台车：可升降、防盗锁模块

7. 具备可装卸探头扩展槽

8. 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

## 第四台

### 产品参数

一、货物名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统

二、★产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要

三、系统技术规格及概述：

#### 3 系统通用功能

3.1  $\geq 15.6$  英寸高分辨率 LED 显示器，可自动调节亮度，可独立主机调节，角度  $\geq 180^\circ$

3.2 操作面板具备物理按键与触摸按键

3.3 探头接口 1 个，可扩展到 3 个

3.4 整机重量  $\leq 3.5\text{kg}$ （含电池）

3.5 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

#### 4 二维灰阶模式

4.1 组织谐波成像

4.2 组织特异性成像

★4.3 多角度空间复合成像技术，支持  $\geq 3$  条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

4.4 频率复合成像

4.5 斑点噪声抑制成像

4.6 回波增强技术

4.7 局部图像增强技术

#### 5 M 型成像模式

5.1 彩色 M 型

5.2 解剖 M 型，取样线  $\geq 2$  条，可 360 度任意旋转

#### 6 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

6.1 高分辨率血流成像

6.2 双实时同屏对比显示

6.3 自动调节取样框的角度及位置

- 7 频谱多普勒成像
  - 7.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率
  - 7.2 连续多普勒
- 8 组织多普勒成像
- 9 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI 及造影）
- 10 图像放大技术
  - 10.1 一键实现全屏放大
  - 10.2 10 倍局部放大（支持前端、后端放大）
- 11 超声教学助手

#### **四、测量分析和报告**

- 1. 常规测量软件包
- 2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
- 3. 妇科/产科专用测量软件包
- 4. 心脏功能专用测量软件包
- 5. Auto EF 射血分数自动测量

#### **五、电影回放及原始数据处理**

- 1. 电影回放
  - 1.1 所有模式下支持手动、自动回放
  - 1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储 $\geq 5$  分钟的电影
  - 1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
- 2. 原始数据处理，可对回放图像进行 $\geq 20$  个参数调节

#### **六、信息管理与存储**

- 1.  $\geq 128G$  固态硬盘
- 2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
- 3. 支持直接一键存储至硬盘或 U 盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
- 4. 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。

## 七、连通性

1. HDMI、USB3.0 接口、网络接口
2. 支持数据无线传输
3. DICOM3.0 系统
4. 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架
5. 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
6. 国标 220V 电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏

## 八、配置

1. 主机 1 台
2. 台车 1 个
3. 凸阵探头 1 把，频率范围：1.2-6.0MHz
4. 线阵探头 1 把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数 $\geq 192$
5. 心脏探头 1 把，频率范围：1.5-4.5MHz
- ★6. 术中探头 1 把，频率范围：4.0-12.8MHz
7. 探头扩展器 1 个

## （二）商务要求

1. **包装、运输及交货期限：**30 日
2. **交货地点：**西安市第九医院
3. **质保、维保期限：**设备整机质保三年
4. **付款方式、支付方式、结算方式及要求：**所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，乙方出具全额发票。60 个日历日内支付合同总价款的 90%。剩余 10%满一年后 60 个日历日内考核合格支付剩余 3%货款，满两年后，60 个日历日内考核合格支付剩余 3%货款，满 3 年后，60 个日历日内考核合格支付剩余 4%货款。
5. **售后服务及培训要求：**设备整机质保三年。发生质量问题，投标供应商自接到采购方通知后，应于 24 小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由投标供应商承担，若需送回生产厂，投标供应商方承担往返费用，若投标供应商方在接到通知后未在 24 小时内派人到场进行维修，则采购方有权自主进行维修，由此产生的费用由投标供应商承担并赔偿采购方因此造成的损失；定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；保修期内，每年对设备提供一次免费保养服务。
6. **质量要求：**投标供应商提供的产品必须满足招投标文件及合同约定的技术参数要求。投标供应商保证货物应是全新、未曾使用过的、优质工艺及材料制造的产品，并保证所供设备的完整性（包括满足设备完整运行的附件、备件、配套件、技术手册、中文操作手册、出厂说明、合格证明等）。  
投标供应商乙方保证所提供的设备质量可靠、进货渠道正规、配置合理、技术性能完全符合投标文件。
7. **零配件及耗材要求：**投标供应商的投标文件中必须附有详细配置清单。若有耗材则必须对所投设备各种规格的耗材及易损件进行单独报价。
8. **安装环境与场地要求：**符合设备安装要求。
9. **验收标准：**提供完整的操作手册，提供制造厂家的检验测试报告或设备出厂检测报告。采购方根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。验收合格后，填写设备验收单，并向甲方提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。
10. **外设和附件及备件，资料及技术服务等要求（第一台）**
  - 10.1 软件终身免费升级

10.2 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能

10.3 在本地有相应的零配件库和维修机构

10.4 提供工作站并顺利接入本医院的 PACS 系统

#### **11、备件、技术及维修服务，培训要求及其它（第二台）**

11.1 备件要求：卖方应在本地设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

11.2 技术及维修服务：在本地具有售后、技术及维修服务，应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

11.3 技术培训要求：在本地具有售后、技术及维修服务，应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

11.4 提供工作站并顺利接入本医院的 PACS 系统

#### **12、备件、技术及维修服务，培训要求及其它（第三台）**

12.1 备件要求：应在本地设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

12.2 技术及维修服务：在本地具有售后、技术及维修服务，应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

12.3 技术培训要求：在本地具有售后、技术及维修服务，应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

12.4 提供工作站并顺利接入本医院的 PACS 系统

#### **13、备件、技术及维修服务，培训要求及其它**

13.1 备件要求：应在本地设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

13.2 技术及维修服务：在本地具有售后、技术及维修服务，应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

13.3 技术培训要求：在本地具有售后、技术及维修服务，应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

13.4 提供工作站并顺利接入本医院的 PACS 系统

## 第六章 投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

西安市第九医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目  
(二次)

# 投 标 文 件

投 标 人：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

# 目 录

- 第一部分 投标函
- 第二部分 开标一览表
- 第三部分 资格证明文件
- 第四部分 投标人概况
- 第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书
- 第六部分 投标方案



## 第二部分 开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

投标报价（单位：元）	交货期	质保期	交货地点	备注
大写： 小写：				

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

注：此表中，投标报价应和投标分项报价表的总价相一致。



投标分项报价表附件：

## 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

包号：

序号	产品名称	生产厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 第三部分 资格证明文件

#### 一、身份证明文件

##### 1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_  
职 务：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_  
通讯地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人

（公章）：

法定代表人

（签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

## 2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

致（采购代理机构名称）：

\_\_\_\_\_（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任\_\_\_\_\_（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

注：自然人投标的仅提供身份证

## 二、 资格证明文件

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2. 财务状况报告：提供 2022 年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

3. 税收缴纳证明：提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

4. 社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5. 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7. 法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）。

8. 投标人为制造商应出具医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械注册证；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证，所投产品制造商的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证（复印件加盖所投产品制造商公章）。

**要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。**

#### 1-1 供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

#### 1-2 上一年度经审计的财务报表

提供供应商 2022 年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 1-2 本年度基本开户银行出具的资信证明

#### 1-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

#### 1-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、供应商应提供 2022 年 6 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳

社会保障资金。

**1-5 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

陕西恒瑞项目管理有限公司：

我公司郑重承诺在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

特此声明。

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**1-6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书**

陕西恒瑞项目管理有限公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

1-7 投标人为制造商应出具医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械注册证；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证，所投产品制造商的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证（复印件加盖所投产品制造商公章）。

第四部分 投标人概况  
(一) 投标人基本信息  
(格式自拟)

## (二) 投标人性质

### 中小企业声明函(货物)

(注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加          (单位名称)          的          (项目名称)          采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.           (标的名称)          ，属于          (采购文件中明确的所属行业)          行业；  
制造商为          (企业名称)          ，从业人员          人，营业收入为          万元，  
资产总额为          万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)          ；
2.           (标的名称)          ，属于          (采购文件中明确的所属行业)          行业；制造商为  
          (企业名称)          ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为  
          万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)          ；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

---

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报)

## 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

## 第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

### 参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

## 第六部分 投标方案

### 技术偏离表

序号	产品名称	招标要求	投标响应	偏离	说明

注：

1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。须提供所响应产品相关证明材料（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料，包括但不限于技术白皮书或检测报告等）。
2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。
3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

投标人(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）: \_\_\_\_\_



## 投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

## 业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。  
2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。