

勉县新街子中心卫生院 X 射线计算机断层扫描系统采购更正公告（第二次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：SCZD2023-ZB-1431-001

原公告的采购项目名称：X 射线计算机断层扫描系统

首次公告日期：2023 年 08 月 04 日

二、更正信息：

更正事项：采购文件和采购公告

更正原因：

第五章采购需求及要求变更

更正内容：

原公告的投标文件提交截止时间：2023-09-01 14:30:00，更正为：2023-09-13 09:30:00。

原公告的开标时间：2023-09-01 14:30:00，更正为：2023-09-13 09:30:00。

原公告提交投标文件地点：西安市高新二路 2 号山西证券大厦八层第二会议室，变更为：西安市高新二路 2 号山西证券大厦二十一层第四会议室。

原公告开标地点：西安市高新二路 2 号山西证券大厦八层第二会议室，更正为：西安市高新二路 2 号山西证券大厦二十一层第四会议室。

原参数 2.3 变更为：2.3 最薄扫描层厚 $\leq 0.7\text{mm}$ ；

原参数 2.4 变更为：2.4 最薄图像重建层厚 $\leq 0.7\text{mm}$ ；

原参数 2.10 变更为：2.10 最大螺距 ≥ 1.5 ；

原参数*2.11 变更为：2.11 最小螺距 ≤ 0.6 ；

原参数 2.17 变更为：2.17 头部最薄扫描层厚 $\leq 0.7\text{mm}$ ；

原参数 2.18 变更为：2.18 肺部最薄扫描层厚 $\leq 0.7\text{mm}$ ；

原参数 2.19 变更为：2.19 体部最薄扫描层厚 $\leq 0.7\text{mm}$ ；

原参数*2.20 变更为：*2.20 球管电压可选值：80KV, 100KV, 120KV, 140KV；

原参数*3.3 变更为：*3.3 探测器 Z 轴最薄单元实际物理切割尺寸 $\leq 0.7\text{mm}$ ；

原参数*3.5 变更为：*3.5 每排探测器物理单元数 ≥ 760 个；

原参数*3.6 变更为：3.6 探测器物理单元总数： ≥ 24000 个；

原参数 4.3 变更为：4.3 最小球管电压 $\leq 80\text{KV}$ ；

原参数 6.5 变更为：6.5 最大横向进床速度 $\geq 170\text{mm/s}$ ；

其他内容不变

更正日期：2023 年 08 月 28 日

三、其他补充事项

/



四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：勉县新街子中心卫生院

地址：勉县新街子镇新街子村

联系方式：0916-3457226

2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼

联系方式：029-88497916

3.项目联系方式

项目联系人：薛盼 雷鹏

电话：029-88497916

陕西省采购招标有限责任公司

2023年08月28日

