

一、项目概况

西安市中心血站为保证临床对血小板的需要,开展单采血小板工作,需要购买 Amicus 血细胞分离机的配套管路(型号 C6R2316)产品,该产品主要用于现有设备 Amicus 血细胞分离机。

二、采购内容(包括采购品目、规格和数量)

物品名称	型号	数量	预算金额 (元)
Amicus 血细胞分离机配套管路	C6R2316	26000 套	23400000

三、技术要求(包括对产品的认证、检验报告等)

- *1. 适用于 Amicus 血细胞分离机,单针采集(提供证明材料)。
- 2. 耗材外包装为密封防压包装。
- 3. 血小板采集时间:单份 \leq 45 分钟,双份 \leq 70 分钟。
- *4. 每个循环外周血量 \leq 190ml。
- 5. 采集仪器具备可以自动充气 and 放气的袖带。
- 6. 采集单份或双份血小板时,具备采集过程中可进行盐水预充及盐水补偿的功能。
- 7. 管路灭菌方式:辐照灭菌。
- 8. 耗材具备条形码识别功能,可阅读适配国际通用的条形码。
- 9. 耗材可实现采集单份和双份血小板。
- 10. 血小板收集保存袋在 20-24 $^{\circ}$ C、不间断震荡条件下,可保存血小板 \geq 5 天。
- 11. 单针采集时,分离是连续的。
- 12. 16G 穿刺针,针头部件可更换(非无菌接管机接驳)。
- 13. 耗材具有独立的全血留样袋和血小板留样袋,并且全血留样袋上有取样器。

14. 管路上有细菌过滤器。
15. 具备单独采集血小板和单独采集血浆的功能，还具备可同时采集血小板和血浆的功能。
16. 可进行血小板、外周血造血干细胞采集，采集的血小板中白细胞的残留量 $\leq 5.0 \times 10^6$ 个/每个治疗量。

四、服务要求

在合同执行过程中，供应商应执行的伴随服务或应当履行的相关义务：

1. 技术服务承诺：供应商提供必要的技术支持，包括现场指导、集中授课、专项操作等。
2. 提供备用机和采血椅。
3. 提供仪器的保养、维护。
4. 售后服务承诺：发现产品有质量问题或可能影响使用时，供应商接到通知后 4 小时内到达现场或通过视频对话解决问题。因产品质量问题造成的耗材报废、血液报废和献血者血液的损失，应给采购方所采购产品 1-3 倍的赔偿，赔偿应在发生之日起 2 个月内完成。