标的清单

项目编号：SCZE2023-ZB-1723-001

项目名称：中医特色重点医院建设高效液相高分辨质谱连用仪项目

包号：1

投标人名称：陕西旭华博欣医疗科技有限公司

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	超高效液相高分辨质谱联用仪	1．　技术规格　　1．1　超高效液相色谱部分　1．1．1　二元高压梯度泵　1．1．1．1 压力范围：二元高压最高≥14000psi　1．1．1．2 流速范围：0．001－5．000mL/min或更宽范围，步进≤0．001mL/min　1．1．1．3 流速准确度：±0．15%　1．1．1．4 流速精密度：≤ 0．1% RSD　1．1．1．5　溶剂脱气机通道数≥5　1．1．2 温控型自动进样器　1．1．2．1 进样体积　：0．01－25ul或更宽范围　1．1．2．2 样品盘容量：2ml样品瓶≥200个　1．1．2．3　样品盘温度范围：5－40℃　1．1．3 柱温箱　1．1．3．1 控温范围：5－110℃或更宽范围　1．1．3．2 温度稳定性：±0．1℃　1．2 高分辨质谱部分　1．2．1　离子源：　1．2．1．1 独立的ESI高性能源一套（非复合离子源）　1．2．1．2　离子源加热温度最高≥500℃，流速范围：501－20001/min或更宽范围　★1．2．2 质量分析器：采用四极杆串联高分辨质量分析器（离子淌度落地式飞行时间分析器或者傅立叶变换超高分辨分析器）　1．2．3　四极杆选择性：≤0．4Da　1．2．4 分辨率：≥100，000　FWHM　1．2．5　灵敏度（在分辨率30，000　FWHM及以上）：　1．2．5．1 全扫描Full　Scan　灵敏度：　1pg　利血平柱上进样　S/N优于50000：1；　1．2．5．2 选择离子扫描SIM灵敏度：1pg　利血平柱上进样　S/N优于100000：1；　1．2．5．3　MS/MS灵敏度：1pg　利血平柱上进样　S/N优于100000：1；　★1．2．5．4 采用利血平柱上进样，ESI+模式下，分辨率由30000提高至60000时，其它仪器参数维持不变的前提下，主碎片峰的信号强度值相差≤20%（要求提供证明材料）　★1	赛默飞	美国	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	2,992,000.00	1.00（台）	2,992,000.00

			．２．６质量稳定性：设备校正后不使用内标或外标的情况下，≥４８小时内稳定重复，进样利血平（ｍ／ｚ　６０９）质量精确度≤２ｐｐｍ（要求提供证明材料）　１．２．７　动态范围：当分辨率设定≥６００００　ＦＷＨＭ时，动态范围≥１０５　★１．２．８正负离子切换速度：≤２ｓ，氯霉素和克伦特罗混合溶液作为测试液，蠕动泵连续进样2小时，正负快速扫描同时监测氯霉素和克伦特罗分子离子峰，两者质量稳定性偏差≤３ｐｐｍ（要求提供证明材料）						

陕西省政府采购电子交易系统 SCZF2023-ZB-1723-001第(1)包 2023-10-19 05:21:35

投标人公章：

日期：2023 年 10 月 19 日

陕西旭华博欣医疗科技有限公司 2023-10-19 05:21:35