

采购清单

采购单位		宝鸡市质量技术监督检验检测中心			备案函号	ZCBN-宝鸡市-2023-00300	
项目名称		强检计量标准建标					
财政拨款		¥ 2,300,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他计量标准器具	精密露点仪	98,000.00	1	台	98,000.00	1、电源：AC（10~240）V，50 Hz / 60 Hz； 2、温湿度环境：（0~ 70）° C ； ≤90%RH； 3、量程范围：（1）测量范围：（-40~+40）℃（露点或霜点温度）；（2）最大允许误差：±0.2℃ DP；（3）露点精度：0.15℃；重复性：±0.05℃； 灵敏性：±0.01℃；（4）温度精度：0.1℃； 4、准确度： 二等标准 5、依据规程： JJG 205-2005 机械式温湿度计 6、质保要求： 1年 7、其他要求（1）便于操作、读数直观、具备连续性测量功能；（2）对测量结果进行自动保存、U盘导出的功能，可查询历史记录；（3）具备测量数据转换为20℃时标准值功能。
2	其他计量标准器具	高温黑体辐射源设备	300,000.00	1	台	300,000.00	1、电源： AC（10~240）V，50 Hz / 60 Hz； 2、温湿度环境：（0~ 70）° C ； ≤90%RH； 3、量程范围：温度范围：（700~1600）℃； 4、技术要求：温度稳定性：不大于（0.1℃与1%t的大者）（2）温度均匀性：不大于（0.15℃与15%t的大者）（3）发射率：1±0.002 或者 1±0.005 或者 1±0.01（可调） 5、依据规程：JJG 856-2015工作用辐射温度计 6、质保要求： 1年 7、其他要求（1）便于操作、读数直观、具备连续性测量功能（2）自动升温控温，升温速度快，温度稳定性好（3）便于携带，不仅适合用于实验

							室的校准，也可用于现场的校准工作。
3	其他计量标准器具	车载式充电桩（计）移动测试设备	1,150,000.00	1	台	1,150,000.00	1、工作电源：AC 220V±15% 2、直流测量范围及技术要求： （1）测量范围：（0-1000）V（DC），测量准确度：0.05%RD（2）测量范围：（0-300）A（DC），测量准确度：0.05% RD；（3）直流功率电能测量准确度：0.05% RD；（4）输出电能脉冲最高频率100 kHz；（5）输入电能脉冲 频率≤100 kHz，电平：（0~5）V 3、交流测量范围及技术要求（1）测量范围：0-380V（AC），测量准确度：0.05%RD；（2）测量范围：0-80A（AC）测量准确度：0.05% RD；（3）交流功率电能功率测量准确度0.05% RD；（4）交流功率电能测量准确度0.05% RD；（5）功率因数测量范围：-1~0~+1测量准确度0.00005；（6）相位测量范围0—359.99°；（7）输出电能脉冲最高频率22 kHz；（8）输入电能脉冲 频率≤100 kHz，电平：（0~5）V 4、因字数限制，其他参数要求详见附件。
4	其他计量标准器具	心脑电图机检定仪	48,000.00	1	台	48,000.00	1、电源：AC（10~240）V，50 Hz / 60 Hz 2、温湿度环境：（0~70）°C；≤90%RH 3、方波脉冲信号 重复次数：100次/min，最大允许误差：±1%；脉冲宽度：0.1 ms、1ms、10ms，最大允许误差：±1%；脉冲上升沿：<100us；幅度：2mV、20mV、200mV，最大允许误差：±1%。 4、正弦波信号 幅度(峰峰值)范围：8.00 μV~30.00V；幅度最大允许误差：（频率在20mHz~200Hz内）50.0 μV~30.00V ±1%；8.00 μV~50.0 μV ±5%；频率范围：10mHz~1000Hz；频率最大允许误差：10mHz~500Hz ±0.1% 5、共模抑制比 电压量程：9~11V（有效值）；输入阻抗

							>300M Ω ，输出等效电容：200pF 6、ECG 仿真信号 幅度（峰峰值）范围：8.00 μ V~30.00V；幅度最大允许误差：80.0 μ V~30.00V $\pm$ 0.5%；50.0 μ V~80.0 μ V $\pm$ 2%；8.00 μ V~50.0 μ V $\pm$ 5%；周期：1333.3ms(或频率 0.75 Hz)；周期最大允许误差： $\pm$ 0.5%；ECG 信号中A1、A2...A10 最大允许误差 $\pm$ 1%；ECG 信号中T1、T2...T11 最大允许误差 $\pm$ 1% 7、因字数限制，其他参数要求详见附件。
5	其他计量标准器具	脉搏血氧饱和度模拟仪	50,000.00	1	台	50,000.00	1、电源：AC（10~240）V，50 Hz / 60 Hz 2、温湿度环境：（0~70） $^{\circ}$ C； $\leq$ 90%RH 3、血氧饱和度：范围30%~100%，分辨力(或步长)：1%，重复性： $\leq$ 1%；最大允许误差： $\pm$ 2%（在75%~100%范围）和 $\pm$ 3%（在30%~74%范围）4、脉率 范围：（20~300）次/分，分辨力(或步长)：1次/分；最大允许误差： $\pm$ 1次/分 5、脉搏幅度 范围（或灌注指数）：（0~20.00）%，分辨力(或步长)：0.01% 6、光强度传输控制 可模拟黑色手指、厚手指、中等手指、浅色手指、薄手指和新生儿脚 7、抗干扰能力 可模拟 50Hz /60Hz 和阳光环境光干扰 8、因字数限制，其他参数要求详见附件。
6	其他计量标准器具	微波数字频率计	98,000.00	1	台	98,000.00	1、微波数字频率计：频率范围：（8~40）GHz；频率准确度： $\pm$ 2 $\times$ 10 $^{-4}$ ；频率稳定度：2 $\times$ 10 $^{-5}$ /S 2、依据规程：JJG528-2015 移动式机动车雷达测速仪检定规程；JJG527-2015固定式机动车雷达测速仪检定规程 3、其他要求：接收喇叭天线：3cm、1.25cm、8mm，X波段、K波段、Ka波段 全覆盖
							1、电源：AC（220 $\pm$ 22）V 2、温湿度环境：温度（15~30） $^{\circ}$ C，相对湿度20%~85% 3、精密酒检

7	其他计量 标准器具	呼出气体 酒精含量 检测仪检 定装置	556,000.00	1	套	556,000.00	仪 呼吸酒精浓度范 围：（0~3.00）mg /L；分辨力至少为 0.001 mg/L；重复性： 0.10mg/L时，≤1.5%； 0.40mg/L时，≤0.5%； 0.60mg/L时，≤0.5% （一台，附说明书、有 效溯源证书及合格 证） 4、AGVH型呼出气 体酒精含量检测仪检定 装置 发生的乙醇气体 质量浓度范围： （0~2.0）mg/L；发生 的乙醇气体质量浓度相 对扩展不确定度：检定 点0.100mg/L， Urel≤3.0% k=2，其余 检定点 Urel≤2.0% k=2发生的乙醇气体稳 定性（12个月）：检定 点0.100mg/L， Urel≤2.0% k=2，其余 检定点 Urel≤1.0% k=2，气体出口处乙醇 气体温度：（34±0. 2）℃，气体出口处乙 醇气体（湿气）相对湿 度：95%±5%，气体流 量控制器：范围 （6~36）L/min，1.0 级（一台，附说明 书、有效溯源证书及合 格证，带不锈钢及聚四 氟乙烯管线2套） 5、 清洁空气发生器 额定 排气量：240L/min，储 气罐：50L （一台，附 说明书） 6、空气中乙 醇气体标准物质 浓度 范围：（0.1~0.6）mg /L， Urel≤1.0% k=2 （4L装6瓶，附标准物 质证书） 7、因字数限 制，其他参数要求详见 附件。
8							
9							
10							
11							