

采购清单

采购单位		淳化县中医医院			备案函号		ZCSP-淳化县-2023-00070	
项目名称		淳化县中医医院过氧化氢低温等离子灭菌器						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 350,000.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	消毒灭菌设备及器具	过氧化氢低温等离子灭菌器	350,000.00	1	台	350,000.00	具有过氧化氢提纯功能；灭菌周期：快速灭菌时间 30 分钟；标准循环灭菌时间 48 分钟；加强循环灭菌时间 68 分钟； 控制系统：采用 PLC 可追溯控制系统，数据实时监测（过氧化氢浓度、等离子发生器功率、负压值、加液量、有效灭菌时间等）与历史数据追溯，具有一键式启动至结束功能；0 控制系统：采用 PLC 可追溯控制系统，数据实时监测（过氧化氢浓度、等离子发生器功率、负压值、加液量、有效灭菌时间等）与历史数据追溯，具有一键式启动至结束功能； 显示系统：电容液晶触摸屏中文显示及自动控制，对灭菌过程实施多点监控，如有异常系统自动 报警，显示更准确； 打印系统：采用微型针式打印机（永久不褪色），打印结果含真空曲线打印最终灭菌数据； 信息化接入：开放端口可接入可追溯信息平台，连接 A4 打印机，打印出灭菌全过程中各项数据， 可做永久性保存。能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过 程的压力和温度的变化数据，阶段时间和结束状态等信息；每次灭菌结束可以自动打印灭菌过程、时间、温度等相关参数。（需提供打印样品）；	
2								
3								
4								

5							
---	--	--	--	--	--	--	--