

采购清单

采购单位		陕西省勉县医院			备案函号		ZCSP-勉县-2023-00032	
项目名称		心电网络系统一套及麻醉机一台						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,550,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	急救和生命支持设备	1550000	1,550,000.00	1	批	1,550,000.00	技术规格及验收要求： 心电图机40台，24小时动态心电记录仪1台，动态血压监测仪1台，麻醉机1台等。 1、支持与医院现有信息化系统的全面接入，如HIS、EMR、体检等；2、支持视图、存储过程、Webservice、DICOM、HL7等多种对接方式。 3、支持接入DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM格式文件，满足医院信息化需求。 4、支持按照申请时间、登记时间、检查时间、诊断时间、审核时间检索申请单。 5、支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电图向量、空间心电图向量、心室晚电位、心率变异等高级分析诊断功能，并打印对应报告。（提供注册证或注册检验报告复印件）。 6、支持正常、幼儿、S5、位置性Q波、上移一肋间、上移两肋间、右心、下移一肋间、下移两肋间等多种导联模式。（提供软件截图） 7、支持采集完毕自动推送消息到诊断工作站，带弹窗和声音提醒。 8、支持心电信号质量检测，通过弹窗和颜色提醒，方便医生了解导联连接状况。（提供软件截图或检验报告） 9、支持第三方电生理设备如脑电、肌电、肺功能等电生理设备的报告规范化接入归档。（提供软件截图及检验报告） 10、支持数据重新滤波及异常测量值特殊标记。 11、支持五种QTC计算公式。 12、支持危急值参数自定义，支持病人	

							自动危急值预警功能，紧急/危急申请单红色置顶标识。（提供证明文件） 13、支持危急值闭环管理，医生确认危急后，可以推送危急信息到临床。 14、支持平均模板分析。 15、具有自主研发心电图算法，算法经过美国AHA、MIT测试，CSE等至少2种认证。（提供相应认证报告） 16、支持报告解读二维码显示，用户扫描后可了解心电图科普。（提供软件截图）。
2							
3							
4							
5							