

5、供货内容一览表

采购项目编号：YLZCD2023-046

采购项目名称及标段：米脂县妇幼保健计划生育服务中心采购产后康复理疗设备项目
 且合同包 1(一标段：采购磁刺激仪、生物刺激反馈仪项目)

序号	产品名称	参数说明	品牌	规格型号	数量	备注
1	磁刺激仪	磁刺激主机和治疗座椅采用一体式设计。治疗座椅可电动调节座椅靠背及脚踏角度，靠背与坐垫的最大夹角为175°，可实现坐位盆底肌刺激和躺位骶神经刺激 治疗座椅可电动调节座椅脚踏，脚踏最高可抬至与地面水平位置，为患者进行坐位盆底肌刺激和躺位骶神经刺激时提供腿部支撑 标配线圈可同时满足盆底肌刺激模式和骶神经刺激模式，磁场深度可达6-8cm，距离线圈中心表面6cm处磁场强度仍≥1Tesla 内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。(详见参数说明第85页)	麦澜德	MTS Z80	1	/
2	生物刺激反馈仪	集成化一体式机箱设计4个，EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，4个通道相互独立，互不	麦澜德	MLD B4T	2	/

		干扰,用于盆底功能障碍性疾病的治 疗、产后康复、循环功能障碍及 术后康复。如压力性尿失禁、急迫性 尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、性 功能障碍、盆底痛、便秘、大便失 禁;腹直肌分离、催乳、乳腺疏通、 产后腰背痛、子宫复旧、胃肠排气、 外阴白斑、慢性盆腔炎等。盆底电刺 激、生物反馈康复治疗,产后康复体 表电刺激治疗,术后康复及循环营 养改善的循环电刺激治疗(详见数 数说明第9页)			
--	--	--	--	--	--

投标人名称（公章）：陕西亨成医疗器械有限公司

法定代表人/或被授权人签字：徐朝朝

日 期： 2023年07月05日