

附表 2

供货内容一览表

采购项目编号： YLZCD2023-046

采购项目名称及标段： 米脂县妇幼保健计划生育服务中心采购产后康复理疗设备项目、二标段： 采购全自动生化分析仪项目

序号	产品名称	参数说明	品牌	规格型号	数量	备注
1	全自动生化分析仪	1. 全自动生化分析仪主机 1.1 仪器类型：全自动、分立式、随机任选生化分析仪；急诊优先检测； 1.2 分析速度 800T/H； 1.3 测试原理：比色法、比浊法（均相免疫法）、离子选择电极法（ISE） 1.4 分析方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法），支持单/双、三/四试剂测试和双波长； 1.5 同时开展项目：光学测试 67 项，血清指数 3 项 1.6 样本架有常规急诊、疑难及质控等样本架类型；能自动识别是否放入试管 1.7. 具备盘式和轨道式双进样模式 1.8. 样本冷藏有 25 个冷藏样本位 1.9. 样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管等多种规格 1.10. 样本针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测等功能 1.11 样本量：1.5-35μL，0.1 μl 步进 1.12. 系统接口 TCP/IP 网络接口、标准 RS-232C、USB 2.0 接口 1.13. 电源 220±10% V，50/60 Hz±1Hz 1.14. 主机峰值耗水量<35L/H 1.15 试剂位 120 个试剂位，2~8℃不间断冷藏 1.16 具备试剂在线更换 1.17 支持多试剂检测 1.18 试剂扩容技术支持多个位置放置同一种试剂 1.19 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能 1.20 最小试剂加样量 15 μl，0.5 μl 步进 1.21 比色杯 165 个	深圳迈瑞	BS-800M	1 台	

		1.22 比色杯材质为石英玻璃反应杯 1.23 最小反应液总体积 100μL 1.24 反应时间≥12min 1.25 搅拌针的样本和试剂搅拌独立分开，多步清洗 1.26 光源：卤素灯（卤钨灯） 1.27 单色器：全息光栅（光栅后分光） 1.28 分光光路：后分光 1.29 波长：340-800nm 1.30 吸光度线性范围 0~3.4Abs 1.31 校准方式：单点线性、两点线性、多点线性、Logit-Log 4P、Logit-Log 5P、Exponential5P、polynomial 5P、parabola 、spline 1.32 质控规则：多规则质控 1.33 具备紧急插入功能 1.34 具备试剂余量检测				
	全自动生化分析仪软件	2. 全自动生化分析仪软件 2.1. 全中文操作软件，配备 17 寸液晶触摸显示屏。 2.2. 具备定时开机和休眠唤醒，项目遮蔽，水质检测等功能。	深圳迈瑞	BS-800M	1 套	
	超纯水系统	3. 超纯水系统 3.1. 技术参数 3.1.1 源水水质根据当地的水质情况； 3.1.2. 产水量 100L/h@25℃； 3.1.3. 纯水水质标准：电导率≤0.1 μs/cm @25℃； 3.1.4 运行方式：全自动运行，具有停电、停水、过载保护功能，具有紧急制动运行功能；纯水输送采用恒压方式运行。 3.2、基本配置 工艺：预处理系统+反渗透系统+纯化系统+输送系统+控制系统 3.2.1. 预处理系统：原水增压泵配备一台，活性炭过滤器，罐体容积为 32L，设计流量≥1 吨/小时，软化过滤器具有反洗——吸盐——盐箱补水——正洗功能，设计流量≥1 吨/小时，配备再生盐箱一个。 3.2.2. 反渗透系统：保安过滤器用于观察判断其堵塞状况；具有高流量、高压、无污染、低噪音、低能耗等优点； 3.2.3 纯化系统：纯水的离子交换系统，将水质提升至 10MΩ.CM 以上。	宜科	EKUS-ABI I-100L	1 台	

		3.2.4. 输送系统：配置 PE 纯水箱，容积 125L，用作储存终端纯水； 3.2.5. 控制系统：除耗材更换和系统运行参数的调节外，设备所有部件应可实现全自动运行及手动切换，操作方便、快捷、安全，全自动产水、供水和停机；运行状态在线显示：水质在线监测和数字显示等，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析；预处理自动定时再生/冲洗，RO 膜自动冲洗。				
	UPS 电源	4. UPS 电源 4.1. 视在功率(KVA)/有功功率(KW)：10KVA/8KW 4.2. 市电 IN 电流：52.8A 4.3. 电压范围：120VAC~275VAC 4.4. 电流：59A. max 4.5. 频率范围：46Hz~54Hz 4.6. 功率因数：0.99 4.7. 输出电压：220VACx(1±1%)	山特	C10KS	1 台	
	蓄电池	5. 蓄电池 5.1. 后备时间：3 分钟（满载） 5.2. 充电时间：7 小时冲至 90%	山特	12V38AH	16 节	
	电池柜	6. 电池柜 1.1. 1 套	山特	A8	1 套	
	电脑	7. 电脑 7.1. CPU: 主频 1.5GHZ 7.2. 内存 512MB 7.3. 硬盘 > 40G 以上	联想	配套	1 台	
	打印机	8. 打印机 1. 品牌打印机，出纸速度快	惠普	108A	1 台	

投标人名称（公章）：榆林惠康民商贸有限公司

法定代表人/或被授权人签字：

日期：2023 年 07 月 05 日

