

延安市人民医院 320 排 640 层 CT 球管和高压电缆更换项目

单一来源论证论证专家签到表

2023 年 05 月 26 日

序号	姓名	单位	职务或(职称)	电话
1	陈敬斌	陕西省肿瘤医院	主任医师	13317296225
2	张红萍	西安市中心医院	副主任医师	13991157750
3	曹共利	陕西省人民医院	主任医师	(1399198)463
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

单一来源采购专家论证意见表

时间：2023年05月26日

一级预算单位	延安市人民医院		
使用单位	延安市人民医院		
项目名称	延安市人民医院 320 排 640 层 CT 球管和高压电缆更换项目		
项目金额	185 万元		
专家 论证意见	<p>该项目拟采购的320排640层CT球管和高压电缆,属于原设备的配套配件,只有采购原厂生产的同品牌、同型号的产品,才能配套于原主机运行。故建议该项目采用单一来源的方式进行采购,且由取得该设备唯一授权的“哈尔滨尼佰尼特商贸有限公司提供货源和相关技术服务</p>		
	专家姓名	曹范利	职称 主任医师
	工作单位	陕西省人民医院	

单一来源采购专家论证意见表

时间：2023年05月26日

一级预算单位	延安市人民医院			
使用单位	延安市人民医院			
项目名称	延安市人民医院 320 排 640 层 CT 球管和高压电缆更换项目			
项目金额	185 万元			
专家 论证意见	<p>该单位拟采购的320排640层CT球管和高压电缆更换项目为目前正在用的佳能设备需购置的关键和重要配件。只有原厂生产、同品牌、同型号的产品才能与现有设备达到最佳匹配和最好兼容,才能保证现有设备技术功能良性运行。</p> <p>故建议该项目采用单一来源的方式进行采购,由取得该设备唯一授权的"哈尔滨尼特商贸有限公司提供货源和相关技术服务。</p>			
	专家姓名	熊红萍	职称	主任技师
	工作单位	西安市中心医院		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2023年05月26日

一级预算单位	延安市人民医院		
使用单位	延安市人民医院		
项目名称	延安市人民医院 320 排 640 层 CT 球管和高压电缆更换项目		
项目金额	185 万元		
专家 论证意见	<p>延安市人民医院拟采购的 320 排 640 层 CT 球管和高压电缆是为目前在用设备所必需置的关联维修配件，只有采购原厂家同品牌、同型号的产品才能与现有设备达到最佳匹配和最佳兼容，才能保证原有设备技术功能的正常运行。故建议该项目采用单一来源的方式进行采购，由取得该设备维修合法授权之哈尔滨伯尼特商贸有限公司提供供货和相关技术服务。</p>		
	专家姓名	许淑娥	职称 主任技师
	工作单位	陕西省肿瘤医院	