

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2020年 5 月 11 日

|             |   |            |    |
|-------------|---|------------|----|
| 使用单位        | 榆阳区人民医院   |            |    |
| 项目名称        | 医疗设备维修与保养（CT1台、磁共振1台、DR2台、数字胃肠1台）3年                           |            |    |
| 项目预算        | 人民币372万元  |            |    |
| 专家1<br>论证意见 | 该院64排CT、1.5T磁共振机及其配件属同一公司产品，为保障应用统一为了保持正常运转，建议原厂保修。           |            |    |
|             | 专家姓名  | 李平         | 职称 |
|             | 工作单位  | 榆林市第二医院影像科 |    |
| 专家2<br>论证意见 | 该院影像设备均是同一厂家，所有配件均使用原厂最为合适，第三方配件不能稳定设备的正常使用，会造成图像质量下降，建议原厂保修。 |            |    |
|             | 专家姓名  | 李和平        | 职称 |
|             | 工作单位  | 市二医院影像科    |    |
| 专家3<br>论证意见 | 该院现有产品均属大型医疗设备，且在保修过程中，为确保备件供应及不影响工作正常进行，建议为原厂保修为好。           |            |    |
|             | 专家姓名  | 周伟霞        | 职称 |
|             | 工作单位  | 榆林市佳之医院    |    |