

西安市中心血站**Amicus**血细胞分离机配套管路(二次)中标（成交）明细

受西安市中心血站委托，采用进行采购**Amicus**血细胞分离机配套管路(二次)（项目编号：**SXZCX2024-002-01**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（**Amicus**血细胞分离机配套管路）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西瑞达益泰商贸有限公司
- 1.2**、中标（成交）总价：**9790000.00** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他医药品	Amicus	适用于 Amicus 血细胞分离机。1.耗材外包装为密封防压包装。2.血小板采集时间: 单份≤45分钟,双份≤70分钟。3.每个循环外周血量≤190ml。4.采集仪器具备可以自动充气和放气的袖带。5.采集单份或双份血小板时, 具备采集过程中可进行盐水预充及盐水补偿的功能。6.管路灭菌方式:辐照灭菌。7.耗材具备条形码识别功能, 可阅读适配国际通用的条形码。8.耗材可实现采集单份和双份血小板。9.血小板收集保存袋在20-24摄氏度、不间断震荡条件下, 可保存血小板≥5天。10.具有单、双针两种任选的采集形式, 且单针采集时, 分离是连续的。11.16G穿刺针, 针头部件可更换(非无菌接管机接驳)。12.耗材具有独立的全血留样袋和血小板留样袋, 并且全血留样袋上有取样器。13.管路上有细菌过滤器。14.具备单独采集血小板和单独采集血浆的功能, 还具备可同时采集血小板和血浆的功能。15.可进行血小板、外周血造血干细胞采集, 采集的血小板中白细胞的残留量 ≤5.0106个/每个治疗量。16.有医疗器械生产的相关资质证明, 且在有效期内。17.提供与其耗材相配套的血细胞分离机与采血椅供甲方使用。18.仪器的保养、维护由厂家提供。19.仪器提供使用以后, 与设备科另签租赁合同。20.允许进口产品参与投标。	11000.00	套	890.00	9,790,000.00