

黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目中标（成交）明细

受黄龙县中医医院委托，采用进行采购针灸康复科传承创新发展建设项目（项目编码：**HDXGDL-ZC2024-007**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（一标包））

1.1、中标（成交）供应商：陕西缔元医疗科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：**1737100.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	物理治疗、康复及治疗仪器设备	针灸康复科传承创新发展建设项目针灸康复科设备购买	深圳科曼、宇弘、迈瑞、翔宇	一、设备 空气波压力治疗仪 1台 经颅磁刺激器 1台 双能X射线骨密度仪 1台 便携式彩色多普勒超声诊断系统 1台 气动脉冲振荡排痰机 1台 二、服务要求 安装调试：供应商应负责设备的免费安装调试，确保设备在交付后能正常投入使用。安装调试过程中，需对医院相关操作人员进行现场培训，使其熟悉设备的操作流程、日常维护要点等。培训服务：提供全面的培训服务，除了安装调试时的现场培训外，还应根据医院需求，可安排后续的进阶培训或针对新入职医护人员的重复培训。培训内容包括设备的原理、详细操作步骤、常见故障排除等。维修响应：建立快速的维修响应机制，在接到设备故障报修后，应在【具体响应时间】内做出响应，如市内 12小时内、市外 [X] 小时内。对于一般性故障，应在【具体维修时间】内修复，确保设备停机时间最短，不影响临床使用。质保期及质保服务：提供不少于【具体质保年限】年的质保期，质保期内免费提供所有零部件更换及维修服务（除人为损坏外）。质保期外，应提供长期的有偿维修服务，并保证零部件的供应充足。三、验收要求 设备外观：设备外观应无明显划痕、磕碰、掉漆等瑕疵，各部件连接紧密，标识清晰完整，符合产品说明书及相关标准规范。功能测试：按照设备说明书及技术规格要求，对所有功能进行逐一测试，包括压力调节、治疗模式切换、定时功能等，确保各项功能均能正常运行，且运行结果符合规定参数范围。安全性测试：进行安全性测试，检查设备是否存在漏电、短路等电气安全隐患，以及气囊是否存在破裂风险等机械安全隐患，确保设备在使用过程中对患者和医护人员安全无威胁。文档资料：验收时，供应商应提供完整的设备文档资料，包括产品说明书、操作手册、质量合格证、保修卡等，资料内容应详实准确，便于医院后续使用和管理。	1.00	批	1,737,100.00	1,737,100.00

二、合同包2（黄龙县中医医院针灸康复科传承创新发展建设项目（二标包））

1.1、中标（成交）供应商：陕西中颖医疗设备有限公司

1.2、中标（成交）总价：**831500.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
----	------	------	----	------	----	------	-------	-------

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	临床检验设备	迈瑞、鑫贝西、澳柯玛、凯特	<p>1.全自动生化分析仪BS-1000M 1.★检测速度：单模块生化比色分析恒速1000 测试/小时； 2.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 3.同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目； 4.试剂位：≥200个，不含拓展位置； 5.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能； 6.样本位：≥180个，不含拓展位置； 7.★样本进样方式：样本架进样； 8.★反应位：≥200个； 9.★最小反应体积：<80μL； 10.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 11.吸光度线性范围：0-3.5Abs； 12.温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到37C0.1C，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养； 13.比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能； 14.比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换； 15.试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间； 16.耗材提醒：具有耗材余量不足提醒，每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒； 17.★糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 18.★系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55项，校准品≥32项，并提供项目注册证。</p>	1.00	批	831,500.00	831,500.00