

榆阳区农村供水安全中心榆阳区**2024**年鱼河集镇和镇川集镇供水工程水质检测  
实验室建设及鱼河消毒设备安装中标（成交）明细

受榆阳区农村供水安全中心委托，采用进行采购榆阳区**2024**年鱼河集镇和镇川集镇供水工程水质检测实验室建设及鱼河消毒设备安装（项目编码：**YYZFCG竞争性谈判（20024）7号**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（榆阳区镇川镇自来水公司和鱼河集镇供水公司日检**9**项实验室建设及消毒设备采购）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西明博环境治理工程有限公司
- 1.2**、中标（成交）总价：**366800.00** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

货物类

| 序号 | 品目名称          | 品牌  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量   | 计量单位 | 单价(元)      | 总价(元)      |
|----|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
| 1  | 环境监测仪器及综合分析装置 | 按合同 | 日检9项参数为：色度《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023(4.1铂-钴标准比色法)、浑浊度《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023(5.1散射法-福尔马肼标准或5.2目视比浊法-福尔马肼标准)、臭和味《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023(6.1嗅气和尝味法)、肉眼可见物《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023(7.1直接观察法)、pH《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023(8.1玻璃电极法)、高锰酸盐指数《生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 (4.1酸性高锰酸钾滴定法)、菌落总数《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（4.1平皿计数法或4.2酶底物法）、总大肠菌群《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（5.3酶底物法）、臭氧《生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023（9.3靛蓝现场测定法）通风柜（长度1200mm，宽度750mm，高度2200mm）、带水槽标准实验台（长度4500mm，宽度750mm，高度840mm）、超净工作台、药品柜2个、滴水架、实验凳5个、台式电脑、打印机。实验室面积21平方米左右（长7米、宽3米）。各种试剂耗材的配备至少满足实验室运行一年的需求。臭氧消毒设备一套（臭氧气源为空气、产量200g/h、钛合金曝气石数量20个、水处理能力500吨/次、水冷加风冷散热、设备电源220V 50Hz、配备过欠压保护器和空压机、电脑自动化时空开关系统、运行状态指示灯、消毒时，臭氧与饮用水接触时间应该大于12分钟，消毒后的水中微生物指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求，臭氧残留量末梢水要不大于0.3mg/L不小于0.02mg/L。其他技术参数应符合《臭氧消毒器卫生要求》GB 28232-2020 和《水处理用臭氧发生器技术要求》GB T 37894-2019）。 | 1.00 | 项    | 366,800.00 | 366,800.00 |