

紫阳县疾病预防控制中心检验室检测能力提升项目中标（成交）明细

受紫阳县疾病预防控制中心委托，采用进行采购检验室检测能力提升项目（项目编码：**HSXD2024-AK-007**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（检验室检测能力提升项目）

1.1、 中标（成交）供应商：安康市科特医疗器械有限责任公司

1.2、 中标（成交）总价：**878000.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	样品前处理及制备仪器	宝德仪器、清时捷、新仪、恒天平、西安立科、EANTNE、皖仪	<p>1、全自动高锰酸盐指数分析仪配置要求：全自动高锰酸盐指数分析仪一台，工作站软件一套，配件套包一套（包括样品杯、搅拌子等）。2、滴定分析仪配置要求：台式滴定分析仪主机一台，需采用专业级铂金硫化硅胶泵管，大屏彩色液晶显示屏，内置常规滴定项目（自定义滴定公式编辑）。3、微波消解仪配置要求：主机（含软件操作系统和排风系统）一台；非接触式红外温度传感器2套；实时异常监控系统一套；全罐压力监控系统一套；无线模块一套；U盘软件及加密狗一套；消解转子系统一套：包含外罐、内罐、罐盖及内塞；内罐杯架2套；消解转子升降工具车一台；赶酸仪一台。4、电子天平（十万分之一）配置要求：挡风大玻璃罩，带三个滑动门，有USB端口，彩色触摸大显示屏，具有最大负荷（峰值保持）功能。5、微生物检测计数仪配置要求：主机一台，软件一套，USB高速传输接口。有高分辨率镜头。6、UPS不间断电源配置要求：电池箱承重能力需满足国家安全要求（安装线材及辅材现场情况，由投标人按国家标准免费提供），应具有交流输入过压、欠压保护，输出过压欠压保护，输出过载短路保护，电池欠压预警保护，机内过温保护。后备时间应大于20min，通讯接口能实现UPS电源的实时智能远程监控；7、氢氧根淋洗液发生器（配套离子色谱仪）配置要求：淋洗液发生器一台，氢氧根阴离子色谱柱一根，氢氧根阴离子保护柱一根，阴离子抑制器一个</p>	7.00	台	125,428.57	878,000.00