

投标产品技术参数明细表

产品名称	品牌	制造商	规格型号	主要参数	备注
低温瞬态近红外光谱测试及成像系统	爱丁堡	Edinburgh Instruments	Optistat	一、低温光谱测试系统须满足的要求： 1. 能与爱丁堡 FLS920 光谱仪相适配 2. 液氮制冷 3. 温度稳定性±0.1K 4. 高纯石英光学窗口 5. 控温温度计控温 6. 双通道控温仪自带接口 7. 恒温器可在任意方向工作 8. 温度范围 77.2K-500K 二、成像系统须满足的要求： 1. 光谱响应范围 400-1700 nm 2. 分辨率 1280 x1024	

注：本表可横置填写。