

合同号：

西北大学第一医院 2023 年医疗设备采购项目

供 货 合 同

项目编号：【KRD L】K3-2406049

货物名称：双目间接眼底镜、裂隙灯显微镜、生物显微镜、干眼治疗仪、
激光治疗仪采购项目

甲方：西北大学第一医院

乙方：陕西煜伟商贸有限公司



2024 年 7 月

陕西·西安

合同正文

甲 方：西北大学第一医院

通信地址：咸宁东路 512 号

联 系 人：

法定代表人：贾延

联系电话：82627060

乙 方：陕西煜伟科贸有限公司

通信地址：西安市碑林区南二环西段 21 号 1 幢 22207 室

法定代表人：付金玲

联 系 人： 杨曾

联系电话：18182410104

甲方与乙方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就下述项目范围和相关服务事项达成一致意见，订立本合同。

一、合同内容

1. 乙方承诺保证完全按照招标、投标文件、合同约定提供合同设备、技术服务和质量保证期服务并修补缺陷。

2. 标的清单：

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	单价(元)	总金额(元)	备注
1	双目间接眼底镜	Vantage Plus Wireless	Keeler Ltd	1	50000.00	50000.00	
2	裂隙灯显微镜	LS-3	重庆上邦医疗设备有限公司	2	21000.00	42000.00	
3	生物显微镜	DM750	徕卡显微系统(上海)有限公司	1	22000.00	22000.00	

4	干眼治疗仪	WH-VII	西安医心演绎医疗科技有限公司	2	45000.00	90000.00	
5	激光治疗仪	MD-920	天津迈达医学科技股份有限公司	1	135000.00	135000.00	
合计：大写：叁拾叁万玖仟元整，小写：¥ 339000 .00 元。							

二、合同价款

1. 合同总价款为：人民币（大写）叁拾叁万玖仟元整，（¥339000.00 元）。
2. 合同总价含税。合同总价为完成本次项目所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括：货物费、运输费（含保险费）、仓储保管费、安装调试费、检测验收费、人员培训费、税金等其他一切相关费用。
3. 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算与支付方式

1. 合同款项支付全部通过银行转账，由甲方以人民币结算。乙方应于甲方第一次付款前，按照国家相关规定向甲方提供与合同价款总额相等的正式增值税发票，乙方延期提供发票或提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权拒付合同款项且不承担任何法律责任。

2. 款项结算方式。

- (1) 设备安装调试完毕并经甲方验收合格后，30日内支付合同总价款的40%；
- (2) 设备验收合格并正常运行一年后，30日内支付合同总价款的30%；
- (3) 设备验收合格并正常运行二年后，30日内支付合同总价款的30%。

四、交货期、交货地点

1. 交货期（包含安装、调试时间）：合同签订后 15 个日历天内交付甲方并经甲方验收合格（若因甲方场地原因造成不能按时交货，乙方可延长供货期）。根据使用需要，甲方如需提前或推迟收货，乙方应无条件配合，不得收取仓储费等任何费用。

2. 交付地点：西北大学第一医院指定地点。

五、双方的权利与义务

1. 甲方的权利与义务。

(1) 甲方有权要求监督、参与项目执行的整个过程（包括实施方案的设计、安装调试、产品验收、售后服务、使用培训等），为乙方提供必要的工作条件，并现场配合。

(2) 甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

(3) 甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收以及正式验收工作。

(4) 甲方有权要求对乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。因产品侵权导致的一切纠纷及赔偿责任均由乙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

(5) 按照合同约定支付乙方各阶段合同款项。

(6) 乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有权依据本合同第十一条第1款之约定单方解除本合同。解除合同的同时，甲方有权利另行招标，或与评标报告中排名第二的供应商签订新的供货合同。

(7) 因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

2. 乙方的权利与义务。

(1) 乙方按照合同约定时间、地点，按时、按质交付甲方所采购设备以及配套资料，并将设备配送到甲方指定地点。货物配送到达甲方指定地点安装验收前，风险责任由乙方承担。

(2) 乙方负责配合甲方按合同约定时间完成本合同所涉及产品的现场安装、调试、验收工作，为甲方提供设备交接所需要的一切文件和手续，并保证产品质量。

(3) 乙方负责做好项目的售后服务以及后续支持工作，对所供应设备的实际操作人员开展免费培训。

(4) 质量保证期内，发生质量问题的，应当及时免费进行维修或更换，若乙方售后服务联系人及联系方式变更，乙方应当在售后服务联系人及联系方式变更之日起前后 15 日内及时以书面形式（原件签章）通知乙方，否则甲方将根据法律法规以及本合同条款追究乙方违约责任。

(5) 项目中所涉及的所有相关政府部门审批手续全部由乙方协调办理，且支付全部相关费用，甲方不再办理其相关手续及支付任何相关费用。

六、质量要求

1. 质量要求：设备安装调试作业达到合格标准且满足甲方需求，并办理完毕所有政府行政审批手续，正常投入使用。

2. 乙方确保所供货物必须是采购需求货物，并符合本项目国家现行标准。乙方应保证所提供的设备均为崭新的、合法的正品，其质量、规格和性能应完全符合法律法规及合同规定的质量、配置、规格、技术指标（包括合同附件）等要求。乙方保证所使用主要设备及材料在设计、制造、包装、运输过程中，严格执行国家及行业标准规范，货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有可靠的性能。

3. 各种货物有良好的外观，适合各种安装场所的使用。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

4. 在设备使用期内，如果货物的质量、配置、规格、技术指标等与合同或投标文件、货物原产厂家及国家或行业有关规定的技术参数中任何一项不符，甲方有权向乙方提出索赔。甲乙双方均有权委托有关行业权威部门鉴定，如属于甲方责任，鉴定费用由甲方承担；如属于乙方责任，鉴定费用由乙方承担，并由乙方负责赔偿甲方采购货物费用等相应损失。

5. 如乙方未按合同或招投标书要求提供产品、设备、所需文件手续以

及售后服务，产品质量不能满足招标文件技术要求，甲方有权终止合同，并对乙方违约行为追究相应的民事、行政、刑事责任。在乙方违约的情况下，甲方有权单方面终止合同，并依法向乙方进行索赔。

七、运输及风险

合同中所有设备的运输、转运、仓储、保管、装卸、培训的组织等工作均由乙方组织实施，货物验收合格前由乙方承担风险及全部费用。

八、货物验收

1. 验收方法：乙方将货物发放甲方指定地点，由甲方统一组织验收。验收完成后，甲方填写货物验收报告单。

2. 在发货前，乙方应对货物的质量、规格、配置、数量等进行准确而全面的检验，并随货出具产品生产产地证明材料(加盖公章)。

3. 甲方在收到货物后原则上应在 30 日内组织人员按招、投标文件及合同约定的技术参数指标进行验收，并填写验收报告单(见附件 6)。如果货物达不到国家的质量及企业标准或与投标时封存样品不符或不符合本合同的约定或短缺的情形，甲方有权拒绝接收，鉴定费用及在此前产生的一切费用由乙方承担，但交货期不顺延。同时，甲方有权终止本合同，另行招标，或与评标报告中排名第二的供应商签订新的供货合同。

4. 乙方在货物验收时为甲方提供设备交接所需要的一切文件和手续，包括但不限于：产品使用说明书、产品合格证、全部设备装箱单、制造厂家出具的《产品合格证》、《货物使用说明书》、质量检验证书等厂家随设备包装的全部技术文件，进口设备必须提交进口设备报关单及商检证明，以及因进口设备而产生的政府行政部门随时要求的其他文件、授权、证明。若乙方拒不提供则视为违约，甲方有权拒绝接收货物并追究乙方违约责任，但交货期不顺延。

5. 需要安装调试的，必须在经过货物质量初验合格后进行。安装调试时应当按照甲方相关要求进行。乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各

项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。遵守产品安装作业的有关规定，做好作业现场安全管理；协助甲方做好作业现场的安全保卫、防火防盗工作，确保安装作业顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证作业质量和安全文明作业；按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。乙方所提供的货物在安装施工全过程中的安全由乙方负责。

乙方项目负责人： 杨曾 ，联系电话： 18182410104 。

6. 验收依据：

- (1) 本合同及合同附件、补充协议。
- (2) 国家相应的标准、规范。
- (3) 招标文件、投标文件、澄清表（函）（如有）。

九、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。

1. 双方同意在本合同期限内及之后：

- (1) 只为本合同目的而使用属于对方的保密资料；
- (2) 在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给第三方；
- (3) 如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

2. 本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：

- (1) 为公众所知的；
- (2) 接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；
- (3) 接受方在本合同保密条款签订之前已经知道的资料；

(4) 因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十、售后服务

1. 质量保证期（整机质保期）为：产品自安装、调试正常运行并验收合格之日起 2 年，质保期内乙方免费进行设备维护及技术维修。

2. 质保期内：

(1) 甲方收到设备 30 天内，如出现非人为损坏质量问题，可以选择换货或退货；30 至 60 天内，可选择换货，更换为相同型号、同等技术参数的新设备，产生的运输等所有费用由乙方承担。

(2) 免费保修期内，乙方所供产品如发生质量问题，乙方保证在接到甲方维修通知后 2 小时内响应，6 小时内派专业维修人员赶赴现场（即甲方指定地点）进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以在甲方要求的期限内免费更换相同型号、相同规格的产品；若乙方未按照上述约定及时解决问题，造成甲方损失扩大的，乙方应就损失扩大的部分承担赔偿责任。

(3) 若需将产品送回生产厂，乙方应承担维修设备所需的往返运费，同时，为不影响甲方的工作，对可以提供备用机的设备，乙方须提供同型号备用设备（5个工作日内无法恢复的故障），以确保甲方工作的正常进行，否则视为违约。

(4) 乙方须定期派技术人员到现场走访，对设备给予检查、维护、保养。属于计量设备的每年对设备提供一次免费校准服务并提供校准报告。

(5) 乙方排除产品故障的期限不得超过8小时。否则甲方有权指定第三方维修，并由乙方承担全部维修费用（包括但不限于委托第三人所支付的费用等），甲方有权直接从未支付款项中扣除，未支付款项无法支付全部维修费用的，超出部分由乙方另行承担。

3. 质保期结束前，乙方应对所供产品进行系统测试和全面维护保养，

维护内容包括但不限于：检查所有产品的各类连接件等，确保产品的正常运行。

4. 乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责，对因产品本身的隐蔽瑕疵而出现的质量问题，乙方应负责解决（维修、调试或更新、更换）并承担全部费用，甲方有权要求退货、换货、终身维修保养。

5. 质量保修期外售后服务：质量保修期外售后服务机制、服务效率、服务承诺与质保期内一致；超过保修期外乙方提供设备维护和大修所需的备件，在维修中仅收原器件成本费，不收人工费。

6. 有软件支持的设备，乙方应当根据客户要求长期及时免费提供设备的软件升级换代和设备的技术咨询。（含公司正在开发的远程网络会诊功能）。

7. 售后服务联系方式：

机构名称：陕西煜伟科贸有限公司

联系人：杨曾

电话：18182410104



十一、违约责任

1. 如乙方未在合同约定的交货期完成供货（含安装、调试）导致期限迟延的，每迟延1日，应按合同总价款的1%向甲方支付违约金，因不可抗力或经甲方同意除外。如乙方迟延交货达【15】天，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担。

2. 如乙方提供的产品质量不符合国家标准或未达到本企业内控标准或不满足本合同的约定或甲方要求的，乙方应按照甲方要求的时限无条件免费包修、包换、退货，并且乙方应承担由此给甲方造成的所有经济损失。否则甲方有权单方解除本合同，自解除通知书送达乙方时本合同解除，乙

方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担。

3. 质量保证期内因产品质量问题，乙方未按合同规定及时进行维修、更换，甲方可自行组织人员进行维修、更换，因此造成的相关责任、费用由乙方全部承担。

4. 乙方对材料不按招标文件要求，擅自更换，除恢复原招标产品外，应承担更换部分价款 30%的违约金。

5. 乙方如对材料以次充好，除全部按要求恢复外，应承担此部分价款 30%的违约金。

6. 如由于产品质量原因，不能通过验收，乙方除按规定无偿更换外，应承担所涉及产品总价款的 30%违约金。

7. 乙方负责现场作业人员及其他人员安全。如因乙方原因造成任何人员伤亡或财产损失，由乙方负责并承担一切赔偿责任。若甲方因此遭到索赔的，有权向乙方追偿。前述损失及追偿费用包括但不限于甲方为此支付的律师费、保全费、差旅费、财产保全保险费等费用。

8. 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国产品质量法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关对乙方进行相应的行政处罚。

十二、争议解决

合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉解决。

十三、不可抗力

如发生不可抗力或政策因素，双方互不要求对方承担责任，具体解决

方案商定如下：

1. 本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震属于不可抗力的事故，因乙方或第三方原因造成的火灾、水灾不属于不可抗力。

2. 一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3. 如不可抗力时间延续 90 天以上的，各方通过协商达成在合理的时间

内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。

4. 一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十四、通知和合同修改

本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同首部约定的地址、联系人和通信终端。

一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第 7 日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

本合同首部约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送

达。

本合同一方给另一方的通知，都应以书面的形式（信函、传真）发送至对方，对本合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面合同修改签证，方为有效。

十五、合同文件及解释

本合同与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本项目招标文件、技术标准、规范、项目相关的补疑、答疑等文件；
- （2）本项目投标文件；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）双方另行签订的补充协议及其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以有利于保护甲方利益的条款为准，双方另行签订的补充协议及其他合同文件有效力顺序约定的执行其约定。

十六、其他规定

1. 本合同甲、乙双方均同意以上条款内容。合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照民法典等有关规定办理。

2. 本合同的附件为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等的法律效力。合同附件与合同约定不一致的，以本合同的约定为准，除非双方一致同意并以书面形式表示以合同附件为准。

3. 本合同一式六份，甲乙双方各持三份。合同自甲乙双方法定代表人或者授权代表人签字并加盖公章(或合同章)之日起即行生效。合同的服务承诺、设备维修维护长期有效。本合同的订立、履行、变更、终止、解释等均适用中华人民共和国现行有效的法律。

4. 本合同未尽事宜，由甲乙双方在不违背本合同和招、投标文件的原

则下共同协商解决，另行订立补充协议，作为本合同的附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。招、投标文件、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

- 附件：1. 设备规格技术参数
2. 技术参数响应表
3. 质量保证承诺
4. 售后服务方案
5. 货物配置清单
6. 货物验收报告单

(以下无正文)

甲方：西北大学第一医院（盖章）
地址：西安市新城区咸宁东路512号

法定代表人或授权人：  

联系电话：

开户银行：工行西安咸宁路支行

账 号： 3700025609014469002

签订日期：2024.9.20

乙方：陕西煜伟科贸有限公司
地址：西安市碑林区南二环西段

21号1幢22207室 

法定代表人或授权人：杨曾

联系电话：18182410104

开户银行：中国银行股份有限公司西安南二环支行

账 号： 102412216715

签订日期：2024.9.20

附件 1:

设备规格技术参数

设备名称	规格型号	技术参数
双目间接眼底镜	Vantage Plus Wireless	带 * 为特有功能 * 独有的IOS智能光学系统 - 确保调节光圈大、中、小时，自动同步调节光学器件的汇聚和视差，始终保持操作者双眼影像的重合和立体视，视野无观察暗区（后附图片一）。此项尤其适合于小瞳孔检查时； * 主机光学结构能够与LED光源和卤素灯泡兼容，每个操作者可以根据自己的需要和喜好进行选配。LED灯泡寿命长达10,000小时，降低后续耗材费用； * LED光源，提供高于卤素灯泡25%的完美亮度，白光能够显示更多眼底细节；同时无炙烤，佩戴舒适； * 独有专利的防划痕HiMag镜，可将图像额外放大1.6倍，在绘制眼底图时，提供更高的清晰度； - 超薄锂电池（后附图片），仅重53克，与LED光源合用可连续使用6小时，充分满足门诊和手术使用的需要； - 光斑和滤镜调节杆可锁：具有摩擦离合器，在“锁定”状态下，避免因用力过大造成的设备损坏； - 滤镜全、一机同时具备：无赤光 - 增加血管/动脉的对比度；弥散滤镜 - 适合观察困难的患者；钴蓝光滤镜 - 适合角膜的荧光素染色； - 可选择加装原厂示教镜，助手视野不遮挡，充分满足教学需要； - 头带上附有光照强度无级控制器，亮度调节从2%到100%，充分满足临床检查的需要； - 瞳距调节范围：48-76mm； - 光斑全：小，中，大光斑，同时减少眩光和反射； - 耐用的防尘结构； - 光学系统位于金属支架上；采用高级纹理工程材料，轻巧坚固； * 英国原厂制造，原装进口； * 专业的拉杆携带箱，收纳、携带更方便

裂隙灯显微镜	LS-3	1、 光学设计类型：平行夹角式（伽利略型） 2、 *改变倍率形式： 转鼓式三档变倍 3、 目镜：12.5X 4、 放大总倍数： 10X 16X 25X 5、 屈光度补偿调节：-7D ~ +7D 6、 瞳距调节范围：52mm~85mm 7、 视场公称直径： 10X:22mm; 16X:14mm; 25X:8.5mm 8、 *照明方式：上光源照明 9、 裂隙高度：1mm ~ 14mm 连续可调 10、 裂隙宽度：0mm ~ 14mm 连续可调 11、 裂隙角度：水平旋转 0° ~180° 12、 裂隙倾角：5°、10°、15°、20° 13、 光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm) 14、 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 15、 *照明光源：暖色 LED 16、 *调光方式：底座无极调光 17、 照度：≥60 万 Lux
生物显微镜	DM750	光学系统：HC 无限远光学系统，具有轴向和径向双重色差校正，衬度、清晰度极佳。45mm 国际标准齐焦距离，光学部件防霉 1. 观察筒：30 度倾角，铰链式双目观察筒，可拆卸，屈光度可调、瞳间距可调 2. 主机：合金结构，一体化机身，核心部分不含塑料件，防震机座，结构稳定； 3. 光源系统：LED 发光二极管照明，亮度可调节。无热辐射，全亮度可用 20,000 小时，平均寿命至少 15 年； 4. 节能设计：2 小时无光源操作，显微镜自动进入关机状态； 5. 目镜：10X 高眼点目镜，视野数 20； 6. 目镜管长度 160mm 7. 聚光镜：阿贝聚光镜，NA. 1.25, 可拆卸，可调整光路。预定心设计，可扩展暗视野、相差、标尺； 8. 安全防护设计：仪器表面采用 Ag 离子防护技术，有效抑制细菌生长； 9. 平台尺寸：185X140mm, 移动范围：75X45mm 10. 夹片器：配备安全片夹，可以防止载玻片破裂 11. 粗微同轴调范围：300mm 12. 物镜：消色差物镜 4X\10X\40X\100X; 4X/0.10NA, 38mm 10X/0.25 NA, 8mm 40X/0.65 NA, 0.7mm 100x/1.25 NA, 0.2mm, Oil

干眼 治疗仪	WH-VII	加热式超声雾化器 WH-VII 技术参数 1. 化学性能应符合 GB/T 14233.1-2022 的要求 2. 药液残液量$\leq 21.0\text{ml}$ 3. 主机超声工作频率: $2.4\text{MHz} \pm 10\%$ 4. 雾粒中位直径: $4\mu\text{m}$ 误差$\pm 25\%$, 直径小于 $5\mu\text{m}$ 的雾粒百分比大于 65%。 5. 最大雾化率: $\geq 1\text{mL/min}$。 6. 整机噪声: $\leq 50\text{dB (A)}$ (距离主机 1m)。 7. 温度预设范围: $\leq 45^\circ\text{C}$ (不含常温模式) 8. 连续工作及水槽水温: 开机连续工作 4h 水槽水温$\leq 60^\circ\text{C}$ 9. 驱动气体: 氧气或空气, 自动风量控制。 10. 治疗方式: 超声雾化模块, 氧疗模块, 热敷、冷风模块一体化同步治疗, 自由切换, LED 显示屏, 有倒计时提示, 并且带有语音功能。 11. 保护功能 a) 设备温度超过设置温度 5°C, 雾化机停止工作, 并发出警报, 且不能自动恢复。 b) 若设备输出显示温度达到 45°C 时应发出警报。 c) 加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭, 加热锅或水槽内水位过低时, 面板缺水灯变亮并发出缺水报警, 并停止雾化, 重新加水至水槽水位线后可正常雾化。 12. 管路: 管腔通透无阻碍, 不直接裸露与药物接触, 不改变药物的性质, 一次性管路不用消毒, 更好防止交叉感染。 13. 具有温度管理功能, 管路端口内置隐藏式温控双探头, 眼罩可调节, 具有双眼或单眼单独雾化功能。 14. 环境试验: 符合 GB/T14710-2009 气候环境试验 II 组和机械环境试验 II 组的要求。 制氧机 SZ-3BW 技术参数 1. 具有空氧混合器功能氧气流量 $1\text{L/min} \sim 3\text{L/min}$ 可分 3 档氧气流量调节 2. 出口标称压力为零时的氧浓度 (在初始开机 15Min 内, 达到规定的浓度水平): 氧流量 $0 \sim 3\text{L/Min}$ 时, 氧浓度为 $93\% \pm 3\%$ 3. 输出压力: $0.02\text{mpa} \sim 0.05\text{mpa}$ 4. 压缩机安全阀释放压力: $250\text{kpa} \pm 50\text{kpa}$ 5. 整机噪声: $\leq 48\text{dB (A)}$ 6. 最大雾化率: $\geq 0.1\text{mL/Min}$ 7. 电源电压: $\text{AC } 220\text{V} \pm 22\text{V}$ $50\text{HZ} \pm 1\text{HZ}$ 8. 输入功率: $\leq 330\text{VA}$ 9. 外形尺寸: $43 \times 31 \times 56 (\text{cm})$ 10. 净重: 18.5kg 11. 海拔高度: 海平面至 1828 米时不会降低氧浓度, 从 1828 米至 4000 米时效率低于 90% 12. 氧气输出口温度: $\leq 46^\circ\text{C}$
-----------	--------	---

激光 治疗仪	MD-920	1. 工作条件 a) 环境温度: $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$; b) 相对湿度: $\leq 70\%$; c) 电源: $\sim 220\text{V} \pm 22\text{V}$, $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$。 2. 工作激光 a) 激光波长: 1064 nm; b) 激光模式: 多模。 c) 激光脉冲输出的时间特性 1) 激光脉冲输出方式: 单脉冲、双脉冲和 3 脉冲; 2) 激光脉冲宽度: 4.5 ns; 3) 激光脉冲序列脉冲间隔时间: 双脉冲持续时间不大于 $40\text{ }\mu\text{s}$, 三脉冲持续时间不大于 $40\text{ }\mu\text{s}$。 4) 激光脉冲序列的最大可发射重复频率: 2.5 Hz。 d) 激光输出能量(眼球前): 1) 单脉冲最大输出能量: 11 mJ; 2) 双脉冲最大输出能量: 19 mJ; 3) 3 脉冲最大输出能量: 28 mJ; 4) 输出能量调节: $100\% \sim 6\%$ 七档可调。 e) 激光输出能量复现性: $R_p \leq \pm 10\%$ f) 激光光束汇聚角: 18°。 g) 焦平面光斑直径: $30\text{ }\mu\text{m}$。 3. 瞄准激光 a) 瞄准激光波长: $630\text{ nm} \sim 655\text{ nm}$; b) 瞄准激光的输出功率: $< 0.4\text{ mW}$。
-----------	--------	--

附件 2:

技术参数响应表

项目编号: 【KRDL】K3-2406049

包号: 第 1 包

项目名称: 双目间接眼底镜、裂隙灯显微镜、生物显微镜、干眼治疗仪、激光治疗仪采购项目

序号	品目	招标规格 ☆1	投标规格 ☆2	偏离说明	备注
1		技术参数:	技术参数:		
1.1	双目间接眼底镜	1. ▲ IOS 智能光学技术, 不需要根据光斑大小再去自行调节光学成像组件的位置。	1. 独特设计的 IOS 智能光学系统 - 确保调节光圈大、中、小时, 自动同步调节光学器件的汇聚和视差	响应	
1.2		2. ▲ 所有内部成像组件能够每次随光斑大小, 自动汇聚到精确位置, 确保实现双眼立体视觉	2. 自动同步调节光学器件的汇聚和视差, 始终保持操作者双眼影像的重合和立体视, 视野无观察暗区(后附图片一)。此项尤其适合于小瞳孔检查	响应	
1.3		3. 小光斑下内部光学组件彼此没有遮挡, 确保小瞳孔观察时没有视野缺损	3. 独特设计的 IOS 智能光学系统确保小瞳孔条件下检查视野无遮挡, 没有暗区	响应	
1.4		4. ▲ 提供附加放大 1.6 倍的立体图像, 能够观察到视神经盘、黄斑和血管的更多细节, 只需将镜头翻转至视野下即可	4. 专利的防划痕 HiMag 镜, 可将图像额外放大 1.6 倍, 在绘制眼底图时, 提供更高的清晰度	响应	
1.5		5. 安装在头带上的无线超薄锂电池, 可以在任意房间、任意位置使用一台设备; 一次充电可满足持续使用 6 小时以上	5. 超薄锂电池(后附图片), 仅重 53 克, 与 LED 光源合用可连续使用 6 小时, 充分满足门诊和手术使用的需要	响应	
1.6		6. 优质的 LED 光源使用寿命长, 利于发现卤素光下不易识别的病变, 无炙烤, 后续耗材费用低	6. LED 灯泡寿命长达 10,000 小时, 降低后续耗材费用; LED 光源, 提供高于卤素灯泡 25% 的完美亮度, 白光能够显示更多眼底细节; 同时无炙烤, 佩戴舒适;	响应	

1.7		7. 具有更换氙气光源的功能，满足检查者及术者个性化需要；	7. 可以更换氙气光源的功能，满足检查者及术者个性化需要	响应	
1.8		8. 头带配有软垫调节平衡，适合任何头型；	8. 带配有软垫调节平衡，适合任何头型	响应	
1.9		9. 示教镜安装方便，可允许两位观察者同时观察视网膜；	9. 可选择加装原厂示教镜，助手视野不遮挡，充分满足教学需要	响应	
2.0		10. 配有 IR/UV 滤光片，并 有其他可选的滤光片，瞳距 范围 48-76mm。	10. 滤镜全、一机同时具备： 无赤光 - 增加血管/动脉的 对比度；弥散滤镜 - 适合观 察困难的患者；钴蓝光滤镜 - 适合角膜的荧光素染色； 瞳距调节范围：48-76mm；	响应	
序号	品目	招标规格 ☆1	投标规格 ☆2	偏离说明	备注
1		技术参数：	技术参数：		
1.1		1. 光学设计类型：平行夹角式	1. 光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）	响应	
1.2		2. ▲改变倍率形式：转鼓式三挡变倍	2. 检查时改变倍率形式：转鼓式三挡变倍	响应	
1.3		3. 目镜 12.5X	3. 配备目镜 12.5X	响应	
1.4		4. 放大总倍数：10X, 16X, 25X	4. 观察放大总倍数：10X, 16X, 25X	响应	
1.5		5. 屈光度补偿调节：-7D~+7D	5. 屈光度补偿调节：-7D~+7D	响应	
1.6		6. 瞳距调节范围：50mm~80mm	6. 瞳距调节范围：52mm~85mm	响应	
1.7		7. 视场公称直径：10X：22mm；16X：14mm；25X：8.5mm	7. 视场公称直径：10X：22mm；16X：14mm；25X：8.5mm	响应	
1.8		8. ▲照明方式：上光源照明	8. 裂隙灯照明方式：上光源照明	响应	
1.9		9. 裂隙高度：1mm~14mm 连续可调	9. 裂隙灯裂隙高度调节：1mm~14mm 连续可调	响应	
2.0		10. 裂隙宽度“0~14mm 可调”	10. 裂隙灯裂隙宽度调节“0~14mm 可调”	响应	

2.1		11. 裂隙角度：水平旋转 0°~180°	11. 裂隙灯裂隙角度调节：水平旋转 0°~180°	响应																
2.2		12. 裂隙倾角：5°、10°、15°、20°	12. 裂隙灯裂隙倾角调节：5°、10°、15°、20°	响应																
2.3		13. 光斑直径：Φ0.2、Φ1、Φ3、Φ5、Φ10、Φ14（mm）	13. 裂隙灯光斑直径设定：Φ0.2、Φ1、Φ3、Φ5、Φ10、Φ14（mm）	响应																
2.4		14. 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片	14. 裂隙灯滤色片：配备隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片	响应																
2.5		15. ▲照明光源：暖色 LED	15. 裂隙灯照明光源：暖色 LED 光源	响应																
2.6		16. ▲调光方式：底座无极调光	16 裂隙灯. 调光方式：底座无极调光调节	响应																
2.7		17. 总高度≥60 万 Lux	17. 裂隙灯照度≥60 万 Lux	响应																
序号	品目	招标规格 ☆1	投标规格 ☆2	偏离说明	备注															
1		技术参数：	技术参数：																	
1.1	生物显微镜	1. 物镜：消色差物镜 <table><tr><td>总放大倍数</td><td>口径</td><td>工作距离</td></tr><tr><td>4X</td><td>0.1</td><td>37.5</td></tr><tr><td>10X</td><td>0.25</td><td>7.613</td></tr><tr><td>40X(s)</td><td>0.65</td><td>0.632</td></tr><tr><td>100X(s .oil)</td><td>1.25</td><td>0.198</td></tr></table>	总放大倍数	口径	工作距离	4X	0.1	37.5	10X	0.25	7.613	40X(s)	0.65	0.632	100X(s .oil)	1.25	0.198	1. 物 镜：消 色 差 物 镜 4X\10X\40X\100X; 4X/0.10NA, 38mm 10X/0.25 NA, 8mm 40X/0.65 NA, 0.7mm 100x/1.25 NA, 0.2mm, Oil	响应	
总放大倍数		口径	工作距离																	
4X		0.1	37.5																	
10X		0.25	7.613																	
40X(s)		0.65	0.632																	
100X(s .oil)		1.25	0.198																	
1.2	2. 目镜：大视场目镜，总放大倍数 WF10X，直径 Φ18	2. 目镜：10X 高眼点目镜，视野数 20；	正偏离																	
1.3	3. 目镜管长度 160mm	目镜管长度 160mm	响应																	
1.4	4. 平台尺寸：≥140X140mm，移动范围：≥75X45mm	3. 平台尺寸：185X140mm，移动范围：75x45mm	偏离																	
1.5	5. 阿贝聚光镜 NA=1.25 带可变光栏(选配柯勒照明)	阿贝聚光镜，NA. 1.25，可拆卸，可调整光路。预定心设计，可扩展暗视野、相差、标尺	响应																	

1.6		6. 粗微同轴调范围: $\geq 30\text{mm}$	4. 粗微同轴调范围: 300mm	响应	
1.7		7. 照明: $6\text{V } 20\text{W}$ 可调光卤素灯	5. 光源系统: LED 发光二极管照明, 亮度可调节。无热辐射, 全亮度可用 $20,000$ 小时, 平均寿命至少 15 年; 2 小时不使用自动关机	正偏离	
序号	品目	招标规格 ☆1	投标规格 ☆2	偏离说明	备注
1		技术参数:	技术参数:		
1.1		1. ▲一体机功能: 超声雾化功能, 氧疗功能, 热敷功能, 冷风功能, 整机一体化设计, 自带制氧, 无须额外添加制氧机	1. 分体机由雾化器和制氧机组成, 方便两个病人循环治疗, 增加仪器使用周转率, 一个部件出问题不影响其他部件使用, 降低维修维护成本。医院 90% 以上使用分体式。	正偏离	
1.2		2. 治疗方式: 超声雾化模块, 氧疗模块, 热敷、冷风模块一体化同步治疗, 自由切换	2. 治疗方式: 超声雾化模块, 氧疗模块, 热敷、冷风模块一体化同步治疗, 自由切换, LED 显示屏, 有倒计时提示, 并且带有语音功能	响应	
1.3	干眼治疗仪	3. 驱动气体: 氧气或空气	3. 驱动气体: 氧气或空气, 自动风量控制。	响应	
1.4		4. 自动风量控制	4. 自动风量控制。	正偏离	
1.5		5. 温度预设范围: $\leq 45^\circ$	温度预设范围: $\leq 45^\circ\text{C}$ (不含常温模式)	响应	
1.6		6. ▲管路: 双层加热导丝内壁夹层, 管腔通透无阻碍。加热导丝高温不直接裸露与药物接触, 不改变药物的性质。	6. 管路: 管腔通透无阻碍, 不直接裸露与药物接触, 不改变药物的性质, 一次性管路不用消毒, 更好防止交叉感染。	正偏离	
1.7		7. 具有温度管理功能, 管路端口内置隐藏式温控探头。	7. 具有温度管理功能, 管路端口内置隐藏式温控双探头	响应	
1.8		8. ▲具有空氧混合器功能 氧气流量 $1\text{L}/\text{min}$ – $3\text{L}/\text{min}$ 可分 3 档氧气流量调节	8. 具有空氧混合器功能 氧气流量 $1\text{L}/\text{min}$ – $3\text{L}/\text{min}$ 可分 3 档氧气流量调节	响应	

1.9		9. 整机噪声: $\leq 50\text{dB}$	9. 整机噪声: $\leq 50\text{dB (A)}$ (距离主机 1m)。	响应	
2.0		10. 眼罩可调节, 具有双眼或单眼单独雾化功能	10. 眼罩可调节, 具有双眼或单眼单独雾化功能。	响应	
2.1		11. LED 显示屏, 有倒计时提示	11. LED 显示屏, 有倒计时提示, 并且带有语音功能。	正偏离	
2.2		12. 配备眼罩 ≥ 10 个	12. 配备眼罩 2 箱	正响应	
2.3		13. 管路同整机质保。	13. 管路同整机质保, 新眼罩配戴管路, 可消毒重复使用。	正偏离	
序号	品目	招标规格 ☆1	投标规格 ☆2	偏离说明	备注
1		技术参数:	技术参数:		
1.1		1. 激光波长: $1064\text{ nm} \pm 5\text{ nm}$	1. 激光波长: 1064 nm	响应	
1.2		2. 激光模式: 多模	2. 激光模式: 多种模式, 单脉冲模式、双脉冲模式、3 脉冲模式	响应	
1.3	激光治疗仪	3. 激光脉冲输出的时间特性	3. 激光脉冲输出的时间特性: ①输出方式: 单脉冲、双脉冲、3 脉冲; ②激光脉冲宽度 4.5ns; ③脉冲间隔时间 40us; ④发射重复频率 2.5Hz。	响应	
1.4		4. 激光脉冲输出方式: 单脉冲、双脉冲和 3 脉冲。	4. 激光脉冲输出方式: 单脉冲、双脉冲和 3 脉冲	响应	
1.5		5. ▲激光脉冲宽度: 4.5ns, 允差 $\pm 10\%$	5. 激光脉冲宽度: 4.5ns	响应	
1.6		6. 激光脉冲序列脉冲间隔时间: 双脉冲和 3 脉冲的脉冲间隔时间 $\leq 40\text{ }\mu\text{s}$ 。	6. 激光脉冲序列脉冲间隔时间: 双脉冲持续时间不大于 40us, 三脉冲持续时间不大于 40us。	响应	

1.7	7. 激光脉冲序列的最大可发射重复频率: 2.5Hz, 允许偏差 $\pm 20\%$ 。	7. 激光脉冲序列的最大可发射重复频率: 2.5Hz。	响应	
1.8	8. ▲激光输出能量 (眼球前): a) 单脉冲最大输出能量: 11mJ, 允许偏差 $\pm 20\%$; b) 双脉冲最大输出能量: 19 mJ, 允许偏差 $\pm 20\%$; c) 3 脉冲最大输出能量: 28 mJ, 允许偏差 $\pm 20\%$; d) 输出能量调节: 100%~6% 七档可调, 实际输出与预置值允许偏差 $\pm 20\%$ 。 激光输出能量复现性: $R_p \leq \pm 10\%$ 。	8. 激光输出能量 (眼球前): a) 单脉冲最大输出能量: 11mJ b) 双脉冲最大输出能量: 19 mJ c) 3 脉冲最大输出能量: 28 mJ d) 输出能量调节: 100%~6% 七档可调。 激光输出能量复现性: $R_p \leq \pm 10\%$ 。	响应	
1.9	9. ▲激光光束汇聚角: 18° , 允许偏差 $\pm 20\%$ 。	9. 激光光束汇聚角: 18°	响应	
2.0	10. 焦平面光斑直径: $30\mu\text{m}$, 允许偏差 $\pm 20\%$ 。	10. 焦平面光斑直径: $30\mu\text{m}$	响应	
2.1	11. 瞄准激光波长: 630 nm~655 nm	11. 瞄准激光波长: 630 nm~655 nm	响应	
2.2	12. 瞄准激光的输出功率 PC: $\leq 0.4\text{ mW}$	12. 瞄准激光的输出功率: $\leq 0.4\text{ mW}$	响应	
2.3	13. ▲配备专用囊膜镜、虹膜镜	13. 配有专用囊膜镜、虹膜镜	响应	

附件 3:

质量保证承诺书

质量保证承诺

我公司保证本次所投产品为国内生产的全新设备，符合招标文件要求。

1、我公司本次所投产品符合国内注册、检验标准，出厂具有产品合格证。

2、我公司本次投标的货物技术水平是先进的、成熟的、并按特定的标准设计的有效运行和易于维护的要求，并含有设计和材料的最新专利。

3、我方对所提供的货物享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，无产权纠纷。

4、供货期保证措施：我公司如果中标，承诺在合同签订后，严格按照产品质量要求，在 28 个日历日内及时供货并运送至指定地点。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。

5、我方中标后，保证按时安装调试，应用培训，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用该设备，并保证免费提供每年两次的维护保养服务。



附件 4:

售后服务方案

- 1、设备到达用户现场，我方将在用户技术人员在场的情况下共同进行现场验货。在接到用户安装调试通知后，保证安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。
- 2、设备安装后，我方将按照国际标准和厂家标准进行质量验收，并向买方提供验收标准、验收手册和验收工具，且承担相关费用。
- 3、运输、安装、调试的费用包括在投标总价内。
- 4、我方将随机提供设备的合格证。
- 5、我方将免费提供中文操作手册/维修手册 1 套。
- 6、我方在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和支援，为买方技术人员和操作人员提供仪器的基本操作和日常维护，现场培训，必要的培训资料由我方提供。
- 7、我方将编制详细的培训方案，对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。
- 8、保修期：保修期 2 年，2 年内免费维护保养，终身负责维修。维护和维修工作皆由厂家专业技术人员负责。我方所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，免费提供保修服务。
- 9、保修期外若仪器发生故障，免收维修费，仅收取配件费。
- 10、维护响应时间：我方将在接到用户报修通知后 30 分钟内电话响应，3 小时内到达现场上门维修。
- 11、免费提供至少每年 4 次的上门维修保养服务。
- 12、我方将终身免费提供设备最新信息及应用资料，提供免费升级软件。
- 13、零备件供给：保修期后，我方会提供终身服务；提供在中国境内的备件库，零配件型号齐全、库存充足。
- 14、付款方式，分三次付款

第一次付款条件：设备安装调试完毕并经招标人验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

第二次付款条件：设备验收合格并正常运行一年后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

第三次付款条件：设备验收合格并正常运行二年后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%

联系电话：029-82309807

工程师：王伟 13363923696

响应人全称：陕西煜伟科贸有限公司（盖章）



附件 5:

货物配置清单

双目间接检眼镜 配置清单

序号	设备名称	零配件名称	品牌. 规格 型号	产地	单价 (元)	制造商
1	双目间接检眼镜	Vantage Plus Wireless 无线间 接检眼镜主机	Keeler , Vantage Plus Wireless	英国	50000.00	Keeler Ltd
2	双目间接检眼镜	Hi Mag1.6 倍附加 镜	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
3	双目间接检眼镜	Volk 20D	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
4	双目间接检眼镜	巩膜压迫器	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
5	双目间接检眼镜	彩页眼底图	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
6	双目间接检眼镜	记录笔	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
7	双目间接检眼镜	示教镜	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
8	双目间接检眼镜	充电器	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
9	双目间接检眼镜	带箱	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
10	双目间接检眼镜	LED 灯泡	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd
11	双目间接检眼镜	超薄锂电池	/	英国	包含在主 机内	Keeler Ltd

眼科裂隙灯显微镜检查仪配置清单

序号	设备名称	零配件名称	品牌. 规格 型号	产地	单价 (元)	制造商
1	眼科裂隙灯显微镜 检查仪	裂隙灯主机	SK MED LS-3	重庆	21000.00	重庆上邦医疗设备 有限公司
2	眼科裂隙灯显微镜 检查仪	裂隙灯检查	/	重庆	包含在主机 内	重庆上邦医疗设备 有限公司
3	眼科裂隙灯显微镜 检查仪	升降台	/	重庆	包含在主机 内	重庆上邦医疗设备 有限公司



生物显微镜配置清单

序号	设备名称	零配件名称	品牌. 规格 型号	产地	单价 (元)	制造商
1	生物显微镜	主机	Leica DM750	上海	22000.00	徕卡显微系统(上海)贸易有限公司
2	生物显微镜	聚光镜	/	上海	包含在主机内	徕卡显微系统(上海)贸易有限公司
3	生物显微镜	载物台 含标本夹	/	上海	包含在主机内	徕卡显微系统(上海)贸易有限公司
4	生物显微镜	目镜	10x/20 Br.	上海	包含在主机内	徕卡显微系统(上海)贸易有限公司
5	生物显微镜	四位物镜转换器	/	上海	包含在主机内	徕卡显微系统(上海)贸易有限公司
6	生物显微镜	消色差物镜	4x, 10x, 40x, 100x	上海	包含在主机内	徕卡显微系统(上海)贸易有限公司
7	生物显微镜	光源	LED	上海	包含在主机内	徕卡显微系统(上海)贸易有限公司



干眼治疗仪配置清单

序号	设备名称	零配件名称	品牌. 规格 型号	产地	单价 (元)	制造商
1	加热式超声雾化器	/	医心演绎 /WH-VII	西安	45000.00	医心演绎医疗科技 有限公司
2	/	眼罩 2 箱	医心演绎	西安	包含在主机 内	医心演绎医疗科技 有限公司
3	制氧机	/	江苏双盛 /SZ-3BW	江苏	包含在主机 内	江苏双盛医疗器械 有限公司



激光治疗仪配置清单

序号	设备名称	零配件名称	品牌、规格 型号	产地	单价 (元)	制造商
1	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	主机	迈达 MD-920	天津	135000.00	天津迈达医学科技 有限公司
2	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	升降台(带电 源线)	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
3	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	裂隙灯照明灯 泡	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
4	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	练习靶板	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
5	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	对焦棒	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
6	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	熔断器	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
7	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	使用说明书	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
8	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	合格证	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
9	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	肘托	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
10	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	保修卡	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
11	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	产品三证	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
12	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	产品中有害物 质的名称及含 量表	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
13	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	装箱单	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司
14	眼科 Nd: YAG 激光 治疗仪	配有专用囊膜 镜、虹膜镜	/	天津	包含在主机 内	天津迈达医学科技 有限公司

附件 6:

货物验收报告单

