

西安医学院第二附属医院飞利浦Brilliance64CT维保与飞利浦IngenuityCore128CT维保项目(二次)中标(成交)明细

陕西上德招标有限公司受西安医学院第二附属医院委托,采用竞争性磋商进行采购飞利浦Brilliance64CT维保与飞利浦IngenuityCore128CT维保项目(二次)(项目编号:SDZC2024-186.1B1)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(飞利浦Brilliance 64CT维保与飞利浦Ingenuity Core 128CT维保项目)

1.1、中标(成交)供应商:河南泽钦电子科技有限公司

1.2、中标(成交)总价:587,000.00元

1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	医疗设备维修和保养服务	飞利浦 Brilliance 64CT 维保与飞利浦 Ingenuity Core 128CT 维保项目	1: Philips Brilliance 64排128层纳米CT; 2: Philips Ingenuity Core128CT。两台CT除球管之外的整机保修	1全年不限次人工服务, 24小时电话响应; 24小时内到现场服务, 以保证维修的及时性。2每年免费提供一人次为至少一周的CT技术培训。3全年每个季度定期(四次)专业维护保养服务: 设备及系统的定期的安全检查、影像质量的定期检查(确保图像质量能够达到临床质控需求)、球管使用情况检查、设备运行状态的定期检查、设备定期的除尘保养服务; 定期对设备的数据进行备份, 确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。且提供完整的维保记录, 设备科和使用科室各一份。4除球管以外其他主机配件无限次维保。80%以上配件12小时内到达现场; 100%以上配件24小时内到达现场。5本次维保服务虽然不含球管保修, 但要求投标人要有充足的球管供应能力, 确保36小时内球管更换完成(含替代球管)。6要保证备件质量, 在同一次故障中备件更换不得超过三次; 7提供设备年度维保计划、保养措施, 保证设备正常运转, 全年开机率≥97%(折合一年故障停机时间不超过11天, 超停1天保修顺延10日并赔偿院方经济损失2000元, 保修顺延期视同正式保修); 8提供维保公司远程设备诊断服务(建立设备维修专用微信群, 及时动态掌握设备故障情况)及软件的免费升级服务; 9维保服务包含故障排除及保养所涉及的专业工程师的人工费用、交通差旅费用等相关费用。	自合同签订之日起, 使用科室电话即时响应, 即时处理, 需现场处理12小时内赶到现场, 全年提供24小时服务, 服务热线365*24小时在线	质量控制检测要求: 1必须按照WS519—2019《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》执行, 重大维修后应进行验收检测, 并定期进行稳定性检测。2验收检测应委托有资质的技术服务机构进行, 稳定性检测由厂家授权的专业工程师完成。3验收检测项目包含: 诊断床定位精度、定位光精度、扫描架倾角精度、重建层厚偏差、CTDIw、CT值(水)、均匀性、噪声、高对比分辨率、低对比可探测能力、CT值线性。定期稳定性检测项目包含: 每个月进行一次诊断床定位精度、CT值(水)、均匀性、噪声检测; 每年进行一次重建层厚偏差、CTDIw检测。各检测项目判定标准应符合WS519—2019《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》的要求。4检测报告的基本内容应包括: 委托单位基本信息、设备信息、检测项目、相应检测要求、检测结果及其相应标准要求。服务标准完全按照国家和行业制定的标准和规范	587,000.00	1.00	项	587,000.00