

陕西省体操运动管理中心

运动队科研设备购置项目

采 购 合 同

(项目编号: ZJZBSX-250815-10962)

甲方(采购方): 陕西省体操运动管理中心

乙方(供货方): 陕西博越志诚医疗设备有限公司

2015 年 10 月 21 日

陕西省体操运动管理中心 项目名称：陕西省体操运动管理中心运动队科研设备购置、项目编号：ZJZBSX-250815-10962 采购项目，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由陕西省体操运动管理中心（以下简称甲方）委托 陕西中经招标有限公司 组织 竞争性谈判（采购方式），经 竞争性谈判 确定 陕西博越志诚医疗设备有限公司 公司（以下简称乙方）为该项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

1. 乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行供货；同时乙方做好售后服务。

2. 供货清单：

序号	产品名称	单价（元）	数量	单位	金额（元）	制造商	品牌	安全标准及主要技术参数
1	微压氧舱(氧舱单人躺舱)	42,000.00	2	套	84,000.00	广东氧丰科技有限公司	广州氧丰	详见技术规格及标准
2	电针治疗仪(电子针灸治疗仪)	750.00	2	套	1,500.00	无锡佳健医疗器械股份有限公司	无锡佳健	详见技术规格及标准
3	微波治疗仪	39,500.00	1	套	39,500.00	江苏诺万医疗设备有限公司	江苏诺万	详见技术规格及标准
4	冲击波治疗仪(深层肌肉刺激仪)	19,000.00	1	套	19,000.00	苏州好博医疗器械股份有限公司	苏州好博	详见技术规格及标准
5	红光治疗仪(红光蓝光治疗仪)	18,500.00	1	套	18,500.00	威海市博华医疗设备有限公司	威海博华	详见技术规格及标准
合计（大写）：壹拾陆万贰仟伍佰元（¥162,500.00元）								

二、合同价格

合同总价：大写壹拾陆万贰仟伍佰元人民币（¥162,500.00元）。

说明：1. 合同总价包含货物价（含税）+运输费+产品辅材费+售后服务费+培训费+保险费+相关伴随费用等+关税（含报关手续费）（仅指进口产品，非进口产品可删除该项）。

2. 合同总价位一次性包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1. 结算方式：由甲方负责结算。

2. 支付条件：合同生效后，乙方按合同履约完成，经甲方验收合格，乙方需提供等额、合法有效的增值税【普通】发票（税率为【1】%），以及验收入库资料。

3. 合同款的支付：经甲方验收合格，乙方提供发票及验收入库资料后 15 个工作日内支付合同总价的 100%。乙方未提供发票及验收入库资料，或者提供的发票或资料不符合甲方要求的，甲方有权不予付款且不承担任何违约责任。

四、交货条件

1. 交货地点：采购方指定交付地点。

2. 交货期限：本合同签订之日起15个日历天

五、包装运输

1. 运杂费：一次性包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

2. 运输方式：陆运。

六、质量保证

1. 乙方提供的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、原厂生产的未曾使用过的全新的合格产品。

2. 设计技术专利、外形专利等均应符合中华人民共和国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3. 货物参数指标必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

4. 质保期：自验收合格之日起贰年。

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1. 甲方有权随时了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

2. 甲方有权对项目资金 Usage 情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

3. 甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府采购管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4. 甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5. 甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6. 甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府采购管理规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

（二）甲方的义务

1. 甲方负责项目的采购/招标组织，并对采购结果承担责任。

2. 甲方负责办理项目相关的政府采购手续，提供与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调的协助，负责政府采购相关的法律法规解释。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1. 乙方有权自甲方处获得与提供本合同的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1. 乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

2. 乙方不得以任何理由将本合同项下的项目转包给第三方承担。

3. 乙方应负责本项目实施过程中的安全管理职责与之相应的应急预案，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

4. 乙方承诺根据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5. 乙方应接受并配合甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6. 乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

7. 乙方应建立健全财务管理与报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查。

8. 乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本合同相关的审计。乙方应保存与本合同相关的记录和账目，保存期限为本合同履行完毕或终止后15年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所所有权检查并复制上述记录和账目。

9. 项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保存。

九、技术规格及标准。（详见附件）

十、技术服务

1. 技术资料：随货说明书等。

2. 服务承诺：

（1）自产品供货之日起7日内，如发现质量问题，乙方应免费更换设备。质保期内免费上门维修，零配件免费调配。质保期后设备终身维修，仅收取配件及维修成本价。

(2) 7*24小时远程响应，乙方应当于接到甲方维修要求后，2小时响应，8小时到达现场，7天内解决问题。

(3) 提供的所有产品都是制造商原厂生产的全新、未经使用，且符合甲方要求的设备。

十一、违约责任

1. 按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

2. 乙方未按合同要求的提供产品，或产品质量不能满足技术要求，甲方有权解除本合同，并不予支付任何费用。同时，乙方应当向甲方支付本合同总价款【30】%的违约金。因此给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

3. 乙方未按合同约定的交货期限交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物总价款【3】%的违约金；逾期超过【10】日的，甲方有权解除本合同。因此给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

4. 乙方交付的货物未经甲方验收合格的，甲方有权要求乙方在指定期限内更换至符合甲方要求的货物，交货期限不予顺延；乙方拒不更换或者更换后仍不符合甲方要求的，甲方有权解除本合同。同时，乙方应当向甲方支付本合同总价款【30】%的违约金。因此给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

5. 乙方未按照本合同要求提供售后服务的，甲方有权另行委托第三方维修处理，由此产生的费用由乙方承担。

6. 乙方存在上述违约行为的，除需向甲方支付违约金、赔偿损失外，还需承担甲方为实现债权的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、差旅费、保全费、保险费、公告费、公证费、鉴定费等一切合理费用）。

十二、验收及资产入帐

1. 到货验收由甲方组织实施。

2. 甲方根据合同要求对货物进行验收，确认货物的产地、规格、型号和数量。如果有必要可同采购代理机构并邀请有关专家验收。

3. 甲方终验合格后以合同、货物验收单、发票复印件作为资产入账依据，及时登记入册。

十三、其他事项



1. 陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

2. 凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，双方同意向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

3. 本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，招标代理公司执一份，均具有同等法律效力。本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

4. 本合同未尽事项，补充合同内容。

附件：技术规格及标准 以下无正文。

甲方（采购方）	乙方（供货方）
陕西省体操运动管理中心（盖章）	陕西博越志诚医疗设备有限公司（盖章）
地址：陕西省西安市丈八东路303号	地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路立丰国际广场16幢2单元15层21509号
邮编：710065	邮编：710065
法定代表人：张京	法定代表人：樊玥彤
被授权代表（签字） 	被授权代表（签字） 
电话：029-88580184	电话：13992057576
社会统一代码：126100007353411565	传真：/
开户银行：中行唐延中路支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司西安锦都花园支行
账号：103610166087	账号：61050192370000000144
	行号：105791011330
日期：2025年10月23日	日期：2025年10月23日

附件：技术规格及标准

1、设备技术参数

序号	谈判文件条目号	谈判文件技术要求	响应文件技术响应条款	偏离描述
1	1-1 微压氧舱	1、氧气流量：单4~6L/Min（随压力增减变化）。	氧气流量：单台4~6L/min（随压力变化增减）	无偏离
2		2、氧气浓度：82%~93%（随氧气流量/使用时间/环境湿度正常变化衰减）。	氧气浓度：88%±6%（随氧气流量/使用时间/环境湿度正常变化衰减）	无偏离
3		3、压缩机：双压缩机，75L/min（±5L）。	双压缩机：单台75L/min（±5L）	无偏离
4		4、安全保护：具有安全阀排气稳压、超压停机、低压保护、压力可调、自动泄压；臭氧消毒；压力可调，低压保护；延迟供氧（延迟时间不小于30分钟）。	安全保护：稳压/超压/低压/压力可调/自动泄压； 具备自动排气阀、手动排气阀、臭氧消毒功能、停机制氧延迟，延迟30分钟停止，保证舱内人员氧气充足	无偏离
5		5、舱内规格尺寸：≥Φ750*L1900（mm）。	舱体尺寸：Ø750 x L1900（mm）	无偏离
6	1-2	1、工作时间10~30分钟。	定时：1-60min可调	正偏离

7	电针治疗仪	2、模式：贴片理疗、针灸理疗模式、输出脉冲波；	模式：贴片理疗、针灸理疗模式、输出脉冲波	无偏离
8		3、有效辐射面积： $\geq 4\text{cm}^2$ 。	电极贴片有效辐射面积： 4cm^2 。	无偏离
9	1-3 微波治疗仪	1、微电脑智能输出控制，液晶显示器动态显示。	微电脑智能输出控制，液晶显示器动态显示，输出功率稳定。	无偏离
10		2、工作频率： $2450\text{MHz} (\pm 30\text{MHz})$ 。	微波频率： $2450 \pm 30\text{MHz}$	无偏离
11		3、输出功率：理疗 $0 \sim 40\text{W}$ ，治疗 $0 \sim 100\text{W}$ 。	输出功率：治疗 $0 \sim 100\text{W}$ 可调；理疗 $0 \sim 40\text{W}$ 可调	无偏离
12		4、提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式。	提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果。三角波、正弦波的周期随功率变化。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。	无偏离
13		5、PID 调节方式、自动稳定功率，无需开机预热。	PID 调节方式、自动稳定功率，无需开机预热，操作简单。	无偏离
14	1-4 冲击波治疗仪（深层肌肉刺激仪）	1、规格尺寸： $\geq 250 \times 130 \times 45 (\text{mm})$	外形尺寸长宽高： $270\text{mm} \times 150\text{mm} \times 54\text{mm}$	无偏离
15		2、手持式振动头。三种规格钛合金振动头： $\phi 20\text{mm}$ 、 $\phi 25\text{mm}$ 、 $\phi 35\text{mm}$ 。	手持式振动头三种尺寸： $\phi 20\text{mm}$ 、 $\phi 25\text{mm}$ 、 $\phi 35\text{mm}$ ，满足人体大小肌肉、筋膜链的需求；	无偏离
16		3、振动头振动频率可调为 $15\text{Hz} \sim 60\text{Hz}$ 。	振动头振动频率可调为 $15\text{Hz} \sim 60\text{Hz}$ ，步长 5Hz ，即最高可达 3600次/分钟 ；	无偏离
17		4、使用时间，控制器可调 $5 \sim 30\text{min}$ 。	使用时间设置/显示： $5 \sim 30\text{min}$ ，步长 1min	无偏离
18		5、振动头振幅 $6\text{mm} (\pm 1\text{mm})$ 。	振动头振幅 6mm ，误差 $\leq \pm 1\text{mm}$	无偏离
19		6、手柄直径： $4\text{cm} (\pm 3\text{cm})$ 。	手柄直径： 4.1cm （实测）	无偏离
20		7、附件：订制手提箱、电源适配器、控制器、润滑油。	标配订制手提箱、电源适配器、控制器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解等	无偏离
21		8、工作噪音： $\leq 65\text{dB}$ 。	工作噪音： $\leq 65\text{dB}$	无偏离
22		9、输出功率： $\leq 60\text{W}$ 。	输出功率： $\leq 60\text{W}$	无偏离

23	1-5 红光治疗仪	1、波长范围：630nm±10nm；	红光波长范围：630nm±10nm	无偏离
24		2、光源使用寿命1万小时以上；	治疗仪采用的高品质LED光源在正常使用5万小时后，仍能维持初始灯光亮度的60%以上。在正常使用情况下，在设备有效使用期限内（按每天使用8小时计算，十年约合3万小时），不需要进行光源更换。	无偏离
25		3、光斑直径：≥150mm；	直径15cm光斑面，面积约为177cm ²	无偏离
26		4、光斑面积：≥170cm ² ；	直径15cm光斑面，面积约为177cm ²	无偏离
27		5、光功率密度：有效红光辐照度9档可调；	有效红光辐照度9档可调，并且从最低档到最高档辐照度逐渐增强。最低档功率1.5mW/cm ² ，最高档功率15mW/cm ² ，误差不大于±25%；	无偏离
28		6、治疗头支臂可调节。	治疗头支臂可调节，光照射头（带万向支架）	无偏离
29		7、立式设计，带刹车。	立式设计，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。	无偏离

2、设备规格及型号

序号	货物名称	生产厂家 (全称)	品牌	规格型号	数量
1	微压氧舱 (氧舱单人躺舱)	广东氧丰科技有限公司	广州 氧丰	YF-RT-011	2套
2	电针治疗仪 (电子针灸治疗仪)	无锡佳健医疗器械股份有限公司	无锡 佳健	CMNS6-1PLUS型	2套
3	微波治疗仪	江苏诺万医疗设备有限公司	江苏 诺万	N-6200B	1套
4	冲击波治疗仪 (深层肌肉刺激仪)	苏州好博医疗器械股份有限公司	苏州 好博	HB-DMS200	1套
5	红光治疗仪 (红蓝光治疗仪)	威海市博华医疗设备有限公司	威海 博华	BH-1LR	1套