

延安大学附属医院飞利浦IQON能谱CT保修项目中标（成交）明细

陕西炬荣招标代理有限公司受延安大学附属医院委托，采用单一来源进行采购飞利浦IQON能谱CT保修项目（项目编码：JRZC-2025099）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（延安大学附属医院飞利浦IQON能谱CT保修项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西金泰医疗器械有限公司

1.2、中标（成交）总价：2,956,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	医疗设备维修和保养服务	飞利浦IQON能谱CT保修	飞利浦IQON能谱CT保修	1、服务内容：飞利浦IQON能谱CT设备整机保修服务，包含工作站保修，不包含第三方产品。通过日常巡检、质控保养、配件更换（包含：探测器、高压、球管等）、技术支持服务等内容，保证设备状态符合国家质量监督部门以及卫生监督部门的标准。 2、原厂定期保养：提供设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，每年4次符合原厂质控保养清单的专业保养。 3、配件更换要求： 4、（1）为保证设备正常使用，所更换配件必须为原厂配件，且保证配件来源合法合规，质量符合设备运行要求。 5、（2）配件涉及医疗器械的，须提供相应的医疗器械注册证（进口产品需提供“进”字号注册证），涉及进口的，须提供相应的进口报关文件等。 6、（3）更换配件的备品备件属于关境内库房的，不超过2个工作日到达维修现场；属于关境外库房的，不超过5个工作日到达维修现场。维修后所替换下的旧备件归厂家所有，厂家安排收回。 7、（4）在本项目服务期内，供应商应优先保证本项目所涉及保修设备的备品备件更换。 8、技术支持服务要求： 9、（1）全年365天×24小时电话技术服务支持，专业工程师通过电话或其他在线远程支持服务响应时间不超过2小时。 10、（2）提供远程全天24小时不间断监测设备运行状态服务，可提前预警。 11、（3）现场响应：接到报修后24小时内派遣原厂认证合格的专业工程师到现场维修设备。 12、（4）针对本项目应提供不少于2名的专业售后工程师，专业售后工程师须具备设备生产商相应的售后培训证书。 13、开机率保证：服务期内设备开机率确保达到95%，按全年250个工作日计算。即全年正常开机达到238个工作日，停机时间不超过12个工作日，停机每超出1个工作日，维修服务合同期限自动延长2个工作日。 14、可通过合法渠道获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，用于解决设备相应高级故障。 15、服务期内向采购人提供纸质全年原厂维修、保养工作记录单。	2年	设备状态符合国家质量监督部门以及卫生监督部门的标准。	1,478,000.00	2.00	年	2,956,000.00

陕西炬荣招标代理有限公司

2025年12月08日