

陕西省田径运动管理中心2025年运动队 训练比赛器材购置项目

采 购 合 同

(项目编号: SNCG-FM-2025151)

甲方(采购方): 陕西省田径运动管理中心

乙方(供货方): 陕西博越志诚医疗设备有限公司

2025 年 11 月 19 日

陕西省田径运动管理中心 项目名称：陕西省田径运动管理中心2025年运动队训练比赛器材购置项目、项目编号：SNCG-FM-2025151 采购项目，确定 陕西博越志诚医疗设备有限公司 公司（以下简称乙方）为该项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

- 1. 乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行供货；同时乙方做好售后服务。
- 2. 供货清单：

序号	产品名称	单价（元）	数量	单位	金额（元）	制造商	品牌/型号	安全标准及主要技术参数
1	团队心率测量仪（心率测量仪）	180000	1	套	180000	北京博浩通科技发展有限公司	博能/Team Pro	详见技术规格及标准
2	磁振热治疗仪	31000	2	台	62000	普康慧健医疗设备（重庆）有限公司	慧健/RH-HMV-2000B	详见技术规格及标准
3	微波治疗仪	40000	1	台	40000	江苏诺万医疗设备有限公司	诺万/N-6200B	详见技术规格及标准
4	筋膜声波修复仪	9000	3	台	27000	四川莱扶科技有限公司	莱扶/LF-M400A	详见技术规格及标准
5	乳酸分析仪（乳酸检测仪）	7000	1	台	7000	北京内卡医疗技术有限公司	EKF/Lactate-Scout	详见技术规格及标准
合计（大写）：叁拾壹万陆仟元整（¥316000元）								

二、合同价格

合同总价：大写叁拾壹万陆仟元整人民币（¥316000元）。
说明：

- 1. 合同总价包含货物价（含税）+运输费+产品辅材费+售后服务费+培训费+保险费+相关伴随费用以及履行本合同项下产生的全部费用等。
- 2. 合同总价为一次性包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

- 1. 结算方式：由甲方负责结算。
- 2. 支付条件：合同生效后，乙方按合同履约完成，经甲方验收合格，乙方需提供等额、合

法有效的增值税【普通】发票（税率为【1】%），以及验收入库资料。

3. 合同款的支付：经甲方验收合格，乙方提供发票及验收入库资料后10个工作日内支付合同总价的100%。乙方未提供发票及验收入库资料，或者提供的发票或资料不符合甲方要求的，甲方有权不予付款且不承担任何违约责任。

四、交货条件

1. 交货地点：采购方指定交付地点。
2. 交货期限：自本合同签订之日起15个日历日

五、包装运输

1. 运杂费：一次性包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。
2. 运输方式：公路运输。货物在运输途中的一切风险由乙方承担，货物经甲方验收后风险转移。

六、质量保证

1. 乙方提供的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，使用优质材料制造的、原厂生产的未曾使用过的全新的合格产品。
2. 设计技术专利、外形专利等均应符合中华人民共和国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。
3. 货物参数指标必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。
4. 质保期：自验收合格之日起叁年。

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1. 甲方有权随时了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。
2. 甲方有权对项目资金 Usage 情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。
3. 甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府采购管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。
4. 甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。
5. 甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。
6. 甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府采购管理规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

（二）甲方的义务

1. 甲方负责项目的采购/招标组织，并对采购结果承担责任。
2. 甲方负责办理项目相关的政府采购手续，提供与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调的协助，负责政府采购相关的法律法规解释。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1. 乙方有权自甲方处获得与提供本合同的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1. 乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。
2. 乙方不得以任何理由将本合同项下的项目转包给第三方承担。
3. 乙方应负责本项目实施过程中的安全管理职责与之相应的应急预案，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。
4. 乙方承诺根据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。
5. 乙方应接受并配合甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。
6. 乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。
7. 乙方应建立健全财务管理与报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查。
8. 乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本合同相关的审计。乙方应保存与本合同相关的记录和账目，保存期限为本合同履行完毕或终止后15年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所所有权检查并复制上述记录和账目。
9. 项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保存。

九、技术规格及标准。（详见附件）

十、技术服务

1. 技术资料：随货说明书等。
2. 服务承诺：

（1）自产品供货之日起7日内，如发现质量问题，乙方应免费更换设备。质保期内免费上门维修，零配件免费调配。质保期后设备终身维修，仅收取配件及维修成本价。

（2）7*24小时远程响应，乙方应当于接到甲方维修要求后，2小时响应，8小时到达现场，7天内解决问题。

(3) 提供的所有产品都是制造商原厂生产的全新、未经使用，且符合甲方要求的设备。

十一、违约责任

1. 按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

2. 乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的【1】%的违约金，但不超过合同总金额的【10】%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

3. 乙方未按合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付采购合同总金额【20】%的违约金。因此给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

4. 乙方所交付货物或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

5. 乙方未按照本合同要求提供售后服务的，甲方有权另行委托第三方维修处理，由此产生的费用由乙方承担。

6. 乙方存在上述违约行为的，除需向甲方支付违约金、赔偿损失外，还需承担甲方为实现债权的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、差旅费、保全费、保险费、公告费、公证费、鉴定费等一切合理费用）。

十二、验收及资产入帐

1. 到货验收由甲方组织实施。

2. 甲方根据合同要求对货物进行验收，确认货物的产地、规格、型号和数量。如果有必要可邀请有关专家验收。

3. 甲方终验合格后以合同、货物验收单、发票复印件作为资产入账依据，及时登记入册。

十三、其他事项

1. 合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

2. 凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，双方同意向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

3. 本合同一式 六 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，均具有同等法律效力。本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

4. 本合同未尽事项，补充合同内容。

附件：技术规格及标准 以下无正文。

甲方（采购方）	乙方（供货方）
陕西省田径运动管理中心（盖章）	陕西博越志诚医疗设备有限公司（盖章）
地址：陕西省西安市丈八东路303号	地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路立丰国际广场16幢2单元15层21509号
邮编：710065	邮编：710065
法定代表人：6101130276189	法定代表人：樊明彤
被授权代表（签字） 	被授权代表（签字） 
电话：029-88587016	电话：13992057576
社会统一代码：126100007353566736	传真：/
开户银行：中国银行西安唐延中路支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司西安锦都花园支行
账号：102410169082	账号：61050192370000000144
日期：2025年11月19日	日期：2025年11月19日

附件：技术规格及标准

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述
1	内置GPS 微电子机械系统运动传感器（内置：心率监测仪、加速器、陀螺仪、数字式罗盘）；	全新蓝牙内置GPS微电子机械系统运动传感器（内置：心率监测仪、加速器、陀螺仪、数字式罗盘）。	0	/
2	设备全中文操作界面；	设备全中文操作界面，支持16种语言。	0	/
3	▲设备可实时监测 ≥ 10 人训练数据，遥测距离半径 ≥ 200 米；	设备可实时监测10人训练数据，根据订购型号最多可监测60名队员数据，遥测传送距离高达200米。	0	/
4	数据通过蓝牙实时由心率传感器向平板传输，设备无需任何主机站（转接器）；	数据通过蓝牙实时由心率传感器向平板电脑传输，设备无需任何主机站或转接器，可输出训练数据（Excel表格）：心率、速度、距离、加速度、步频、恢复时间等。	+	并可输出训练数据（Excel表格）：心率、速度、距离、加速度、步频、恢复时间等
5	云端账户可以建立10个以上队伍，不同队伍可以在不同场地同时训练监测，最后数据汇总到同一账户上；	云端账户可以建立10个以上队伍，共200名队伍。不同队伍可以在不同场地同时训练监测，最后数据汇总到同一账户上分析和查看。	0	/
6	▲实时监测：心率、心率区、距离、速度、速度区、心率百分比，训练负荷，冲刺次数等；	实时监测：心率、心率区、距离、速度、速度区、心率百分比，训练负荷，冲刺次数、卡路里（能量消耗）、心率变异性数据采集、跑步步频、训练后GPS热点图位置查看、可分阶段建立训练报告。	+	实时监测参数丰富，另可检测卡路里（能量消耗）心率变异性数据、训练后GPS热点图位置查看、可分阶段建立训练报告
7	▲离线监测：数据可以储存 ≥ 65 小时；	离线数据监测和存储：内存记忆可储存高达65小时的训练数据。	0	/
8	设备可以选配心率表，数据双向传输，在平板和腕表上同时监测显示训练数据；可以监测睡眠数据、详细能量来源、腕式跑步功率、呼吸训练指导、游泳心率数据、坡道分析、智能补给提醒和天气预报；	设备可以选配心率表，数据双向传输，在平板和腕表上同时监测显示训练数据；可以监测睡眠数据、详细能量来源、腕式跑步功率、呼吸训练指导、游泳心率数据、坡道分析、智能补给提醒和天气预报。	0	/

9	组成部分：单肩背包一个、团队系统总台一个，充电器一个，4 根不同的电源线、心率发射器≥10 个，配收纳包1个、心率弹性带≥10 条，配收纳网兜1个、操作使用指南1本、工具1套、平板电脑1台、软件1套；	配置清单：单肩背包1个、团队系统总台1个，充电器1个，4根不同的电源线、心率发射器10个，配收纳包1个、心率弹性带10条，配收纳网兜1个、操作使用指南1本、工具1套、平板电脑1台、软件1套	0	/
10	▲治疗强度高、中、低3 档可调；	治疗强度：高、中、低3种可选	0	/
11	≥10 英寸触摸屏；	10.1英寸触摸屏触摸屏输入，操作简单，触控精准	0	/
12	▲具有双重过温保护、过压保护、过流保护；	安全性：双重过温保护，过压保护，过流保护	0	/
13	具有不同形状的治疗导子适用不同部位；	具有不同形状的治疗导子适用不同部位，导子有：标准型、颈肩型、关节型	0	/
14	▲微波频率：2450±30MHZ；	微波频率：2450±30MHZ；	0	/
15	电源电压：220V±22V；	电源电压：220V，50HZ	0	/
16	▲输出功率：（治疗）0-100W 连续可调、（理疗）0-40W连续可调；	输出功率：热凝治疗0-100W可调；理疗0-40W可调	0	/
17	设备外壳微波泄露<1mW/cm ³ ；	设备外壳微波泄露<1mW/cm ³ ；	0	/
18	▲定时：0-30 分钟（理疗）、0-99秒（治疗）；	定时：理疗0-30分钟，热凝治疗0-99S	0	/
19	工作方式：脉冲波、三角波、正弦波、连续波；	理疗有四种输出方式：连续波、正弦波、脉冲波、三角波，模拟人工热敷、按摩、针灸、推拿效果。	0	/
20	显示方式：液晶屏显示；	微电脑只能输出控制，液晶显示器动态显示。	0	/
21	理疗结束时蜂鸣报警；	理疗结束时蜂鸣报警。	0	/
22	理疗探头：≥5 支；	配置包含5个不同规格治疗辐射器。	0	/
23	治疗探头：≥9 支；	配置9个不同规格治疗探头。	0	/
24	▲超声治疗头主机集成一体机；	产品由一体式主机、探头、内置电池组成。	0	/
25	LCD 显示屏，可显示人机交互界面及设备运行参数；	LCD 显示屏，显示屏幕示档位、剩余时间、电池信息等	0	/
26	▲声工作频率：0.8MHz±15%；	声工作频率：0.8MHz，偏差不超过±15%。	0	/
27	▲额定输出声功率：7.0W±5%，功率分档调节，输出功率可精确标定，偏差不超过±20%；	额定输出声功率：7.0W±5%，输出功率5档分档调节，偏差不超过±20%；	0	/
28	焦平面距离：5-50mm；	焦平面距离：5-50mm；	0	/

29	▲治疗时间：0-300 秒步进可调；	定时时间0-300秒步进可调	0	/
30	调制波形：方波；	调制波形：方波；	0	/
31	▲治疗头超温：治疗头表面的温度 ≤41℃；	治疗头超温：治疗头表面的温度 ≤41℃；	0	/
32	▲电池容量≥3200mAh；	电池容量3200mAh；	0	/
33	▲测量范围：0.5-25mmol/L；	测量范围：0.5 mmol/L - 25.0 mmol/L	0	/
34	可存储≥500 个结果；	最大存储：500个测试结果	0	/
35	工作范围：10-45° C；	使用温度：10° C - 45° C，最 高85%湿度	0	/
36	显示屏上可显示乳酸测量值、日期、 时间、测量模式、温度、心率和内 存；	乳酸测量值、日期、时间、检测 模式、温度和存储ID可在同一显 示屏上显示	0	/
37	▲10 秒内出结果。	10秒钟内即可出现结果	0	/