

SBHT-2026-4-0004

合同编号：

## 医疗机构能力提升床旁超声购销合同

甲方：西安医学院附属宝鸡医院

乙方：陕西鸿瑞天泽电子科技有限公司

签约地点：陕西省宝鸡市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 一、设备名称、规格型号、制造厂商、数量、价款

产品名称	型号规格	品牌	单位	数量(套)	单价(万元)	使用科室	备注
床旁超声	M8	深圳迈瑞	台	1	388000.00	超声科	-
合计人民币金额(大写)：叁拾捌万捌仟元整      ¥： 388000.00 元							

备注：

1、本合同总价是货物(产品)设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修、服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

2、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

3、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 二、交货期、交货地点及安装

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

(一) 交货期：自合同签订之日起 30 个日历日内。

(二) 交货及安装地点：西安医学院附属宝鸡医院指定地点。

(三) 送货及安装：所有产品均由乙方免费送货上门。

### 三、验收标准和方法

#### (一) 验收标准

1、包装：符合出厂规范，包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。

2、安装：符合国家有关安全技术标准。

3、产品：（1）必须为原装、全新、合格产品，渠道合法。（2）符合甲方与乙方签订的经济合同。（3）符合产品原样本技术数据（4）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准（5）产品单证齐全（装箱清单、中文操作手册等，纸质材料必须完整、清晰，有编号或序号等，必须与实际产品相符合）。（6）产品须为交货期前6个月内制造出厂设备。

4、提出异议的期限：甲方在收到乙方所交货物，如发现数量或者质量不符合双方约定，应在十个工作日内以书面形式通知乙方。

## （二）验收方法

甲乙双方共同进行验收。根据有关法规、文件规定，必须由国家质量技术监督部门出据检验合格报告的，此检验报告作为验收的必要依据。所有安装、验收的手续由乙方办理并承担费用，甲方提供相关辅助。

1、验收：货物到达交货地点后，由甲方根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量等进行检查核对。

2、验收不合格的，乙方必须在接到通知后5个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后5个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其供货合同。

## 四、售后服务及保修

（一）质保：自终验合格交付使用之日起整机免费保修3年。质保期满终身免费维护。因质量原因，三个月内出现故障或质保期内出现两次故障，无条件更换新机或退货。

（二）维修服务：24小时免费服务热线，接到用户故障通知后2小时内响应，8小时内到达现场2个工作日内完成维修，维修期间提供备用产品。

## 五、人员培训

装机后乙方对甲方相关医护、技术及维修人员进行培训。对维修人员的培训，涉及到常见故障的维修、以及常规的维护保养方法，直至双方认证合格，培训约定如下：

（一）培训对象及人数：超声科全体人员。

（二）培训方式及地点：按超声科要求。

（三）培训时间：货物送到15个工作日内。

## 六、付款方式和条件

（一）付款方式

签订合同且安装调试验收合格并出具全额税务发票，运行期间无质量问题，三个月内一次性支付合同总价款。

（二）支付方式：通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。

(三) 结算要求：必须在验收合格后，一次性开具合同全款发票。

## 七、违约责任

(一) 甲方在验收中，如果发现乙方所交付的产品型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方应向乙方提出书面异议，并有权拒收。乙方在接到甲方书面异议后，应在三个工作日内负责处理，如未处理即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(二) 乙方不能按期交货，每延迟壹天，扣罚合同总价的 1% 的滞纳金（交货超过 10 天，甲方有权终止合同）。

(三) 乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可另行安排由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，并追究乙方的违约责任。

## 八、不可抗力

任何一方由于不可抗力事件使合同执行受阻，则合同执行由双方协商后相应延长。受阻方应随时采取所有合理步骤以减少因不可抗力事件所导致合同执行的任何延迟。

## 九、争议解决方式

因本合同而发生的争议或纠纷，甲乙双方应先协商解决，协商不成时可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## 十、合同生效

本合同自甲乙双方代表签字并盖章后生效。本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，并作出补充规定（协议），补充规定作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(以下无正文，仅为供需双方签章及合同附件)

甲方(公章): 西安医学院附属宝鸡医院

乙方(公章): 陕西鸿瑞天泽电子科技有限公司

法定代表人:



法定代表人

李楠  
或委托代理人: 张延顶



日期: 2026年1月28日

日期: 年 月 日

## 配置清单

### M8 便携式彩色多普勒超声诊断系统配置单

M8 主机系统, 包括:	
15.6 寸高清晰、医用专业彩色液晶 IPS 显示屏	
人机工程学的操作界面	
镁合金外壳笔记本电脑外观	
防泼洒 IML 永不磨损键盘	
B/M/Color/PW/Power & DirPower-Mode 标配成像组件	
高分辨率血流成像技术	
发射信号的精确控制技术(TSF)	
特异性组织组织成像技术(TSI)	
自适应帧相关技术	
PSHI 宽带频移谐波成像	
自然组织谐波成像	
频率复合成像 (FCI)	
多级信号处理系统	
自适应彩色伪差去除技术	
高倍波束并行处理系统	
iBeam® 智能空间复合成像技术	
HDR-Flow 心脏高级动态血流技术	
iClear® 智能斑点噪声抑制技术	
线阵探头梯形成像	
ExFOV 凸阵探头扩展成像	
Steer 二维/彩色取样框角度独立偏转技术	
Du-image 双副对比实时显示技术	
B/Color/PW 三同步技术	
高保真前后端放大技术	
iZoom 一键无失真全屏扩展成像	
Smart Doppler	
iTouch® 智能一键图像优化	
多种伪彩成像模式	
Raw Data 原始数据处理	



	Auto Trace 频谱自动描记测量
	回波增强 Echoboost
	Auto LV 自动左室收缩功能测量软件 (用于 Simpson 法自动描记心内膜分析左心功能)
	TEI 全心功能 TEI 指数测量软件(用于全心功能心肌指数测量分析)
	中英文双语注释语库
	中文操作导航系统
	电影回放单元
	基本测量及应用软件包
	中文病人报告系统
	iStation® 智能内置工作站系统(支持中/英文切换)
	ECG 模块 (硬件标配)
	内置 240G 固态硬盘
	双 USB3.0 接口
	HDMI 高清音视频接口
	嵌入式无线 Wifi 发射接收
	1 探头接口
应用模块	
	腹部应用软件包
	产科应用软件包
	妇科应用软件包
	心脏应用软件包
	小器官应用软件包
	泌尿应用软件包
	血管应用软件包
	儿科应用软件包
	神经应用软件包
	急重症应用软件包
	IMT 血管内中膜自动测量
	Free Xros M 自由解剖 M 型
	弹性成像
	CW
	iScape® 智能实时宽景成像



	iNeedle 穿刺增强
	iWorks 自动 workflow 协议
	超声教学软件 (麻醉科)
	DICOM 基本通讯单元
探头	
	凸阵探头
	线阵探头
	相控阵探头
附件	
	耦合剂(1 瓶)
	使用说明书 (基础分册)
	使用说明书 (应用分册)
	使用说明书 (声输出数据和探头表面温度分册)
	可拆卸锂电池 (对)
	220V 电源适配器及电源线
	UMT-500 可升降台车套件
	PEM-51 三探头扩展器
	iDock 数据扩展接口 (IOM-51) 音频扩展模
	高品质、硬质包装拉箱
	凸阵探头穿刺架一套

