

合同编号: AKJ02025-016

陕西省安康监狱罪犯生活设施
采购项目供货合同

项目编号: SNCG-FM-2025031

甲方: 陕西省安康监狱

乙方: 河南赛福德医疗科技有限公司

日期: 2025年6月20日



陕西省安康监狱罪犯生活设施

采购项目供货合同

甲方：陕西省安康监狱

乙方：河南赛福德医疗科技有限公司

一、交货条件

- (一) 交货地点：陕西省安康监狱
- (二) 交货期：2025 年 7 月 15 日之前
- (三) 质保期：自验收合格之日起 1 年

二、合同价款

(一) 合同金额为人民币小写：¥425800 元，人民币大写：肆拾贰万伍仟捌佰圆整。

(二) 合同总价包括：供应费、安装调试费、运杂费和其他费用。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响，采购内容、规格型号、数量、单位及金额等见附表。

三、款项结算

- (一) 支付方式：银行转账
- (二) 货币单位：人民币
- (三) 结算方式：

合同签订后 10 个工作日内，支付合同总价的 40%作为预付款；货物验收合格出具项目验收单（一式五份），在 10 个工作日内，支付合同总价的剩余部分。按照相关规定，货物类采购项目不预留质保金，但乙方需出具质保承诺函。乙方在申请付款时，需向甲方提供合法有效的发票。甲方通过银行转

账的方式，将款项支付至乙方指定的银行账户，因乙方未能提供合法合规发票导致迟延付款的，甲方不承担迟延付款的违约责任。

四、在签订合同前，乙方应按照谈判文件第三章《采购内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时限内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃成交资格。

五、质量保证

（一）所选原材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，并满足竞争性谈判文件要求。

（二）所供成品保证质量合格，符合国家有关技术规范，确保无水货、假货、翻新货及残次品，并能按期交货。

（三）所供货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、腐烂、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

（四）乙方所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权力。

（五）货物具有良好的外观，需按照甲方的场地要求设计订做，适合安装场所的使用，尺寸依现场实际为准，其风险由乙方承担，但总价不能变动。

（六）甲方提出的其他要求。

六、运输及包装

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括运输费、装卸费、搬运费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，保证甲方收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。同时，乙方必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

(三) 成交供应商提供的产品及相关快递服务的包装要求, 按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》执行。

七、验收

(一) 产品要经甲方根据谈判文件技术参数要求, 进行验收, 确认规格、质量和数量。必要时委托具有相关资质的第三方检测机构或邀请行业内专家对货物外观、规格、质量等技术参数进行抽样检验, 检验费由乙方承担。当满足以下条件时, 甲方向乙方出具货物验收报告作为对项目的最终认可:

- 1、满足谈判文件、响应文件、数量、技术参数、性能等要求;
- 2、货物符合国家相应的标准、规范;
- 3、货物具备产品合格证。

(二) 双层架子床、碗柜、储物柜等设备的尖锐部分需要做钝化处理, 符合监狱监管安全的要求。

(三) 乙方应当严格管理进监安装调试的乙方员工, 相关人员应当严格遵守监狱外协人员管理规定, 禁止携带任何违禁、违规物品进监, 如出现违反监狱管理规定的, 每次甲方扣除乙方货款 5000 元, 在支付下期货款时一并扣除。

(四) 乙方应切实加强安装调试安全管理, 如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故, 乙方负全责并承担所有费用。

八、产品保修

质量保证期自甲方验收合格之日起一年内, 在质保期内甲方提出维修请求后, 乙方需在 1 天内给出解决方案, 如需现场维修, 乙方必须及时安排维修人员进厂维修, 维修后仍无法正常使用必须进行更换, 更换产品应全新, 规格、性能与合同一致, 更换产品产生的费用由乙方承担。如产品出现严重

质量问题，与合同描述不符，甲方有权提出退货更换的要求，乙方必须无条件更换，产生费用由乙方承担。质保期满后，乙方应保证以成本价格提供维修和保养服务。如乙方未能在规定时间内解决问题，甲方有权自行解决，相关费用由乙方承担。

九、技术与服务

（一）技术资料：1. 质量合格证；2. 原材料成份及检测报告；3. 使用及保养说明；4. 其他资料。

（二）服务承诺：以投标文件、合同和货物的相关文件为准。

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。

（三）乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的 0.1% 的违约金。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

（四）如乙方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额 10% 的违约金。

（五）乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方有权解除政府采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

十一、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、合同一式五份，甲乙双方各执2份，采购监管机构备案1份。
- 3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

附件：陕西省安康监狱采购项目清单及金额

甲方名称（盖章）：陕西省安康监狱
地 址：
代 表 人（签字）：
联 系 方 式：
开 户 银 行：
账 号：

乙方名称（盖章）：河南赛福德医疗科技有限公司
地 址：河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米
代 表 人（签字）：张维贤
联 系 方 式：13991862155
开 户 银 行：河南偃师农村商业银行股份有限公司庞村支行
账 号：66711011900000113

附件

陕西省安康监狱采购项目清单及金额

货物名称	技术参数	数量	单价 (元)	金额 (元)
双层 架子 床	★1.整体规格: 2000mm*900mm*1800mm, 钢木结构, 分体组装、灰白色; 2. 床头规格: 900mm*1800mm, 床头立柱Ø40mm 优质圆管, 壁厚不低于 1.5mm, 横撑四根Ø25mm 优质圆管, 壁厚不低于1.2mm, 竖撑六根应采用 Ø25mm 优质圆管, 壁厚不低于1.2mm, 结构采用气体保护焊接工艺, 不得采用分体制作; 3. 床框规格: 1920mm*900mm, 床框边框 40mm*80mm 优质方钢管, 壁厚不低于1.5mm, 床框横撑 35mm*35mm、优质方钢管, 壁 厚不低于1.2mm, 五根横撑, 上下床框距为 980mm 结构采用整体气体保 护焊接工艺, 不得采用分体制作; 4. 床梯分为两种, 一种是直梯共计 159 个, 规格为 950mm*250mm, 床梯立撑Ø30mm 优质圆管, 壁厚不低于 1.2mm, 踏板壁厚不低于1.5mm 厚优质钢板一次冲压成型, 上带菱形防 滑块, 数量不少于三块, 床梯与床框利用螺丝连接; 另一种是斜步梯共 计 72 个, 规格为 1000mm*500mm, 床梯斜撑Ø30mm 优质圆管, 壁厚不低 于1.2mm, 踏板宽度为 200mm 壁厚不低于1.5mm 厚优质钢板一次冲压成 型, 上带菱形防滑块, 步数不少于 4 步, 斜步梯与床框利用螺丝连接; 5. 护栏为 1300mm*200mm、Ø20mm 优质圆管, 壁厚不低于1.2mm, (应靠 近无床梯一侧的床头, 于床头间距不得大于 50mm); 6. 结构采用整体气 体保护焊全焊接工艺, 不得采用分体制作; 7. 外观: 钢制表层处理采用经 喷砂、磷化整体除锈, 表面采用喷塑工艺, 涂层均匀牢固, 无流挂, 气 泡等缺陷; 8. 脚垫采用 PP 工程塑料注塑成型。床体连接均需采用电 镀螺栓, 止退螺母; 9. 床板规格: 多层高压板。坚固耐压不变形、不开 裂、不开层; 10. 以上所有材料采用 Q235 优质钢材, 材料、工艺、金属 表面处理、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关 国家标准。	231 个	590	136290
内 务 柜	1. 规格 350mm*700mm*350mm, 折叠移动式床下柜柜体采用 0.8mm 厚 优质冷轧钢板。2. 学习桌面立撑与斜撑部分采用 1.5mm 厚优质冷轧 钢板, 即保证它的硬度与强度, 更保证它的稳定性。折叠回收部分, 柜体正上方有两道回收孔, 回收孔内用 1.5mm 厚冷轧钢板加固, 立 撑下面挂钩处用 1.5mm 厚冷轧钢板加片进行加固, 使整个产品没有半 点辟漏。折叠斜撑部分, 斜撑板为分开两节式, 均采用 1.5mm 厚优 质冷轧钢板, 两斜撑结合部分采用高强度弹簧, 即耐用又稳定, 再 次为本产品增加稳定性与安全性。3. 柜体正下方固定与安装消音 轮的底座, 均采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板, 经久耐用。	462 个	220	101640
内 务 架	1. 现代可调式储物架, 均采用 Q235 优质冷轧钢板, 经剪板、冲 压、折弯、焊接、喷塑多道工序制作而成, 层板可任意调节高度, 每层承重可达 300kg 左右。2. 规格: 2000 mm *700 mm *2000 mm 共 4 层; 3. 型材立柱: 宽 55 mm *高 47 mm *厚 1.5 mm; 4. P 型梁: 宽 40 mm *高 60 mm *厚 1.2 mm; 5. 柱爪: 厚 2.0 mm。	62 个	1410	87420
304 不锈	1. 不锈钢碗柜采用 304 优质不锈钢板, 板材厚度 0.8mm, 规格 为 1190*450*900mm (7 个)、1000*450*900mm (1 个); 2. 总体 设计 3 层,	8 个	1630	13040

钢碗柜	上2层为放碗区域，最下一层有格挡，放打饭盆、洗洁精等生活物品；3.采用直流交接焊机，焊接无毛刺无焊渣，所有单边工艺采用不锈钢封边，保障安全，外观抛光，打蜡，整洁，干净，焊口清理；等离子切割表面采用不锈钢丝刷或砂轮清理，焊前，零件坡口内及附近20mm范围内须用酒精擦去油污。			
304 不锈钢储物柜	1. 不锈钢储物柜采用304优质不锈钢板，板材厚度0.8mm，规格为1200*300*750mm；2. 总体设计共5层：上3层为单开门共计12个带锁柜子；下2层为双开门4个带锁柜子，同时内置2个7插位充电插板；3.采用直流交接焊机，焊接无毛刺无焊渣，所有单边工艺采用不锈钢封边，保障安全，外观抛光，打蜡，整洁，干净，焊口清理；等离子切割表面采用不锈钢丝刷或砂轮清理，焊前，零件坡口内及附近20mm范围内须用酒精擦去油污。	9 个	1820	16380
手动病床（双摇）	1. 病床尺寸：2080*900*500mm（±50mm），病床具有起背和抬腿功能，背板折起角度（0°~75°）±2°，腿板折起角度（0°~45°）±2°；2. 床框焊接处无显焊点；3. 床面板采用冷轧板材一次性冲压拉伸成型，板面厚度≥1.25mm，表面光滑无毛刺。床面在静止状态下，承载150kg；4. 床框横梁采用40*60mm矩管制作，四角各带一个输液架插孔，床框上带有隐藏式餐桌架；5. 床脚立柱采用50*50mm方管，厚度≥1.2mm，脚轮采用直径≥100mm静音脚轮，内外防锈带刹车功能，应转动灵活着地平稳，四只脚轮应能可靠锁定；6. 背部床板采用双支撑卸力结构，无缝钢管厚度≥2.5mm，双支撑材料厚度≥2.0mm；7. 护栏采用碳钢S型立柱护栏，总高度≥425mm，铝型材料厚度1.5mm；护栏上锁机构隐藏式压铸枪把，六支铝合金护栏支柱，可收缩平放；单触点式手柄操作，配以冷轧钢板护栏下座，厚度≥3.5mm；下座横管厚度为≥1.0mm的方管，防夹手设计。承受水平横向1000N推力不得产生影响使用的变形；8. ABS床头板采用工程塑料一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用对扣式防脱落结构原理，贴板色彩为蓝色采用热转印工艺成色，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求。	26 个	1660	43160
ABS 床头柜	1. 规格尺寸：450*420*750mm（±10mm）；2. 床头柜为全ABS工程塑料制作，颜色有蓝、灰、绿、木纹色供采购人选择；3. 面板厚度≥4.0mm，侧板和背板厚度≥2.8mm，其余厚度≥2.0mm；4. 上面采用抽屉结构，可以方便存放物品，抽屉采用ABS硬滑结构，推拉顺畅，安静无噪音；5. 下面配有一个单门柜子，柜内有活动隔板，方便存放各类物品；6. 床头柜两侧各带毛巾架、手提带挂钩，可收折，使用方便。	26 个	266	6916
多功能抢救床	1. 平车面尺寸：≥1900*620mm；2. 平车升降高度：500-900mm；3. 床体净重：≤80kg，最大承重≥200kg；4. 车面材料：优质碳钢板厚度≥1.0mm，整体成型，多气孔设计，便于透气；5. 护栏材料：侧面护栏为优质ABS树脂材料。可收缩平放，背部倾斜度≥75°、腿部倾斜度≥35°，整体升降范围40-60mm；6. 头部带有氧气瓶托架，可放置≥2L氧气瓶，以便急救使用。车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液；7. 整体升降采用摇杆式设计，升降行程400-600mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能；8. 脚轮：φ≥125mm医用静音轮，移动灵活方便；9. 床垫：防水防滑透气抗菌材料，床垫厚度为≥8cm（其中≥4cm高密度海绵，≥4cm压缩棕片），长度与床匹配，床垫侧面有透气孔。10. 配随车AED1台，具体参数为：除颤输出波形为双相截指数波形，能量序列为150J、200J；充电时间在电池使用少于15次的状态下，达到最大充电能量小于8秒；声音提示为十九条提示音，可视性提示LED提	1 个	3070	3070

	示；除颤方式可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示，最终实施除颤电击由操作者操作，开机后具备现场录音功能，可保存 30 分钟抢救现场录音；开机后具备使用信息、心电图 (ECG) 波形记录存储功能，并可导出至电脑端，可保存 420 分钟心电图 (ECG) 记录；放电次数为 200J 可放电≥100 次，150J 可放电≥120 次。			
ABS 急救车	规格：750*480*940mm 1. 适用于医护人员对病人急救；2. 主体：主要由铝钢 ABS 工程塑料结构组成；四柱承重；3. ABS 双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配不锈钢护栏，透明软玻璃、除颤平台，隐形形式副工作台，侧边资料盒，方便存放资料，左右两侧各配一个花篮，两只 2L 圆锐气桶；两只 ABS 污物桶方便存放垃圾；4. 升降输液架外杆，内杆Φ16mm，4 个Φ6mm 的回旋；背面：除颤板上下托挂钩、5 孔的电源插板、氧气瓶基座；5. 中控锁，配置有五层抽屉（二小抽，二中抽，一大抽），内置 3*3 分隔片，可自由分隔；6. 静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；7. 尺寸：小抽外深≥470*390*72mm，内深≥425*375*72mm，中抽外深≥470*390*112mm，内深≥425*375*112mm，大抽外深≥470*375*230mm，内深≥425*375*230mm 小抽面板≥495*80mm，中抽面板≥495*120mm 大抽面板≥495*235mm，台面使用面积≥520*435mm 高度：轮子到台面：940mm，轮子到护栏：1020mm 轮子到除颤平台：1185mm，配件尺寸：除颤平台：350*300mm 副工作台≥340*295mm，小花篮≥130*330*120mm 大花篮≥336*180*150mm，垃圾桶≥170*170*226mm 带盖高度≥295mm，资料盒≥410*110*320mm 断针筒≥130*130*115mm，心肺复苏板≥530*410*20mm 输液杆≥865mm。	1 个	2884	2884
安全扶手	1. 蓝色 PVC 耐磨面板，防火易清洗。ABS 抗菌弯头，优质铝合金内芯，厚度为 2mm；2. 安装位置、高度、长度需根据现场情况确定。	150 米	100	15000
合计金额（元）				
小 写：425800 元				
大 写：肆拾贰万伍仟捌佰元整				