

西北妇女儿童医院
一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用
外科擦手纸等耗材项目合同

甲 方：西北妇女儿童医院

乙 方：国药器械西安有限公司



一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用外科擦手纸等耗材

项目合同

西北妇女儿童医院（以下简称甲方）经政府采购，选定国药器械西安有限公司（以下简称乙方）为一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用外科擦手纸等耗材项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同和投标文件确定的耗材名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术等标准组织供货，并按要求做好售后服务工作。

序号	品目名称	生产厂家	品牌	产地	规格型号	单位	单价（元）
1	一次性使用医用橡胶检查手套	稳健医疗用品股份有限公司	稳健	国产	麻面无粉小号 S	双	0.82
2	一次性使用医用橡胶检查手套	稳健医疗用品股份有限公司	稳健	国产	麻面无粉中号 M	双	0.82
3	一次性使用医用橡胶检查手套	稳健医疗用品股份有限公司	稳健	国产	麻面无粉大号 L	双	0.82
4	一次性使用医用橡胶检查手套	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	漓江	国产	麻面无粉大号（L）	只	0.46
5	一次性使用医用橡胶检查手套	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	漓江	国产	麻面无粉中号（M）	只	0.46
6	一次性使用医用橡胶检查手套	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	漓江	国产	麻面无粉小号（S）	只	0.46
7	医用丁腈橡胶检查手套	稳健医疗（黄冈）有限公司	稳健	国产	B 型（丁腈橡胶）大号（230x110±10mm）	只	0.22
8	医用丁腈橡胶检查手套	稳健医疗（黄冈）有限公司	稳健	国产	B 型（丁腈橡胶）中号（230x95±10mm）	只	0.22

9	医用丁腈橡胶 检查手套	稳健医疗(黄 冈)有限公司	稳健	国产	B型(丁腈橡胶) 小号(220x80± 10mm)	只	0.22
10	一次性使用灭菌 橡胶外科手套	稳健(荆州) 乳胶用品有限 公司	漓江	国产	手指向手掌面弯 曲光面无粉 6.5	双	1.45
11	一次性使用灭菌 橡胶外科手套	稳健(荆州) 乳胶用品有限 公司	漓江	国产	手指向手掌面弯 曲光面无粉 7	双	1.45
12	一次性使用灭菌 橡胶外科手套	稳健(荆州) 乳胶用品有限 公司	漓江	国产	手指向手掌面弯 曲光面无粉 7.5	双	1.45
13	一次性使用灭菌 橡胶外科手套	稳健(荆州) 乳胶用品有限 公司	漓江	国产	手指向手掌面弯 曲光面无粉 8	双	1.45
14	一次性使用灭菌 橡胶外科手套	稳健(荆州) 乳胶用品有限 公司	漓江	国产	弯型 TPU 覆层无 粉麻面 6.5 号,	双	1.45
15	一次性使用灭菌 橡胶外科手套	稳健(荆州) 乳胶用品有限 公司	漓江	国产	弯型 TPU 覆层无 粉麻面 7.0 号	双	1.45
16	一次性使用灭菌 橡胶外科手套	稳健(荆州) 乳胶用品有限 公司	漓江	国产	弯型 TPU 覆层无 粉麻面 7.5 号,	双	1.45
17	一次性使用灭菌 橡胶外科手套	稳健(荆州) 乳胶用品有限 公司	漓江	国产	弯型 TPU 覆层无 粉麻面 8.0 号	双	1.45
18	一次性使用医用 外科擦手纸	上海峰康纸制 品有限公司	海峰康	国产	自动感应 (100m/卷)	m	0.86
19	标本袋	长垣县世达实 验器材厂	世达	国产	特大号	个	1.04
20	标本袋	长垣县世达实 验器材厂	世达	国产	大号	个	0.80
21	标本袋	长垣县世达实 验器材厂	世达	国产	中号	个	0.58
22	标本袋	长垣县世达实	世达	国产	小号	个	0.29

		验器材厂					
23	标本袋	长垣县世达实 验器材厂	世达	国产	特小号	个	0.17
24	管道标签	江苏高聚识别 技术有限公司	江苏高 聚	国产	81x20mm	片	0.09
单价合计金额：¥19.93（大写：人民币壹拾玖元九角叁分） 合同总金额：¥930000.00（大写：人民币玖拾叁万元整）							

二、商务约定

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）供货期：接甲方通知后 5 个工作日内供货。

（三）包装方式及运输标准：符合国家相关标准，运输，贮存，保险，安装等，由乙方负责。

（四）验收：甲方医疗设备科主持，与使用科室及乙方共同验收。

1、对耗材进行相关技术和质量验收。其内容包括确认购进产品的企业名称、产品名称、型号规格、产品数量、生产批号、灭菌批号（消毒或灭菌日期）、产品有效期、产地、合格证书、注册证号、产品编号等，并对其产品技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、所供耗材的指标、性能参数及临床效果（具体技术规格及标准详见附件）经验收达不到招标文件要求或在使用中发现甲方不能容忍的缺陷，乙方应免费更换或退货，情况不能有效控制的，甲方有权终止合同，取消乙方的供货资格，且可按本协议的违约责任条款对乙方行为进行追究。

（五）货款结算：以中标单价为依据，按实际配送量据实结算。每批货物验收合格办理入库后，乙方向甲方开具符合税法规定的等额增值税发票，回款周期 5 个月。合同总金额为结算上限金额。

三、售后承诺及服务

乙方具有可靠的售后服务机构，保障耗材的售后服务。

（一）乙方对耗材提供售后服务保障。除甲方在招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务方式和内容外，还包括乙方在招标现场澄清及承诺的服务。

（二）耗材质量保证。耗材进院后的有效期不小于产品有效期的1/2，近效期产品无条件更换。更换产生的物流费由乙方承担。乙方须对供应的货物质量全过程负责。若可能发生涉及耗材质量的医患纠纷，甲方有权冻结乙方的未付货款，乙方有责任和义务解决关于耗材质量方面的疑问；在纠纷未解决且不能排除耗材因素前，甲方有权直接从冻结货款中支出患者的医疗费用等。

（三）免费培训操作人员；

（四）技术支持响应时间 2 小时，必要时 24 小时到位。

四、违约责任

有下列情况之一的，甲方有权认定乙方违约并由乙方承担相应责任：

（一）乙方须按照甲方的需求按时供货，合同执行期间，未征得甲方同意，乙方不得无故延误供货时限和终止采供合同。否则甲方有权没收挂帐货款，作为对甲方损失的部分补偿。

（二）乙方未按合同、招标文件的要求或投标文件的承诺按时提供产品，或产品质量不能满足甲方技术要求或乙方的相关服务不到位，影响甲方正常的医疗工作，甲方有权终止合同，取消乙方的供货资格，

有权没收乙方的挂帐货款。

(三)乙方不得以任何形式违反国家关于医药购销领域不正当竞争的有关规定。对可能涉嫌不正当竞争的供应商,一经查证,坚决取消供应资格,三年内不许参加医院的耗材供销活动,并按上级的有关规定执行处罚。

五、其它约定

(一)在甲方重新组织招标前,乙方在未征得甲方同意前,不得终止耗材的供应。

(二)本合同若与甲方的上级管理机关的政策性行为或其他规定发生冲突,甲方有权与乙方协商调整合同内容或终止合同执行。

(三)因为不可抗拒的因素致使合同不能履行的,或有违约争议,双方协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。

(四)招标文件、投标文件也是合同的组成部分,具有同等法律效力,合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

(五)本合同(含附件)一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份。甲乙双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后生效。

(签署页，无正文)

甲方：西北妇女儿童医院

地址：西安市雁翔路 1616 号

法定代表人：

联系人：刘超

联系电话：029-89550579

开户行：中国银行北大街支行

账号：103208712015

纳税人识别号：126100000881820988

乙方：国药器械西安有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区大庆路汉城壹

号七号地五号楼商铺 7-B-1

法定代表人：

联系人：魏家顺

联系电话：19993129525

开户行：招商银行股份有限公司西安大寨路支行

账号：129912325110801

纳税人识别号：91610104MAB0PCEEXN

签订日期：2025 年 9 月 23 日

签订地点：西安市

附件:

序号	产品名称	规格型号	单位	制造商家	产品技术参数
1	一次性使用医用橡胶检查手套	麻面无粉 小号 S	双	稳健医疗用品股份有限公司	1-3. 一次性使用医用橡胶检查手套 (双) 1-3.1. 符合国家标准 GB 10213-2006 《一次性使用医用橡胶检查手套》。
2	一次性使用医用橡胶检查手套	麻面无粉 中号 M	双	稳健医疗用品股份有限公司	1-3.2. 用于戴在医生手上对患者病情进行检查和触检。 1-3.3. 由指部、掌部、腕部构成。穿戴时不分左右手。 1-3.4. 材质为天然橡胶胶乳, 麻面无粉。 1-3.5. 宽度规格: 大号 ≥ 100 mm; 中号 ≥ 90 mm; 小号 ≥ 80 mm。
3	一次性使用医用橡胶检查手套	麻面无粉 大号 L	双	稳健医疗用品股份有限公司	1-3.6. 手套最小厚度 (单层) 距中指顶端 13mm: 0.15mm~0.17mm。 1-3.7. 扯断力: 10.7N~14.6N, 伸长率: 664%~756%, 有检测报告。 1-3.8. 每包 2 只装。 1-3.9. 无菌。 1-3.10. 有效期 ≥ 36 个月。
4	一次性使用医用橡胶检查手套	麻面无粉 大号 (L)	只	稳健 (荆州) 乳胶用品有限公司	4-6. 一次性使用医用橡胶检查手套 (单) 4-6.1. 符合国家标准 GB 10213-2006 《一次性使用医用橡胶检查手套》。 4-6.2. 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检, 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 4-6.3. 由指部、掌部、腕部构成。穿戴时不分左右手。

5	一次性使用医用橡胶检查手套	麻面无粉 中号(M)	只	稳健(荆州)乳胶用品有限公司	-4-6.4. 材质为天然橡胶胶乳, 麻面无粉。 4-6.5. 宽度规格: 大号 ≥ 100 mm; 中号 ≥ 90 mm; 小号 ≥ 80 mm。 4-6.6. 手套最小厚度(单层): 0.11mm。 4-6.7. 扯断力 ≥ 7 N, 伸长率 $\geq 650\%$, 有检测报告。 4-6.8. 每包1只装, 以样品为准。 4-6.9. 无菌。 4-6.10. 有效期: 24个月。 以上投标参数符合招标要求。
6	一次性使用医用橡胶检查手套	麻面无粉 小号(S)	只	稳健(荆州)乳胶用品有限公司	4-6.8. 每包1只装, 以样品为准。 4-6.9. 无菌。 4-6.10. 有效期: 24个月。 以上投标参数符合招标要求。
7	医用丁腈橡胶检查手套	B型(丁腈橡胶) 大号 (230x110 ± 10 mm)	只	稳健医疗(黄冈)有限公司	7-9. 医用丁腈橡胶检查手套 7-9.1. 该产品为医疗检查过程中穿戴于检查者手部的用品, 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 7-9.2. 材料: 丁腈橡胶。 7-9.3. 宽度规格: 大号 ≥ 100 mm; 中号 ≥ 90 mm; 小号 ≥ 80 mm。 7-9.4. 手套最小厚度(单层) 0.11mm。 7-9.5. 麻面。 7-9.6. 扯断力 ≥ 7 N, 伸长率 $\geq 500\%$, 有检测报告。 7-9.7. 每盒 ≥ 100 只。 7-9.8. 微生物指标: 细菌菌落总数不大于 ≤ 200 cfu/g, 真菌菌落总数 ≤ 100 cfu/g, 不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。 以上投标参数符合招标要求。
8	医用丁腈橡胶检查手套	B型(丁腈橡胶) 中号 (230x95 ± 10 mm)	只	稳健医疗(黄冈)有限公司	7-9.4. 手套最小厚度(单层) 0.11mm。 7-9.5. 麻面。 7-9.6. 扯断力 ≥ 7 N, 伸长率 $\geq 500\%$, 有检测报告。 7-9.7. 每盒 ≥ 100 只。 7-9.8. 微生物指标: 细菌菌落总数不大于 ≤ 200 cfu/g, 真菌菌落总数 ≤ 100 cfu/g, 不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。 以上投标参数符合招标要求。
9	医用丁腈橡胶检查手套	B型(丁腈橡胶) 小号 (220x80 ± 10 mm)	只	稳健医疗(黄冈)有限公司	7-9.4. 手套最小厚度(单层) 0.11mm。 7-9.5. 麻面。 7-9.6. 扯断力 ≥ 7 N, 伸长率 $\geq 500\%$, 有检测报告。 7-9.7. 每盒 ≥ 100 只。 7-9.8. 微生物指标: 细菌菌落总数不大于 ≤ 200 cfu/g, 真菌菌落总数 ≤ 100 cfu/g, 不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。 以上投标参数符合招标要求。

10	一次性使用灭菌橡胶外科手套	手指向手掌面弯曲 光面无粉 6.5	双	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	10-13. 一次性使用灭菌橡胶外科手套（光面） 10-13.1. 符合国标 GB/T 7543-2020 《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准要求。 10-13.2. 用于戴在手术人员手上,以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面,并阻止手术病人的体液向医务人员传播,起到双向生物防护的作用。 10-13.3. 由指部、掌部、腕部构成。穿戴时分左右手。 10-13.4. 材质为天然橡胶胶乳。无粉,光面。 10-13.5. 宽度规格: 8#: 102mm; 7.5#: 95mm; 7#: 89mm; 6.5#: 83mm。 10-13.6. 手套最小厚度(单层)=0.1mm(光面)。 10-13.7. 扯断力 $\geq 12.5\text{N}$, 伸长率 $\geq 700\%$, 有检测报告。 10-13.8. 无菌, 2只/包。 10-13.9. 有效期: 36个月 以上投标参数符合招标要求。
11	一次性使用灭菌橡胶外科手套	手指向手掌面弯曲 光面无粉 7	双	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	
12	一次性使用灭菌橡胶外科手套	手指向手掌面弯曲 光面无粉 7.5	双	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	
13	一次性使用灭菌橡胶外科手套	手指向手掌面弯曲 光面无粉 8	双	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	
14	一次性使用灭菌橡胶外科手套	手指向手掌面弯曲 部分纹理 无粉 6.5,	双	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	14-17. 一次性使用灭菌橡胶外科手套（麻面） 14-17.1. 符合国标 GB/T 7543-2020 《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准要求。 14-17.2. 用于戴在手术人员手上,以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面,并阻止手术病人的体液向医务人员传播,起到双向生物防护的作用。 14-17.3. 由指部、掌部、腕部构成。穿戴时分
15	一次性使用灭菌橡胶外科手套	手指向手掌面弯曲 部分纹理 无粉 7.0	双	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	

16	一次性使用灭菌橡胶外科手套	手指向手掌面弯曲部分纹理无粉 7.5	双	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	左右手。 14-17.4. 材质为天然橡胶胶乳。无粉、麻面、弯形。 14-17.5. 宽度规格： 8： 102mm； 7.5： 95mm； 7： 89mm； 6.5： 83mm 。 14-17.6. 手套最小厚度（单层）$\geq 0.12\text{mm}$。 14-17.7. 扯断力$\geq 12.5\text{N}$，伸长率 $\geq 700\%$，有检测报告。 14-17.8. 无菌，2只/包。 14-17.9. 有效期：36个月。 以上投标参数符合招标要求。
17	一次性使用灭菌橡胶外科手套	手指向手掌面弯曲部分纹理无粉 8.0	双	稳健（荆州）乳胶用品有限公司	
18	一次性使用医用外科擦手纸。	自动感应（100m/卷）	m	上海峰康纸制品有限公司	18.1. 供临床使用，主要用于外科洗手后擦干双手及手臂上的水迹。适用场所：手术室，门诊手术室，产房，介入室（微创介入）。 18.2. 自动感应出纸器可以调节无菌巾的长度，满足临床不同用纸习惯 18.3. 材质是原生纸浆，无菌无屑，柔软舒适，吸水性强，耐摩擦，擦拭时不掉屑，不破裂，专注外科干手使用的纸巾。 18.4. 100米/卷，辐照灭菌（钴 60），无菌检测：需氧菌、厌氧菌、真菌未检出。 18.5. 规格：双层、21cm*100(+5%)米。 18.6. 塑料包装拆封后，在手术室空气环境中，可以使用30天。有效期：未开封3年。 5、一人一物，一擦一弃。符合手术感控要求。 8、自动分配，满足需求（可以根据临床需求调节无菌巾的长度） 9、杜绝污内，感控理念；体积纤细，外观简洁（方便临床放置）；性能可靠，模块设计（方

					便临床运用) 10、免费提供自动感应出纸器,并提供后期使用操作现场培训。
19	标本袋	特大号	个	长垣县世达实验器材厂	19-23.1. 适用存放各种病理标本,主要用于手术室、感染科、病理科取样、检验流程,同时适配各检验所开展标本检测工作,为病理标本的收集、转运及检验环节提供容器支持。 19-23.2 规格: 30cm*30cm; 31cm*27cm; 16cm*22cm; 11cm*14cm; 9cm*12cm,同时支持其他规格型号的订制服务,可依据实际使用场景、标本特点等定制专属尺寸。 19-23.3. 采用可多次开启的拉锁式封口,封闭状态紧密、立体结构设计,能够对袋内组织起到有效固定作用,减少标本在转运、存放过程中的位移、晃动,利于标本保持原有状态。 19-23.4. 标签黄色字体注明“当心感染”并标明“病理标本袋”。标签内容须包含:姓名,性别,年龄,床号,科室,病区,住院号,标本名称,数量,病理号,送检日期,组织离体时间,固定时间,医生,护士,送检医师等内容。 19-23.5. 有效期24个月。
20	标本袋	大号	个	长垣县世达实验器材厂	
21	标本袋	中号	个	长垣县世达实验器材厂	
22	标本袋	小号	个	长垣县世达实验器材厂	
23	标本袋	特小号	个	长垣县世达实验器材厂	

24	管道标签	100 片/盒	片	江苏高聚 识别技术 有限公司	24.1 适用住院病房、手术区域、急诊急救场景,用于病患信息标识以及各种静脉管路的标识。 24.2. 可按颜色订制。绿色(胃管标签);红色(中心静脉导管标签);黄色(导尿管标签);紫色(引流管标签);白色(动脉置管标识);粉色(泵奶标签)。 24.3. 规格尺寸: 81x20mm 24.4. 可书写病员信息。 24.5. 材质 pp 无毒无害,防水、一侧为不干胶。 5.6. 每盒 100 片。 5.7. 有效期$\geq$24 个月。
----	------	---------	---	----------------------	---