

延安大学附属医院3.0T磁共振、64排CT、40排CT维保服务项目中标（成交）明细

陕西炬荣招标代理有限公司受延安大学附属医院委托，采用单一来源进行采购3.0T磁共振、64排CT、40排CT维保服务项目（项目编码：JRZC-2025040）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（延安大学附属医院3.0T磁共振、64排CT、40排CT维保服务项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：上海联影医疗科技股份有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,588,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	医疗设备维修和保养服务	3.0T磁共振、64排CT、40排CT维保服务	1. 设备名称：MR（uMR770）64排CT，40排CT，其中MR保修、（水冷，磁体、空调、液氮，全保保修，一年两次保养，服务到达时间小于12小时、相应时间小于6小时，）CT保修（球管、高压发生器，探测器模块所有备件，服务到达时间小于12小时、相应时间小于6小时）。	MR全保参数如下： 条款目号 条款内容 1 全保：人工+全部备件，含第三方产品：如精密空调、水冷机等。 2 整机质保（包含磁体，冷头，水冷机，空调） 3 在线支持：24小时*365天的热线服务。拨打维修热线后安排资深工程师在线技术支持、答疑，即时诊断机器故障，制定维修方案 4 现场检修：接到报修后12小时内派遣原厂认证合格的专业工程师到现场维修设备。 5 配件更换：提供维修设备所需的所有原厂配件。承担相应的人工费、运输费、交通费、安装调试费用..... 6 工作站：提供工作站的保修（license的更新以及软件病毒防护）。 7· 定期维护：根据设备的运行状况，提供每年两次的定期预防性维护，提供优质保养耗材，并定期清理设备过滤网。维护范围包括：安全性、图像质量、系统性能方面的检测、调试及校准，电气环境监测、必要的机械检查和设备清洁等，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照正常的产品规格运行的标准来维修。 8 根据客户需求，工程师可到达现场，配合相关质检部门和医院的检测达标工作。 9 开机率保证：保证开机率不低于95%（按365天计算） 10 及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 64排和40排CT全保参数如下： 条款目号 条款内容 1 全保：全部备件和人工 2 整机质保（包含球管，高压发生器，探测器模块）包含三方产品。 3 在线支持：24小时*365天的热线服务。拨打维修热线后安排资深工程师在线技术支持、答疑，即时诊断机器故障，制定维修方案。 4 现场检修：接到报修后12小时内派遣原厂认证合格的专业工程师到现场维修设备。 5 配件更换：提供维修设备所需的所有原厂配件。承担相应的人工费、运输费、交通费、安装调试费用等..... 6 工作站：提供工作站的保修（license的更新以及软件病毒防护）。 7· 定期维护：根据设备的运行状况，提供每年两次的定期预防性维护，提供优质保养耗材，并定期清理设备过滤网。维护范围包括：安全性、图像质量、系统性能方面的检测、调试及校准，电气环境监测、必要的机械检查和设备清洁等，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照正常的产品规格运行的标准来维修。 8 根据客户需求，工程师可到达现场，配合相关质检部门和医院的检测达标工作。 9 开机率保证：保证开机率不低于95%（按365天计算）。 10 及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。	一年	1.人员配置要求：派遣原厂认证合格的专业工程师到现场维修设备。 2.设施设备要求：供应商自行配备满足采购需求的相应设备。 3.验收标准和方法：对日常的服务质量进行监督考核,包含水冷和空调机，服务验收合同无缝续签	1,588,000.00	1.00	项	1,588,000.00