

西安科技大学设备采购合同

需方（以下简称“甲方”）：西安科技大学 合同编号：XK24(2025)106

供方（以下简称“乙方”）：陕西中新盈科仪器有限公司

依据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方经协商一致，就购买（西安科技大学综合热分析仪采购项目（二次））综合热分析仪 设备事宜，确立本合同，双方共同遵守：

一、产品名称、数量、价格：

序号	设备名称	规格型号	品牌	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
1	综合热分析仪	Setline STA	凯璞科技	凯璞科技（上海）有限公司	1	套	219800.00
合计	大写：人民币贰拾壹万玖仟捌佰元整（含税价）						¥219800.00

1、合同总金额包括货物价款、附件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、保险等全部费用，如果招投标文件对其另有规定的，从其规定。

二、质量标准：

乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家及有关行业产品质量认证标准。招标文件的质量要求及双方签字确认的技术协议作为本合同的有效附件。

三、交货日期、方式及地点：

合同生效后，于2025年10月15日前，乙方将所供设备送至西安科技大学指定位置并安装调试完毕。

四、乙方对质量保证的条件及期限：

1、设备自验收合格之日起保质期壹年。在保质期内因设备本身的质量问题，乙方负责免费修理、更换零部件或退换，并须对设备出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决。

2、乙方所供的货物必须是双方招投标文件规定的全新、未使用的原装产品，并保证所供货物附件齐全且能够独立正常运行，因缺少附件及质量问题而发生的任何损失由乙方负责。

五、设备的包装及运输：

1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。途中发生包装物破损的情况，甲方有权拒收货物。

2、包装上注明货物品种及数量。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

4、运输方式：乙方负责运输并承担运输、装卸、倒运及运保费等费用。

六、设备的安装、调试及验收：

1、乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件（水电等）。

2、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，作退货处理。

3、如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第八条第3款处理。

七、付款方式及期限：

（1）中小企业中标付款方式：签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。国内产品安装调试经学校验收合格后一次性支付60%合同金额的余款，同时缴纳的5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。

八、违约责任：

1、乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方须按合同总价的百分之十计算，向甲方支付违约赔偿金，并全额退还甲方已付给乙方的货款。

2、甲方无正当理由拒收货物，应向乙方支付合同总价款10%的违约金。

3、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，并向甲方支付合同总价款10%的赔偿金。

九、争议解决方式:

本合同在履行过程中,如发生争议,双方友好协商解决,如协商不成,双方同意向签约地法院起诉解决。

十、其他:

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份,具有同等法律效力。

需方(甲方):西安科技大学

项目负责人:

授权代表:

电话:18629296899

传真:029-83858126

开户银行:中国银行股份有限公司

西安大雁塔北广场支行

帐号:102492014123

邮政编码:710054

签约时间:2015年9月16日

签约地点:西安

供方(乙方):陕西中新盈科仪器有

法定代表人:

授权代表:

电话:029-88195996

传真:029-88199803

开户银行:中国银行股份有限公司

西安高新技术开发区支行

帐号:102516931340

邮政编码:710075

签约时间: 年 月 日

配置清单			
序号	名称	型号和规格	数量
1	综合热分析仪主机	Setline STA 温度范围 RT~1100℃, TG 分辨率 0.02 μg	1 套
2	工作站软件专业热分析软件	Calisto	1 套
3	TG-DSC 传感器样品支架	P 型室温至 1100℃	1 套
4	DSC 传感器样品支架	K 型, 室温至 700℃	1 套
5	控温热电偶	P 型; 可现场独立更换	1 个
6	氧化铝坩埚及盖	直径 5mm, 高度 8mm	200 套
7	原装工具箱	用于仪器安装、维护	1 套
8	冷却水浴机	AC1600B 用于控制炉温和炉体快速降温	1 台

技术参数	
1.	测温范围：室温~1100℃
2.	温度准确度：±0.1℃
3.	程控扫描速率：0.01~50℃/min，
4.	炉体设计：炉体垂直设计，下置天平，顶部装样。
5.	天平最大称重量：20g
6.	热重分辨率：0.02 μg
7.	DSC 传感器灵敏度：0.26 μV/mW，
8.	DSC 热焓测量精度：±1%（标准金属）
9.	Cp 传感器：可升级选配 10 对热电偶组成的三维比热传感器
10.	气氛控制：标准双路气氛软件自动控制切换，适用氧化、还原、惰性气氛
11.	标配比热计算模块
12.	软件包：软件包括仪器主机控制、实验流程设置、数据采集、数据处理、实时图形绘制功能。数据处理部分对于热流曲线具备 5 种以上国际标准基线判断处理功能及峰分离/去卷积功能；工作站软件可自由导入 ASCII 码格式的任何外部 TG、DSC 数据或量热仪数据并进行反应速率、反应进程等相关分析；具有图谱累积分析及重叠对比功能、图形分析抓拍功能；工作曲线及实验反应工作站软件功能：峰面积属性自定义调整功能，实验数据可自由转换 TEXT、Excel、JPEG 等格式
13.	可锁紧天平，单独进行 DSC 测试。