

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 三大中心建设医疗设备采购项目

采购项目编号: **SXZCZB2025-ZCGK-0726**

陕西省康复医院

陕西至诚项目管理集团有限公司共同编制

2025年09月01日

第一章 投标邀请

陕西至诚项目管理集团有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省康复医院委托，拟对三大中心建设医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**SXZCZB2025-ZCGK-0726**

二、采购项目名称：三大中心建设医疗设备采购项目

三、招标项目简介

三大中心建设医疗设备采购项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人授权书：提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；

3、财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

4、税收缴纳证明：提供投标文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（提供养老、医疗至少一种），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；

7、信用记录：供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；

8、书面声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、资质证书：供应商如为代理商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；供应商如为制造商的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械备案凭证》；

10、非联合体投标（提供承诺书）：本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

采购包2：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人授权书：提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；

3、财务状况报告：提供**2024**年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

4、税收缴纳证明：提供投标文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（提供养老、医疗至少一种），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；

7、信用记录：供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；

8、书面声明：参加政府采购活动前**3**年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、资质证书：供应商如为代理商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；供应商如为制造商的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械备案凭证》；

10、非联合体投标（提供承诺书）：本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：陕西省康复医院

地址：西安市电子二路52号

邮编：710065

联系人：陕西省康复医院经办

联系电话：029-89288722

代理机构：陕西至诚项目管理集团有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼

邮编：710000

联系人：常瑛、胡晓均、王欣玫

联系电话：029-88219779

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,173,000.00元</p> <p>采购包2：550,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：招标代理服务费参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)号文件，按照文件标准计费85%计算。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省康复医院和陕西至诚项目管理集团有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省康复医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西至诚项目管理集团有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省康复医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西至诚项目管理集团有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入

失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1:

符合国家及同行业相关规范,符合国家验收标准,能够通过国家验收。

采购包2:

符合国家及同行业相关规范,符合国家验收标准,能够通过国家验收。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行,采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定,接受采购人委派的监督人员的监督,任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密,评标委员会成员应予以保密,不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密,评标委员会成员应予以保密,不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形(实质性要求)

一、有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

- (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (五)不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的,按照规定追究法律责任,具备一至十一条情形之一的,其投标文件无效,或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体:

根据委托代理协议约定,供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由陕西至诚项目管理集团有限公司负责答复;供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西至诚项目管理集团有限公司负责答复;供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由陕西至诚项目管理集团有限公司负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：常瑛、胡晓均、王欣玫

联系电话：029-88219779

地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

三大中心建设医疗设备采购项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,173,000.00

采购包最高限价（元）：473,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	血管内超声仪 等设备	1. 00	1,173,000 .00	批	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：550,000.00

采购包最高限价（元）：550,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	便携式彩色多普勒超 声仪等设备	1. 0 0	550,000. 00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：血管内超声仪等设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标							
		序 号	产 品 名 称	技术参数			单价限价 （万元）	数量 （台/套）	

1	<p>多功能复苏床（可床旁透视）</p>	<p>1.规格: 整床尺寸:长$\geq 2200\text{mm}$, 宽$\geq 1060\text{mm}$, 高$\geq 400\text{mm}\sim 600\text{mm}$</p> <p>2.功能: 背部调节$0\sim 75^{\circ}\pm 5^{\circ}$,腿部调节$0\sim 45^{\circ}\pm 5^{\circ}$,整体升降$400\sim 600\text{mm}$,带称重功能;背部腿部可同时升降</p> <p>3.承重: 床体可承重200kg</p> <p>4.床头尾: 采用纯正工程塑料,无卫生死角,易清洁;牢固结实;暗藏锁定开关,拆卸方便,可兼作CPR急救功能;</p> <p>▲5.电机: 医疗专用电机,符合GB9706.1-医用电气设备的规定</p> <p>6.护栏: 四节式PP升降护栏</p> <p>7.床面板: 背板为康倍特板,其余床面板采用优质冷轧板</p> <p>8.操作面板 床头尾内嵌式面板或护栏内嵌式面板</p> <p>9.脚轮: 双面中控轮,中央刹车脚踏一个</p> <p>▲10.可床旁拍片,透视</p>	5	1
---	----------------------	--	---	---

2	溶栓床	<p>一、溶栓床招标参数</p> <p>1、规格：2230（±10mm）×990（±10mm）/1050（±10mm）×530（±10mm）-770mm（±10mm）</p> <p>2、主要性能特点参数</p> <p>1)功能：背部调节角度：0~75°，腿部调节：0~30°，整体升降高度530-770mm；</p> <p>整体前后倾斜-11°到+11°，左右翻身0-10°；必须具有称重功能；</p> <p>2)床头床尾板：采用ABS强化工程塑料工艺制成，外包易擦洗的抛光ABS塑料，保证病□长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，配备小桌板，便于患者进餐。</p> <p>3)配套电机：床体配置进口LINAK医疗专用电机。电气安全性能、对地漏电流、接地电阻、抗电强度符合GB9706.1的规定。</p> <p>4)护栏：四节式高档 PP 护栏，安装简便，操作灵活，易清洁消毒；床头两片护栏内外配有操作按钮，方便病□自行调节适应床体姿态。</p> <p>5)床面：床面板整床面板透气性强，有效防治褥疮，透气防湿，床板四周焊接加强筋；</p> <p>6)操作面板：通过护栏控制、床尾板配备内嵌式护士面板（带屏幕，亦可选配外挂式手控器），可起背、起腿、整体升降、腿背联动、前后倾斜、称体重等多个功能。</p> <p>7)背部床板：采用型双支撑卸力结构，两条碳素钢管，均匀分散压力，最大限度减少螺杆受力，增强背部管安全性能，承受≥1500N压力不变形。承重≥250kg。</p> <p>8）电子承重系统具有重量冻结和矫零功能，体重秤精度±100g</p> <p>9)脚轮采用直径为125mm的聚氨酯中控轮，骨架采用航空铝材，□脚制动，四轮刹车内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。</p> <p>10)配置输液架，脚踏刹车，手控器。</p>	3	1
---	-----	--	---	---

3	气压止血带	<p>1.压力设定范围：0~100kPa 压力稳定精度：± 5 kPa。</p> <p>2.时间设定范围：0~120分钟。</p> <p>3.初始充气时间：≤ 60秒。</p> <p>4.额定功率：≤ 30VA。</p> <p>5.噪音：正常工作状态≤ 65dB。</p> <p>6.可调高度立式支架，移动自如。</p> <p>7.术中可随时增减（压力、时间）设定值。</p> <p>8.自动检测漏气功能、欠压自动补偿。</p> <p>9.报警功能：手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。</p> <p>10.计时、记忆功能：手术中显示剩余时间，手术结束，显示累计时间，并自动记忆上次设定时间、压力参数，以供下次参考。</p>	0.5	2															
4	抢救车	<p>1、规格:625mm（± 10mm）X480mm（± 10mm）X920mm（± 10mm）</p> <p>2、主要性能及参数</p> <p>1）整车采用塑钢结合，具有良好的操控性。</p> <p>2）选用优质不锈钢作为护栏，ABS工作台面(加保护软玻璃)、防撞圈、钢塑柱、高级静音轮、杂物箱、资料袋、中控锁及单支输液杆、除颤板、垃圾桶。</p> <p>3）配置:除颤平台、伸缩式副工作台、电源座、氧气瓶座、断针桶。</p> <p>4）脚轮:采用万向静音轮，2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。</p>	0.3	1															
		<p>手术器械套包（3个器械包为一套）：</p> <p>其中包含血管切开急救基础手术器械包、气管切开急救基础手术器械包、清创急救手术器械包，具体清单见附表。</p> <p>附表:1:</p> <p>血管切开急救基础手术器械包</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>产品名称</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>止血钳</td><td>12.5cm 直纹式</td><td>把</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>止血钳</td><td>12.5cm 弯纹式</td><td>把</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	规格	单位	数量	1	止血钳	12.5cm 直纹式	把	2	2	止血钳	12.5cm 弯纹式	把	2		
序号	产品名称	规格	单位	数量															
1	止血钳	12.5cm 直纹式	把	2															
2	止血钳	12.5cm 弯纹式	把	2															

手术器械（急救切开手术器械、外固定手术器械等）

3	帕巾钳	9cm	把	2
4	眼用剪	10cm 直尖	把	1
5	手术刀柄	3#	把	1
6	镊子	12.5cm 1X2钩	把	1
7	镊子	12.5cm 平	把	1
8	持针器	12.5cm	把	1
9	血管拉钩	20cm	把	1
合计				12

附表2：
气管切开急救基础手术器械包

序号	产品名称	规格	单位	数量
1	止血钳	12.5cm 直蚊式	把	2
2	止血钳	12.5cm 弯蚊式	把	4
3	止血钳	14cm 直全齿	把	2
4	止血钳	14cm 弯全齿	把	4
5	止血钳	18cm 弯全齿	把	2
6	持针钳	14cm	把	1
7	镊子	12.5cm 1×2钩	把	1
8	镊子	12.5cm 平	把	1
9	镊子	14cm 平	把	2
10	帕巾钳	14cm	把	4
11	组织剪	18cm	把	1
12	手术刀柄	7#	把	1

13	手术刀柄	4#	把	1
14	气管扩张钳	二叶	把	1
15	甲状腺拉钩	12cm 直角双 头2×1	套	1
合计				28

附表3:

清创急救手术器械包

序号	产品名称	规格	单位	数量
1	止血钳	16cm直 全齿	把	4
2	止血钳	18cm弯 全齿	把	4
3	组织钳	(普通)16 cm	把	2
4	持针钳	16cm 细 针	把	1
5	持针钳	18cm 粗 针	把	1
6	帕巾钳	14cm	把	4
7	海绵钳	25cm 直 有槽头宽 12	把	1
8	手术剪	16cm直 尖	把	1
9	组织剪	18cm弯(综合)	把	1
10	镊子	16cm 1x 2钩	把	2
11	镊子	16cm平	把	2
12	手术刀柄	4#	把	1
13	骨刮匙	21cm 双 头直头宽 7/8	把	1

		14	组织拉钩	2X1有孔	副	1		
	6	输液工作站	<div> <div>1.吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，加工级别达到T6，抗拉伸强度$\geq 260\text{N/mm}^2$。全封闭式设计，悬臂最薄处$\geq 10\text{mm}$，最厚处$\geq 16\text{mm}$。吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度$\leq 0.3^\circ$</div> <div>2.吊臂工作承重$\geq 180\text{KG}$，通过4倍工作承重800KG的测试。</div> <div>3.托盘的最大宣称承重为$\geq 60\text{kg}$。</div> <div>4.抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；</div> <div>5.配置电源线、导联线、医用气管的收纳装置；</div> <div>6.吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应$\leq 10^\circ$。</div> <div>7.安装预埋固定件吊架，平缓施加荷载至8000 N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角$\leq 0.4^\circ$</div> <div>8.所有吊塔箱体可旋转角度$\geq 340^\circ$。</div> <div>9.吊塔额定负载下，终端箱倾斜角度应$\leq 0.7^\circ$。</div> <div>10.吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现漏气或破裂现象；</div> <div>11.吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。</div> <div>12.双臂塔的配置</div> <div>1) 旋转臂：旋转半径$\geq 1.5\text{米}$。</div> <div>2) 吊头或吊柱式气电功能箱：长度$\geq 0.8\text{米}$。</div> <div>13.仪器平台2层（带抽屉1个）。</div> <div>1) 德标气体终端4个（氧气2个、空气1个、负压吸引1个）。</div> <div>2) 220V/10A国标五插电源插座8个，等电位端子2个，15.六类网络接口2个。</div> <div>14.网篮1个。</div> </div>				5	1
			<div>1.设备为一体式可移动式推车设备，包含：推车、导管驱动单元（iCDU）、医学显示器、操作台、键盘和鼠标、主机和脚轮。</div> <div>2.可在显示屏上同时显示来自同一回撤不同帧的两幅横截面图像；可开启或关闭图像降噪，使影像清晰；可调节图像近场和远场参数，获得最佳成像效果；支持对图像的亮度进行</div>					

			调节，满足不同使用场景。		
			3.具备图像测量功能包括横截面可支持长度测量、角度测量、面积测量，并自动将横截面保存为书签；纵截面上可进行长度测量。		
			▲4.配备医用图像显示器：尺寸≥19英寸，分辨率≥1600×1200，配备影像数据存储内置硬盘，容量≥1T，中央处理器 Inter(R)Core(TM) I7-7700z 及以上，系统内存≥64GB。		
			▲5.导管驱动单元 ICDU：一套，轨道一体式。		
			6.具备DICOM 3.0 数据传输功能，具备多个USB3.0 接口、千兆以太网接口、HDMI 接口等。		
			7.支持多种数据导出方式，支持多种类型的格式导出，包括以DICOM 标准格式、AVI / MP4 视频输出格式、PNG/JPG 静态图片格式等多种类型导出。		
			8.配备专业热敏黑白打印机，支持打印 IVUS 影像图片；分辨率≥325dpi，灰度等级≥8位，图像元素最大支持4096*1280点。		
			▲9.驱动马达支持进行自动回撤和手动回撤功能，显示回撤速度与距离。		
			10.可以回显播放采集到的影像，播放速度可调节；可反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，范围可在 3~15 帧内调节。		
			11.可在任意位置添加书签，可将书签的帧的缩略图显示在纵截面视图对应位置，并且可自动进行书签间距离测量，和书签与当前帧距离测量。		
			12.能通过调整横截面图像上的旋转标尺，来显示不同角度的纵截面，纵截面图像下显示距离标尺，支持纵截面的显示和隐藏。		
			13.可将主机上任意病例转换为样本病例，并可对相应信息进行编辑。		
			14.具有自动化血管壁和血管管腔的测量功能，自动检测其边界并用不同颜色标记。		
			15.提供图像处理以帮助不同程度的去除截面图像中因血细胞移动反射而形成的斑点。		
			16.具备自动计算图像中血管的斑块负荷和可标记参考帧，并以该帧作为参考计算面积狭		
7	血管 内超 声仪 (核 心产 品)			30	1

			窄率。		
			17.用于冠脉血管的高清超声成像导管：频率≥50MHz，自动回撤长度≥120mm;最大成像半径≥7.5mm。		

采购包2：
标的名称：便携式彩色多普勒超声仪等设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	产品名称	技术参数	单价限价 (万元)	数量 (台/套)

		1.方法学：荧光免疫法 2.光源：蓝光、紫光双光源 3.测试速率：≥160测/小时 ▲4.检测通道≥1个，孵育通道≥15个 5.操作：开机无需预热，迅速进入待测状态 ▲6.样本量：用血量≤100μl 7.显示系统：≥10英寸LCD屏 8.温控：带有温控模块，保证检测结果稳定性 9.软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘 10.扫描系统：机载扫码头可录入样本管条码、项目信息、质控品信息、试剂批次信息 11.结果数据管理：可存储结果数据≥100000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理 12.打印系统：内置打印机，可外接USB打印机 13.通讯硬件接口：5个USB 接口;1个COM 口;1个网口 14.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接、键盘、鼠标、U 盘等 15.电源：220V~50HZ 16.试剂卡：试剂卡一次性使用，无交叉污染 17.标曲二维码：匹配测试卡的二维码识别，进行具体校准 18.试剂卡效期：常温保存≥24个月 ▲19.标本类型：全血、血清和血浆 20.样本处理：样本检测时无需对全血样本进行处理，可直接一步上样检测 21.检测项目：至少包含以下项目：hs-cTnI、NT-proBNP、hs-cTnI/CK-MB/Myo心梗三联卡。 ▲22.检测时间：≤8min		
1	急诊快速心梗、心衰检测仪		5	1
		一．基本要求 1.1.适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪；1.2.≥15英寸彩色液晶电容触摸屏≥12通道，波形显示，具备环境光自动调节亮度功能； 1.2.支持中文手写、拼音、英文3种输入法； 1.3.具有内置蓄电池。 二．监测参数 2.1.1可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸		

				<p>、体温等基础参数心电：</p> <p>2.1.2标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；</p> <p>2.1.3具有强大的心电抗干扰能力；</p> <p>2.1.4心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式；</p> <p>2.1.5具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；</p> <p>2.1.6≥25种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；</p> <p>2.1.7具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV；</p> <p>2.1.8具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms。</p> <p>2.2血氧：</p> <p>2.2.1测量范围为0%-100%；在70%-100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下）；</p> <p>2.2.2可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；</p> <p>2.3.无创血压：</p> <p>2.3.1测量范围：</p> <p>成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；</p> <p>2.3.2血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；</p> <p>2.3.3具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；</p> <p>三. 软件功能</p> <p>3.1具有多种界面显示标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧等；</p> <p>3.2可自定义调节界面布局波形和参数功能；</p> <p>3.3支持计时器功能；</p> <p>3.4可支持≥200小时趋势图/表、≥2000组NIBP列表、≥2000组报警事件、≥24小时全息波形、</p>			
	2	心电监护仪				1.5	4

		<p>≥24小时心律失常数据的存储和回顾；</p> <p>3.5具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。</p>		
3	注射泵	<p>1.速度范围：0.10-2000ml/h；</p> <p>2.注射精度：≤±2%；</p> <p>3.累积量范围：0-9999.99ml；</p> <p>4.支持注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；</p> <p>5.提供≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、梯度模式、剂量时间模式；</p> <p>6.≥3.5英寸电容触摸屏，全中文软件操作界面；</p> <p>7.支持药物库：可储存≥2000种药物，支持设置药物颜色；</p> <p>8.自动统计四种累积量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量；</p> <p>9.具有动态压力检测（DPS）功能；</p> <p>10.具有压力自动释放（Anti-Bolus）功能；</p> <p>11.阻塞报警压力阈值≥12档可调；</p> <p>12.可连接扫描枪进行条码扫描；</p> <p>13.可加装无线WIFI模块，实现无线联网监测；</p> <p>14.内置电池工作时间≥8小时@5ml/h；</p> <p>15.防尘、防水等级：IP33。</p>	0.5	2

4	注射 泵（ 四联 ）	<p>1. 核心参数</p> <p>输注精度：单通道流量误差$\leq\pm 1\%$，支持0.1 mL/h微调，适用于胰岛素、镇痛剂等微量药物。</p> <p>续航能力：内置锂电池持续供电≥ 10小时，支持无线联网（WiFi/蓝牙），转运中数据实时同步。</p> <p>扩展功能：支持级联管理（多泵协同）、数据存储（超1万条记录）、梯度输注模式等。</p> <p>2. 安全性设计</p> <p>多重防护：独立CPU监测各通道状态，过压/过流保护、断电自动保存数据，符合医疗设备安全标准（如YY 0505-2012）。</p> <p>报警系统：实时监测气泡、堵塞、电池低电量等异常，响应时间≤ 1秒。</p> <p>3. 用户体验</p> <p>操作界面：≥ 7寸触控屏，支持一键设置、参数模板保存。</p> <p>兼容性：适配主流品牌耗材（如一次性泵用输液器），支持医院HIS系统对接。</p> <p>4. 要求：</p> <p>需求匹配：优先选择支持多模式输注、具备药物库校验功能的型号。</p>	6	1
---	---------------------	--	---	---

		<p>1.电动电控型心肺复苏机，无需气源即可实现心脏按压。</p> <p>2.整机重量（含电池及背板）≤8kg</p> <p>3.采用硬质背板与软绑带结合按压，主机与绑带采用卡扣式连接，快速上机，并保障按压效率。</p> <p>4.▲启动按压后，按压头接触到患者完成自动定位功能，单点按压结合胸廓束带，通过胸泵以及心泵机制，有效提拉胸腔回弹。</p> <p>5.终端显示屏，可显示按压深度，按压频率，按压时间，CCF值等。亦可通过硅胶独立按键使用。</p> <p>6.按压深度：30~55mm可调，按压频率：100~120次/分钟按压通气模式：30:2、连续按压和15:2按压/释放比：按压/释放比为50%：50%（即1:1）。</p> <p>7.▲按压低点停留设计，有利于增加组织器官血流灌注，提升CPR质量可选配ETCO2功能，监测CPR质量插拔式可充电锂离子智能电池，1块电池可连续工作≥60分钟，具有电量显示灯。</p> <p>8.电量报警：具有电池低电量报警，保证设备工作≥10分钟。</p> <p>9.急救事件回顾：可回顾按压时间、暂停时间以及CCF值。</p> <p>10.具有手臂固定带和移位稳定带，手臂可与按压装置固定连接。</p> <p>11.▲与呼吸机联动功能：可通过蓝牙实现与呼吸机联动，实现按压与通气同步设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光配有便携式背包，利于野外或转运过程中携带使用。</p> <p>12.产品通过EN 1789救护车标准认证整机防护等级：IP44；</p> <p>13.电池防护等级：IP44</p> <p>14.▲联网功能：可选配4G、5G模块</p>	12	1
	心肺复苏机	<p>1.数字化二维灰阶成像单元。</p> <p>2.数字化彩色多普勒单元。</p> <p>3.数字化频谱多普勒显示和分析单元。</p> <p>4.数字化能量血流成像单元。</p> <p>5.全数字式波束形成器</p> <p>1) B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。</p> <p>2) 高清斑点噪声抑制技术。</p>		

3) 空间复合成像技术。(请提供 ≥ 9 线偏转的曲别针试验图片)

4) 系统动态范围 $\geq 300\text{dB}$ 。

5) 梯形成像、凸型扩展功能。(支持凸阵探头、线阵探头请分别提供证明图片)

6) 全屏放大显示功能。

7) 局部放大功能。

8) 双幅实时成像，成像大小不变。

9) ≥ 6 个焦点可调。

10) 实时双同步、三同步。

11) 自动优化。

12) 具备穿刺引导，并具备三种引导方式。

★13) 具备穿刺增强技术，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。(提供双幅对比证明图片)

14) 原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行20种参数调节。

15) 自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，并具备智能程序化操作流程编辑功能。

16) 物理滑动TGC分段调节 ≥ 8 段，具有 TGC 曲线显示

17) LCG侧向增益补偿 ≥ 8 段，具有 LGC 曲线显示(请提供证明图片)

6.测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

7.一般测量。

8.急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。

9.妇、产科测量包，支持产科自动测量。

10.血管测量包。

11.泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

12.肾脏测量包。

13.容积测量包。

14.多普勒血流测量与分析。

15.自动多普勒血流测量与分析。

16.客户自定义测量。

17.图像存储与(电影)回放重现单元。

18.输入/输出信号：

1) 输入：音频。

2) 输出：DVI、音频。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>，帧速率≥ 28帧/秒。</p> <p>2) 扫描线：每帧线密度≥ 512超声线。</p> <p>3) 发射声束聚焦：连续聚焦。</p> <p>4) 接收方式：多倍信号并行处理。</p> <p>5) 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，$A/D \geq 12\text{bit}$。</p> <p>6) 回放重现：回放时间≥ 480秒。（请提供证明图片）</p> <p>7) 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面。</p> <p>8) 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。</p> <p>9) 最大显示深度$\geq 45\text{cm}$。</p> <p>4. 频谱多普勒：</p> <p>1) 方式：脉冲波多普勒：PWD</p> <p>2) PWD：最高测量速度$\geq 7\text{m/s}$。最低测量速度$\leq 1\text{mm/s}$(非噪声信号)。</p> <p>3) 显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。</p> <p>4) 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm。</p> <p>5) 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。</p> <p>6) 频谱自动跟踪与测量。</p> <p>5. 彩色多普勒：</p> <p>1) 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。</p> <p>2) 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。</p> <p>3) 彩色模式下支持彩色立体血流显示功能。</p> <p>4) 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度$\geq 18\text{cm}$深时，彩色显示帧频≥ 10帧/秒。</p> <p>5) 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：$-20^\circ \sim +20^\circ$。</p> <p>6) 显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。</p> <p>7) 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。</p>	

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起20日内到货

采购包2:

自合同签订之日起20日内到货

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 货到安装培训后, 达到付款条件起 50 日内, 支付合同总金额的 20.00%。

采购包1: 付款条件说明: 设备最终验收合格, 并收到乙方开具增值税普通发票后, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

采购包2: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包2: 付款条件说明: 货到安装培训后, 达到付款条件起 50 日内, 支付合同总金额的 20.00%。

采购包2: 付款条件说明: 设备最终验收合格, 并收到乙方开具增值税普通发票后, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

(一) 验收标准 1、包装: 符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,包装完整无破损, 防雨、防潮等各种符号标识清楚, 进口设备应具有原产国标识且标识清楚。 2、安装: 符合本合同项下产品的全部相关国家安全技术标准及甲方要求。 3、产品: (1) 必须为原装、全新、合格产品, 渠道合法; (2) 符合甲方与乙方签订的合同; (3) 符合招、投标文件的技术要求; (4) 符合产品原样本技术数据; (5) 符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准, 验收的手续及费用由投标单位自行办理和承担, 招标单位提供相关辅助。(6) 产品单证齐全(质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册等, 如为进口产品, 交货前须提供原产地证明、原厂生产检验合格证和海关手续等)。(二) 验收方法 甲乙双方共同进行验收。所有安装、验收的手续由乙方办理并承担费用, 甲方提供相关辅助。设备正常运行一个月后, 经甲方通知, 自通知送达之日起三日内, 双方共同进行验收, 甲方向乙方出具验收合格书面证明文件, 视为设备验收合格。乙方逾期未到场或拒绝到场验收的, 甲方可自行验收。验收过程中发现设备存在瑕疵或质量问题的, 乙方应无条件配合甲方进行维修、更换或退货工作, 因此给甲方造成损失的, 乙方就全部损失承担赔偿责任。在甲方验收前, 乙方须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。

采购包2:

（一）验收标准 1、包装：符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。 2、安装：符合本合同项下产品的全部相关国家安全技术标准及甲方要求。 3、产品：（1）必须为原装、全新、合格产品，渠道合法；（2）符合甲方与乙方签订的合同；（3）符合招、投标文件的技术要求；（4）符合产品原样本技术数据；（5）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准，验收的手续及费用由投标单位自行办理和承担，招标单位提供相关辅助。（6）产品单证齐全（质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册等，如为进口产品，交货前须提供原产地证明、原厂生产检验合格证和海关手续等）。（二）验收方法 甲乙双方共同进行验收。所有安装、验收的手续由乙方办理并承担费用，甲方提供相关辅助。设备正常运行一个月后，经甲方通知，自通知送达之日起三日内，双方共同进行验收，甲方向乙方出具验收合格书面证明文件，视为设备验收合格。乙方逾期未到场或拒绝到场验收的，甲方可自行验收。验收过程中发现设备存在瑕疵或质量问题的，乙方应无条件配合甲方进行维修、更换或退货工作，因此给甲方造成损失的，乙方就全部损失承担赔偿责任。在甲方验收前，乙方须按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的环保要求出具检测报告。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

所有设备自验收合格之日（甲方出具书面验收合格证明文件落款之日）起质保三年。乙方提供最新产品软件升级和更新，设计寿命≥10年。

采购包2：

所有设备自验收合格之日（甲方出具书面验收合格证明文件落款之日）起质保三年。乙方提供最新产品软件升级和更新，设计寿命≥10年。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：

详见采购合同

采购包2：

详见采购合同

3.5其他要求

1.质保期内：所有设备自验收合格之日（甲方出具书面验收合格证明文件落款之日）起质保三年。乙方提供最新产品软件升级和更新，设计寿命≥10年。 2.质保期内：设备年开机率达到98%，故障率低于2%。累计停机时长每满24小时一次，质保期顺延5个工作日（停机时长24小时，质保期顺延5个工作日，停机时长48小时，质保期顺延10个工作日，以此类推）。 3.质保期满后乙方负责设备的终身维修服务。维修不收取服务费，只收取材料成本费并且保证零配件供应10年。售后服务标准按照质保期内的标准执行。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；	特定资格证明文件.do CX
2	法人授权书	提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；	特定资格证明文件.do CX
3	财务状况报告	提供2024年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；	特定资格证明文件.do CX
4	税收缴纳证明	提供投标文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），依法免税的单位应提供相关证明材料；	特定资格证明文件.do CX
5	社会保障资金缴纳证明	提供投标文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（提供养老、医疗至少一种），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	特定资格证明文件.do CX
6	履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；	特定资格证明文件.do CX
7	信用记录	供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；	特定资格证明文件.do CX
8	书面声明	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	特定资格证明文件.do CX
9	资质证书	供应商如为代理商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；供应商如为制造商的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械备案凭证》；	特定资格证明文件.do CX
10	非联合体投标（提供承诺书）	本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。	特定资格证明文件.do CX

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；	特定资格证明文件.do CX

2	法人授权书	提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；	特定资格证明文件.do CX
3	财务状况报告	提供2024年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；	特定资格证明文件.do CX
4	税收缴纳证明	提供投标文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），依法免税的单位应提供相关证明材料；	特定资格证明文件.do CX
5	社会保障资金缴纳证明	提供投标文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（提供养老、医疗至少一种），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	特定资格证明文件.do CX
6	履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；	特定资格证明文件.do CX
7	信用记录	供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；	特定资格证明文件.do CX
8	书面声明	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	特定资格证明文件.do CX
9	资质证书	供应商如为代理商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；供应商如为制造商的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械备案凭证》；	特定资格证明文件.do CX
10	非联合体投标（提供承诺书）	本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。	特定资格证明文件.do CX

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标文件的签署盖章	投标文件上法定代表人或负责人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 1包-投标分项报价表.docx 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件格式	应符合“投标文件格式”要求	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 1包-投标分项报价表.docx 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件

4	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 1包-投标分项报价表.docx 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
5	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 1包-投标分项报价表.docx 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件

6	对招标文件响应程度	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 1包-投标分项报价表.docx 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
7	供货期、质保期	应满足招标文件中要求的供货期	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 1包-投标分项报价表.docx 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件

8	供货地点	应满足招标文件中要求的地点	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 1包-投标分项报价表.docx 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
---	------	---------------	--

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单

2	投标文件的签署盖章	投标文件上法定代表人或负责人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 2包-投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件格式	应符合“投标文件格式”要求	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 2包-投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件

4	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 2包-投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
5	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏；“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 2包-投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件

6	对招标文件响应程度	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 2包-投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
7	供货期、质保期	应满足招标文件中要求的供货期	开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 2包-投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件

8	供货地点	应满足招标文件中要求的地点	开标一览表 业绩.doc x 中小企业声明函 商务应答表 特定资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 本项目拟投入人员汇总表.docx 2包-投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
---	------	---------------	--

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署

不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术参数响应	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件所有参数要求，得基本分20分，▲项参数每负偏离1项扣1分，一般参数每负偏离1项每项扣0.25分,扣完为止。注：需提供相关证明材料（包括但不限于：技术白皮书、第三方检测报告、制造商检验报告、产品彩页、功能截图等内容，证明材料需加盖公章，未提供相关证明材料不得分。）	20.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表

质量保证方案	<p>一、评审内容：对投标人提供的质量保证方案①质量管理②安全管理③货物的来源④设备选型</p> <p>二、评审标准：1.完整性：质量保证方案完整、合理、可行性高，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分标准（满分12分）</p> <p>①质量管理：每完全满足一个评审标准得1分，未完全满足一个评审标准得0-0.9分，满分3分；</p> <p>②安全管理：每完全满足一个评审标准得1分，未完全满足一个评审标准得0-0.9分，满分3分；</p> <p>③货物的来源：每完全满足一个评审标准得1分，未完全满足一个评审标准得0-0.9分，满分3分；</p> <p>④设备选型：每完全满足一个评审标准得1分，未完全满足一个评审标准得0-0.9分，满分3分。</p> <p>注：提供必要的证明材料复印件或扫描件（包括但不限于销售协议、代理商授权、检测报告等）</p>	12.0000	主观	<p>产品技术参数表</p> <p>商务应答表</p> <p>服务方案.docx</p>
--------	---	---------	----	--

详细评审

供货方案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整、合理、详细的供货方案，从而实现保质保量按期供货、完工，方案包含：①配送计划方案②流程控制③供货、安装、调试方案④验货标准说明 二、评审标准 1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分12分） ①配送计划方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分； ②流程控制：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分； ③验货标准：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分； ④验货标准说明，每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分。</p>	12.0000	主观	服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
------	---	---------	----	-------------------------------

人员配备	<p>一、评审内容 针对本项目提出适用于本项目的项目团队配置方案，包括：①团队人员各专业岗位配置②团队人员管理制度 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①团队人员各专业岗位配置：每完全满足一个评审标准得1.5分，未满足一个评审标准要求综合赋分0-1.4分，满分4.5分； ②团队人员管理制度：每完全满足一个评审标准得1.5分，未满足一个评审标准要求综合赋分0-1.4分，满分4.5分。</p>	9.0000	主观	服务方案.docx 本项目拟投入人员汇总表.docx 产品技术参数表 商务应答表
------	---	--------	----	---

售后服务及培训方案	<p>一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务及培训服务方案 包括：①售后服务承诺和服务内容，②故障处理及补救措施，③维修管理响应时间、响应速度及响应方式，④培训服务方案 二、评审标准 1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对文件中各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分12分） ①售后服务承诺和服务内容：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分；②故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分；③维修管理响应时间、响应速度及响应方式，每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分；④培训服务方案，每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分。</p>	12.0000	主观	服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
业绩	<p>供应商须提供自2022年1月1日至今类似本项目业绩，以供应商提供的合同或中标（成交）通知书复印件（或扫描件）为准（日期以合同签订时间或中标（成交）通知书时间为准），每提供一份得1分，满分5分；未提供的不得分。</p>	5.0000	客观	服务方案.docx 业绩.docx

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的供应商的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分30分。 3.价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标报价最低的为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(投标基准价 / 投标报价)×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位； 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，供应商的投标报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术参数响应	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件所有参数要求，得基本分20分，▲项参数每负偏离1项扣0.5分，一般参数每负偏离1项每项扣0.25分，扣完为止。注：需提供相关证明材料（包括但不限于：技术白皮书、第三方检测报告、制造商检验报告、产品彩页、功能截图等内容，证明材料需加盖公章，未提供相关证明材料不得分。）	20.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表

质量保证方案	<p>一、评审内容：对投标人提供的质量保证方案①质量管理②安全管理③货物的来源④设备选型</p> <p>二、评审标准：1.完整性：质量保证方案完整、合理、可行性高，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分标准（满分12分）</p> <p>①质量管理：每完全满足一个评审标准得1分，未完全满足一个评审标准得0-0.9分，满分3分；</p> <p>②安全管理：每完全满足一个评审标准得1分，未完全满足一个评审标准得0-0.9分，满分3分；</p> <p>③货物的来源：每完全满足一个评审标准得1分，未完全满足一个评审标准得0-0.9分，满分3分；</p> <p>④设备选型：每完全满足一个评审标准得1分，未完全满足一个评审标准得0-0.9分，满分3分。</p> <p>注：提供必要的证明材料复印件或扫描件（包括但不限于销售协议、代理商授权、检测报告等）</p>	12.0000	主观	服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
--------	---	---------	----	-------------------------------

详细评审	供货方案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整、合理、详细的供货方案，从而实现保质保量按期供货、完工，方案包含：①配送计划方案②流程控制③供货、安装、调试方案④验货标准说明 二、评审标准 1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分12分） ①配送计划方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分； ②流程控制：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分； ③验货标准：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分； ④验货标准说明，每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分。</p>	12.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx
------	------	---	---------	----	-------------------------------

人员配备	<p>一、评审内容 针对本项目提出适用于本项目的项目团队配置方案，包括：①团队人员各专业岗位配置②团队人员管理制度 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①团队人员各专业岗位配置：每完全满足一个评审标准得1.5分，未满足一个评审标准要求综合赋分0-1.4分，满分4.5分； ②团队人员管理制度：每完全满足一个评审标准得1.5分，未满足一个评审标准要求综合赋分0-1.4分，满分4.5分。</p>	9.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx 本项目拟投入人员汇总表.docx
------	---	--------	----	---

售后服务及培训方案	<p>一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务及培训服务方案 包括：①售后服务承诺和服务内容，②故障处理及补救措施，③维修管理响应时间、响应速度及响应方式，④培训服务方案 二、评审标准 1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对文件中各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分12分） ①售后服务承诺和服务内容：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分；②故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分；③维修管理响应时间、响应速度及响应方式，每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分；④培训服务方案，每完全满足一个评审标准得 1 分，未完全满足一个评审标准得 0-0.9 分，满分 3 分。</p>	12.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx
业绩	<p>供应商须提供自2022年1月1日至今类似本项目业绩，以供应商提供的合同或中标（成交）通知书复印件（或扫描件）为准（日期以合同签订时间或中标（成交）通知书时间为准），每提供一份得1分，满分5分；未提供的不得分。</p>	5.0000	客观	服务方案.docx 业绩.docx

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的供应商的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分30分。 3.价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标报价最低的为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(投标基准价 / 投标报价)×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位； 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，供应商的投标报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确

定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 服务方案.docx

详见附件: 本项目拟投入人员汇总表.docx

详见附件: 1包-投标分项报价表.docx

详见附件: 业绩.docx

详见附件: 特定资格证明文件.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 服务方案.docx

详见附件: 特定资格证明文件.docx

详见附件: 业绩.docx

详见附件: 2包-投标分项报价表.docx

详见附件: 本项目拟投入人员汇总表.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同模板.docx

