

陕西省红十字会
合同签署本
编号: 2025058

省福利彩票公益金自动体外除颤器
(AED) 采购项目

合同书

采购人(甲方): 陕西省红十字会

成交人(乙方): 久心医疗科技(苏州)有限公司

签订日期: 2025年11月6日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，陕西省红十字会（甲方）与久心医
疗科技（苏州）有限公司（乙方）就省福利彩票公益金自动体外除颤器（AED）采购
项目购置的自动体外除颤器（AED）/自动体外除颤器（AED）教学机等货物（招标编
号：SXHT2025-ZC-JT1002）经双方协商达成如下合同条款：

一. 合同内容

乙方按本合同中确定的货物名称、型号与规格、产地、数量及配套内容进行供
货；乙方按时将货物运送到甲方指定的地点，负责到货货物的安装与调试，达到正
常使用；乙方负责为甲方培训操作、维护人员，质保期内负责指导货物的操作使用
和保养维修，做好售后服务工作。甲方在乙方完成合同明确规定的责任和义务后，
按合同要求付给乙方相应的货款。

1. 购置清单

货物名称	型号与规格	生产商、产地	数量	单位	单 价 (元)	总价（元）
1. 自动体外 除 颤 器 (AED)	iAED-S2P2	久心医疗科技 (苏州)有限 公司；江苏	500	部	3000.00	1500000.00
2. 自动体外 除 颤 器 (AED) 教学 机	iAED-X2HCT	久心医疗科技 (苏州)有限 公司；江苏	250	部	2000.00	500000.00
合计金额（大写）：贰佰万圆整； 小写：2000000 元						
备注：自动体外除颤器（AED）500 部中，包含配套外柜 420 部，其中壁挂柜（型 号：JS_CFG20）210 部，立柜（型号：JS_CFG37）210 部。						

2. 合同总额：2000000.00元，是指货物到达陕西省红十字会指定地点、完成
验收后的价格，其中已包含货物价格、包装运杂费（含保险）、税费、工程费、安装
调试费、相关人员培训、维修售后及相关费用等。

3. 合同总额为一次性包死价格，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变
更时作为付款结算的依据。

二. 交货时间及交货地点

交货时间为本合同生效后 30 个工作日内到货，货到后按甲方要求的时间、地点

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，陕西省红十字会（甲方）与久心医
疗科技（苏州）有限公司（乙方）就省福利彩票公益金自动体外除颤器（AED）采购
项目购置的自动体外除颤器（AED）/自动体外除颤器（AED）教学机等货物（招标编
号：SXHT2025-ZC-JT1002）经双方协商达成如下合同条款：

一. 合同内容

乙方按本合同中确定的货物名称、型号与规格、产地、数量及配套内容进行供
货；乙方按时将货物运送到甲方指定的地点，负责到货货物的安装与调试，达到正
常使用；乙方负责为甲方培训操作、维护人员，质保期内负责指导货物的操作使用
和保养维修，做好售后服务工作。甲方在乙方完成合同明确规定的责任和义务后，
按合同要求付给乙方相应的货款。

1. 购置清单

货物名称	型号与规格	生产商、产地	数量	单位	单 价 (元)	总价（元）
1. 自动体外 除 颤 器 (AED)	iAED-S2P2	久心医疗科技 (苏州)有限 公司；江苏	500	部	3000.00	1500000.00
2. 自动体外 除 颤 器 (AED) 教学 机	iAED-X2HCT	久心医疗科技 (苏州)有限 公司；江苏	250	部	2000.00	500000.00
合计金额（大写）：贰佰万圆整； 小写：2000000 元						
备注：自动体外除颤器（AED）500 部中，包含配套外柜 420 部，其中壁挂柜（型 号：JS_CFG20）210 部，立柜（型号：JS_CFG37）210 部。						

2. 合同总额：2000000.00 元，是指货物到达陕西省红十字会指定地点、完成
验收后的价格，其中已包含货物价格、包装运杂费（含保险）、税费、工程费、安装
调试费、相关人员培训、维修售后及相关费用等。

3. 合同总额为一次性包死价格，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变
更时作为付款结算的依据。

二. 交货时间及交货地点

交货时间为本合同生效后 30 个工作日内到货，货到后按甲方要求的时间、地点

安装调试交付使用。交货地点为陕西省红十字会指定地点。

三. 质量要求

1. 质量要求:乙方提供的货物必须符合(1)中华人民共和国国家标准;(2)行业标准;(3)地方标准;(4)货物生产商的产品质量标准;(5)其他标准:(如有请补充,否则请填无)等质量标准,否则甲方有权作退货处理。

2. 技术要求:乙方承诺提供的货物完全符合招标文件中作出的承诺,否则甲方有权作退货处理。乙方提供的 AED 设备应为近三个月内生产产品。

3. 包装及运输要求:乙方提供的货物必须是制造厂商全新的原厂原装产品(含零部件、配件、随机工具、技术文件等),包装外观完好、表面无划损、破损,无任何缺陷及隐患,每台设备上均应钉有铭牌(内容包括:制造商,设备名称、型号规格、序列号等并附有产品质量检验合格标志,且进货渠道合法,在中国境内可依常规安全合法使用。并应使用产品标准出厂包装,适合于空运、海运、陆运等长途运输方式及气候变化,防潮、防震、防雨、防锈、防冻等(若需特殊包装方式如冷冻等,请列明)。如因包装造成的一切损失(包括但不限于商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等),概由乙方负责赔偿。

4. 乙方应免费提供中文的产品正式说明书,使用手册及维护手册等,以及所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的,需要乙方才能提供的技术文件,乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

四. 货物安装及验收

1. 乙方应在签订合同后 5 天内向甲方提出产品安装、调试应准备的条件。乙方必须在货物测试与验收前,向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

2. 货物交付甲方后,甲乙双方商定日期,双方一起开箱验货,不得单方面开箱,由乙方免费现场安装调试。

3. 甲方在开箱验货中如发现货物不符合合同的约定,有权拒绝接受货物,经各方确认后,乙方应于 5 天内重新提供符合合同约定的货物,否则,视为乙方逾期交货。

4. 乙方应于货到甲方指定交货地点之日起按甲方要求的时间、地点进行安装调试。货物安装调试完毕且正常运行 7 天后，乙方应备齐甲方要求提供的验收文件，并提出书面验收申请。甲方将按流程进行验收，并出具采购物资验收报告给乙方。货物验收合格之日为甲方签署采购物资验收报告的日期。

5. 货物验收标准：以竞争性谈判文件、响应文件和合同项下所述的标准和要求进行验收，如竞争性谈判文件、响应文件与合同的标准和要求有冲突的，以竞争性谈判文件、响应文件为准。

五. 质保期

乙方提供的货物质保期自货物验收合格之日起计算，质保期为 5 年。在质保期内，乙方应免费提供货物维修、更换等服务，确保货物正常运行。

六. 技术服务承诺

1. 乙方负责提供货物相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。

2. 人员培训：乙方免费为甲方培训货物使用人员，培训数量按照平均每部 AED 配套 10 人的标准，即 5000 人。培训内容包括：心肺复苏、AED 使用方法和步骤、设备维护、简单维修等。

3. 售后服务：若货物在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的 12 小时内做出响应，24 小时内到达现场（特殊情况除外）进行维修处理。如乙方未能及时响应或处理问题，甲方有权自行安排维修，相关费用由乙方承担。在 AED 设备维修期间，乙方应提供可正常使用的 AED 设备作为替换。质保期满后，乙方仍应提供终身维护服务，只收取合理的成本费用。

七. 合同款项支付方式

1. 本合同签订之日起 15 日内，甲方向乙方支付合同总额的 60%，即 1200000.00 元，大写：壹佰贰拾万圆整；

2. 乙方交货并经甲方验收合格之日起 15 日内，甲方向乙方支付剩余合同总额的 40%，即 800000 元，大写：捌拾万圆整；

3. 甲方付款前，乙方应按照甲方要求提交正规发票。

甲方发票信息：

单位名称：陕西省红十字会

统一社会信用代码:136100005201557784

开户行及账号:光大银行西安分行营业部 78660188000039646

地址:西安市未央区未央路 123 号

乙方账户信息:

名称:久心医疗科技(苏州)有限公司

开户行:中信银行苏州分行营业部

账号:8112001014200562558

八. 甲方权利义务

1. 甲方有权对乙方提供的货物进行检验和验收,如发现货物不符合合同约定,有权要求乙方更换或处理。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同款项。
3. 甲方有义务为乙方提供必要的协助,如提供安装场地、配合调试等。
4. 甲方不得随意变更合同内容,如需变更,应与乙方协商一致并签订书面变更协议。

九. 乙方权利义务

1. 乙方应按照合同约定的时间和质量要求向甲方提供货物,并确保货物符合相关标准和规定。
2. 乙方有义务对所提供的货物进行安装和调试,直至货物正常运行,并向甲方提供必要的技术培训。
3. 乙方在质保期内,应免费提供维修、更换等售后服务,确保货物的正常使用。
4. 乙方不得擅自变更合同内容,如需变更,应与甲方协商一致并签订书面变更协议。

十. 违约责任

1. 合同生效后,甲乙双方应按合同规定认真履约。合同履约责任只涉及合同甲乙双方,不考虑第三方因素。
2. 乙方逾期交货的违约责任:乙方未按本合同约定时间交货的,每逾期 1 个工作日,应向甲方支付合同总额 1%的违约金;逾期超过 15 个工作日的,甲方有权单方面解除合同,乙方除应支付上述违约金外,还应返还甲方已支付的全部款项,并按合同总额的 20%向甲方支付赔偿金,同时赔偿甲方因重新采购货物所产生的差价

及其他实际损失。

3. 乙方货物质量及技术违约的违约责任：若乙方提供的货物不符合本合同第三条质量要求、技术要求或招投标文件承诺的，甲方有权要求乙方在 10 个工作日内无条件更换合格货物；若更换后仍不合格或乙方拒绝更换的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按合同总额的 30% 向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于重新采购费用、工期延误损失等）。若乙方提供的 AED 设备非近三个月内生产产品，视为质量违约，按本条约定处理。

4. 乙方售后服务违约的违约责任：乙方未按本合同第六条第 3 款约定履行售后服务义务的，如接到甲方通知后 12 小时内未响应或 24 小时内未到达现场（特殊情况需经甲方书面同意），每逾期 1 小时应向甲方支付合同总额 0.5% 的违约金；若因售后服务不及时导致货物无法正常使用超过 48 小时的，甲方有权自行委托第三方维修，费用由乙方承担，且乙方应按合同总额的 0.5% 向甲方支付违约金。质保期内若乙方未提供维修替换设备的，每逾期 1 天应支付合同总额 1% 的违约金。

5. 乙方培训义务违约的违约责任：乙方未按本合同第六条第 2 款约定完成人员培训义务的，每少培训 1 人应向甲方支付 10 元的违约金；培训内容不符合要求或培训效果未达到甲方标准的，乙方应在甲方通知后 7 个工作日内重新组织培训，直至达到要求，产生的费用由乙方承担，且应按合同总额的 0.05% 向甲方支付违约金。

6. 乙方擅自变更合同内容的违约责任：乙方未经甲方书面同意擅自变更货物型号、规格、数量、生产商或合同其他内容的，甲方有权拒绝接收，乙方应在 5 个工作日内恢复原合同约定内容，否则视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应返还已收款项，并按合同总额的 25% 向甲方支付违约金。

7. 乙方承担违约责任后，仍应继续履行合同约定的其他义务（甲方解除合同的除外）。若乙方的违约行为给甲方造成的实际损失超过约定违约金的，甲方有权要求乙方赔偿超出部分。

8. 因任何一方违约导致守约方采取法律途径（包括但不限于发律师函、诉讼、仲裁等）维护自身权益的，违约方应承担守约方因此支出的全部合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费、鉴定费、评估费等。

十一、不可抗力

若因不可抗力事件，如自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不

可克服的情况发生，导致合同一方或双方无法履行合同义务，受影响的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件。在此情况下，双方互不承担违约责任，但应积极采取措施减少损失。若不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，且互不承担解除合同的赔偿责任。若合同部分无法履行，双方应根据实际情况协商对合同进行变更或调整，以继续履行可能的部分。

十二. 争议解决方式

若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务，以保证合同的正常履行。

十三. 其它事项

1. 合同经双方签字盖章后生效。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方贰份，招标公司执壹份，执行完毕后自行失效。

2. 下述文件为本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释，且具有同等法律效力：

- ①合同附件 1：产品功能要求、技术规格及配置详单；
- ②合同附件 2：补充条款（如果有）；
- ③合同附件 3：澄清函及最终报价和承诺（如果有）；
- ④竞争性谈判文件；
- ⑤响应文件；
- ⑥成交通知书。

3. 在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。

4. 未尽事宜，双方协商解决。

5. 合同签订地点：采购人指定地点

6. 合同签订时间：2025 年 11 月 6 日

签署页

甲方

单位名称 (盖章):  陕西省红十字会

地 址: 西安市未央区未央路 123 号

委托代理人: (签字)

刘国建

电话: 029-86515321

乙方

单位名称 (盖章):  久心医疗科技(苏州)有限公司

地 址: 苏州工业园区兴浦路 200 号 21 栋 301、401

委托代理人: (签字)

孙建建

电话: 13008418000

半自动体外除颤器 (iAED-S2P2)

产品技术参数

一、 产品基本信息

- 1、产品名称：半自动体外除颤器
- 2、型号：iAED-S2P2
- 3、产地：中国，苏州
- 4、品牌：久心医疗

二、 物理指标

- 1、尺寸：270mm (长) × 221mm (宽) × 130mm (高)
- 2、重量 (含电池和电极片)：2.0kg
- 3、主机预期使用寿命：10年

三、 安全指标

- 1、振动、碰撞、运输：满足 GB/T 14710-2009、EN 1789:2007+A2:2014、GB/T 2423.5-2019、GB/T 2423.10: 2019、GB/T 2423.56: 2018 标准要求。
- 2、抗冲击/跌落性能：符合标准 GB/T 2423.7-2018 要求。设备从任意角度 1.5 米及以上高度跌落，功能不受影响，仍可正常使用。
- 3、防尘防水等级：IP55 防护等级，具备良好防尘防水性能。
- 4、电气安全 and 基本性能：符合国家 GB9706.8-2009《医用电气设备 第 2-4 部分：心脏除颤器安全专用要求》，符合 GB 9706.1-2020，GB 9706.204-2022 的要求，同时满足 YY 9706.111-2021 家庭护理环境、YY 9706.112-2021 紧急医疗服务环境中使用的医用电气设备和系统的要求。
- 5、电磁兼容：满足 YY 9706.102-2021、GB 9706.204-2022 电磁兼容适用项：6.1.1 无线电业务的保护、6.2.2 静电放电、6.2.3 射频电磁场辐射、6.2.6 射频场感应的传导骚扰、6.2.8 磁场要求。

- 6、**清洁及消毒：**可使用肥皂水、次氯酸钠、乙醇、异丙醇、双氧水等对设备进行清洁和消毒。

四、 环境指标

1、工作环境：

温度：-10℃～55℃；

相对湿度：0%～95%（无冷凝）；

气压：480hPa（海拔高度5920m）～1060hPa（海拔高度-390m）

设备从室温环境进入-20℃环境后，至少能工作 60 分钟。

2、存储环境（装有电池、电极片）：

温度：0℃～50℃

极限温度：-30℃～70℃（可达 24 小时）

推荐长期存储温度：5℃～35℃

相对湿度：0%～95%（无冷凝）

五、 除颤指标

- 1、**技术优势：**采用先进低能量高电流除颤技术，心肌损伤更小，除颤效果更好，首次除颤效率更高。

- 2、**除颤波形：**采用双相指数截尾波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

- 3、**适用范围：**具有成人和儿童（0～7 岁）除颤模式，支持电极片自动识别与成人/儿童模式一键切换，可根据病人类型自动切换除颤能量。

4、能量水平

成人模式：输出能量 150J～200J

儿童模式：输出能量 50J～70J

能量序列可通过软件配置，且除颤能量可根据阻抗动态调整。

- 5、**除颤能量输出精度误差：**不超过±10%。

6、分析和充电时间：

在室温环境中，采用满容量的新电池，从开始分析到最大能量电击准备完成<5 秒。

从打开盖子到最大能量电击准备完成 <7 秒。

- 7、除颤后心电输入的恢复时间： $\leq 2s$ 。
- 8、滤波功能：心律分析过程中，对采集到的心电信号进行滤波处理，包括病人晃动等导致的伪迹干扰。
- 9、起搏检测功能 具备起搏检测功能，具备起搏器伪像检测和滤除功能，降低心律误判风险。充电过程中持续分析心律，采用先进的充电与心律分析同步技术。



- 1、便捷设计：具备提手，开盖即开机，设备主界面板上按键为3个。
- 2、显示屏：采用7英寸彩色显示屏，屏幕分辨率为800*480，支持文字提示及动画指导用户急救操作。可显示ECG波形、电池剩余电量、无线信号质量、CPR按压模式及剩余CPR时间等信息。
- 3、亮度调节：可根据环境光线强度自动调节屏幕亮度，适应多种复杂使用环境。
- 4、语言支持：提供中英文双语界面显示和语音提示，可一键快速切换，满足公共领域使用需求。
- 5、音量调节：根据环境噪声自动调节音量，最大音量 $\geq 80dB$ ，适应嘈杂急救现场。

七、除颤电极片指标

- 1、类型：提供与机器配套的一次性自粘性通用电极片，有清晰的粘贴部位标记，粘贴错误时会发出语音提示。
- 2、连接方式：待机状态下，电极片和主机预先连接，开机后无需插入电极片，提升抢救效率。
- 3、有效期：单副电极片有效期为3年。
- 4、收纳管理：备用时电极片存放在独立存放仓，不裸露，便于管理。
- 5、标识设计：电极片有色彩区分，并配有明显的粘贴位置图形提示。
- 6、智能识别功能：设备可识别电极片序列号，具备电极片有效期自检和过期提示功能，相关信息可上传至信息管理平台。
- 7、自动模式切换：可自动识别成人/小儿电极片，并根据电极片类型自动选择默认的除颤模

式。

八、 电池指标

- 1、**类型：**可更换型，免维护、免充电的大容量锂锰电池。标配电池型号：JX2B1242 容量为 4.2Ah，选配大电池型号：JX2B12A0，容量 10Ah。
- 2、**待机寿命：**室温下不联网上传数据时，标配电池待机寿命为 5 年，选配大电池待机寿命为 10 年。
- 3、**电击次数：**室温环境下，标配电池可支持 ≥ 300 次最大除颤能量放电，选配大电池可支持 ≥ 800 次。
- 4、**连续监护时间：**针对不可电击心律进行分析和心肺复苏引导，标配电池 ≥ 12 小时，选配大电池 ≥ 25 小时。
- 5、**低电量报警：**可检测电池低电量并报警，首次电量低提示后，还可实施电击 ≥ 15 次及连续监护 ≥ 40 分钟 (AED 设备、系统可显示电池电量)。
- 6、**更换便捷性：**电池可徒手拆卸和安装，紧急情况下无需工具即可更换。
- 7、**追溯管理功能：**电池具备生命周期追溯管理功能，内部存有生产信息 (包括生产日期、序列号等)，使用信息 (包括使用次数、运行总时间、上电时间、开机关机时间、剩余电量、使用日志等)，可以实时监测和记录异常信息 (包括超温、超压、超载信息，电压异常跌落时间、低电量时间等)，确保电池状态正常可用。
- 8、**报警功能：**电池具有超温报警、超压报警和超载时间存储功能。

九、 设备维护与自检

- 1、**自检功能：**具备用户手动自检和周期性自检功能。
- 2、**自检项目及预警：**自动执行日、周、月、季自检和开机自检，手动自检项目不少于 15 项，涵盖电池、电极片、电源电路、心电电路、阻抗电路、温度电路、高压电路、1J 充放电等。设备故障、电池电量低、电极片过期时，主动预警并主动通知管理员。
- 3、**用户自检显示：**用户自检，AED 屏幕显示设备正常及异常原因，如电池电量低、电极片未插入、电极片过期、环境温度异常、设备故障等信息。
- 4、**状态指示：**采用明确的图形符号显示自检状态结果，方便红绿色盲用户判断。故障时，实

时向后台服务器发送自检报告。

5、温度监控：具备温度监控功能，设备环境超出预期范围时发出提示信息。

十、数据存储和传输

- 1、数据存储类型：可存储 ECG 波形数据、阻抗数据、事件数据、录音数据、急救数据（至少包含：急救时间、CPR 持续时间、放电次数等）。
- 2、存储容量：最大可存储 4000 份自检数据、40000 条日志数据。可配置的存储空间达 4GB。
- 3、抢救数据存储：抢救时具有实时定位、录音功能，可保存抢救过程中的 ECG 数据、阻抗数据、录音数据、CPR 持续时间等，总计最长可达 80 分钟。具有专用软件对数据进行回顾分析，所有数据归属权属于采购人。
- 4、数据导出方式：支持无线导出自检和抢救报告，支持 USB 数据导出自检和抢救数据。
- 5、数据传输方式：支持蓝牙、Wi-Fi 或移动通讯（4G/5G）无线传输，将自检数据、抢救数据和日志数据无线传输到远程 AED 管理平台。

十一、AED 智能管理系统

- 1、智能管理系统为 AED 设备原厂开发，保证信息传输的稳定可靠和升级拓展。系统支持提供 PC 端和移动端应用，移动端使用微信小程序，不用安装独立 APP。
- 2、支持 AED 设备统一管理。系统包含 AED 设备、AED 电池、AED 电极片及按需配备的其他模块或配件的出厂信息，便于产品的后期追溯。
- 3、系统支持对设备的全生命周期管理，至少包含设备生产、出库、产品安装激活、配件有效期、AED 产品有效期等关键时间节点信息。
- 4、设备支持在线报修，平台可监控跟踪设备报修信息，确保终端用户反馈的问题第一时间能得到响应处理。
- 5、AED 设备被用于患者抢救后，抢救数据可在设备端以 U 盘或蓝牙方式导出。
- 6、系统提供设备监控大屏页面，便于 AED 设备集中监控及展示，支持任意区域、任意品牌、任意机构采购安装的 AED 信息维护、性能状况实时监控。
- 7、系统支持 AED 状态信息显示，至少包含自检状态、网络状态、位置偏移状态、电池状态及电极片状态、布防点位图片、设备在地图中的布防位置和实际位置信息，位置信息中



- 至少包含详细布防地址和坐标信息。
- 8、系统支持定期向采购方自动推送设备巡检报告，推送周期可动态配置。

仅供陕西 2025 年省福利彩票公益金自动体外除颤器 (AED) 采购项目 (二次) 使用, 其它用途无效

仅供陕西 2025 年省福利彩票公益金自动体外除颤器 (AED) 采购项目 (二次) 使用, 其它用途无效

仅供陕西 2025 年省福利彩票公益金自动体外除颤器 (AED) 采购项目 (二次) 使用, 其它用途无效

训练机参数

主机型号	iAED-X2HCT
指示	彩色 3.5 英寸 LCD 屏动画 语言指示画面标志 成人/儿童指示画面标志 电源指示灯 除颤指示灯
一键开关机	支持
遥控器开关机	支持
成人/儿童一键切换	支持
语言一键切换	支持
语言	中文、英文
手柄	无
电极片	成人电极片（可重复使用）、电极片可单独更换（线缆不更换）
最大工作电流	600mA (Max)
关机电流	1uA (Max)
待机电流	100mA (Max)
主机寿命	8 年
电池型号	X2T-BAT05
电池类型	5VDC 可充电锂电池
电池容量	5V/10000mAh(电芯 3.7V/16000mAh)
电池续航	24 小时
电池附加功能	1、USB-A 移动电源（可通过 USB 给用电设备进行反向充电） 2、电量指示灯
电池寿命	300 次循环充放电
工作环境	温度：0℃~50℃ 相对湿度：5%~95%(无冷凝)，大气压：57Kpa~106Kpa
存储环境	温度：-30℃~65℃ 相对湿度：5%~95%(无冷凝)，大气压：57Kpa~106Kpa
整机重量（含电池）	1140±50g
跌落	1.2 米
外形尺寸	(250±2mm) × (180±2mm) × (67±2mm)
遥控器规格	
遥控器型号	X2T-RC
遥控器类型	红外线遥控
电池类型	DC3V、2 节 7 号 (AAA) 电池
有效距离	5 米
最大工作电流	10mA (Max)

待机电流	5uA (Max)
训练模式键	3 种训练模式 (模式 1: 除颤/不除颤、模式 2: 除颤、模式 3: 不除颤)
场景模拟键	6 种场景模拟 (1、模拟电极未正常贴靠; 2、模拟电极正常贴靠; 3、模拟可电击心律; 4、模拟不可电击心律; 5、模拟晃动干扰; 6、模拟晃动干扰消除;)
语言切换键	有
音量调节键	5 档 (主机上电默认 3 档)
静音键	有
播放/暂停键	有
电源键	有
全自动/半自动切换键	有
多台控制	支持

有限公司

人 工 智 能