

西安理工大学重大设备更新项目 设备采购合同

合同名称： 高精度 U 型水槽

合同编号： 2026204746HW0258

高精度 U 型水槽合同

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，
西安理工大学（甲方）与 **北京恩驰尔欧信息技术有限公司**（乙方）就甲方购置
的采购项目，经双方协商达成如下合同条款：

一、标的物及技术要求

1. 设备购置清单（投标文件分项报价表）：

序号	设备名称	品牌/规格/型号	生产厂家	数量 (台、套)	单价 (元)	小计 (元)
1	玻璃水槽 U 型 框架	恩驰尔欧/定制 /ECEO-UGFF	北京恩驰尔欧信 息技术有限公司	项	1	338000
2	水槽供回水 系统	恩驰尔欧/定制 /ECEO-RS	北京恩驰尔欧信 息技术有限公司	项	1	98000
3	流量测量系 统	恩驰尔欧/定制 /ECEO-FMS	北京恩驰尔欧信 息技术有限公司	项	1	24000
4	自动变坡系 统	恩驰尔欧/定制 /ECEO-ASC	北京恩驰尔欧信 息技术有限公司	项	1	120000
5	自动尾门系 统	恩驰尔欧/定制 /ECEO-ATS	北京恩驰尔欧信 息技术有限公司	项	1	68000
6	超声水位测 量系统	恩驰尔欧/定制 /ECEO-ULG	北京恩驰尔欧信 息技术有限公司	项	1	86000
7	流量控制系 统	恩驰尔欧/定制 /ECEO-FCS	北京恩驰尔欧信 息技术有限公司	项	1	80000
8	轨道及观测 设备搭载平 台	恩驰尔欧/定制 /ECEO-TOP	北京恩驰尔欧信 息技术有限公司	项	1	65000
合计总价（人民币大写）：捌拾柒万玖仟元整（小写）：879000 元						
注：以上价款均包含货物费(含备品备件费)、包装费、运杂费(含搬运、装卸、保险费等)、工程费、材料费、全部税费、安装调试费等相关费用。						

2. 其他内容：

3. 技术要求、商务要求：详见附件。

二、交付与运输

1. 交付时间：乙方应于 2026 年 7 月 30 日前将本合同项下全部设备交付给甲方。允许的合理宽限期为 甲方根据项目实际情况确定日，超过此期限仍未交付的，构成延迟交货违约。

2.交付地点:西安理工大学指定位置西安理工大学金花校区采购人指定地点。

3.运输与保险责任:乙方通过现场交付方式交付设备,并负责本合同项下设备的全程运输、装卸及保险事宜,并承担相应费用。定制产品设备毁损、灭失的风险,自设备在交付地点完成安装调试并经甲方最终验收合格后转移至甲方;非定制产品设备毁损、灭失的风险,自设备在交付地点经甲方授权代表签收后转移至甲方。

4.乙方交付设备时需同时移交技术文件及商业单证,包括但不限于保险单、装箱单、产品合格证、质量保证书、使用说明书、保修卡、原产地证明书(进口设备)、报关单(进口设备)、电路图、维护手册、安装图纸等,否则甲方有权拒收且不视为乙方完成交付。

三、支付方式:按以下第(2)种方式进行支付。

(1)乙方按照合同规定期限内供货、调试完成,经甲方最终验收合格并签署《验收合格报告》后7个工作日内,向乙方支付全部合同款项。乙方应在甲方付款前,向甲方开具全额合法有效的增值税专用发票。(适用于供货期30天内的采购合同)

(2)合同签订后5个工作日内,甲方向乙方预付合同总价的40%;设备运抵甲方指定地点并经甲方初步查验无误后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的30%;设备安装调试完成,经甲方验收合格并签署《验收合格报告》后,乙方开具全额合法有效的增值税专用发票,甲方7个工作日内向乙方支付合同总价的30%。(适用于供货期30天-90天的采购合同)

(3)合同签订后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的40%;设备运抵甲方指定地点并经甲方初步查验无误后,乙方按照剩余合同额向甲方开具不可撤销、见索即付的银行保函,甲方收到银行保函正本后5个工作日内向乙方支付等额款项;设备安装调试完成,经甲方验收合格并签署《验收合格报告》后,乙方开具增值税专用发票,甲方5个工作日内向乙方退还不可撤销、见索即付的银行保函正本。(适用于90天以上的采购合同)

(4)其他付款方式: 无。

四、履约保证金:合同签订后5个工作日内,乙方向甲方支付43950元(大写: 肆万叁仟玖佰伍拾元整)作为履约保证金(不超过合同金额10%)。合同标

的物经甲方验收合格后 5 个工作日内，甲方将上述保证金无息全额退还乙方。若乙方存在违约、给甲方造成损失或应承担违约金/赔偿金，甲方有权直接从履约保证金中抵扣对应金额，且乙方应在甲方通知后 10 个工作日内补足履约保证金；履约保证金不足以覆盖的部分，乙方仍应在甲方通知后 10 个工作日内补足差额。

五、安装与调试

1. 安装调试服务：如设备需要安装调试，乙方应在设备交付至甲方指定地点后 5 日内，派遣合格技术人员免费完成安装、调试及基础校准工作，确保设备达到合同约定的技术状态。若设备无需安装调试，乙方应在本合同签订后 5 日内向甲方出具书面说明。

2. 安装环境配合：甲方负责提供设备安装所需的电力、场地等基础条件。乙方应提前 30 日书面告知甲方具体的安装环境要求（如承重、温湿度、洁净度、电源规格等），因乙方未及时、准确告知而导致安装延误或产生额外费用、给甲方造成损失的，由乙方承担责任。

六、验收标准

1. 乙方按合同约定完成全部设备交付、安装调试并自检合格后，应向甲方提交书面验收申请及完整验收资料。甲方收到合格验收资料后，组织验收，验收质量按招标文件的采购参数内容、本合同及附件约定的采购参数、技术要求验收。

2. 若设备验收不合格，乙方应在收到甲方书面通知后 5 日内免费进行整改，并申请甲方复验。若乙方未在规定期限内完成整改或拒绝整改，视为乙方根本违约，甲方有权直接解除合同、要求退货并追究乙方违约责任；若复验仍不合格，甲方有权选择单方解除合同、要求退货，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。甲方也有权选择要求乙方更换合格设备，由此产生的所有费用由乙方承担，且更换后的设备质保期自新设备验收合格之日起重新计算。

七、质量及质保期

1. 合同标的物必须为全新未使用过的、来源合法，符合国家或有关行业质量标准，且完全符合本合同及附件约定的技术参数、规格型号要求。

2. 合同标的物自验收合格之日起质保期 4 年。在质保期内出现的质量问题，乙方负责免费维修、维护或更换，确保设备恢复正常运行；若乙方未按时响

应或维修后仍无法正常使用，甲方有权委托第三方维修，产生的费用从履约保证金或相关应付款项中抵扣，不足部分由乙方承担。在本合同约定的设备使用年限或双方另行商定的期限内，乙方应持续提供软件升级、技术咨询等支持服务。

八、产权与保密

1.设备知识产权声明：乙方保证，设备（包括硬件及随附软件）所含的全部知识产权归乙方或其合法许可方所有，所供设备为其合法所有或有权处分，不存在任何权利瑕疵。甲方在设备交付并经甲方验收合格后，取得该硬件设备的完整所有权；甲方在支付全部合同价款后，获得该设备及所附软件的非独占、可在甲方及其内部关联主体间转让或共享的使用权。

2.保密义务：双方应对因履行本合同而知悉的对方的技术资料、技术参数、采购价格、商业计划、内部流程等未公开信息承担保密义务。

九、争议解决：合同履行过程中出现争议时，由双方友好协商解决。协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、违约责任：

1. 合同违约情况按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；

2. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行；

3. 乙方应对其工作人员人身安全负责，如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失（直接损失、间接损失、甲方为避免损失扩大或维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等所有合理费用等）、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任；

4. 未按合同要求提供设备或提供的设备质量或规格不能满足技术要求，甲方有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚；

5. 若乙方发生延迟交货，每延迟 1 日，应向甲方支付合同总金额 1% 的违约金；延迟超过 15 日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额 20% 的违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

6. 招标文件、投标文件规定的其他违约情形；

7.其他：_____无_____。

十一、违约解除合同：出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

1.乙方根本违约，包括但不限于无法交付设备、设备存在严重质量问题无法修复（具体指经甲方书面通知后，乙方在合同约定的期限内或甲方另行给予的合理期限内进行两次整改或更换后，设备仍无法通过甲方验收的）、提供的资质文件造假等；

2.乙方未能履行合同规定的其它主要义务，经甲方书面催告后在合理期限内仍未履行，或该等违约行为导致甲方合同目的无法实现的；

3.乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的；

4.其他：_____无_____

本合同项下约定的所有甲方应付款项，若因乙方违约（包括但不限于质量、交付、安装调试等问题）导致甲方付款条件未成就或付款时间延后的，不视为甲方违约，乙方仍应承担相应的违约责任。

十二、其他约定事项：

1.合同经双方签字盖章后生效。合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；

2.招标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。

甲方（盖章）：西安理工大学	乙方（盖章）：北京恩驰尔欧信息技术有限公司
信用代码：1261000043523042XN	信用代码：91110119MACE7CMF5R
地址：西安市金花南路5号	地址：北京市昌平区科星西路106号院3号楼11层1101
开户银行：中国银行西安金花南路支行 银行账号：102891574567	开户银行：兴业银行北京西直门支行 银行账号：321170100100248034
法人/委托代理人签字 杨明阳	法人/委托代理人签字：李森
电话：15091838976	电话：15011269107
签订日期：2026年7月14日	签订日期：2026年7月14日

合同附件：

技术要求

一、玻璃水槽 U 型框架参数：

- ★1.规格尺寸：弯段外径 $\geq 4\text{m}$ ，内径 $\geq 2\text{m}$ ；进口直段长度 $\geq 6\text{m}$ ，出口直段长度 $\geq 6\text{m}$ ；截面宽度 $\geq 1\text{m}$ ，截面深度 $\geq 1\text{m}$ ；（投标文件内需提供承诺书）
- 2.主梁/U 型框架：Q235B 槽钢焊接；
- 3.框架对角线精度： $\leq \pm 1\text{mm}$ ；
- 4.主梁平整度： $\pm 1.5\text{mm}$ ；
- ▲5.水槽玻璃底板平整度： $\leq \pm 1.5\text{mm}$ ；
- ▲6.水槽玻璃边壁平整度： $\leq \pm 1.5\text{mm}$ ；
- 7.精度可调结构：框架设置精度可调结构，通过调整结构调整水槽玻璃精度；
- 8.水槽进出口：厚度 $\geq 3\text{mm}$ 碳钢材质，表面做防腐喷漆处理；
- 9.玻璃段：进口直段、出口直段及 U 型弯段，厚度 $\geq 12\text{mm}$ 超白钢化玻璃；
- 10.弯段与直段连接：软连接防水结构；防水材料尺寸长度 $\geq 3\text{m}$ ，宽度 $\geq 0.2\text{m}$ ；
- 11.消能紊流装置：盲沟消能材料厚度 $\geq 100\text{mm}$ ；
- 12.槽体为三面钢化玻璃，便于 PIV、ADV 等测量设备观测。

二、水槽供水系统参数：

- 1.管道及连接件：管道、法兰及软连接规格 $\geq \text{DN}150$ ，钢材材质做防腐处理；
- 2.电动阀：灰铸铁材质，内衬氟橡胶，4~20mA 信号控制，供电电压 220V，调节型电动阀；
- 3.流量计：最大测量流量 $\geq 100\text{L/s}$ ，测量允许误差 $\leq \pm 0.5\%$ ，电极材质：优于 316 不锈钢；
- 4.变频器：频率调节分辨率 0.01~50Hz；
- 5.最大浑水供水流量： $\geq 100\text{L/s}$ ；
- 6.最小浑水供水流量： $\leq 15\text{L/s}$ ；
- 7.最大流速： $\geq 1\text{m/s}$ ；
- 8.清水供水：利用实验室现有供水系统，管路长度 $\geq 4\text{m}$ ，管径 $\geq \text{DN}100$ 。

三、流量测量系统参数：

- 1.通讯接口：RS485 通信口；
- 2.流量综合控制箱：整体尺寸 $\geq 800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 250\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高），智能调控功能。

四、自动变坡系统参数：

- 1.升降机：蜗杆转速与蜗轮转速之比范围 1:1~3:1；
- 2.变坡控制：变坡自动控制器，自动控制坡降比功能；
- ▲3.变坡范围内误差： $\leq \pm 2\text{mm}$ ；
- 4.变坡范围：0~1.5%；
- 5.机械防偏限位：防止水槽变坡过程中产生侧向位移；
- 6.电子限位功能：设置安全限位，坡度极限范围：0~1.5%；

五、自动尾门系统参数:

- 1.尾门叶片材质: 不锈钢;
- 2.过流面积: $\geq 90\%$;
- 3.驱动: 伺服电机配绝对值编码器驱动;
- ▲4.控制精度: $\leq \pm 0.1^\circ$;
- ▲5.尾门反馈控制水位调节误差: $\leq \pm 5\text{mm}$
- 6.软件闭环控制功能: 系统硬件设备由软件实现同步闭环控制, 根据高精度的水位计同步反馈信号调节尾门开度;
- 7.软件智能调控功能: 尾门开合过程中, 根据尾门角度传感器实时开度数据及实际水位数据, 动态计算最优开合速度, 控制过程平稳、无明显振荡;
- 8.软件实验数据的实时显示功能: 实验数据的存储与导出, 以及制图分析统计。

六、超声水位测量系统参数:

- ▲1.测量范围: $0.1 \sim 1\text{m}$;
- ▲2.单探头最大误差: $\leq 1\text{mm}$;
- 3.多探头同步测量误差: $\leq \pm 2\text{mm}$;
- 4.测量重复性误差: $\leq 0.3\text{mm}$;
- ▲5.最大采集频率: $\geq 5\text{Hz}$;
- 6.测量分辨率: $\leq 0.1\text{mm}$;
- 7.软件参数配置功能: 启停控制、采样率设置、查看水位实时变化曲线;
- 8.软件沿程水位显示功能: 实时查看沿程水位变化趋势;
- 9.软件数据管理功能: 查看水位实时保存的水位的历史数据文件, 实验数据可生成曲线图, 提供数据保存功能;
- 10.软件设备管理功能: 设备的添加、删除、修改及比例系数 K、偏移量 B 值的标定功能。

七、流量控制系统参数:

- ▲1.单流量控制精度: $\leq 1\%$;
- ▲2.可控流量范围最大误差: $\leq \pm 5\%$;
- 3.目标流量调节时间: $\leq 60\text{s}$;
- 4.非恒定流最短周期: $\leq 30\text{s}$ 。
- 5.软件闭环控制功能: 系统硬件设备由软件同步闭环控制, 接受反馈信号实时调节;
- 6.软件阀门控制功能: 精准调节水泵盲区内的流量, 并防止回流、保证流量计满管;
- 7.软件数据处理功能: 实验数据的存储与导出、制图、分析及统计功能。

八、轨道及观测设备搭载平台参数:

- 1.轨道承载力: $\geq 100\text{kg}$;
- 2.轨道调节结构: 配备调节块, 可调高程范围 $1 \sim 10\text{mm}$;
- 3.轨道内空精度误差: $\leq \pm 1.2\text{mm}$;
- 4.轨道高程精度误差: $\leq \pm 1.2\text{mm}$;
- 5.多功能测架: 在水槽直段手动移动范围 $\geq 4\text{m}$, 可设置专用夹具 (可搭载流速、水位)。

商务要求

1. 交货时间

接采购人通知后 90 个日历日完成供货。

2. 交货地点

西安理工大学金花校区采购人指定地点

3. 支付约定

(1) 付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

(2) 付款条件说明：设备运抵采购人指定地点并经采购人初步查验无误，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

(3) 付款条件说明：设备安装调试完成，经采购人验收合格并签署《验收合格报告》后，供应商开具全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

4. 支付方式

分期付款

5. 验收标准和方法

(1) 验收依据：招标文件、投标文件及技术澄清文件（函）；国家/行业标准、规范。

(2) 验收流程：①到货初检（采购人、供应商共同参与）：检查外包装完整性、防伪标识、运输损伤情况；核对货物型号、数量、规格是否与合同一致；检查随机文件（合格证、说明书、保修卡等）。②安装调试验收设备安装符合 GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试记录完整。③性能测试验收（关键指标实测）连续运行 48 小时无故障；关键参数与投标文件承诺值对比，符合文件约定。④最终验收签署《验收合格报告》，产品保修期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

(3) 验收标准：供应商按合同约定完成全部设备交付、安装调试并自检合格后，应向采购人提交书面验收申请及完整验收资料。采购人收到合格验收资料后，组织验收。若设备验收不合格，供应商应在收到采购人书面通知后 5 日内进行整改，并申请采购人复验。若供应商未在规定期限内完成整改或拒绝整改，视为供应商根本违约，采购人有权直接解除合同、要求退货并追究供应商违约责任；若复验仍不合格，采购人有权选择单方解除合同、要求退货，并要求供应商赔偿因此造成的全部损失。采购人也有权选择要求供应商更换合格设备，由此产生的所有费用由供应商承担，且更换后的设备质保期自新设备验收合格之日起重新计算。

6. 包装方式及运输

(1) 包装标准：供应商提供产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行，确保防潮、防震、防锈蚀、防碎；包装箱外应清晰标明设备名称、编号、重量、尺寸及防雨、易碎、向上等标识；

(2) 运输方式：供应商自主选择，须购买全程运输保险，保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由中标人负责赔偿；

(3) 运输责任：运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；

(4) 存放与保管：货物到达采购人指定地点后，供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

7. 质量保修范围和保修期

(1) 质保要求：质保期 2 年（自验收合格出具验收报告之日起算）。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量问题，由乙方包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。①质量标准：供应商的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；供应商应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），免费提供所有设备正常使

用所需的备品备件,且供应商维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产;②不符约定处理:如交付品种、型号、规格不符合合同约定的,由供应商负责退换,由此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由供应商全部承担并赔偿相应损失;③不能修理或调换:如不能修理或者不能调换的,按不能交货处理,因此给采购人造成的所有经济损失供应商应予全额赔偿;④质保服务:保修期内由供应商免费质保,采购人报修后2小时内供应商必须响应,否则将依据有关法律、法规进行追偿;若供应商未按时响应或维修后仍无法正常使用,采购人有权委托第三方维修,产生的费用从履约保证金或相关应付款项中抵扣,不足部分由供应商承担。在设备使用年限或双方另行商定的期限内,供应商应持续提供软件升级、技术咨询等支持服务。⑤瑕疵责任:供应商提供产品应无任何瑕疵,符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成任何事故而引发的纠纷,由供应商全额负责赔偿,并免费为采购人修复瑕疵或更新换代,其间产生的费用均由供应商承担。

(2) 安装调试要求:安装标准:执行 GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》;调试周期:连续72小时无故障运行测试;人员培训:提供相关操作人员培训资料。

(3) 配套工程:包含安装设备所需工具(需提前2日做好准备)。

(4) 质量保证:质量追溯:提供原材料来源证明及质量检验报告;货物要求:以采购人的要求为准,为采购人提供全新的货物(包括零部件)。

(5) 售后服务:定期维护:每季度提供预防性维护服务。

8. 违约责任与争议解决的方法

(1) 合同违约情况按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行;

(2) 供应商应对其工作人员人身安全负责,如因工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失(直接损失、间接损失、采购人为避免损失扩大或维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等所有合理费用等)、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任;

(3) 未按合同要求提供设备或提供的设备质量或规格不能满足技术要求,采购人有权终止合同并对供应商违约行为进行追究,同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚;

(4) 若供应商发生延迟交货,每延迟1日,应向采购人支付合同总金额1%的违约金;延迟超过15日的,采购人有权单方解除合同,并要求供应商支付合同总金额20%的违约金,如该违约金不足以弥补采购人损失的,供应商还应予以赔偿。

(5) 合同履行过程中出现争议时,由双方友好协商解决。协商不成,向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9. 其他要求

(1) 因政府采购电子化交易平台格式受限,招标文件“3.4.4 支付约定”以下列内容为准:合同签订后5个工作日内,采购人向供应商预付合同总价的40%;设备运抵采购人指定地点并经采购人初步查验无误后7个工作日内,采购人向供应商支付合同总价的30%;设备安装调试完成,经采购人验收合格并签署《验收合格报告》后,供应商开具全额合法有效的增值税专用发票,采购人7个工作日内向供应商支付合同总价的30%。

(2) 中标供应商应于结果公告发布后3日内提交纸质投标文件肆份(正本壹份、副本叁份),纸质版投标文件需包含目录、无少页、缺页、连续页码(要求首封面为第1页,从第2页开始连续编辑页码)。纸质版文件内容应与电子版文件内容保持一致。递交地点:西安市雁塔区南二环东段凯森盛世1号B座2606室;

(3) 以保函形式交纳投标保证金的,投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件,发送至邮箱3210945469@qq.com(邮件命名:项目编号+采购包号+项目名称),并将保函原件单

独递交至代理机构财务；投标人应在投标文件中附保函复印件或扫描件。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具；若投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

（4）本项目可兼投兼中。