

合同号:

政府采购货物买卖合同

项目名称: 麻醉手术部、妇科、泌尿外科设备（采购包3）
项目编号: HCCG-2026-030
甲 方: 西北大学第一医院
乙 方: 河南浩梦医疗器械有限公司
签订时间: 2026.7.9

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____西北大学第一医院_____

乙方（全称）：_____河南浩梦医疗器械有限公司_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____麻醉手术部、妇科、泌尿外科设备（采购包3）_____

(2) 采购项目编号：_____HCCG-2026-030_____

(3) 采购计划编号：_____ / _____

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☒部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____金额：_____

国别：_____品牌：_____规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 标的清单和合同金额

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	单价 (元)	总金额 (元)	备注
1	尿(流)动力学 分析仪(尿动力 学分析仪)	Nidoc 970A+	成都维信电 子科技有限 公司	1 台	250000 .00	250000.0 0	/
2	内窥镜手术创 削系统(内窥镜 手术刨削器)	SPS-600	珠海市司 迈科技有 限公司	1 台	265000 .00	265000.0 0	/
3	输尿管硬镜(输 尿管肾镜)	SN-I 型	杭州好克 光电仪器 有限公司	1 套	59000. 00	59000.00	/
合计：大写：伍拾柒万肆仟元整，小写：¥ 574000.00元。							

(1) 合同金额小写：_____ 574000.00

(2) 大写：_____ 伍万柒仟肆佰元整

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写)：

☐全额付款： (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款： (1. 合同款项支付全部通过银行转账，由甲方以人民币结算。乙方应于甲方第一次付款前，按照国家相关规定向甲方提供与合同价款总额相等的正式增值税发票，乙方延期提供发票或提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权拒付合同款项且不承担任何法律责任。2. 款项结算方式。(1) 设备安装调试完毕并经甲方验收合格后，30 日内支付合同总价款的 40%；(2) 设备验收合格并正常运行一年后，乙方提起书面付款申请并提交结算资料，甲方在收到乙方付款申请后的 30 日内支付合同总价款的 30%；(3) 设备验收合格并正常运行二年后，乙方提起书面付款申请并提交结算资料，甲方在收到乙方付款申请后的 30 日内支付合同总价款的 30%。)

(4) 合同总价含税。合同总价为完成本次项目所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括：货物费、运输费 (含保险费)、仓储保管费、安装调试费、检测验收费、人员培训费、税金等其他一切相关费用。

(5) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

3. 合同履行

(1) 合同履行起始日期：2026年7月9日，完成日期：2028年7月8日。

(2) 履约地点：西北大学第一医院指定地点。

(3) 交货期、交货地点：交货期 (包含安装、调试时间)：合同签订后30个日历天内 (按招标文件要求和投标文件响应交货期填写) 交付甲方并经甲方验收合格 (若因甲方场地原因造成不能按时交货，乙方可延长供货期)。根据需要使用，甲方如需提前或推迟收货，乙方应无条件配合，不得收取仓储费等任何费用。

(4) 分期履行要求：响应甲方要求

(5) 风险处置措施和替代方案：响应甲方要求

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：西北大学第一医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：响应甲方要求。

(2) 履约验收时间：按照甲方要求的时间。

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：

①验收方法：乙方将货物发放甲方指定地点，由甲方统一组织验收。验收完成后，甲方填写货物验收报告单。

②在发货前，乙方应对货物的质量、规格、配置、数量等进行准确而全面的检验，并随货出具产品生产产地证明材料(加盖公章)。

③甲方在收到货物后原则上应在 30 日内组织人员按招、投标文件及合同约定的技术参数指标进行验收，并填写验收报告单。如果货物达不到国家的质量及企业标准或与投标时封存样品不符或不符合本合同的约定或短缺的情形，甲方有权拒绝接收，鉴定费用及在此前产生的一切费用由乙方承担，但交货期不顺延。同时，甲方有权终止本合同，另行招标，或与评标报告中排名第二的供应商签订新的供货合同。

④乙方在货物验收时为甲方提供设备交接所需要的一切文件和手续，包括但不限于：产品使用说明书、产品合格证、全部设备装箱单、制造厂家出具的《产品合格证》、《货物使用说明书》、质量检验证书等厂家随设备包装的全部技术文件，进口设备必须提交进口设备报关单及商检证明，以及因进口设备而产生的政府行政部门随时要求的其他文件、授权、证明。若乙方拒不提供则视为违约，甲方有权拒绝接收货物并追究乙方违约责任，但交货期不顺延。

⑤需要安装调试的，必须在经过货物质量初验合格后进行。安装调试时应当按照甲方相关要求进行。乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。遵守产品安装作业的有关规定，做好作业现场安全管理；协助甲方做好作业现场的安全保卫、防火防盗工作，确保安装作业顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证作业质量和安全文明作业；按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。乙方所提供的货物在安装施工全过程中的安全由乙方负责。

乙方项目负责人：李俊平，联系电话：18240669592。

(5) 履约验收标准:

①本合同及合同附件、补充协议;

②国家相应的标准、规范;

③招标文件、投标文件、澄清表(函)(如有)。

(6) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(7) 履约验收其他事项: 响应甲方要求。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件,图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日生效。

7. 合同份数


本合同一式 6 份,甲方执 3 份,乙方执 3 份,均具有同等法律效力。

合同订立地点: 西北大学第一医院

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、质量保证承诺、等。

(以下无正文)

甲方		乙方
单位名称(公章或合同章)	西北大学第一医院	单位名称(公章或合同章) 河南浩梦医疗器械有限公司

法定代表人 (签章)		法定代表人 (签章)	
		或授权代表	
或授权代表		拥有者性别	女
联 系 人	陈艳红	联 系 人	李俊平
联系电话	029-82627060	联系电话	18240669592
通信地址	西安市咸宁东路 512 号	通信地址	河南省新乡市长垣市方里镇 方南村 69 号
邮政编码	710061	邮政编码	453416
开户名称	西北大学第一医院	电子邮箱	1187533402@qq.com
开户银行	工行咸宁路支行	统一社会信用代码	91410728MA9GTWHB10
银行账号	3700025609014469002	开户名称	河南浩梦医疗器械有限公司
		开户银行	中国农业银行股份有限公司 长垣县方里支行
		银行账号	16404801040003108
合同订立时间： 2026 年 7 月 9 日			
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有

费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理

的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方第三人承担法律责任; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方有其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延履行, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

附件：1. 设备规格技术参数

(1) 尿(流)动力学分析仪（尿动力学分析仪）

Nidoc 970A+ 尿动力学分析仪主要技术指标

- 1、符合 GB 9706.1-2020 医用电气 设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求。
- 2、全中文操作界面，测量参数符合 ICS 标准。
- 3、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。
- 4、无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。
- 5、双模式软件（A 和 B 模式），可自由切换。
- 6、压力测定范围：-2.45kPa~+19.61kPa（-25cmH₂O~+200cmH₂O），误差≤2%。
- 7、尿流率：
 - （1）、排尿量测定范围：0mL~1000mL，误差≤1%；
 - （2）、排尿时间测定范围：0s~240s，误差≤1%；
 - （3）、尿流率测定范围：0~50mL/s，误差≤2%；
- 8、牵引机：
 - （1）、牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s 四档，误差≤2%；
 - （2）、牵引长度：≥280mm。
- 9、灌注泵：
 - （1）、灌注率设定范围，分为两档：
2mL/min~10mL/min
10mL/min~80mL/min
 - （2）、灌注率误差：2mL/min~80mL/min 时：误差≤2%。
 - （3）、尿动力分析仪专用八轮长寿命灌注泵（泵体 316L 不锈钢，泵轮 PEEK）
 - （4）、波动检测：差值低于 7cmH₂O（提供第三方校准证书）
- 10、推注泵：
推注率设定范围：2mL/min~5mL/min 误差≤2%。
- 11、EMG 单元：
 - （1）、测量信号幅度范围：20μV~1000μV；
 - （2）、频率范围：通频带不窄于 20Hz~500Hz（-3dB），不包括限波波段；
 - （3）、共模抑制比（CMRR）：≥100dB；
 - （4）、差模输入阻抗：≥5MΩ；
- 12、软件和功能显示

(2) 内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)

SPS-600 内窥镜手术刨削器技术参数表

序 号	产品名称	主要性能技术参数
1	内窥镜手术刨削器	本产品适用于内窥镜手术下对软组织进行绞碎或切除 (见产品注册证)
1.1	主机	能量控制平台, 负压吸引装置 (见检验报告 2019-GL-0038 第 4 页-8)
1.2	操作手柄(电机)	操作手柄, 电机及电机线缆, 输出转速。 具有静音电机, 旋转时无杂音转出。操作手柄外壳与电机可拆卸分开, 操作手柄外壳与电机可以分开单独清洁消毒灭菌, 可以保护电机, 延长使用寿命。 (见检验报告 WT22060047 第 2 页)
1.3	刨削刀头	具有 Ø4.8×360mm、Ø4.8×390mm、Ø4.0×360mm、Ø4.0×390mm 四种及以上规格可选 (见产品注册证技术要求)
1.4	脚踏开关	脚踏开关, 双档位多功能单踏板脚踏控制开关。 1) 档位一: 半踩(轻踏), 脚踏启动负压吸引功能, 保证手术视野清晰, 有效避免刨削刀头误切; 2) 档位二: 全踩脚踏(踩下脚踏至底部), 吸引功能保持开启状态并同时启动刨削刀头旋转切割; (见说明书第 20 页、见检验报告 WT22060047 第 2 页)
1.5	刨削器	刨削器具有智能提示音提示功能, 并声音大小可调节, 当踩动脚踏第一档开关启动负压吸引时, 主机会自动发出嘟嘟的提示音; 当踩动脚踏第二档开关启动刀具旋转切割时, 主机会模拟刀具切割工作声音; (见检验报告 WT22060047 第 2 页)
1.6	外接电源	AC220V 50Hz (熔断器 T3.15A/250V) (见说明书第 14 页)
1.7	输入功率	300VA (见说明书第 14 页)
1.8	安全类型	I 类, BF 型应用部分(见说明书第 14 页)
1.9	输出转速	300-2100r/min (见技术要求第 2 页、见检验报告 2019-GL-0038 第 3 页-3)

1.10	调速范围	1 档~10 档可调（见检验报告 2019-GL-0038 第 3 页-3）
1.11	最大负压值	≥ 80 kPa（见检验报告 2019-GL-0038 第 4 页-8）
1.12	吸引流量	≥ 400 mL/min（见说明书第 14 页）
1.13	电机旋转模式	①单一方向旋转，②往复交替循环旋转 根据手术情境，可以通过刨削器主机面板选择适合于各类不同手术情况的旋转模式。 （见检验报告 2019-GL-0038 第 3 页-4）
1.14	空载往复频率	70~110 次/min（见技术要求第 2 页、说明书第 15 页）
1.15	额定负载转矩	50 mN.m（见检验报告 2019-GL-0038 第 3 页-6、说明书第 15 页）
1.16	噪音	<65 dB（见检验报告 2019-GL-0038 第 5 页-18）
2	收集瓶及溢流保护装置	配置两个 4L 的液体收集瓶（负压瓶），收集切除后的组织与废弃液体，负压瓶设计需内置自动防溢流装置，防止吸引液体和组织溢出流入设备，从而保护刨削器主机；（见产品安装操作指引）
3	台车	单台仪器设备的便捷台车，带脚轮可移动手推台车，满足刨削主机与负压瓶同时存放。（见产品彩页）
4	膀胱内窥镜（粉碎镜）	用于尿道、膀胱的观察成像。视向角 0° 广角镜，工作长度 250 mm $\pm 3\%$ ，包括插入宽度 ≤ 8.0 mm、器械通道 ≥ 5.5 mm 和插入宽度 ≤ 6.5 mm、器械通道 ≥ 4.0 mm 两种规格可选，与刨削主机为同一注册人。 （见产品注册证技术要求变化对比表、产品说明书第 4 页）
4.1	装配及功能要求	膀胱内窥镜与镜鞘安装连接后，可 360° 任意旋转。（见产品彩页）

(3) 输尿管硬镜（输尿管肾镜）

杭州好克 SN-I 输尿管肾镜产品配置单

单位：元

序号	货 号	名 称	规 格	数 量
1	Y1430B	输尿管肾镜	F7.5×425mm	1 支
2	N1010-1	硬性活检钳	F5	1 把
3	N1020-1	硬性异物钳	F5	1 把
4	/	消毒盒	/	1 个

输尿管肾镜 Y1430B 技术参数

1. 视向角：0°
2. 视场角：≥75°
3. 头部最细端外径：≤Fr7.5 中间：Fr11.1 尾部：Fr 12.4
4. 景深范围：3~20mm
5. 工作长度：≥425mm
6. 器械通道：Φ1.8mm
7. 输尿管肾镜钳子：F5*580mm

2. 技术参数响应表

序号	设备名称	招标规格	投标规格	偏离	佐证材料页码
1	尿(流)动力学分析仪	1、全中文操作界面,测量参数符合 ICS 标准。	1、全中文操作界面,测量参数符合 ICS 标准。	无偏离	见厂家技术参数第 2 条
2	尿(流)动力学分析仪	2、灌注模式具有推注与旋转蠕压两种模式。	2、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。	无偏离	见厂家技术参数第 3 条
3	尿(流)动力学分析仪	3、具有无极变速推注技术。	3、具有无极变速推注技术。	无偏离	见厂家技术参数第 4 条
4	尿(流)动力学分析仪	4、具有双模式软件,可自由切换。	4、具有双模式软件(A/B 两种软件),可自由切换。	无偏离	见产品注册证及技术参数第 5 条
5	尿(流)动力学分析仪	5、▲压力测定范围:-2 kPa~+19.19kPa,误差≤2%。	5、▲压力测定范围:-2.45 kPa ~ +19.61kPa,误差≤2%。	正偏离	见产品检测报告第 2 页
6	尿(流)动力学分析仪	6、具有尿流率测量功能	6、具有尿流率测量功能	无偏离	见检测报告
7	尿(流)动力学分析仪	7、配置牵引机:	7、配置牵引机:	无偏离	见配置清单
8	尿(流)动力学分析仪	8、▲灌注泵:灌注率设定范围,分为两档:2mL/min~10mL/min	8、▲灌注率设定范围,分为两档:2mL/min~10mL/min (以 1mL/min 的速率递增);	无偏离	见产品检测报告第 2 页

		10mL/min~ 80mL/min。	10mL/min~80mL/min (以 5mL/min 的速率递增)；		
9	尿(流)动力学 分析仪	9、软件和功能显示:	9、软件和功能显示:	无偏离	见厂家技术参数第 12 条
10	尿(流)动力学 分析仪	①全中文操作界面。 具有常用诊断语提示与编辑功能,在编写报告时可快速插入。	①全中文操作界面。具有常用诊断语提示与编辑功能,在编写报告时可快速插入。	无偏离	见软件产品登记测试报告及技术参数第 12 条
11	尿(流)动力学 分析仪	②同步测定中可绘制显示 ICS 列线图、A-G 列线图、Shaefer 列线图、Griffiths 列线图。	②同步测定中可绘制显示 ICS 列线图、A-G 列线图、Shaefer 列线图、Griffiths 列线图。	无偏离	见软件产品登记测试报告及技术参数第 12 条
12	尿(流)动力学 分析仪	③检查数据信息可导出为符合 ICS 尿动力学研究数据数字交换标准的文件。	③检查数据信息可导出为符合 ICS 尿动力学研究数据数字交换标准的文件。	无偏离	见软件产品登记测试报告及技术参数第 12 条
13	尿(流)动力学 分析仪	④具有高级查询功能。	④具有高级查询功能。	无偏离	见软件产品登记测试报告及技术参数第 12 条
14	尿(流)动力学 分析仪	10、主机可兼容、适配市场大多数品牌的尿道测压导管和直肠测压导管,在检查病人时,可同时出病历报告。	10、主机可兼容、适配市场大多数品牌的尿道测压导管和直肠测压导管,在检查病人时,可同时出病历报告。	无偏离	见注册证见软件产品登记测试报告及技术参数第 15 条

15	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	本设备为核心产品 1、电切内窥镜与刨削系统为同一品牌。	本设备为核心产品 电切内窥镜与刨削系统为同一品牌。	无偏离	详见产品注册证
16	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	1.1、具有能量控制平台，内置负压吸引装置。	能量控制平台，内置负压吸引装置。	无偏离	见检验报告 2019-GL-0038 第4页-8
17	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	1.2、操作手柄具有静音电机，操作手柄外壳与电机可拆卸分开，操作手柄外壳与电机可以分开单独清洁消毒灭菌。	操作手柄、电机及电机线缆，输出转速。具有静音电机，旋转时无杂音转出。操作手柄外壳与电机可拆卸分开，操作手柄外壳与电机可以分开单独清洁消毒灭菌，可以保护电机，延长使用寿命。	无偏离	(见检验报告 WT22060047 第2页)
18	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	1.3、刨削刀具2套， $\varnothing 4.8 \times 360\text{mm}$ 。双档位多功能单踏板脚踏控制开关。	具有 $\varnothing 4.8 \times 360\text{mm}$ 、 $\varnothing 4.8 \times 390\text{mm}$ 、 $\varnothing 4.0 \times 360\text{mm}$ 、 $\varnothing 4.0 \times 390\text{mm}$ 四种及以上规格可选；脚踏开关，双档位多功能单踏板脚踏控制开关。	正偏离	见刨削刀头注册证技术要求； 见说明书第20页、见检验报告 WT22060047 第2页
19	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	1.4、▲最大负压值 $\geq 80\text{ kPa}$ ，吸引流量 $\geq 400\text{mL/min}$ 。	最大负压值 80 kPa ；吸引流量 590mL/min	无偏离	见检验报告 2019-GL-0038 第4页
20	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	1.5、电机旋转模式： ①单一方向旋转；②往复交替循环旋转。	电机旋转模式：①单一方向旋转；②往复交替循环旋转。	无偏离	见检验报告 2019-GL-0038 第3页-4

21	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	1.6、▲空载往复频率 70~110 次/min, 额定负载转矩 ≥ 50 mN.m。	空载往复频率 70~110 次/min; 额定负载转矩 50 mN.m。	无偏离	见 检 验 报 告 2019-GL-0038 第 3 页-6、
22	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	2、膀胱内窥镜, 要求与刨削器、电切镜为同一厂家产品。	膀胱内窥镜(粉碎镜) 用于尿道、膀胱的观察成像。与刨削主机为同一注册人。	无偏离	见产品注册证
23	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	2.1、视角 0° 广角镜, 蓝宝石镜面, 视角 $\geq 60^\circ$ 。	视向角 0° 广角镜, 蓝宝石镜面, 视场角 75° 。	正偏离	产品说明书第 4 页
24	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	2.2、工作长度 ≥ 250 mm, 内窥镜外径 ≤ 25 Fr, 内窥镜器械通道 ≥ 16 Fr。内窥镜与内窥镜接头及外鞘安装连接后, 可 360° 任意旋转。	工作长度 250 mm $\pm 3\%$, 插入宽度(内窥镜外径) 8.0mm (24Fr)、器械通道 5.5 mm (16.5Fr); 膀胱内窥镜与镜鞘安装连接后, 可 360° 任意旋转。	无偏离	产品说明书第 4 页; 见产品彩页。
25	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	2.3、内窥镜具有刨削刀头专用手术操作通道, 外鞘带有进、出水通道。	内窥镜具有刨削刀头专用手术操作通道, 外鞘带有进、出水通道。	无偏离	见产品彩页、见 SPS-600 安 装 操作指引
26	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	3、带脚轮可移动手推台车。	单台仪器设备的便捷台车, 带脚轮可移动手推台车, 满足刨削主机与负压瓶同时存放。	无偏离	见产品彩页
27	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	4、电切内窥镜, 要求与刨削器为同一品牌。	电切内窥镜与刨削器为同一品牌。	无偏离	见产品注册证

28	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	4.1 内窥镜: 30°, $\phi 4$ 长度 $\geq 300\text{mm}$, 高清 (HD) 视场中心角分辨率 $\geq 4.5\text{C}/^\circ$	内窥镜: 30°, 直径 $\phi 4$, 工作长度 $\geq 300\text{mm}$, 高清 (HD); 视场中心角分辨率 $4.83\text{C}/^\circ$	正偏离	见电切内窥镜彩页; 见电切内窥镜说明书第 3 页。
29	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	4.2 有效景深范围: 3mm~100mm	有效景深范围: 3mm~100mm	无偏离	见电切内窥镜说明书第 3 页。
30	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	4.3 外鞘: $\leq 26\text{Fr}$ 进出水垂直对流, 内鞘: $\leq 24\text{Fr}$ 可 360° 旋转	外鞘: 26Fr 进出水垂直对流 内鞘: 24Fr 可 360° 旋转	无偏离	见电切内窥镜彩页
31	内窥镜手术刨削系统(内窥镜手术刨削器)	4.4 操作器: 被动式, 手术电极行程 $\geq 20\text{mm}$, 内鞘进水接头, 配合内鞘实施单鞘手术, 加长杆状电极, 长度 $\geq 550\text{mm}$ 。	操作器: 被动式, 手术电极行程 24mm; 内鞘进水接头, 配合内鞘实施单鞘手术; 加长杆状电极, 长度 550mm。	正偏离	见电切内窥镜说明书第 2 页; 见电切内窥镜技术要求第 3 页 SM-8602。
32	输尿管硬镜	输尿管硬(肾)镜 1、基本安全和基本性能要求: 包含输尿管肾镜、硬性活检钳、硬性异物钳、消毒盒各一件。	基本安全和基本性能要求: 包含输尿管肾镜、硬性活检钳、硬性异物钳、消毒盒各一件。	无偏离	详见厂家提供配置清单
33	输尿管硬镜	2、输尿管肾镜要求	输尿管肾镜要求	无偏离	详见厂家提供技术参数
34	输尿管硬镜	1. 视向角: 0°	视向角: 0°	无偏离	详见厂家提供技术参数第 1 条

35	输尿管硬镜	2. 视场角: $\geq 75^\circ$	视场角: $\geq 75^\circ$	无偏离	详见厂家提供技术参数第 2 条
36	输尿管硬镜	3、▲头部最细端外径: $\leq Fr7.5$ 中间: $Fr11.1$ 尾部: $Fr \leq 12.5$;	▲头部最细端外径: $\leq Fr7.5$ 中间: $Fr11.1$ 尾部: $Fr \leq 12.4$;	无偏离	详见厂家提供技术参数第 3 条
37	输尿管硬镜	4、景深范围: 3~20mm	景深范围: 3~20mm	无偏离	详见厂家提供技术参数第 4 条
38	输尿管硬镜	5、工作长度: $\geq 400mm$	工作长度: $\geq 425mm$	正偏离	425mm: 临床优选, 覆盖全段 + 复杂解剖, 到位率高、损伤小、效率高, 性价比更高。详见厂家提供技术参数第 5 条
39	输尿管硬镜	6、▲器械通道: $\geq \Phi 1.8mm$	器械通道: $\Phi 1.8mm$	无偏离	详见厂家提供技术参数第 6 条
40	输尿管硬镜	7、▲输尿管肾镜钳子: $F5 \times \text{长度} \geq 550mm$	输尿管肾镜钳子: $F5 \times 580mm$	正偏离	工作长度增加 30mm, 上尿路抵达范围更广, 适配高体型、解剖变异、肥胖等特殊患者; 详见厂家提供技术参数第 7 条

3. 质量保证

承诺质保期承诺：所有产品提供自验收合格之日起3年免费质保（含零部件更换及人工费用）

终身维护承诺：质保期后提供优惠的延保服务，零部件按成本价供应

响应时效承诺：未按约定时间响应或修复，每延迟1天减免当月维保费用的10%

数据安全承诺：严格遵守医疗数据安全规定，不泄露任何患者信息

合规承诺：所有维修服务符合国家医疗器械监督管理相关法规要求

4. 售后服务方案

技术支持体系

7×24小时在线响应：提供电话、微信、视频多渠道技术支持

定期维护保养：设备安装后第3个月、6个月、12个月提供免费上门巡检

备件库建设：在西安、成都、珠海、杭州设立区域备件库，储备关键易损部件

培训服务

为采购方提供设备操作、日常维护、故障排除等免费培训（现场+线上结合）每年组织1次用户技术交流会，分享临床应用经验

质量跟踪

建立设备档案，记录维修保养历史

定期回访（每月1次电话回访，每季度1次满意度调查）

售后保障：

故障报修时，维修人员2小时内响应，6小时到位。若需维修，零配件可随时提供备用品，维修服务及零配件供应期限不少于8年。

5. 货物配置清单



配置清单

Nidoc 970A 尿动力学分析仪

一、控制台	一 台
二、液晶显示器	一 台
三、打印机	一 台
四、主机	一 台
1、无线蓝牙传输系统	一 套
2、推注泵	一 套
3、灌注泵	一 套
4、压力单元	三 个
5、EMG 单元	一 个
6、牵引机	一 套
五、尿流率测定单元	一 套
1、尿流率传感器盒（带托盘）	一 套
2、尿流率底座及支架（含旋钮）	一 套
3、尿流率连接电缆	一 根
4、1000mL 塑料量杯	一 个
5、漏斗	一 个
六、附件	一 套
1、直肠测压导管	十 根
2、尿道测压导管	十 根
3、Nidoc-L02 尿动力学分析仪配件液路连接管	两 包
4、Nidoc-L03 尿动力学分析仪配件液路连接管	两 包
5、Nidoc-L05 尿动力学分析仪配件液路连接管	两 包
6、NCL-16/0B3 尿动力学导管	十 包
7、压力传感器	三 个
8、压力套装（含带阀三通）	三 个
9、100mL 量筒	一 个
七、产品资料	一 套
1、使用说明书	两 本
2、产品保修卡及合格证	一 份

成都维信电子科技有限公司

地址：成都市高新区九兴大道6号

邮编：610041

电话：028-85055318

传真：028-66654697

Http://www.wbl-uest.com Email:marketing@wbl-uest.com

配置清单

序号	货物名称	规格及型号	数量	备注
1	内窥镜手术刨削器	SPS-600	1套	
1.1	主机	SPS-600	1台	
1.2	操作手柄(电机)	SPS-601	1套	
1.3	刨削刀头	SPS-602	2支	
1.4	脚踏开关	SPS-603	1台	
1.5	集液瓶	SPS-605	1套	
1.6	台车	SPS-608	1台	
2	膀胱内窥镜	SM-701	1支	

杭州好克 SN-I 输尿管肾镜产品配置单

单位：元

序号	货 号	名 称	规 格	数 量
1	Y1430B	输尿管肾镜	F7.5×425mm	1 支
2	N1010-1	硬性活检钳	F5	1 把
3	N1020-1	硬性异物钳	F5	1 把
4	/	消毒盒	/	1 个

输尿管肾镜 Y1430B 技术参数

1. 视向角：0°
2. 视场角：≥75°
3. 头部最细端外径：≤Fr7.5 中间：Fr11.1 尾部：Fr 12.4
4. 景深范围：3~20mm
5. 工作长度：≥425mm
6. 器械通道：Φ1.8mm
7. 输尿管肾镜钳子：F5*580mm

6. 货物验收报告单

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	1. 甲方有权要求监督、参与项目执行的整个过程（包括实施方案的设计、安装调试、产品验收、售后服务、使用培训等），为乙方提供必要的工作条件，并现场配合。 2. 甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。 3. 甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收以及正式验收工作。 4. 甲方有权要求对乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。因产品侵权导致的一切纠纷及赔偿责任均由乙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方进行追偿。 5. 按照合同约定支付乙方各阶段合同款项。 6. 乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有权依据本合同第 15.2 (2) 之约定单方解除本合同。解除合同的同时，甲方有权利另行招标，或与评标报告中排名第二的供应商签订新的供货合同。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1. 乙方按照合同约定时间、地点，按时、按质交付甲方所采购设备以及配套资料，并将设备配送到甲方指定地点。货物配送到达甲方指定地点安装验收前，风险责任由乙方承担。 2. 乙方负责配合甲方按合同约定时间完成本合同所涉及产品的现场安装、调试、验收工作，为甲方提供设备交接所需要的一切文件和手续，并保证产品质量。 3. 乙方负责做好项目的售后服务以及后续支持工作，对所供应设备的实际操作人员开展免费培训。 4. 质量保证期内，发生质量问题的，应当及时免费进行维修或更换，若乙方售后服务联系人及联系方式变更，乙方应当在售后服务联系人及联系方式变更之日起前后 15 日内及时以书面形式（原件签章）通知乙方，否则甲方将根据法律法规以及本合同条款追究乙方违约责任。 5. 项目中所涉及的所有相关政府部门审批手续全部由乙方协调办理，且支付全部相关费用，甲方不再办理其相关手续及支付任何相关费用。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	各种货物有良好的外观，适合各种安装场所的使用。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保

		护措施进行包装,并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。
	指定现场	按照甲方要求
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	合同中所有设备的运输、转运、仓储、保管、装卸、培训的组织等工作均由乙方组织实施,货物验收合格前由乙方承担风险及全部费用。
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	产品自安装、调试正常运行并验收合格之日起 <u>三</u> 年,质保期内乙方免费进行设备维护及技术维修。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	甲方收到设备 30 天内,如出现非人为损坏质量问题,可以选择换货或退货;30 至 60 天内,可选择换货,更换为相同型号、同等技术参数的新设备,乙方必须无条件配合,产生的运输等所有费用由乙方承担。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1. 设备安装调试完毕并经甲方验收合格后,30 日内支付合同总价款的 40%; 2. 设备验收合格并正常运行一年后,30 日内支付合同总价款的 30%; 3. 设备验收合格并正常运行二年后,30 日内支付合同总价款的 30%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	1. 免费保修期内,乙方所供产品如发生质量问题,乙方保证在接到甲方维修通知后 2 小时内响应,6 小时内派专业维修人员赶赴现场(即甲方指定地点)进行检测维修,发生的全部费用由乙方承担,同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用,可以在甲方要求的期限内免费更换相同型号、相同规格的产品;若乙方未按照上述约定及时解决问题,造成甲方损失扩大的,乙方应就损失扩大的部分承担赔偿责任。 2. 若需将产品送回生产厂,乙方应承担维修设备所需的往返运费,同时,为不影响甲方的工作,对可以提供备用机的设备,乙方须提供同型号备用设备(5 个工作日内无法恢复的故障),以确保甲方工作的正常进行,否则视为违约。 3. 乙方须定期派技术人员到现场走访,对设备给予检查、维护、保养。属于计量设备的每年对设备提供一次免费校准服务并提供校准报告。 4. 乙方排除产品故障的期限不得超过 8 小时。否则甲方

		有权指定第三方维修，并由乙方承担全部维修费用（包括但不限于委托第三人所支付的费用等），甲方有权直接从未支付款项中扣除，未支付款项无法支付全部维修费用的，超出部分由乙方另行承担。 5. 质保期结束前，乙方应对所供产品进行系统测试和全面维护保养，维护内容包括但不限于：检查所有产品的各类连接件等，确保产品的正常运行。 6. 乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责，对因产品本身的隐蔽瑕疵而出现的质量问题，乙方应负责解决（维修、调试或更新、更换）并承担全部费用，甲方有权要求退货、换货、终身维修保养。 7. 质量保修期外售后服务：质量保修期外售后服务机制、服务效率、服务承诺与质保期内一致；超过保修期外乙方提供设备维护和大修所需的备件，在维修中仅收原器件成本费，不收人工费。 8. 有软件支持的设备，乙方应当根据客户要求长期及时免费提供设备的软件升级换代和设备的技术咨询。（含公司正在开发的远程网络会诊功能）。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	1. 如乙方提供的产品质量不符合国家标准或未达到本企业内控标准或不满足本合同的约定或甲方要求的，乙方应按照甲方要求的时限无条件免费包修、包换、退货，并且乙方应承担由此给甲方造成的所有经济损失。否则甲方有权单方解 3 同总价款 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担。 2. 质量保证期内因产品质量问题，乙方未按合同规定及时进行维修、更换，甲方可自行组织人员进行维修、更换，因此造成的相关责任、费用由乙方全部承担。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	1. 如乙方未在合同约定的交货期完成供货（含安装、调试）导致期限迟延的，每迟延 1 日，应按合同总价款的 1%向甲方支付违约金，因不可抗力或经甲方同意除外。如乙方迟延交货达【15】天，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，乙方应向甲方支付合同总价款 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担。 2. 因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1. 乙方对材料不按招标文件要求，擅自更换，除恢复原招标产品外，应承担更换部分价款 30%的违约金。 2. 乙方如对材料以次充好，除全部按要求恢复外，应承担此部分价款 30%的违约金。

说明

致西北大学第一医院：

我公司在参加项目名称为：麻醉手术部、妇科、泌尿外科设备（采购包3）项目编号：HCCG-2026-030招标时，因备案原因无法删除清单中电切镜手件（内窥镜、外鞘、内鞘、闭孔鞘芯、被动式操作器、冲洗接头、内鞘进水接头），因此投标时必须报价1元，但实际没有这项设备，所以在实际合同签订时删除。

特此说明！

河南浩梦医疗器械有限公司

2026年5月28日



