

西安市第三医院超声诊断仪维保服务项目(三次)中标(成交)明细

正大方略工程咨询有限公司受西安市第三医院委托，采用竞争性磋商进行采购超声诊断仪维保服务项目(三次)（项目编码：ZD0625-047ZXA.1B2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（超声诊断仪维保服务项目）

1.1、中标（成交）供应商：西安西江月科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,395,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	医疗超声设备诊断维修和保养服务	超声科 Affiniti50、 EPIQ5、 EPIQ5C、 EPIQ7C超声诊断仪维保	1.投标单位所代表的服务机构必须具备800及400客户服务专线电话，每年365天开通，全天24小时服务。（包括节假日）。2.接到报修电话后，电话响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时，不限次紧急叫修。3、服务期内，对维保设备每年提供4次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括相关性能测试及校准、以及设备参数矫正，确保按照制造商的产品规格运行的标准来维修。▲4、服务期内，服务商在维修故障时需提供备用配件供医院使用。5、服务商单位必须在省内有专业的设备零件库，必须提供其相关海关报关手续及原厂出库单，证明其为原厂原装配件。6、维保完成后提供维保服务报告书，每半年一份，交于院方管理。	服务期三年，按合同条款中起止时间	▲1.设备开机率≥95%（365天日历日计算）；单次停机时间不超过72小时，停机每超过1天，保修期顺延3天。2.维修工程师必须具有厂家培训或考核的资质服务证书。3.有专职的应用培训专家，能以现场和远程形式，提供临床应用、图像处理和相应业务拓展的专业支持。▲4.所更换备件须为原厂检测合格的原装备件，飞利浦彩超全机维保，Affiniti50包含C6-2、C 9-4v、V6-2三把探头，EPIQ5C包含C5-1、L12-3、S5-1三把探头，EPIQ7C包含C5-1、L12-3、S5-1、S8-3、X7-2t五把探头，EPIQ5包含S5-1、C5-1、L12-5三把探头，探头应提供海关报关单，探头维修期间提供备用探头。5.投标单位所代表的服务机构负责实时提供完整的原厂升级改进服务（FCO）。6.投标单位所代表的服务机构必须能合法获得完整有效的原厂故障诊断维修钥匙（Service Key）。7.协助医院完成年度省、市市场质量监督管理局的设备技术性能检测工作。8.投标单位必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。	465,000.00	3.00	年	1,395,000.00

正大方略工程咨询有限公司

2025年11月21日