

	2025	10
合同	30年	

合同编号：招采货物 2025（6）号

西安市胸科医院

供货合同

（项目名称：床旁彩色多普勒超声诊断系统）

甲方：西安市胸科医院

乙方：陕西益迈德邦健康管理有限公司

鉴证方：西北(陕西)国际招标有限公司



供货合同

采购人（甲方）：西安市胸科医院

成交供应商（乙方）：陕西益迈德邦健康管理有限公司

鉴证方：西北(陕西)国际招标有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、 货物内容及数量

货物名称	规格型号	数量	品牌	产地	总金额
床旁彩色多普勒 超声诊断系统	M11	1	迈瑞	深圳	¥790000.00 元
合计	人民币：（大写） <u>柒拾玖万元整</u> （¥790000.00）				
备注	质保期： <u>5</u> 年				

二、 合同价款

2.1 合同总价款为人民币（大写）柒拾玖万元整 （¥790000.00）。

2.2 合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸费、安装调试费、质保期内的维保费用、税费等乙方履行合同义务所需的一切费用。

2.3 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、 款项结算

3.1 支付方式：银行转账。

3.2 所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并初步验收合格后，乙方向甲方提供等额正规发票，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100%。

四、 双方的权利和义务

4.1 甲方的权利和义务

（1）按期付款

（2）组织验收

4.2 乙方的权利和义务

4.2.1 乙方负责按照合同要求，为甲方提供质量可靠、供货渠道正规、配置

合理的设备、详细操作手册和仪器维护的有关资料,并且严格执行售后服务承诺。

4.2.2 负责与医院 PACS 系统对接,并承担所有费用。

4.2.3 培训要求: 原厂售后工程师负责进行现场培训,确保科室人员掌握。并在新设备投入使用过程中进行跟台现场保障,确保科室人员使用熟练。外出重症培训超声先进技术使用人员不少于 2 人次。

五、交货条件:

5.1 交货地点: 甲方指定地点

5.2 交货期: 合同签订之日起 10 个日历天内,完成安装调试。

六、运输

6.1 运输由乙方负责,运杂费已包含在合同总价内,包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

6.2 运输方式由乙方自行选择,但必须保证按期交货。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款:

7.1 保证所供货物是全新未使用过的、出厂时间 ≤ 3 个月,保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常,配置合理,全面满足谈判要求。

7.2 符合国家有关规范要求,确保达到最佳运行状态。

7.3 质量保证期: 质保期 5 年,整机原厂质保。质保期自交货验收合格之日起计算。

7.4 履约保证金

7.4.1. 履约保证金的交付:

乙方应当在合同签订前按照合同总价款的 5%作为履约保证金交付给甲方。

7.4.2. 保证期:

保证期为成交通知书送达乙方之日起至项目质保期结束日。

7.4.3. 履约保证金的退还:

在保证期内,乙方如约完成履行其合同义务,且未发生任何违约行为的,甲方在合同保证期结束之日起 30 日内无息退还履约保证金。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

8.1 质保期内：

8.1.1 质保期内开机率全年 $\geq 95\%$ （全年按 365 天计算），每停机一天，保修期自动顺延 5 天，以此类推。原厂工程师应每季度对设备进行维护保养一次，并提供维护保养正式报告。

8.1.2 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 2 个小时内响应，4 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复。重大故障处理时限不超过 48 小时修复。如维修完不成，提出解决方案及时解决问题或赔偿相应停机损失。因停机产生的费用由乙方承担，且乙方仍需对设备质量负责。

8.2 每季度派技术人员到现场走访，给予检查维护；

8.2.1 质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

8.2.2 质保期后对设备进行终身维护，维修只按市场最低价收取配件费，人工服务费全免，并由厂家直接提供技术支持。

九、验收

9.1 货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行验收，确认规格型号、数量、品牌、产地。

9.2 货物安装、调试并正常运行后，由甲、乙双方进行验收。

十、违约责任

10.1 按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

10.2 未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同。

10.3 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式中第二种方式解决：

- (一) 提交西安仲裁委员会仲裁；
- (二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，本合同甲、乙双方签字并盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十三、其他事项

13.1 合同附件均成为合同不可分割的部分。

13.2 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

13.3 合同一经签订，不得擅自变更、中止或解除合同。对确需变更、调整或中止、解除合同的，应按规定履行相应的手续。

13.4 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(以下无正文)

甲方：西安市胸科医院（公章）

乙方：（公章）陕西益迈德邦健康管理有限公司

地址：西安市长安区航天大道东段杜陵西路 2000 号

地址：陕西省西安市高新区丈八街办丈八二路 31 号 8 幢 2 单元 1402 室

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

经办人：（签字）

项目主管部门负责人：（签字）

联系电话：18049623758

招采办负责人：（签字）

开户银行：中国银行股份有限公司西安逸翠园支行

联系电话：029-62500115

银行账号：102086716464

签订日期：2025 年 12 月 5 日

签订日期：2025 年 12 月 5 日

附件：

配置清单

序号	产品名称	规格型号	品牌及产地	数量	单位	备注
1	便携式彩色多普勒 超声诊断系统	M11	深圳迈瑞	1	台	
2	检查床			1	台	
3	超声报告工作站			1	个	
4	电脑			1	台	
5	桌椅			1	套	
6	打印机			1	台	
7	图像采集卡			1	个	
8	超声医生检查椅			1	把	
9	自动移动穿刺椅			1	把	
10						



迈瑞公司便携式彩超配置清单


产品名称: M11高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

注册证号: 20223060861 有效日期20270707

15.6寸高清晰、医用专业彩色液晶IPS显示屏
人机工程学的操作界面
镁合金外壳笔记本电脑外观
防泼洒IML耐磨损键盘
B/M/Color/PW/Power & DirPower-Mode 标配成像组件
高分辨率血流成像技术
发射信号的精确控制技术(TSF)
特异性组织组织成像技术(TSI)
自适应帧相关技术
PSHI™宽带频移谐波成像
自然组织谐波成像
频率复合成像 (FCI)
多级信号处理系统
自适应彩色伪差去除技术
高倍波束并行处理系统
iBeam™ 智能空间复合成像技术
HDR-Flow 心脏高级动态血流技术
iClear® 智能斑点噪声抑制技术
线阵探头梯形成像
ExFOV 凸阵探头扩展成像
Steer 二维/彩色取样框角度独立偏转技术
主机系统 Du-image双副对比实时显示技术
B/Color/PW三同步技术
高保真前后端放大技术
iZoom™ 一键无失真全屏扩展成像
Smart Doppler
iTouch® 智能一键图像优化
多种伪彩成像模式
Raw Data 原始数据处理
Auto Trace 频谱自动描记测量
中英文双语注释语库
中文操作导航系统
电影回放单元
基本测量及应用软件包
中文病人报告系统
iStation® 智能内置工作站系统(支持中/英文切换)
ECG模块 (硬件标配)



	内置256G固态硬盘
	双USB3.0 接口
标配应用 模块	HDMI 高清音视频接口
	嵌入式无线Wifi 发射接收
	u-Link云闪存技术
	1探头接口
	血管应用软件包
	神经应用软件包
	产科应用软件包
	妇科应用软件包
	儿科应用软件包
	腹部应用软件包
	重症应用软件包
	颅脑应用软件包
	小器官应用软件包
	泌尿科应用软件包
	心脏应用软件包
	矫形外科应用软件包
	急诊应用软件包
	iNeedle穿刺针增强显示
	造影成像
	造影定量分析
	iScape View宽景成像
	Free Xros M 自由解剖M型
	CW
	ECG模块
	DICOM 基本通讯单元
	TDI组织多普勒
	TDI定量分析
	组织追踪定量分析
	Stress Echo负荷超声
	自动胃窦测量
	自动舒张功能评估
	弹性成像
	AutoEF
	自动下腔静脉定量分析
	IMT自动内中膜测量
	超声台车（带探头扩展器）



标配探头	单晶凸阵探头 SC6-1s (腹部、妇产科、血管、神经检查)
	单晶体相控阵探头-SP5-1s (心脏领域)
	腔内探头-V11-3Ws (妇产科)
	线阵探头-L20-5s (满足常规浅表、血管、小器官、肌骨、神经、儿科检查)
	线阵探头 L12-4s (满足常规浅表、血管、小器官、肌骨、神经、儿科检查)
标配附件	耦合剂(1瓶)
	使用说明书 (基础分册)
	使用说明书 (应用分册)
	使用说明书 (声输出数据和探头表面温度分册)
	可拆卸锂电池 (对)
	iDock51 音视频扩展模块
	220V 电源适配器及电源线
	高品质、硬质包装拉箱



其他配置清单

序号	产品名称	数量
1	检查床	1
2	超声报告工作站	1
3	电脑	1
4	桌椅	1
5	打印机	1
6	图像采集卡	1
7	超声医生检查椅	1
8	自动移动穿刺椅	1

