

西安市精神卫生中心CT维保(三次)中标（成交）明细

受西安市精神卫生中心委托，采用进行采购CT维保(三次)（项目编码：2025XKR121-3）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（CT维保）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西朗喆贸易有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 298800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	医疗设备维修和保养服务	CT维保服务	1.安科CT维保（安科32排64层螺旋CT一台，型号：ANATOM 64Clarity），本CT购置日期为2021年12月份。维保服务内容：整机全保（含球管、高压发生器、配套工作站、稳压器、探测器、电气设施等），所有硬件、软件维保期内出现故障无限量免费更换和维护，此项目在维保期内产生的所有费用均由中标人承担。2.维保范围不包括：第三方外围（激光相机、操作间空调等）。3.供应商服务于客户的：合同管理、派工管理、配件管理、文件备份恢复、客户管理的相关软件以保证后期优质的维保服务。4.供应商配备本项目的工程师当中至少有3名具有原厂CT维修资质，必须提供相关维修培训证书，并提供工程师近三个月在本单位或本单位委托外服、子公司购买的任意一个月社保证明。	1.响应时间：具备400或800客户服务专线电话，24小时*365天有工程师接听，接到故障报修电话后，30min内做出响应，工程师在8小时内到达现场进行维修；复杂故障需在24小时内提供备机或解决方案,如诊断出需要更换零备件后，常规零备件到达医院的时间最长不超过72小时（仓库全年365天响应）。中标人未在规定期限内修复设备，则按照使用方上年度该台设备日均营业额赔偿经济损失。2.服务开机率：确保达到95%（按全年365天计算），如果此开机率由于中标人的原因未能达到，停机一天，维保期顺延3天。3.制定安全检查计划：含机械安全检查，电气安全检查，记录检查结果。4.制定设备性能检查计划：含图像质量（效果）检查，评判参数结果，调整/校准至出厂标准，记录系统质量报告。5.定期保养：每年提供4次高级保养（每季度1次），保持设备原厂标准或国家质量计监部门标准，并能提供技术支持专家或原厂技术组长审核合格的保养报告。并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括但不限于如下项目：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、电气环境检测、运行状态检查及相关的临床服务等。保养中需更换的损耗品由中标人免费提供。6.备件保障：确保提供的备件是与原设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准，并提供零配件的相关材料（明确备件来源渠道正规，保证原厂生产）。7.提供设备保养每季度不少于1次，保持设备原厂标准或国家质量计监部门标准，并能提供技术支持专家或原厂技术组长审核合格的保养报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、电气环境检测等。8.执行合同期间由使用科室、后勤部门每6个月对维保服务供应商的维保服务质量进行综合考核，如考核不合格,我院有权不予支付相关费用也可单方面终止合同。9.在服务期满出保前最近一次更换的球管须免费质保壹年或球管使用曝光秒次达20万秒次（提供承诺函）。		满足磋商文件的要求，并符合国家标准、法律法规、行业标准、部门所要求的其他强制性标准	1.00	项	298,800.00	298,800.00