

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 力学计量检定校准装置采购项目(二次)

采购项目编号: **ZX2025-03-59(二次)**

西安计量技术研究院

陕西正信招标有限公司共同编制

2025年06月05日

第一章 投标邀请

陕西正信招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安计量技术研究院委托，拟对力学计量检定校准装置采购项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**ZX2025-03-59(二次)**

二、项目名称：**力学计量检定校准装置采购项目(二次)**

三、招标项目简介

本项目为力学计量检定校准装置采购项目，共分为2个采购包，采购包1：0.05级数字压力表等设备；采购包2：压力数据采集仪校准装置等设备。具体内容详见招标文件第三章。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（0.05级数字压力表等设备）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（压力数据采集仪校准装置等设备）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证；法定代表人授权本单位他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

2、不接受联合体投标，不允许分包：本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》。

采购包2：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证；法定代表人授权本单位他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

2、不接受联合体投标，不允许分包：本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：西安计量技术研究院

地址：西安市莲湖区劳动南路12号

邮编：710000

联系人：洪老师

联系电话：029-88482113

代理机构：陕西正信招标有限公司

地址： 西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层

邮编： 710082

联系人： 胡怡洁 王宇轩 蔡丹

联系电话： 029-88110800转8030

采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人： 杜新星

联系电话： 029-89821846

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：500,000.00元 采购包2：756,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取

11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5%</p> <p>说明：1、交纳履约保证金时须注明项目编号+包号及用途(履约保证金)。2、交纳形式为银行转账等非现金形式，投标人以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。3、通过最终验收合格后（中标人必须开具符合采购人要求的全额发票给采购人），采购人根据供应商履约情况，无息退还供应商履约保证金。4、逾期退还履约保证金的违约责任：按采购人内控制度执行。</p> <p>采购包2：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5%</p> <p>说明：1、交纳履约保证金时须注明项目编号+包号及用途(履约保证金)。2、交纳形式为银行转账等非现金形式，投标人以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。3、通过最终验收合格后（中标人必须开具符合采购人要求的全额发票给采购人），采购人根据供应商履约情况，无息退还供应商履约保证金。4、逾期退还履约保证金的违约责任：按采购人内控制度执行。</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由中标人支付代理服务费。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	<p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p>
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安计量技术研究院和陕西正信招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安计量技术研究院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西正信招标有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安计量技术研究院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西正信招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

①合同文本；②投标文件及澄清函、招标文件；③国家和行业、企业制定的相应标准和规范；④JJG 875-2019《数字压力计》、JJG 276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》、JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》、JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》、JJG 59-2022《液体活塞式压力计》、JJF 1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》、JJG 99-2022《砝码》、JJG 974-2002《水泥软练设备测量仪》、JJF 1867-2020《水泥胶砂振动台校准规范》、JJF（建材）124-2021《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》、JJF 2095-2024《压力数据采集仪校准规范》、JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF 1472-2014《过程仪表校验仪校准规范》等（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。⑤产品清单（注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家，包括部件）。

采购包2：

①合同文本；②投标文件及澄清函、招标文件；③国家和行业、企业制定的相应标准和规范；④JJG 875-2019《数字压力计》、JJG 276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》、JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》、JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》、JJG 59-2022《液体活塞式压力计》、JJF 1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》、JJG 99-2022《砝码》、JJG 974-2002《水泥软练设备测量仪》、JJF 1867-2020《水泥胶砂振动台校准规范》、JJF（建材）124-2021《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》、JJF 2095-2024《压力数据采集仪校准规范》、JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF 1472-2014《过程仪表校验仪校准规范》等（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。⑤产品清单（注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家，包括部件）。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西正信招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西正信招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西正信招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王宇轩、胡怡洁

联系电话：029-88110800转8030（453963218@qq.com）

地址：西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层

邮编：710082

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目为力学计量检定校准装置采购项目，共分为2个采购包，采购包1：0.05级数字压力表等设备；采购包2：压力数据采集仪校准装置等设备。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：500,000.00
采购包最高限价（元）：500,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	0.05级数字压力表等设备	1.00	500,000.00	批	工业	是	否	否	否

采购包2：
采购包预算金额（元）：756,000.00
采购包最高限价（元）：756,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	压力数据采集仪校准装置等设备	1.00	756,000.00	批	工业	是	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：0.05级数字压力表等设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、采购清单

序号	产品名称	数量（单位）	备注
1	0.05级数字压力表	7套	核心产品
2	多路温湿度巡检仪（配热电偶）	1套	
3	高压活塞式压力计标准器组	1套	
4	水泥软练设备测量仪	1套	
5	全自动压力校验仪	1套	

二、技术参数

（一）仪器设备名称：0.05级数字压力表

1、依据的技术规范：

满足JJG 875-2019《数字压力计》计量技术规范的要求。

2、技术参数：

★1）准确度等级：0.05级；

年稳定性符合JJG 875-2019《数字压力计》检定规程要求；

测量范围及数量：

序号	测量范围	准确度等级	数量（台）
1	(-100~600) kPa	0.05级	1
2	(0~2.5) MPa	0.05级	1
3	(0~6) MPa	0.05级	1
4	(0~25) MPa	0.05级	1
5	(0~60) MPa	0.05级	2
6	(0~100) MPa	0.05级	1

2）压力单位：可实现Pa，kPa，MPa，psi，bar，mbar，inH₂O，mmH₂O，kgf/cm²单位切换；

3）内置校准程序，操作简单（不使用外接软件即可校准）；

4）压力连接：M20×1.5外螺纹；

5）供电方式：内置电池，连续工作8小时以上，或专用适配器供电；

6）6家以上省级法定计量检定机构使用证明；

7）具有压力波动指示，峰值记录，过压自动报警等功能；

8）具有温度测量、温度自动补偿功能；

2、溯源要求：

1）每台数字压力表依据JJG 875-2019《数字压力计》出具满足技术要求的检定证书；

2）溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。

3、配置要求

序号	名称	数量（单位）
1	数字压力计	7台

（二）仪器设备名称：多路温湿度巡检仪（配热电偶）

1、依据的技术规范：

满足JJG 276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》、JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》、JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》等校准规范的要求。

2、技术参数：

★1)巡检仪配热电偶整体技术指标：

巡检仪满足 ≥ 40 通道温度同时测量，巡检仪配27支贵金属热电偶，使用满足以下表1、表2技术指标：

表1 JJG 276-2009检定规程技术要求

	测量范围	测量不确定度	分辨率
温度 测 量	$<900^{\circ}\text{C}$	示值扩展不确定度： $U \leq 1.0^{\circ}\text{C}, k=2$	0.01°C
	$(900 \sim 1100)^{\circ}\text{C}$	示值扩展不确定度： $U \leq 1.5^{\circ}\text{C}, k=2$	0.01°C
备注：1、温度测量指标为包含传感器和采集设备的整体指标； 2、各通道的测量结果应含修正值。			

表2 JJF 1171-2024校准规范技术要求：

技术指标	温度范围	传感器类型	最大允许误差
温度示值	(300～1200)℃	热电偶	±0.004 t
温度示值一致性	不超过温度示值最大允许误差的绝对值		
注：t为温度值，单位为℃。			

★2)工作用S型I级贵金属热电偶（27支）

每支长度 $\geq 1\text{m}$ ，整根热电偶丝直径 $\geq 0.5\text{mm}$ ，配置双孔陶瓷串线瓷珠保护套（孔径 $\geq 1\text{mm}$ ，覆盖热电偶整个工作段），方便热电偶弯折使用，每根热电偶补偿导线长度 $\geq 5\text{m}$ 。

3)巡检仪技术指标：

依据JJF 1664-2017《温度显示仪校准规范》，仪表电测部分的最大允许误差为量程的 $\pm 0.5\%$ 。

4)巡检仪功能要求：

- ①各测量通道支持传感器测量值修正功能；
- ②开启巡检后自动保存巡检结果，可存储多个巡检结果的文件；
- ③支持各个通道测量数据曲线图显示，同时显示多个通道；
- ④巡检结果中自动计算温度偏差、均匀度、波动度、温度梯度等各项测量结果；
- ⑤测量通道数： ≥ 40 个温度测量通道；

4、溯源要求：

1) 依据JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》出具热电偶和采集设备的整体校准证书（校准点 300°C 、 500°C 、 600°C 、 700°C 、 800°C 、 1100°C ），符合JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》中温度示值误差、温度示值一致性的相关要求，同时符合JJG 276-2009《高温蠕变、持久强度试验机检定规程》中温度测量装置

- 的要求；
- 2) 依据JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》出具符合I级的S型热电偶检定证书；
- 3) 溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。

5、配置要求：

序号	名称	数量（单位）
1	温湿度巡回检测仪	1台
2	S型I级贵金属热电偶	27支

（三）仪器名称：高压活塞式压力计标准器组

1、依据的技术规范：

满足JJG 59-2022《液体活塞式压力计》、JJF 1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》、JJG 99-2022《砝码》计量技术规范的要求。

2、技术参数：

（1）高压活塞式压力计：

- ★1) 压力测量范围：(5~250)MPa；
- 活塞压力计准确度等级：0.05级；
- 标配304不锈钢兆帕砝码一套（20MPa砝码11块；10MPa砝码2块；5MPa砝码1块）。

- 2) 含砝码箱，活塞系统送检箱；
- 3) 配有表座快速接口（M20×1.5），可进行密封性试验使用；
- 4) 工作介质：癸二酸二（2-乙基己基）酯。
- 5) 油路系统具有排污功能，配有油污过滤装置，维护和清洗过程简洁方便；
- 6) 符合国家检定规程JJG 59-2022《液体活塞式压力计》的技术要求。

（2）三点内径千分尺：

- ★1) 测量范围：(125~150)mm；分度值：0.005mm；最大示值误差：±0.006 mm；
- 2) 符合国家校准规范JJF 1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》的技术要求。

（3）F1等级小砝码组：

- ★1) 测量范围：10mg~5g；准确度等级：F1等级；
- 2) 符合国家检定规程JJG 99-2022《砝码》的技术要求。

3、溯源要求：

- 1) 活塞式压力计依据JJG 59-2022《液体活塞式压力计》出具满足技术要求的检定证书（含配套砝码的溯源）；
- 2) 三点内径千分尺依据JJF 1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》出具满足符合规范中4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7条技术要求的校准证书；
- 3) 溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。

4、标准器组配置要求：

序号	名称	数量（单位）
1	高压活塞式压力计	1台
2	三点内径千分尺	1台

3	F1等级小砝码组	105个（10mg砝码13个，20mg砝码11个，50mg砝码11个，100mg砝码13个，200mg砝码11个，500mg砝码11个，1g砝码13个，2g砝码11个，5g砝码11个）
---	----------	--

（四）仪器设备名称：水泥软练设备测量仪

1、依据的技术规范：

JJG 974-2002 《水泥软练设备测量仪》、JJF 1867-2020 《水泥胶砂振动台校准规范》、JJF2094-2024 《行星式水泥胶砂搅拌机校准规范》、JJF（建材）124-2021 《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》、JJF（建材）104-2021 《水泥净浆搅拌机校准规范》、JJG 144-2007 《标准测力仪》

2、技术参数：

★1）测量仪振动加速度灵敏度扩展不确定度(40Hz~100Hz范围内)：不超过3% ($k=2$)；

测量仪振动频率示值误差(20Hz~100Hz范围内)：不超过1.0%；

测量仪振动位移幅值示值误差(45Hz~55Hz范围内)：不超过1.5%；

测量仪转速示值误差：（60~999.9）r/min范围内不超过1.0%；

测量仪时间示值误差：不超过0.1s；

配置专用数显压力传感器（含显示器）：量程20kg，0.3级，分度值0.01kg；

★3）数显压力传感器底盘直径 ϕ ：≤60mm，传感器总高度h：≤15mm；配置游标卡尺：测量范围：（0~200）mm，分度值：0.02mm，最大允许误差（MPE）：0.03mm。

3、溯源要求：

1）水泥软练设备测量仪依据JJG 974-2002 《水泥软练设备测量仪》出具符合技术要求的检定证书。

2）配套数显压力传感器依据JJG 144-2007 《标准测力仪》出具符合技术要求的检定证书。

3）游标卡尺依据JJG 30-2012 《通用卡尺》出具符合技术要求的检定证书。

4）溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。

4、配置要求

序号	名称	数量（单位）
1	水泥软练设备测量仪	1台
2	数显压力传感器	1台
3	游标卡尺	1副

（五）仪器设备名称：全自动压力校验仪

1、依据的技术规范：

JJG 875-2019 《数字压力计》、JJF 1472-2014 《过程仪表校验仪校准规范》

2、技术参数：

★1）校验仪压力发生范围：(-0.09~6)MPa；校验仪内置及外接压力部分准确度等级：0.02级；

		<p>2) 压力控制稳定性: $\leq 0.003\%FS$, 内置压力模块测量范围: $(-0.09\sim 6)MPa$, 外接压力模块测量范围(2个模块): $(0\sim 2.5) MPa$、$(-100\sim 600) kPa$;</p> <p>3) 压力类型: 表压、绝压; 内置大气压传感器, 能实现表压绝压的一键切换;</p> <p>4) 配置HART通讯功能模块, 可对HART型压力变送器进行全自动校验及调校;</p> <p>5) 具备压力开关切换值的快速检定功能, 捕捉开关瞬间动作值, 可快速完成压力开关校验及数据记录;</p> <p>★6) 电信号测量输出指标:</p> <p>电压测量范围:$-30V\sim 30V$, 最大允许误差: $\pm(0.01\%rdg+0.005\%FS)$;</p> <p>电流测量范围:$-30mA\sim 30mA$, 最大允许误差: $\pm(0.01\%rdg+0.005\%FS)$;</p> <p>电压输出:$24V\pm 0.5V$;</p> <p>7) 具备防止液体回流主机功能, 提高使用寿命;</p> <p>8) 内置充电电池, 连续工作6小时以上; 交直流两用。</p> <p>3、溯源要求:</p> <p>1) 配置的内外压力模块依据JJG 875-2019《数字压力计》出具符合技术要求的检定证书;</p> <p>2) 电信号测量输出部分依据JJF 1472-2014《过程仪表校验仪校准规范》出具符合技术要求的校准证书。</p> <p>3) 溯源至省级及以上依法设置计量技术机构(必须为社会公用计量标准)。</p> <p>4、配置要求</p> <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量(单位)</th></tr><tr><td>1</td><td>全自动压力校验仪(含内置压力模块)</td><td>1套</td></tr><tr><td>2</td><td>外接压力模块</td><td>2个</td></tr></table>	序号	名称	数量(单位)	1	全自动压力校验仪(含内置压力模块)	1套	2	外接压力模块	2个
序号	名称	数量(单位)									
1	全自动压力校验仪(含内置压力模块)	1套									
2	外接压力模块	2个									

采购包2:

标的名称: 压力数据采集仪校准装置等设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标												
		一、采购清单												
		<table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>数量（单位）</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>压力数据采集仪校准装置</td><td>1套</td><td>核心产品</td></tr><tr><td>2</td><td>0.01级数字压力控制器</td><td>1套</td><td></td></tr></table>	序号	产品名称	数量（单位）	备注	1	压力数据采集仪校准装置	1套	核心产品	2	0.01级数字压力控制器	1套	
		序号	产品名称	数量（单位）	备注									
		1	压力数据采集仪校准装置	1套	核心产品									
		2	0.01级数字压力控制器	1套										
		二、技术参数												
		（一）仪器设备名称：压力数据采集仪校准装置												
		1、依据的技术规范：												
		满足JJF 2095-2024 《压力数据采集仪校准规范》、JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJG 875-2019 《数字压力计》检定规程的要求。												
		2、技术参数：												
（1）压力测量标准一台（数字压力控制器）：														

1

3) 压力控制稳定性: $\leq 0.003\%FS$ (30s);

(2) 恒温压力试验装置 (一台) 技术要求:

2) 温度测量分辨力: $\leq 0.01^{\circ}\text{C}$;

CPU: 主频不小于2.4GHz, 内存: 32G, 硬盘: 1TB, 显示屏: 16英寸。

1) 压力测量标准依据JJG 875-2019 《数字压力计》检定规程出具检定证书;

3) 恒温压力试验装置的温度测量部分依据JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》出具校准证书并满足JJF 2095-2024《压力数据采集仪校准规范》中表1对温度测量(温度计)的技术要求;

4、配置要求

序号	名称	数量（单位）
1	压力测量标准（数字压力控制器）	1台
2	恒温压力试验装置	1台
3	移动数据处理平台	1台

1、依据的技术规范:

2、参数要求:

压力模块测量范围:

绝压压力模块: 测量范围 (0~160) kPa.abs;

压力控制器配模块准确度等级：0.01级；

(2) 压力控制稳定性: $\leq 0.003\%FS$ (30s);

(3) 控制器模块化设计, 方便后期扩展量程;

(4) 需配备工作连接管和接头套件;

(5) 控制器具备压力泄露测试功能。

(6) 工作介质：空气或氮气

(7) 具有防污染系统。

★(8) 工作条件下，年稳定性符合JJG 875-2019《数字压力计》检定规程要求。

3、溯源要求：

1、0.01级数字压力控制器溯源至中国计量科学研究院或中国测试技术研究院，依据JJG 875-2019《数字压力计》检定规程出具检定证书。

2、配套数字压力表溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准），依据JJG 875-2019《数字压力计》检定规程出具检定证书。

4.配置要求

名称	数量	备注
数字压力控制器 本机	1台	
表压压力模块	5个	测量范围见参数要求
绝压压力模块	1个	测量范围见参数要求
移动检测数据处理平台	1台	1) CPU：主频不小于2.4GHz,16核，内存：32GB，硬盘：1TB，显示屏：16英寸 2) 支持多种压力仪表检定校准数据处理功能，包括一般压力表、精密压力表、压力变送器、数字压力计、压力传感器、压力开关； 3) 可以生成符合国家检定规范各类检定/校准证书、检定/校准记录。
气体连接台	1台	测量范围：(-0.1~25)MPa，4通道检表位，配合控制器使用
数字压力表	1台	测量范围：(-2.5~2.5) kPa，准确度等级：0.02级；（需要提供依据JJG 875-2019《数字压力计》出具的检定证书）

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自签订合同之日起90日历日，中标人承诺的交货期优于招标文件要求的，按其承诺时间

采购包2:

自签订合同之日起90日历日，中标人承诺的交货期优于招标文件要求的，按其承诺时间

3.4.2 交货地点

采购包1:

西安计量技术研究院指定地点

采购包2:

西安计量技术研究院指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订之后5个工作日内，投标人按采购人指定账户交纳合同总价款的5%作为履约保证金。履约保证金到账后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1: 付款条件说明: 付款条件说明: 通过最终验收合格后（中标人必须开具符合采购人要求的全额发票给采购人），采购人根据供应商履约情况，无息退还供应商履约保证金，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包2: 付款条件说明: 合同签订之后5个工作日内，投标人按采购人指定账户交纳合同总价款的5%作为履约保证金。履约保证金到账后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2: 付款条件说明: 通过最终验收合格后（中标人必须开具符合采购人要求的全额发票给采购人），采购人根据供应商履约情况，无息退还供应商履约保证金，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

（1）到货验收: 设备到达采购人指定地点后，投标人应提供产品（包括部件、附件）清单，由采购人使用部门、投标人共同进行初步验收。初步验收主要对所供设备及所有部件的外观、生产商、型号、规格、数量及证书报告根据招标文件、投标人的投标文件等进行检查，确认是否符合初步验收标准。所验设备或部件不符合初步验收标准时，不得进行安装，投标人必须更换或退货，并承担所有相关责任及费用，以及逾期交付的违约责任。（2）整机验收: 设备安装、调试、检定完毕后，投标人提交书面验收申请（与实际情况不符时，采购人有权驳回，不予接收），采购人接收申请时间视为交付整机验收时间，由采购人组织验收小组（可以聘请专家）共同进行验收。其内容包括确认设备的品牌、型号、规格、数量、技术要求、产品性能软件是否达到验收标准，并对软件进行验证；同时投标人向采购人移交所有技术资料。所验产品达不到验收标准的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，投标人应按采购人的要求及规定的时间内整改，包括更换或退货，并承担所有相关费用，以及逾期交付的违约责任。（3）整机验收合格后，投标人提交经使用部门签字认可的培训记录（1份）、加盖公章的售后服务承诺书（3份），并填写《西安市市级单位政府采购合同履行验收单》（4份），方视为最终通过验收，最终验收合格之日起计算质保期。（4）质保期内，若存在质量、服务问题，投标人应当按照投标文件中承诺的条款及时进行处理。（5）若发现投标人弄虚作假，在招投标阶段故意或随意夸大所投产品技术参数、产品性能，或以国产产品冒充进口产品或提供贴牌产品的，投标人应退货，采购方有权单方解除本合同，投标人赔偿采购人所有的损失。投标人提供的溯源证书必须真实、有效，并承担因证书不实引发的一切法律责任。同时，采购人有权将投标人违法违规情况向西安市政府采购监管部门通报，并由其依法进行处理。

采购包2:

（1）到货验收：设备到达采购人指定地点后，投标人应提供产品（包括部件、附件）清单，由采购人使用部门、投标人共同进行初步验收。初步验收主要对所供设备及所有部件的外观、生产商、型号、规格、数量及证书报告根据招标文件、投标人的投标文件等进行检查，确认是否符合初步验收标准。所验设备或部件不符合初步验收标准时，不得进行安装，投标人必须更换或退货，并承担所有相关责任及费用，以及逾期交付的违约责任。（2）整机验收：设备安装、调试、检定完毕后，投标人提交书面验收申请（与实际情况不符时，采购人有权驳回，不予接收），采购人接收申请时间视为交付整机验收时间，由采购人组织验收小组（可以聘请专家）共同进行验收。其内容包括确认设备的品牌、型号、规格、数量、技术要求、产品性能软件是否达到验收标准，并对软件进行验证；同时投标人向采购人移交所有技术资料。所验产品达不到验收标准的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，投标人应按采购人的要求及规定的时间内整改，包括更换或退货，并承担所有相关费用，以及逾期交付的违约责任。（3）整机验收合格后，投标人提交经使用部门签字认可的培训记录（1份）、加盖公章的售后服务承诺书（3份），并填写《西安市市级单位政府采购合同履行验收单》（4份），方视为最终通过验收，最终验收合格之日起计算质保期。（4）质保期内，若存在质量、服务问题，投标人应当按照投标文件中承诺的条款及时进行处理。（5）若发现投标人弄虚作假，在招投标阶段故意或随意夸大所投产品技术参数、产品性能，或以国产产品冒充进口产品或提供贴牌产品的，投标人应退货，采购方有权单方解除本合同，投标人赔偿采购人所有的损失。投标人提供的溯源证书必须真实、有效，并承担因证书不实引发的一切法律责任。同时，采购人有权将投标人违法违规情况向西安市政府采购监管部门通报，并由其依法进行处理。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

1、包装：产品包装应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。2、运输：运杂费一次包死在总价内，包括并不限于生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

采购包2：

1、包装：产品包装应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。2、运输：运杂费一次包死在总价内，包括并不限于生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

①质保期1年 ②质保期内出现质量问题、发生故障、年稳定性不合格等情况，投标人应按采购人的要求更换或维修，响应时间≤2小时，产生的所有费用均有投标人承担。③若采购人认为故障不能远程解决时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。④若故障在24小时内无法排除时，投标人必须向采购人提供书面报告，包括故障原因及分析、处理措施、解决时间。⑤若解决故障时间超过48小时，采购人有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用由投标人承担。⑥质保期到期前，由投标人对所供产品进行全面维护保养，确保设备处于正常运行状态。⑦质保期内若出现更换产品或主要部件的情况，应重新进行检定或校准并验收，产生的所有费用由投标人承担，质保期自验收合格之日起重新计算。

采购包2：

①质保期1年 ②质保期内出现质量问题、发生故障、年稳定性不合格等情况，投标人应按采购人的要求更换或维修，响应时间≤2小时，产生的所有费用均有投标人承担。③若采购人认为故障不能远程解决时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。④若故障在24小时内无法排除时，投标人必须向采购人提供书面报告，包括故障原因及分析、处理措施、解决时间。⑤若解决故障时间超过48小时，采购人有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用由投标人承担。⑥质保期到期前，由投标人对所供产品进行全面维护保养，确保设备处于正常运行状态。⑦质保期内若出现更换产品或主要部件的情况，应重新进行检定或校准并验

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

①如因投标人责任而造成延期交货，采购人可在合同未付款中直接扣除延期交货的违约金，每延期交货一天按合同总价款的**1%**向采购人支付违约金，该违约金由采购人在应支付货款中直接扣除，投标人对此无任何异议。②如整机验收不合格，且投标人在规定的整改期内仍达不到验收标准的，视为投标人延期交货，采购人可在合同未付款中直接扣除延期交货违约金，每延期一天按合同总价款的**1%**扣除；同时，投标人应向采购人重新更换和投标文件一致的同生产厂家、同品牌、同型号、同规格的全新产品。③其他内容按招标文件、投标文件及合同约定执行。

采购包2:

①如因投标人责任而造成延期交货，采购人可在合同未付款中直接扣除延期交货的违约金，每延期交货一天按合同总价款的**1%**向采购人支付违约金，该违约金由采购人在应支付货款中直接扣除，投标人对此无任何异议。②如整机验收不合格，且投标人在规定的整改期内仍达不到验收标准的，视为投标人延期交货，采购人可在合同未付款中直接扣除延期交货违约金，每延期一天按合同总价款的**1%**扣除；同时，投标人应向采购人重新更换和投标文件一致的同生产厂家、同品牌、同型号、同规格的全新产品。③其他内容按招标文件、投标文件及合同约定执行。

3.5其他要求

1.所有产品根据需求配置终端配套设备，费用均包含在本项目报价中。2.为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质投标文件贰份并密封。若电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。线下递交文件时间：详见本项目招标公告文件截止时间；线下递交文件地点：西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心**6**层。3. 本项目采购包**1**核心产品为：**0.05**级数字压力表；采购包**2**核心产品为压力数据采集仪校准装置。4.本项目主要标的为：核心产品。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）；②税收缴纳证明：法人提供自2024年4月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自2024年4月1日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的投标人应提供相关文件证明；③社会保障资金缴纳证明：提供自2024年4月1日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；④提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。注：以上②-③项，提供“陕西省政府采购供应商信用承诺书”的，可不再提供其他证明文件。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	2.资格证明文件.docx 投标函

2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>财务状况报告：法人提供会计师事务所出具有效的2023年度或2024年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自2024年10月1日以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。注：此项资格提供“陕西省政府采购供应商信用承诺书”的，可不再提供其他证明文件。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	2.资格证明文件.docx
3	<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>	<p>投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章、提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。</p>	<p>2.资格证明文件.docx 投标函</p>

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	<p>供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件</p>	<p>供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）；②税收缴纳证明：法人提供自2024年4月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自2024年4月1日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的投标人应提供相关文件证明；③社会保障资金缴纳证明：提供自2024年4月1日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；④提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。注：以上②-③项，提供“陕西省政府采购供应商信用承诺书”的，可不再提供其他证明文件。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	<p>2.资格证明文件.docx 投标函</p>
2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>财务状况报告：法人提供会计师事务所出具有效的2023年度或2024年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自2024年10月1日以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。注：此项资格提供“陕西省政府采购供应商信用承诺书”的，可不再提供其他证明文件。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	<p>2.资格证明文件.docx</p>

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章、提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。	2.资格证明文件.docx 投标函
---	---	--	----------------------

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证；法定代表人授权本单位他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。	2.资格证明文件.docx
2	不接受联合体投标，不允许分包	本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》。	2.资格证明文件.docx

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证；法定代表人授权本单位他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。	2.资格证明文件.docx
2	不接受联合体投标，不允许分包	本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》。	2.资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	本项目为专门面向中小企业项目，投标产品的制造商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标产品的制造商为中型、小型、微型企业的，投标人提供《中小企业声明函》；投标产品的制造商为监狱企业的，投标人应提供投标产品制造商为监狱企业的证明文件；投标产品的制造商为残疾人福利性单位的，投标人应提供投标产品制造商为残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	本采购包专门面向中小企业采购	本项目为专门面向中小企业项目，投标产品的制造商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标产品的制造商为中型、小型、微型企业的，投标人提供《中小企业声明函》；投标产品的制造商为监狱企业的，投标人应提供投标产品制造商为监狱企业的证明文件；投标产品的制造商为残疾人福利性单位的，投标人应提供投标产品制造商为残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	----------------	---	-------------------------------

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 1分项价格表.docx 标的清单

2	签署、盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章的。	开标一览表 2.资格证明文件.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 3.承诺书.docx 标的清单 1分项价格表.docx 投标文件封面 4.商务部分偏离表.docx 5.技术响应与偏离表、证明材料.docx 监狱企业的证明文件
3	总报价	总报价未超过招标文件中规定的项目最高限价的。	开标一览表 1分项价格表.docx 标的清单
4	实质性条款	满足本招标文件中标注的实质性条款（交货时间、交货地点、支付约定、质量保修范围和保修期）要求的。	4.商务部分偏离表.docx
5	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	投标函
6	其他无效情形	无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	3.承诺书.docx

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 1分项价格表.docx 标的清单

2	签署、盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章的。	开标一览表 2.资格证明文件.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 3.承诺书.docx 标的清单 1分项价格表.docx 投标文件封面 4.商务部分偏离表.docx 5.技术响应与偏离表、证明材料.docx 监狱企业的证明文件
3	总报价	总报价未超过招标文件中规定的项目最高限价的。	开标一览表 标的清单 1分项价格表.docx
4	实质性条款	满足本招标文件中标注的实质性条款（交货时间、交货地点、支付约定、质量保修范围和保修期）要求的。	4.商务部分偏离表.docx
5	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的。	投标函
6	其他无效情形	无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	3.承诺书.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由

的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

	技术参数	完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计 28分 ；“★”为废标项，负偏离按无效文件处理；非“★”号参数每负偏离一项扣 0.2分 。备注： 1. 所有产品技术参数完全复制招标文件技术指标要求的，给予 10分 扣分，文字描述、国标、定制尺寸的技术指标除外。 2. 证明材料要求：需提供所投产品的检测报告，以检测报告作为评审依据，检测报告中没有体现的技术参数的须提供产品证明材料（不限于产品官网截图或用户使用说明书或技术规格书等）；检测报告与其他证明材料不一致的，以检测报告为准。	28.0000	客观	5.技术响应与偏离表、证明材料.docx
	供货实施方案	投标人提供针对本项目的供货实施方案，包括但不限于①项目人员构成、②供货组织安排、③应急措施、④进度安排等，就其方案是否完整全面、合理科学及措施得当，能否保质保量完成项目实施进行计分。方案完全满足项目需求，无瑕疵计 4分 ；方案存在 1处 瑕疵计 3分 ；方案存在 2处 瑕疵计 2分 ；方案存在 3处 瑕疵计 1分 ；方案存在 4处 及以上瑕疵或未提供计 0分 。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形。	4.0000	主观	6供货实施方案.docx

产品选型及配置	<p>针对本项目的采购需求，对所投产品的选型进行详细分析说明，并附有配置清单，明确设备与采购人使用需求的匹配情况及产品选型的具体特点、优势。配置完全满足项目需求，无瑕疵计4分；方案存在1处瑕疵计3分；方案存在2处瑕疵计2分；方案存在3处瑕疵计1分；方案存在4处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>	4.0000	主观	7产品选型及配置.docx
安装调试及验收方案	<p>投标人提供针对本项目产品的安装调试方案，包括①设备检查②环境测试③设备调校④功能测试⑤安装调试过程中的重难点问题解决措施⑥验收方案等。根据方案是否完整、合理、详细，是否针对实施过程中的重难点问题提出相应的解决措施进行计分。内容完全满足项目需求，无瑕疵计6分；内容存在1处瑕疵计5分；内容存在2处瑕疵计4分；内容存在3处瑕疵计3分；内容存在4处瑕疵计2分；内容存在5处瑕疵计1分；内容存在6处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>	6.0000	主观	8安装调试及验收方案.docx

详细评审	质量保证	<p>投标人针对本项目有详细、具体、可行的质量管理及保障方案，包括①仪器设备使用性能、②产品使用寿命及效果、③技术保障等方面的承诺和保证措施。根据方案是否完善、详细，可行性赋分。方案完全满足项目需求，无瑕疵计3分；方案存在1处瑕疵计2分；方案存在2处瑕疵计1分；方案存在3处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>	3.0000	主观	9质量保证.docx
	培训方案	<p>投标人针对本项目有具体的培训方案，方案应至少包括但不限于①培训服务计划（培训形式、课程计划表、时间地点、培训人员安排、厂商培训班名额等），②培训内容（设备原理和技术性能、仪器操作、仪器维护、故障排除等），③培训效果。根据培训方案是否完整、详细，能否实际保证培训效果进行计分。方案完全满足项目需求，无瑕疵计3分；方案存在1处瑕疵计2分；方案存在2处瑕疵计1分；方案存在3处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>	3.0000	主观	10培训方案.docx

售后服务方案	<p>投标人针对本项目有具体的售后服务方案， ①故障响应解决时间、售后服务效率②维修措施③常规仪器保养和维护的日程安排及措施④备品备件储备⑤售后服务人员配置情况，提供明确、详细的售后服务安排及承诺。根据方案是否全面、各方面有无详细描述，措施是否合理可行进行计分。 方案完全满足项目需求，无瑕疵计4分； 方案存在1处瑕疵计3分； 方案存在2处瑕疵计2分； 方案存在3处瑕疵计1分； 方案存在4处及以上瑕疵或未提供计0分。 本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形。</p>	4.0000	主观	11售后服务方案.docx
服务承诺	<p>投标人承诺质保期在满足招标文件基础要求（1年）的基础上，再增加1年计1分，满分4分。</p>	4.0000	客观	12服务承诺.docx
供货渠道证明	<p>提供本项目采购清单中所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议或代理协议或原厂授权等），每提供1个产品的计1分，共5分。未提供不计分。</p>	5.0000	客观	13供货渠道证明.docx
业绩	<p>提供投标人2022年1月1日至今所投核心产品的同类项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个得1分，满分5分。未提供不计分。 备注：投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。</p>	5.0000	客观	14业绩.docx

	同类产品使用证明	投标人提供所投产品在省级及以上法定计量检定机构的使用证明（使用证明包括合同或履约使用证明等），提供1份计1分，满分3分。未提供不计分。注：证明材料需有省级及以上法定计量检定机构的公章。	3.0000	客观	15同类产品使用证明.docx
	节能环保	投标人投标产品中有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，最多得1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）	1.0000	客观	16节能环保.docx
价格分	价格分	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包2：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

	技术参数	完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计 24分 ；“★”为废标项，负偏离按无效文件处理；非“★”号参数每负偏离一项扣 1分 。备注： 1. 所有产品技术参数完全复制招标文件技术指标要求的，给予 10分 扣分，文字描述、国标、定制尺寸的技术指标除外。 2. 证明材料要求：需提供所投产品的检测报告，以检测报告作为评审依据，检测报告中没有体现的技术参数的须提供产品证明材料（不限于产品官网截图或用户使用说明书或技术规格书等）；检测报告与其他证明材料不一致的，以检测报告为准。	24.0000	客观	5.技术响应与偏离表、证明材料.docx
	实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案，包括但不限于①项目人员构成、②供货组织安排、③应急措施、④进度安排等；就其方案是否完整全面、合理科学及措施得当，能否保质保量完成项目实施进行计分。方案完全满足项目需求，无瑕疵计 6分 ；方案存在 1处 瑕疵计 5分 ；方案存在 2处 瑕疵计 4分 ；方案存在 3处 瑕疵计 3分 ；方案存在 4处 瑕疵计 2分 ；方案存在 5处 瑕疵计 1分 ；方案存在 6处及以上 瑕疵或未提供计 0分 。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形。	6.0000	主观	6实施方案.docx

产品选型及配置	<p>针对本项目的采购需求，对所投产品的选型进行详细分析说明，并附有配置清单，明确设备与采购人使用需求的匹配情况及产品选型的具体特点、优势。配置完全满足项目需求，无瑕疵计5分；方案存在1处瑕疵计4分；方案存在2处瑕疵计3分；方案存在3处瑕疵计2分；方案存在4处瑕疵计1分；方案存在5处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>	5.0000	主观	7产品选型及配置.docx
安装调试及验收方案	<p>投标人提供针对本项目产品的安装调试方案，包括①设备检查②环境测试③设备调校④功能测试⑤安装调试过程中的重难点问题解决措施⑥验收方案等。根据方案是否完整、合理、详细，是否针对实施过程中的重难点问题提出相应的解决措施进行计分。内容完全满足项目需求，无瑕疵计6分；内容存在1处瑕疵计5分；内容存在2处瑕疵计4分；内容存在3处瑕疵计3分；内容存在4处瑕疵计2分；内容存在5处瑕疵计1分；内容存在6处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>	6.0000	主观	8安装调试及验收方案.docx

详细评审

质量保证	投标人针对本项目有详细、具体、可行的质量管理及保障方案，包括①仪器设备使用性能、②产品使用寿命及效果、③技术保障等方面的承诺和保证措施。根据方案是否完善、详细，可行性赋分。方案完全满足项目需求，无瑕疵计6分；方案存在1处瑕疵计5分；方案存在2处瑕疵计4分；方案存在3处瑕疵计3分；方案存在4处瑕疵计2分；方案存在5处瑕疵计1分；方案存在6处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形。	6.0000	主观	9质量保证.docx
------	---	--------	----	------------

<p>培训方案</p>	<p>投标人针对本项目有具体的培训方案，方案应至少包括但不限于①培训服务计划（培训形式、课程计划表、时间地点、培训人员安排、厂商培训班名额等），②培训内容（设备原理和技术性能、仪器操作、仪器维护、故障排除等），③培训效果。根据培训方案是否完整、详细，能否实际保证培训效果进行计分。方案完全满足项目需求，无瑕疵计3分；方案存在1处瑕疵计2分；方案存在2处瑕疵计1分；方案存在3处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>	<p>3.0000</p>	<p>主观</p>	<p>10培训方案.docx</p>
-------------	---	---------------	-----------	--------------------

售后服务方案	<p>投标人针对本项目有具体的售后服务方案， ①故障响应解决时间、售后服务效率②维修措施③常规仪器保养和维护的日程安排及措施④备品备件储备⑤售后服务人员配置情况，提供明确、详细的售后服务安排及承诺。根据方案是否全面、各方面有无详细描述，措施是否合理可行进行计分。 方案完全满足项目需求，无瑕疵计5分； 方案存在1处瑕疵计4分； 方案存在2处瑕疵计3分； 方案存在3处瑕疵计2分； 方案存在4处瑕疵计1分； 方案存在5处及以上瑕疵或未提供计0分。 本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>	5.0000	主观	11售后服务方案.docx
服务承诺	<p>投标人承诺质保期在满足招标文件基础要求（1年）的基础上，再增加1年计1分，满分4分。</p>	4.0000	客观	12服务承诺.docx
供货渠道证明	<p>提供本项目采购清单中所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议或代理协议或原厂授权等），每提供1个产品的计1分，共2分。未提供不计分。</p>	2.0000	客观	13供货渠道证明.docx
业绩	<p>提供投标人2022年1月1日至今所投核心产品的同类项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个得1分，满分5分。未提供不计分。 备注：投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。</p>	5.0000	客观	14业绩.docx

	同类产品使用证明	投标人提供所投产品在省级及以上法定计量检定机构的使用证明（使用证明包括合同或履约使用证明等），提供1份计1分，满分3分。未提供不计分。注：证明材料需有省级及以上法定计量检定机构的公章。	3.0000	客观	15同类产品使用证明.docx
	节能环保	投标人投标产品中有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，最多得1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）	1.0000	客观	16节能环保.docx
价格分	价格分	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：1分项价格表.docx

详见附件：2.资格证明文件.docx

详见附件：3.承诺书.docx

详见附件：4.商务部分偏离表.docx

详见附件：5.技术响应与偏离表、证明材料.docx

详见附件：6供货实施方案.docx

详见附件：7产品选型及配置.docx

详见附件：8安装调试及验收方案.docx

详见附件：9质量保证.docx

详见附件：10培训方案.docx

详见附件：11售后服务方案.docx

详见附件：12服务承诺.docx

详见附件：13供货渠道证明.docx

详见附件：14业绩.docx

详见附件：15同类产品使用证明.docx

详见附件：16节能环保.docx

采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：1分项价格表.docx

详见附件：2.资格证明文件.docx

详见附件：3.承诺书.docx

详见附件：4.商务部分偏离表.docx

详见附件：5.技术响应与偏离表、证明材料.docx

详见附件：6实施方案.docx

详见附件：7产品选型及配置.docx

详见附件：8安装调试及验收方案.docx

详见附件：9质量保证.docx

详见附件：10培训方案.docx

详见附件：11售后服务方案.docx

详见附件：12服务承诺.docx

详见附件：13供货渠道证明.docx

详见附件：14业绩.docx

详见附件：15同类产品使用证明.docx

详见附件：16节能环保.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本.docx

