西安市妇幼保健院彩超多普勒超声维保中标（成交）明细

受西安市妇幼保健院委托，采用进行采购彩超多普勒超声维保（项目编码：**XAJG（ZFCG）-20250721**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（西安市妇幼保健院彩超多普勒超声维保服务项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西捷瑞医疗器械有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：83500.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品名	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	医疗	设备	3	1.包含主机显示器、操作面板，功能按键，轨迹球及后端电源等硬件的维修。所更换的备件需提供原厂合法来源渠道证明文件。2.能够对主机主要软件故障进行处理。3.提供三台设备每年两次专业性的维护保养。4.具有客户服务专线电话，提供365天服务，接到报修电话后，4个小时内响应，24小时内到达现场解决故障。5.具有专职的应用培训专家，能以现场和远程形式，提供临床应用、图像处理和相应业务拓展的专业支持。提供人员姓名、资料。6.具备原厂培训的工程师，能全年免费上门服务，提供证明材料。7.探头出现故障无法维修需要更换的，提供原厂价格一定折扣的优惠。	1.包含主机显示器、操作面板，功能按键，轨迹球及后端电源等硬件的维修。所更换的备件需提供原厂合法来源渠道证明文件。2.能够对主机主要软件故障进行处理。3.提供三台设备每年两次专业性的维护保养。4.具有客户服务专线电话，提供365天服务，接到报修电话后，4个小时内响应，24小时内到达现场解决故障。5.具有专职的应用培训专家，能以现场和远程形式，提供临床应用、图像处理和相应业务拓展的专业支持。提供人员姓名、资料。6.具备原厂培训的工程师，能全年免费上门服务，提供证明材料。7.探头出现故障无法维修需要更换的，提供原厂价格一定折扣的优惠。	合同	达到合格标准及第四章“采购内容及技术服务要求”。	1.00批	83,500.00	83,500.00