

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 检验及康复设施购置(二次)

采购项目编号: **JXRC-250723-2**

西安市人民医院(西安市第四医院)

陕西嘉信瑞诚招标有限公司共同编制

2025年09月01日

第一章 投标邀请

陕西嘉信瑞诚招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市人民医院（西安市第四医院）委托，拟对检验及康复设施购置(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：JXRC-250723-2

二、采购项目名称：检验及康复设施购置(二次)

三、招标项目简介

采购包1：大差市院区快检中心无分拣机设备，为及时签收标本及对标本进行分类，购置一台8仓分拣机，具备可自动签收标本功能。采购包2：航天城院区新增康复医学科，需购置康复运动设施一批。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。

2、法定代表授权书：法定代表人/负责人直接参加的，须递交《法定代表人/负责人身份证明》；法定代表人/负责人授权代表参加的，须递交《法定代表人/负责人授权书》。

3、财务状况证明：法人提供会计师事务所出具的完整的2024年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前6个月内其开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。

4、纳税证明：法人提供自2025年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明(任意税种)，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自2025年1月1日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明。

5、社保缴纳证明：提供自2025年1月1日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。

6、无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供《无重大违法记录声明》。

7、履约能力声明：提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》。

8、不允许联合体投标：本项目不允许联合体投标，提供承诺函。

采购包2：

1、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。

2、法定代表授权书：法定代表人/负责人直接参加的，须递交《法定代表人/负责人身份证明》；法定代表人/负责人授权代表参加的，须递交《法定代表人/负责人授权书》。

3、财务状况证明：法人提供会计师事务所出具的完整的2024年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一

年的可提供成立后任意时段的资产负债表), 或开标前6个月内其开户银行出具的资信证明, 或信用担保机构出具的投标担保函(以上三种形式的资料提供任何一种即可); 其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。

4、纳税证明: 法人提供自2025年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明(任意税种), 纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章; 其他组织和自然人提供自2025年1月1日以来至少一个月缴纳税收的凭据; 依法免税的投标人应提供相关文件证明。

5、社保缴纳证明: 提供自2025年1月1日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明(社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等); 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。

6、无重大违法记录声明: 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 提供《无重大违法记录声明》。

7、履约能力声明: 提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》。

8、不允许联合体投标: 本项目不允许联合体投标, 提供承诺函。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购, 使用的电子化交易系统为: 陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”), 登录方式及地址: 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台(以下简称“政府采购平台”), 进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求, 参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南, 并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前, 应当按照要求完成供应商注册和信息完善, 加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递, 以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据, 均属于供应商真实意思表示, 由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商, 校验互认的证书及签章有效性后, 即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作; 未办理互认的证书及签章的供应商, 按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后, 按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验, 可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管, 确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用; 供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理, 防止非授权操作。

(三)供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境, 承担因准备不足产生的不利后果。

(四)政府采购平台技术支持:

在线客服: 通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话: 029-96702

CA及签章服务: 通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一)招标文件获取时间: 详见采购公告

(二)在招标文件获取开始时间前, 采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统, 向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的, 供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商, 不得参与本次采购活动, 不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后, 采购人或代理机构进行澄清或者修改的, 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件, 供应商应当重新获取招标文件; 澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的, 采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招

标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：西安市人民医院（西安市第四医院）

地址：西安市长安区航天新城航天东路155号

邮编：710199

联系人：西安市人民医院（西安市第四医院）经办

联系电话：029-61220015

代理机构：陕西嘉信瑞诚招标有限公司

地址：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心18层1806室

邮编：710061

联系人：曲慧、张海

联系电话：029-81541692

采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：250,000.00元</p> <p>采购包2：197,388.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：收费标准参照原中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文下浮20%计算收取，具体收费额以采购代理机构出具的发票为准。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市人民医院（西安市第四医院）和陕西嘉信瑞诚招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市人民医院（西安市第四医院）负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西嘉信瑞诚招标有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市人民医院（西安市第四医院）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西嘉信瑞诚招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；

- (五) 评标办法;
- (六) 投标文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站

（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1:

详见合同条款

采购包2:

详见合同条款

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西嘉信瑞诚招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西嘉信瑞诚招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑

由 陕西嘉信瑞诚招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：曲慧、张海

联系电话：029-81541692

地址：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心18层1806室

邮编：710061

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

采购包1：大差市院区快检中心无分拣机设备，为及时签收标本及对标本进行分类，购置一台8仓分拣机，具备可自动签收标本功能。

品目	分项名称	采购数量	备注
1	分拣机	1台	

采购包2：航天城院区新增康复医学科，需购置康复运动设施一批。

品目	分项名称	采购数量	备注
1	角度尺	1套	
2	多功能关节活动测量表	1个	
3	简易上肢功能评价器	1套	
4	背力计	1台	
5	握力计	1台	
6	电动跑步机	1台	
7	踝关节矫正板	1套	
8	训练用阶梯（抽屉式）	1套	
9	训练用阶梯	1套	
10	平行杠	1台	
11	肌力训练弹力带	1套	
12	系列沙袋	1套	
13	系列哑铃	1套	
14	平衡板	1个	
15	下肢功率车	1台	
16	理疗床	7套	
17	PT凳	6个	
18	矫正镜	1套	
19	巴氏球（大小各一）	2套	

20	滚桶（大中小各一）	3套	
21	助行器	2套	
22	手功能组合训练箱	1套	
23	木插板	1套	
24	铁棍插板	1套	
25	套彩盘	1套	
26	套圈	1套	
27	腕部功能训练器	1套	
28	镶嵌训练器	1套	
29	肩抬举训练器	1套	
30	体操棒与抛接球	1套	
31	OT桌	4套	
32	OT综合训练系统	1套	核心产品
33	重锤式手指肌力训练桌	1套	
34	橡筋手指练习器	1套	
35	分指板（大小各一）	2套	
36	上肢协调功能练习器	1套	
37	上肢协调功能练习器	1套	
38	木制图形插板	1套	
39	上螺丝	1套	
40	上螺母	1套	
41	理疗床（木质）	3套	
42	辅助步行训练器	1套	
43	站立架	1套	
44	液压式踏步器	1套	
45	可调式砂磨板及附件	1套	
46	医用体位垫	4套	

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：250,000.00

采购包最高限价（元）：200,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	大差市院区临床检验中心设施购置	1.00	250,000.00	批	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：197,388.00

采购包最高限价（元）：100,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	航天城院区康复医学科运动康复设施购置	1.00	197,388.00	批	工业	是	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：大差市院区临床检验中心设施购置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、分拣机设备参数
2		1.分拣模式：自动扫描，可按条形码信息对标本进行自动分拣，可自行设置多种分拣规则，分拣同时实现样本试管核收。
3		2.分拣速度：分拣速度≥2000支/小时。
4		3.仓位数量和容量：拣出仓数量8个，待检仓容量≥1500支，每个拣出仓容量≥150支。
5		4.项目显示：设备带有屏幕，可以显示出分拣样本的项目名称和数量。
6		5.上样及分拣模块：搓板式上样，上样后分拣及传输过程稳定可靠。
7		6.支持不停机更换拣出仓，拣出仓内置缓存空间，抽出拣出仓时相应标本仍会分拣至该仓位的缓存空间内，在拣出仓抽出期间设备不停机且标本不会被分类到出错仓或未识别仓，避免错误分拣或重复分拣。
8		7.试管尺寸：直径12～18mm，长度75～120mm各品牌真空采血试管；满足不同品牌、不同长度标本试管混放工作处理。
9		8.标本进样方式：轨道传输系统、气动传输系统自动输入，或标本试管集中人工倒入待检仓。
10		9.标本拣出方式：仪器将标本试管自动导入相对应的拣出仓，支持扩展智能输出轨道或气动管道输出选定的标本试管至检测仪器。
11		10.出错仓设置：设置有出错仓，设备会自动识别并挑出无法读取条码的标本试管归集至出错仓（未识别仓），以便人工处理。

12		11.舱门开关：设备进样仓设置有舱门，可以进行开关。
13		12.支持自动启停：可自动探测待检仓内是否有标本输入，实现自动启停分拣功能，无标本时自动休眠。
14		13.应急接收功能：当分拣机发生故障时，可通过扫描设备进行人工扫描核收及分类，不影响正常工作。
15		14.故障报警功能：根据出现异常情况，具备分级详细报警功能，并且可以指导用户处理简单故障。
16		15.配置设备运行状态显示灯，可根据设备运行情况，通过不同灯光显示，支持异常状况灯光报警功能，可以明显的提醒用户设备的状态及应急情况的处理。
17		16.可处理条码制式：支持各种条码类型，如code128、code39、JAN、UPC-A、UPC-E等多种条码类型。
18		17.信息对接：可与LIS进行双向通讯，接收及发送分拣信息。
19		18.数据统计：标本试管分拣的同时将标本试管核收并录入LIS系统，实现分拣、编号、标本试管量分析等功能；按需生成每一类别标本试管接收清单、分拣标本清单等内容。
20		19.设备尺寸要求：长度≤120CM，宽度≤90CM。
21		二、技术及质量要求
22		1、供应商必须承诺其提供产品质量、符合国家、省市有关规范及行业规范要求，确保达到最佳使用状态。对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题供应商应全权负责。
23		2、供应商提供的货物必须有产品合格证或产品授权书。
24		3、除非对包装另有规定，供应商提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。外包装完整无损，标识规范清楚。
25		4、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括采购人后来提出的特殊要求。
26		5、供应商应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。
27		6、供应商所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由供应商负责，采购人保留索赔权力。
28		三、其他要求
29		1、凡需要列入固定资产的，须开具货物类发票（税务系统清单式发票），否则无法付款，造成的法律与经济责任由中标方负责。（注：固定资产是指使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在1000元及以上(其中：专业设备单位价值在1500元及以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋和构筑物、设备、图书和档案、家具和用具等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。）

采购包2：

标的名称：航天城院区康复医学科运动康复设施购置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、品目参数

2		品目1、角度尺
3		1、参数
4		由箱体、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、脊椎角度尺、手指角度尺组成。 1）箱体外形尺寸：345mm×180mm×55mm；（长宽偏差±30mm，高偏差±5mm） 2）肢体角度尺（大）(折叠后) 3）肢体角度尺（中）(折叠后) 4）肢体角度尺（小）(折叠后) 5）脊椎角度尺(折叠后) 6）手指角度尺(折叠后)
5		2、数量：1套
6		品目2、多功能关节活动测量表
7		1、参数
8		1）规格（长×宽×高）：200mm×80mm×90mm；（长宽偏差±30mm,高偏差±9mm） 2）表盘直径：≥65mm； 3）表盘的旋转角度：0°~360°。
9		2、数量：1个
10		品目3、简易上肢功能评价器
11		1、参数
12		产品组成 内装检测工具一套： 1）秒表1只 2）网球303P，5只 3）大木方5件 4）中、小木方各6件 5）中球5个 6）木圆板6件 7）人革布6块 8）金属圆片6块 9）小钢球6只 10）钢棍6件 11）主要技术指标和参数 外形尺寸（长×宽×高）：420mm×420mm×100mm。（长宽偏差±30mm,高偏差±10mm）
13		2、数量：1套
14		品目4、背力计
15		1、参数
16		主要技术指标和参数 1)测量范围：0~400kg； 2)分度值：0.1kg； 3)示值误差：1/400ES； 4)电源：9V稳压电源，9V叠式电池； 5)外形尺寸（长×宽×高）为525mm×375mm×120mm。（长宽偏差±50mm，高偏差±10mm）
17		2、数量：1台
18		品目5、握力计
19		1、参数
20		主要技术指标和参数 1)测量范围：0~99.9kg； 2)分度值：0.1kg； 3)示值误差：1%F.S； 4)电源：9V叠式电池； 5)外形尺寸（长×宽×高）为240mm×140mm×50mm。（长宽偏差±30mm,高偏差±5mm）
21		2、数量：1台
22		品目6、电动跑步机
23		1、参数
24		主要技术指标和参数 1)外形尺寸（长×宽×高）：1580mm×730mm×1260mm；（偏差±100mm） 2)跑步板尺寸（长×宽）：1220mm×420mm；（长宽偏差±50mm） 3)速度：0.8km/h~13km/h； 4)最大承重：≥150kg； 5)高品质直流马达：2.0HP(peak)； 6)面板：≥5.0英寸液晶显示器； 7)显示功能：程序、时间、距离、速度、心率、卡路里； 8)心率测试：配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2%； 9)扬升：三段手动扬升设计。
25		2、数量：1台

26		品目7、踝关节矫正板
27		1、参数
28		产品组成由防滑踏板、角度调节支架、底座组成。主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 370mm×310mm×110mm; (偏差±30mm) 2) 矫正板角度调节范围: ≥5档15°、25°、30°、35°、40°; 3) 矫正板高度调节范围: 110mm~210mm; 4) 踏板安全工作载荷: ≥100kg。
29		2、数量: 1套
30		品目8、训练用阶梯 (抽屉式)
31		1、参数
32		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸: 600mm×335mm×420mm; (偏差±50mm) 2) 梯面高度: 100mm±10mm; 3) 阶梯踏板额定承载: ≥2000N。
33		2、数量: 1套
34		品目9、训练用阶梯
35		1、参数
36		产品组成由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 1740mm×660mm×1467mm; (偏差±100mm) 2) 梯面高度: 100mm±10mm、120mm±10mm; 3) 扶手高度调节范围: 0~300mm; 4) 阶梯踏板安全工作载荷: ≥100kg 5) 为训练者提供动态平衡训练环境 6) 具备自主平衡控制功能
37		2、数量: 1套
38		品目10: 平行杠
39		1、参数
40		产品组成由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 3350mm×855mm×780mm; (偏差±100mm) 2) 两扶手杆中心调节范围: 310mm~650mm; 3) 扶手杆直径: 38mm±3mm; 4) 脚踏板安全工作载荷: ≥100 kg; 5) 为训练者提供动态平衡训练环境 6) 具备动态训练模式
41		2、数量: 1台
42		品目11: 肌力训练弹力带
43		1、参数
44		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽): 700mm×110mm (长宽偏差±50mm) 2) 每组肌力训练弹力带由六件组成, 橡筋绳用不同颜色区分, 橡筋绳的直径及阻力 (拉长100%时): a) 浅绿: 直径0.6cm, 阻力85N b) 黑: 直径0.6cm, 阻力75N c) 红: 直径0.6cm, 阻力55N d) 黄: 直径0.6cm, 阻力45N e) 深绿: 直径0.4cm, 阻力25N f) 蓝: 直径0.4cm, 阻力15N
45		2、数量: 1套
46		品目12、系列沙袋
47		1、参数

48		产品组成由绑式沙袋、搁架、脚轮组成。 主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 668mm×415mm×750mm(不含沙袋)(偏差±50mm) 2) 沙袋质量及数量: 0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个, 共12个
49		2、数量: 1套
50		品目13、系列哑铃
51		1、参数
52		产品组成由哑铃、哑铃架组成。 主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 810mm×525mm×765mm(偏差±50mm)(不含哑铃) 2) 哑铃质量及数量: 1磅/件, 共6个; 2磅/件, 共4个; 3磅/件, 共4个; 4磅/件, 共2个; 5磅/件, 共2个
53		2、数量: 1套
54		品目14、平衡板
55		1、参数
56		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 800mm×600mm×90mm(长宽偏差±50mm, 高偏差±10mm) 2) 面板摆动角度: -17°~+17° 3) 额定承载: ≥2000N
57		2、数量: 1个
58		品目15、下肢功率车
59		1、参数
60		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸: 1630mm×760mm×1250mm(偏差±50mm) 2) 阻尼调节档数: ≥8档 3) 额定承载: ≥1500N 4) 机器净重 ≥50KG 5) 面板窗口: 液晶显示电子表 6) 仪表功能: 时间、速度、转速、距离、心率、卡路里 7) 心率装置: 扶手配备手握心跳感应测试系统 8) 阻力级别: ≥8段手动阻力调节 9) 座椅调节: 坐垫设有前后调节功能 10) 提供产品经第三方检测机构出具的检测报告
61		2、数量: 1台
62		品目16、理疗床
63		1、参数
64		产品组成由头枕、床面、床架、调节螺栓组成。 主要技术指标和参数 1) 不小于外形尺寸(长×宽×高): ≥1900mm×600mm×600mm 2) 安全工作载荷: ≥150kg
65		2、数量: 7套
66		品目17、PT凳
67		1、参数
68		主要技术指标和参数 1) 不小于外形尺寸(直径×高): Φ600mm×(420~560)mm 2) 带液压油缸, 360°旋转 3) 额定承载: ≥2000N
69		2、数量: 6个
70		品目18、矫正镜
71		1、参数
72		产品组成由镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮组成 主要技术指标和参数 1) 外形尺寸: 850mm×670mm×1900mm(偏差±50mm) 2) 镜面玻璃厚度: ≥5mm 3) 镜面带线格

73		2、数量：1套
74		品目19、巴氏球（大小各一）
75		1、参数
76		Φ740mm；Φ940mm（偏差±30mm）
77		2、数量：2套
78		品目20、滚桶（大中小各一）
79		1、参数
80		Φ160mm；Φ220mm；Φ300mm（偏差±30mm）
81		2、数量：3套
82		品目21、助行器
83		1、参数
84		1）产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准； 2）产品为差动框式助行器，适合1.55—1.80m人群使用 3）助行器主架采用高强度铝合金管焊接而成，管材直径≥25mm管材壁厚为：≥1.2mm，助行架表面采用雾银氧化处理； 4）助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用，助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，握把采用EVA无毒无害，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高； 5）主要参数：大架长：52-55cm,宽：48-52cm,折叠宽度：8-11cm, 高：73-90cm，脚管≥8档调节。 6）扶手承重：≥100Kg;
85		2、数量：2套
86		品目22、手功能组合训练箱
87		1、参数
88		产品组成：主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具组成。 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：550mm×400mm×140mm（偏差±30mm） 2）木插棍外形尺寸及数量：（大:Φ26mm，3根）、（中：Φ18mm，4根）、（小：Φ13mm，5根） 3）玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 4）铁插棍外形尺寸及数量：（大：Φ8mm×60mm）、（中：Φ6mm×60mm）、（小：Φ4mm×60mm），各21个 5）螺栓外形尺寸及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只） 6）螺母外形尺寸及数量：M8（6只）、M6（6只）
89		2、数量：1套
90		品目23、木插板
91		1、参数
92		主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）（大）：345mm×280mm×105mm，棒φ26mm×100mm，20根（偏差±30mm） 2）外形尺寸（长×宽×高）（中）：220mm×170mm×95mm，棒φ18mm×90mm，20根（偏差±30mm） 3）外形尺寸（长×宽×高）（小）：170mm×140mm×85mm，棒φ14mm×8mm，20根（偏差±30mm）
93		2、数量：1套
94		品目24、铁棍插板
95		1、参数

96		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 200mm×120mm×50mm (长宽偏差±10mm, 高偏差±5mm) 2) 铁棍尺寸 (直径×长度): (小: Φ4mm×60mm, 18根)、(中: Φ6mm×60mm, 15根) (大: Φ8mm×60mm, 15根)
97		2、数量: 1套
98		品目25、套彩盘
99		1、参数
100		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 800mm×170mm×720mm (偏差±50mm) 2) 立柱直径: φ28mm (偏差±3mm) 3) 配三角木块、正方形木块、圆板木块各4个
101		2、数量: 1套
102		品目26、套圈
103		1、参数
104		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (直径×高度): φ280mm×470mm (偏差±30mm) 2) 立杆直径: 40mm (偏差±3mm)
105		2、数量: 1套
106		品目27、腕部功能训练器
107		1、参数
108		主要技术指标和参数 1) 盒子外形尺寸 (长×宽×高): 420mm×230mm×100mm (偏差±20mm) 2) 配以下6种训练组件: 圆单手滚筒, 短圆滚筒, 扁单手滚筒, 带绑带滚筒, 圆双手滚筒, 扁方滚筒
109		2、数量: 1套
110		品目28、镶嵌训练器
111		1、参数
112		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 410mm×100mm×410mm (偏差±30mm) 2) 滚珠配置: (白色: 21个)、(黑色: 20个)、(蓝色: 9个)、(紫色: 9个)、(红色: 8个)、(黄色: 7个)
113		2、数量: 1套
114		品目29、肩抬举训练器
115		1、参数
116		主要技术指标和参数 1) 架外形尺寸 (长×宽×高): (710mm~420mm)×550mm×(170mm~730mm) 2) 棍棒 (直径×高度): Φ28mm×1000mm (偏差±5mm) 3) 支架角度调节为9档: 10°~90° 4) 支架高度调节分6档
117		2、数量: 1套
118		品目30、体操棒与抛接球
119		1、参数
120		产品组成 由体操棒、搁架、抛接球组成。 主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 400mm×400mm×1020mm (偏差±30mm) 2) 体操棒外形尺寸 (直径×高度): φ28mm×995mm, 数量5根 (偏差±3mm) 3) 抛接球直径及数量: ≥250mm, 4个 (偏差±20mm)
121		2、数量: 1套

122		品目31、OT桌
123		1、参数
124		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 1200mm×800mm×600mm (偏差±50mm) 2) 桌面升降范围: 610~840mm 3) 桌面尺寸(长×宽): 1200mm×800mm (长宽偏差±50mm) 4) 手柄转动力矩: ≤10N·m
125		2、数量: 4套
126		品目32、OT综合训练系统(核心产品)
127		1、参数
128		产品组成 1) 象棋1套; 2) 围棋1套; 3) 双面可折叠棋盘1块(纤维板材质, 一面象棋、一面围棋; 4) 飞行棋和跳棋组合1套(采用实木材质, 环保水性漆涂层); 5) 认知卡片6套(动物、识字、果蔬、交通、职业、认数); 6) 几何图形木制插板1套; 7) 动物图形木质插板1套; 8) 七巧板1块; 9) 职业训练套件1套, 包含8种不同种类螺丝, 4种拆装工具以及木质固定台; 10) 上螺丝1套, 组件: M6×40全螺纹六角头螺栓7只、M8×40全螺纹六角头螺栓13只。11) 上螺母1套, 组件: M6×40六角螺栓8只、M8×40六角螺栓16只、M6螺母16只、M8螺母32只; 12) 助食器1套包括助食碗、助食筷、助食勺、助食叉子, 采用ABS材质+竹质材料; 13) 拾物器1件, 不锈钢材质; 14) 训练用夹子; 15) 穿衣训练器(双面可折叠, 包含纽扣、系带、搭扣、拉链等14种训练工具); 16) 训练用捏力黏土6盒(不同颜色具有不同捏力等级, 共6种训练等级); 17) 大号木棍插板1套(外形尺寸: 350mm×280mm×110mm, 棒φ26mm×100mm, 20根); 18) 中号木棍插板1套(外形尺寸: 220mm×170mm×90mm, 棒φ18mm×90mm, 20根); 19) 小号木棍插板1套(外形尺寸: 170mm×140mm×80mm, 棒φ14mm×80mm, 20根); 20) 手指阶梯1件, 阶梯台阶距离: 20-22mm台阶数量10层; 21) 手指功能训练器1套外形尺寸, 至少具有三十多种训练配件, 满足作业治疗的基本治疗需求。(备注17.18.19长宽偏差±30mm, 直径偏差±3mm) 以上器材训练功能, 包括认知能力训练单元、职业能力训练单元、日常生活能力训练单元、手部精细运动训练单元、上肢运动控制训练单元、文娱及休闲训练单元、渐进性肌力训练单元、矫正及放松训练单元等。
129		2、数量: 1套
130		品目33、重锤式手指肌力训练桌
131		1、参数
132		产品组成由底架、指套、滑轮、绳索、桌面、重锤(四组)组成。其中每组重锤分别由质量为100g、200g、300g、500g的四件重锤组成。主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 810mm×610mm×1100mm(偏差±50mm) 2) 重锤质量: 100g、200g、300g、500g
133		2、数量: 1套
134		品目34、橡筋手指练习器
135		1、参数

136		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 610mm×420mm×500mm 2) 搁手垫尺寸 (长×宽): 570mm×220mm 3) 橡筋框尺寸 (长×宽): 530mm×380mm 4) 橡筋拉伸长度/cm: 100mm~150mm 5) 橡筋框额定承载: ≥450N (以上尺寸, 偏差±30mm)
137		2、数量: 1套
138		品目35、分指板 (大小各一)
139		1、参数
140		指板间距: 26mm、22mm (偏差±2mm)
141		2、数量: 2套
142		品目36、上肢协调功能练习器
143		1、参数
144		外形尺寸 (长×宽×高): 330mm×240mm×360mm (偏差±10mm)
145		2、数量: 1套
146		品目37、上肢协调功能练习器
147		1、参数
148		主要技术指标和参数 外形尺寸 (长×宽×高): 800mm×200mm×450mm (偏差±50mm)
149		2、数量: 1套
150		品目38、木制图形插板
151		1、参数
152		主要技术指标和参数 外形尺寸 (长×宽×高): 500mm×400mm×30mm (长宽偏差±30mm, 高偏差±3mm)
153		2、数量: 1套
154		品目39、上螺丝
155		1、参数
156		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 350mm×250mm×70mm (不含螺栓) (长宽偏差±30mm, 高偏差±5mm) 2) 组件: 全螺纹六角头螺栓M6×40, ≥7只、全螺纹六角头螺栓M8×40, ≥13只
157		2、数量: 1套
158		品目40、上螺母
159		1、参数
160		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 340mm×190mm×210mm(偏差±30mm) 2) 组件: M6×40六角螺栓8只、M8×40六角螺栓16只、M6螺母16只、M8螺母32只
161		2、数量: 1套
162		品目41、理疗床 (木质)
163		1、参数
164		主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): ≥1900mm×600mm×600mm 2) 安全工作载荷: ≥150kg

165		2、数量：3套
166		品目42、辅助步行训练器
167		1、参数
168		80×80×100~130cm,台面垫高度调节范围85~110cm,手柄间距调节范围0~55cm, 台面垫额定承载质量≥80kg。
169		2、数量：1套
170		品目43、站立架
171		1、参数
172		1) 外形尺寸/cm: 190×60×60 (偏差±5cm); 2) 床面额定承载: ≥2000N
173		2、数量：1套
174		品目44、液压式踏步器
175		1、参数
176		80×75×110cm,扶手杆宽65cm,扶手杆高100cm, 额定负载≥135kg, 油缸阻力≥12档可调, 线速度位5cm/s, 力值调节范围位: 200~1500N。适用于下肢关节活动度及肌力训练, 阻力可调。特点和功能: 运动阻力分≥12档可调, 适应不同肌力人群使用。可显示训练时间、速度等训练数据, 方便了解训练情况。(偏差±5cm)
177		2、数量：1套
178		品目45、可调式砂磨板及附件
179		1、参数
180		参考规格(cm): 100×80×90-135cm (长宽偏差±5cm) 参考质量: ≥60.0kg 沙磨板面积 (cm): 95×75 (偏差±5cm) 沙磨板厚度 (cm): ≥0.5 沙磨板角度调节范围 0~50° 附件品种和件数 4个品种, 各1件 材质: 木质、PVC沙磨板、静电喷塑架点压式开关控制台面升降角度调节
181		2、数量：1套
182		品目46、医用体位垫
183		1、参数
184		卧、腰椎牵引治疗辅助用具规格: 15°: 480×450×130±30mm 30°: 480×450×270±30mm 45°: 480×450×470±30mm (长宽偏差±30mm)
185		2、数量：4套
186		二、技术及质量要求
187		1、供应商必须承诺其提供产品质量、符合国家、省市有关规范及行业规范要求, 确保达到最佳使用状态。对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题供应商应全权负责。
188		2、供应商提供的货物必须有产品合格证或产品授权书。
189		3、除非对包装另有规定, 供应商提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。外包装完整无损, 标识规范清楚。
190		4、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求, 包括采购人后来提出的特殊要求。
191		5、供应商应保证其提供的货物是全新的, 未使用过的, 符合合同规定的质量、规格、性能, 并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。

192		6、供应商所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由供应商负责，采购人保留索赔权力。
193		三、其他要求
194		1、凡需要列入固定资产的，须开具货物类发票（税务系统清单式发票），否则无法付款，造成的法律与经济责任由中标方负责。（注：固定资产是指使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在1000元及以上(其中：专业设备单位价值在1500元及以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋和构筑物、设备、图书和档案、家具和用具等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。）

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起 30 个日历日内完成货物交付、安装及调试工作，不得延期。

采购包2:

自合同签订之日起 30 个日历日内完成货物交付、安装及调试工作，不得延期。

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：付款条件说明：合同签订后，采购人自收到等额增值税发票之日起，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1：付款条件说明：所有货物到达采购人指定地点，供应商完成安装、调试，自检合格后，提交采购人进行第一次验收；采购人自第一次验收合格且收到发票之日起，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 55.00%。

采购包1：付款条件说明：货物第一次验收合格满两年后，进行二次验收，验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。

采购包2：付款条件说明：合同签订后，采购人自收到等额增值税发票之日起，达到付款条件起，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2：付款条件说明：所有货物到达采购人指定地点，供应商完成安装、调试，自检合格后，提交采购人进行第一次验收；采购人自第一次验收合格且收到发票之日起，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 55.00%。

采购包2：付款条件说明：货物第一次验收合格满两年后，进行二次验收，验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。（二）按照甲方标书和乙方投标文件及承诺中的要求，安装、调试、检测，平稳运行，确认项目完成，乙方进行自检，自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。验收合格后，填写验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。（四）如验收不合格，乙方应负责整改或返修，直至甲方验收合格为止，且交付期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过3次的，甲方有权选择解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方时解除。若合同解除，乙方应按照本协议违约责任第（二）款承担违约责任。若因乙方项目货物验收不合格导致乙方货物交付延期的，乙方仍应按本合同违约责任第（二）款承担违约责任。（五）乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。（六）以第一次验收合格日期算起，到达约定付款期时，甲方组织乙方（必要时请有关专家）进行项目结束验收，验收合格后，填写最终验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。

采购包2:

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。（二）按照甲方标书和乙方投标文件及承诺中的要求，安装、调试、检测，平稳运行，确认项目完成，乙方进行自检，自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。验收合格后，填写验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。（四）如验收不合格，乙方应负责整改或返修，直至甲方验收合格为止，且交付期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过3次的，甲方有权选择解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方时解除。若合同解除，乙方应按照本协议违约责任第（二）款承担违约责任。若因乙方项目货物验收不合格导致乙方货物交付延期的，乙方仍应按本合同违约责任第（二）款承担违约责任。（五）乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。（六）以第一次验收合格日期算起，到达约定付款期时，甲方组织乙方（必要时请有关专家）进行项目结束验收，验收合格后，填写最终验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。（三）货物验收合格前产生的一切毁损、灭失的风险及质量问题均由乙方承担。

采购包2:

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。（三）货物验收合格前产生的一切毁损、灭失的风险及质量问题均由乙方承担。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

自供货安装调试、正常运行并验收合格之日起：提供 ≥ 1 年质保服务。

采购包2:

自供货安装调试、正常运行并验收合格之日起：提供 ≥ 1 年质保服务。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。（二）乙方未按合同要求提供货物，或提供货物质量不能满足本合同、招标文件、投标文件等相关文件要求的，甲方有权解除合同（合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除），乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，同时还应按合同总价的百分之一/天向甲方支付违约金；逾期交货超过10天，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方则应按合同总价（每批次货款）的30%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其他由此造成的甲方对第三方的违约损失）的，由乙方另行支付。（三）乙方逾期交付

货物的，除应及时交足货物外，交货期每超过一天，乙方同时还应按合同总价的**1%/天**向甲方支付违约金；逾期交货超过**10**天，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方则应按合同总价（每批次货款）的**30%**向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其他由此造成的甲方对第三方的违约损失）的，由乙方另行支付。（四）因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方及第三人人身损失、财产损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

采购包2:

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。（二）乙方未按合同要求提供货物，或提供货物质量不能满足本合同、招标文件、投标文件等相关文件要求的，甲方有权解除合同（合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除），乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，同时还应按合同总价的**百分之1/天**向甲方支付违约金；逾期交货超过**10**天，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方则应按合同总价（每批次货款）的**30%**向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其他由此造成的甲方对第三方的违约损失）的，由乙方另行支付。（三）乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，交货期每超过一天，乙方同时还应按合同总价的**1%/天**向甲方支付违约金；逾期交货超过**10**天，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方则应按合同总价（每批次货款）的**30%**向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其他由此造成的甲方对第三方的违约损失）的，由乙方另行支付。（四）因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方及第三人人身损失、财产损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

3.5其他要求

（一）付款方式（因电子交易平台招标文件付款方式描述格式受限，招标文件中付款方式有不一致时以此处为准）（1）合同签订后，采购人自收到等额增值税发票之日起**10**个工作日内，向供应商预付货物合同价款的**40%**（未收到预付款不影响供应商按照本合同约定的时限供货）；所有货物到达采购人指定地点，供应商完成安装、调试，自检合格后，提交采购人进行第一次验收；采购人自第一次验收合格且收到发票之日起，**10**个工作日内无息支付验收合格产品对应合同价款的**55%**。

（2）货物第一次验收合格满两年后，进行二次验收，验收合格后**30**天内无息支付验收合格产品对应合同价款的**5%**。（3）若因供应商不能及时提供发票或乙方提供的发票不符合要求的，采购人付款期限相应顺延，且不承担任何责任。（4）银行转账。（二）售后服务 1、同一主要部件出现质量问题，经过两次维修后仍无法正常使用，乙方必须更换同品牌、同型号、同规格的新产品。 2、乙方电话响应时间小于**2**小时，到达现场时间不超过**24**小时，解决问题不超过**48**小时。若需返厂维修，乙方承担往返费用。 3、乙方不能解决的故障，甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。甲方有权从尾款中扣除，尾款已付或不足以支付全部维修费用的，由乙方另行支付。 4、**30**天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。 5、电话咨询 免费提供每周**7**天/每天**24**小时不间断的电话支持服务，解答甲方在使用过程中遇到的问题，**24**小时内提出解决问题的建议和操作方法。（三）款项结清前，乙方应对所提供产品进行全面检测，全面保养维护。（四）质保期满后，乙方应保证以按市场价格的**5折**提供维护和保养服务，当发生事故时，乙方应按质保期内同样的标准进行维护处理。（五）培训 提供免费培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法，并预期达到熟练操作水平。培训具体内容可以根据甲方情况熟悉、现场使用情况等灵活调整。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人资格
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人资格
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。	投标人资格
2	法定代表授权书	法定代表人/负责人直接参加的，须递交《法定代表人/负责人身份证明》；法定代表人/负责人授权代表参加的，须递交《法定代表人/负责人授权书》。	投标人资格
3	财务状况证明	法人提供会计师事务所出具的完整的 2024 年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 6 个月内其开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。	投标人资格
4	纳税证明	法人提供自 2025年1月1日 以来至少一个月的纳税证明或完税证明(任意税种)，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自 2025年1月1日 以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明。	投标人资格
5	社保缴纳证明	提供自 2025年1月1日 以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。	投标人资格
6	无重大违法记录声明	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供《无重大违法记录声明》。	投标人资格
7	履约能力声明	提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》。	投标人资格
8	不允许联合体投标	本项目不允许联合体投标，提供承诺函。	投标人资格

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。	投标人资格

2	法定代表授权书	法定代表人/负责人直接参加的，须递交《法定代表人/负责人身份证明》；法定代表人/负责人授权代表参加的，须递交《法定代表人/负责人授权书》。	投标人资格
3	财务状况证明	法人提供会计师事务所出具的完整的 2024 年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 6 个月内其开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。	投标人资格
4	纳税证明	法人提供自 2025年1月1日 以来至少一个月的纳税证明或完税证明(任意税种)，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自 2025年1月1日 以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明。	投标人资格
5	社保缴纳证明	提供自 2025年1月1日 以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。	投标人资格
6	无重大违法记录声明	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供《无重大违法记录声明》。	投标人资格
7	履约能力声明	提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》。	投标人资格
8	不允许联合体投标	本项目不允许联合体投标，提供承诺函。	投标人资格

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	签章符合招标文件要求	投标人应当加盖投标人（法定名称）电子印章	商务响应偏离表 开标一览表 投标方案 技术响应偏离表 中小企业声明函 业绩 其它分项报价表 投标人承诺书 投标人企业关联关系声明函 投标函 投标人资格 其他材料 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 合同响应偏离表 投标人基本信息 监狱企业的证明文件
3	最高限价	投标报价不得超过本采购包最高限价：20万元。	开标一览表
4	实质性响应	投标人必须满足招标文件的实质性要求。	商务响应偏离表
5	承诺书	投标人响应承诺书要求	投标人承诺书

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单

2	签章符合招标文件要求	投标人应当加盖投标人（法定名称）电子印章	商务响应偏离表 开标一览表 投标方案 分项报价表 技术响应偏离表 中小企业声明函 业绩 其它分项报价表 投标人承诺书 投标人企业关联关系声明函 投标函 投标人资格 其他材料 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 合同响应偏离表 投标人基本信息 监狱企业的证明文件
3	最高限价	投标报价不得超过本采购包最高限价： 10万元 。	开标一览表
4	实质性响应	投标人必须满足招标文件的实质性要求。	商务响应偏离表
5	承诺书	投标人响应承诺书要求	投标人承诺书

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术响应	投标产品的技术指标满足或高于招标文件要求的，得满分26分。技术指标（共26项）有一项不满足扣1分，扣完为止。注：投标人在投标文件中应尽可能多地提供技术支持资料予以证明其技术指标响应性（包括但不限于彩色样本或产品说明书或检验报告等），并在技术响应偏离表中标注对应页码及位置。	26.0000	客观	技术响应偏离表

设备选型方案	<p>设备选型方案： 供应商针对本项目提供具体可行的设备选型方案，包括但不限于：①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述；②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，从配置完整性、性能稳定性、与医院现有系统的兼容性、产品使用广泛性等方面描述（供应商须提供证明材料，包括但不限于所投设备产品临床使用优势、市场销售情况等）；③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（供应商须提供证明材料，包括但不限于授权函、销售协议、代理协议等）。</p> <p>设备选型方案思路清晰、科学合理、可行性强、完全满足采购人需求得9分；设备选型方案思路清晰、科学合理、可行性较强、满足采购人需求得7分；设备选型方案合理完善、可行性较强、基本满足采购人需求得5分；设备选型方案有缺漏项、可行性一般得3分；未提供得0分。</p>	9.0000	主观	投标方案
--------	---	--------	----	------

项目实施方案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：</p> <p>①保供方案（须细化到接到采购人通知后具体到每日的供货计划表）；</p> <p>②团队人员配置计划及车辆配送安排计划；</p> <p>③具有健全的产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣本项目所采购设备种类等实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分9分）</p> <p>上述3项评审内容全部满足评审标准得9分；每有一个评审内容缺项扣3分，扣完为止；</p> <p>每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-3）分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。</p>	9.0000	主观	投标方案
--------	---	--------	----	------

详细评审

质量保证承诺	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供质量保证承诺方案。内容包括：</p> <p>①符合国家相关质量标准、通过国家法定检验注册，产品性能稳定；</p> <p>②在产品使用、技术保障方面的承诺和保证措施。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分6分）</p> <p>上述2项评审内容全部满足评审标准得6分；每有一个评审内容缺项扣3分，扣完为止；</p> <p>每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-3）分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供不得分。</p>	6.0000	主观	投标方案
--------	--	--------	----	------

应急预案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整的项目应急预案。内容包括：①设备故障及维修服务到场响应时限；②其他应急突发状况处置措施（包括但不限于安装、实施、培训、维护维修等环节的紧急处理方案）。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣本项目所采购设备种类等实际情况，内容科学合理。三、赋分依据（满分5分） 上述2项评审内容全部满足评审标准得5分；每有一个评审内容缺项扣2.5分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2.5）分。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	5.0000	主观	投标方案
------	---	--------	----	------

售后服务方案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整的售后服务方案。内容包含：</p> <p>①售后服务保障体系,包括但不限于人员配备、备品备件供应计划、设备（产品）发生故障后的补救措施等方面；②提供售后服务承诺且符合实际需求。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分6分）</p> <p>上述2项评审内容全部满足评审标准得6分；每有一个评审内容缺项扣3分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-3）分。</p> <p>说明：1、缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。</p> <p>2、提供相关的佐证材料，如售后服务机构工作场所的证明材料（包括但不限于：租房协议或产权证明材料，办公场所图片，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等资料）。</p>	6.0000	主观	投标方案
--------	---	--------	----	------

	培训方案	一、评审内容 投标人针对本项目提供完整的培训方案。内容包含：① 免费为使用单位培训操作维护人员；②培训及现场服务方案。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据（满分4分） 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分；每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	4.0000	主观	投标方案
	业绩	提供2022年7月1日至投标文件递交截止时间所投产品市场销售业绩（以合同签订日期为准），每提供1份有效业绩得1分，满分5分；注：投标文件中须提供完整有效的合同复印件；复印件加盖投标人公章，原件备查。	5.0000	客观	业绩
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价 / 投标报价)×30。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	--

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术响应	投标产品的技术指标满足或高于招标文件要求的，得满分27分。技术指标（共53项）有一项不满足扣0.51分，扣完为止。注：技术参数投标人在投标文件中应尽可能多地提供技术支持资料予以证明其技术指标响应性（包括但不限于彩色样本或产品说明书或检验报告等），并在技术响应偏离表中标注对应页码及位置。	27.0000	客观	技术响应偏离表

设备选型方案	<p>设备选型方案： 供应商针对本项目提供具体可行的设备选型方案，包括但不限于：①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述；②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，从配置完整性、性能稳定性、与医院现有系统的兼容性、产品使用广泛性等方面描述（供应商须提供证明材料，包括但不限于所投设备产品临床使用优势、市场销售情况等）；③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（供应商须提供证明材料，包括但不限于授权函、销售协议、代理协议等）。</p> <p>设备选型方案思路清晰、科学合理、可行性强、完全满足采购人需求得9分；设备选型方案思路清晰、科学合理、可行性较强、满足采购人需求得7分；设备选型方案合理完善、可行性较强、基本满足采购人需求得5分；设备选型方案有缺漏项、可行性一般得3分；未提供得0分。</p>	9.0000	主观	投标方案
--------	---	--------	----	------

项目实施方案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：</p> <p>①保供方案（须细化到接到采购人通知后具体到每日的供货计划表）；</p> <p>②团队人员配置计划及车辆配送安排计划；</p> <p>③具有健全的产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣本项目所采购设备种类等实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分9分）</p> <p>上述3项评审内容全部满足评审标准得9分；每有一个评审内容缺项扣3分，扣完为止；</p> <p>每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-3）分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。</p>	9.0000	主观	投标方案
--------	---	--------	----	------

详细评审

质量保证承诺	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供质量保证承诺方案。内容包括：</p> <p>①符合国家相关质量标准、通过国家法定检验注册，产品性能稳定；</p> <p>②在产品使用、技术保障方面的承诺和保证措施。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分6分）</p> <p>上述2项评审内容全部满足评审标准得6分；每有一个评审内容缺项扣3分，扣完为止；</p> <p>每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-3）分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。未提供不得分。</p>	6.0000	主观	投标方案
--------	--	--------	----	------

应急预案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整的项目应急预案。内容包含：①设备故障及维修服务到场响应时限；②其他应急突发状况处置措施（包括但不限于安装、实施、培训、维护维修等环节的紧急处理方案）。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣本项目所采购设备种类等实际情况，内容科学合理。三、赋分依据（满分4分） 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分；每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	4.0000	主观	投标方案
------	---	--------	----	------

售后服务方案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整的售后服务方案。内容包括：①售后服务保障体系,包括但不限于人员配备、备品备件供应计划、设备（产品）发生故障后的补救措施等方面；②提供售后服务承诺且符合实际需求。</p> <p>二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分6分） 上述2项评审内容全部满足评审标准得6分；每有一个评审内容缺项扣3分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-3）分。</p> <p>说明：1、缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。 2、提供相关的佐证材料，如售后服务机构工作场所的证明材料（包括但不限于：租房协议或产权证明材料，办公场所图片，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等资料）。</p>	6.0000	主观	投标方案
--------	--	--------	----	------

	培训方案	<p>一、评审内容 投标人针对本项目提供完整的培训方案。内容包含：① 免费为使用单位培训操作维护人员；②培训及现场服务方案。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据（满分4分） 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分；每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	4.0000	主观	投标方案
	业绩	<p>提供自2022年7月1日至投标文件递交截止时间前（以合同签订时间为准）所投产品销售业绩（完整合同复印件）。 1.合同内容包括本项目核心产品（品目32：OT综合训练系统）的，每提供一份得1分，最高不超过2分； 2.合同内容包括本项目非核心产品的，每提供一份或多份累计达到至少包含两种及以上不同产品的得1分，最多不超过3分。得分时就高不就低，不重复计分。注：投标文件中须提供完整有效的合同复印件；复印件加盖供应商公章，原件备查。</p>	5.0000	客观	业绩
价格分	价格分	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价 / 投标报价）×30。</p>	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：合同响应偏离表

详见附件：技术响应偏离表

详见附件：商务响应偏离表

详见附件：其它分项报价表

详见附件：投标方案

详见附件：投标人承诺书

详见附件：投标人基本信息

详见附件：投标人企业关联关系声明函

详见附件：业绩

详见附件：投标人资格

详见附件：其他材料

采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表

详见附件：其它分项报价表

详见附件：合同响应偏离表

详见附件：技术响应偏离表

详见附件：商务响应偏离表

详见附件：投标方案

详见附件：投标人承诺书

详见附件：投标人基本信息

详见附件：投标人企业关联关系声明函

详见附件：业绩

详见附件：投标人资格

详见附件：其他材料

第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx

