

附件 1: 政府采购需求书范本 (货物类)

序号	关键事项	说明和要求
1	采购预算	<p>人民币<u>380000.00</u>元</p> <p>仅指与本次采购标的直接相关的费用,前期勘察费、设计费等已发生的费用,以及监理费、接口费等为未来预留费用,不应当包含在本项目采购预算内,甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。</p>
2	最高限价	<p>人民币<u> / </u>元</p> <p>供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。</p>
3	项目性质	<p><input type="radio"/>专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。</p> <p><input checked="" type="radio"/>非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予<u>10%</u>(10%-20%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。</p>
4	对供应商的资格要求	<p>1、<u>满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;</u></p> <p>2、<u>落实政府采购政策需满足的资格要求:</u></p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素,不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。</p> <p>(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);</p> <p>(2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);</p> <p>(3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);</p> <p>(4)《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);</p> <p>(5)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号;</p> <p>(6)《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);</p> <p>(7)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);</p> <p>(8)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号);</p> <p>(9)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号);</p> <p>(10)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号;</p>

- (11)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);
- (12)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);
- (13)《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);
- (14)其他落实的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业,需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。
- (15)如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(西安市临潼区代王街道纸李卫生院数字化X线摄影(DR)采购项目)特定资格要求如下:

基本资格条件:

- (1)具有独立承担民事责任能力的法人,其他组织或自然人,并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相關证明,自然人参与的提供其身份证明;
- (2)财务状况:提供2023年度的财务审计报告(至少包括资产负债表和利润表,成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明;
- (3)完税证明:提供2023年3月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料;
- (4)社保缴纳情况:提供2023年3月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
- (5)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明;
- (6)履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

特定资格条件:

- (1)供应商应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件,法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件;
- (2)供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单(网站查询的截图,加盖供应商公章);
- (3)投标供应商为经销商的应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证(投标产品须在其经营范围内);投标供应商为制造厂家的应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证(投标产品须在其经营范围内),并具有医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内);;
- (4)投标产品

		<p>属于医疗器械的须提供《医疗器械产品注册证》(包含所投产品内容);</p> <p>(5) 所投产品为进口设备的须提供医疗器械注册证(“进”字号注册证)及完整授权链条的产品授权书;</p> <p>(6) 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效;</p> <p>(7) 本次招标不接受联合体投标;</p> <p>(8) 本项目不专门面向中小企业。</p>
5	是否允许进口产品	<p><input type="radio"/> 允许 (须提供财政部门审核通过的复印件)</p> <p>根据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)的规定,采购人采购进口产品时,必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后,才能开展采购活动。且不得因此排斥国产产品,满足需求的国产产品依然可以参与竞争。“进口产品的认定”参见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)文件有关规定。</p> <p><input checked="" type="radio"/> 不允许</p> <p>所投产品为进口产品时,将被视为无效投标。</p>
6	是否接受联合体投标	<p><input type="radio"/> 接受</p> <p>对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予 <u> </u> / <u> </u> % (2%-3%) 的扣除,用扣除后的报价参加评审。</p> <p><input checked="" type="radio"/> 不接受</p>
7	履约保证金	<p>占政府采购合同金额的 <u> </u> / <u> </u> %</p> <p>履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%; 对于单价合同,其数额不得超过采购预算的 10%</p> <p><input type="radio"/> 由采购单位自行收退</p> <p><input checked="" type="radio"/> 由代理机构负责收退</p>
8	现场踏勘和集中答疑	<p><input type="radio"/> 组织, 集结地点为: _____</p> <p><input checked="" type="radio"/> 不组织</p>
9	价格分比重	<p>占总分值的 <u> 30 </u> %</p> <p>[招标]根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部 87 号令)的规定,综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%。执行国家统一价标准和采用固定价格采购的项目,其价格不列为评审因素。</p> <p>[磋商]根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)的规定,货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 30%-60%。</p> <p>[其他采购方式]无须设置。</p>

10	合同类型	<input checked="" type="radio"/> 固定总价 <input type="radio"/> 固定单价（适用于采购数量不定的情形） <input type="radio"/> 其他：_____
11	争议解决途径	<input checked="" type="radio"/> 向有管辖权的人民法院提起诉讼 <input checked="" type="radio"/> 向西安仲裁委员会提请仲裁 <input type="radio"/> 由供应商做出选择
12	联系方式	项目对接人： <u>罗老师</u> 联系电话： <u>029-85910601</u> 电子邮箱：_____

需求框架（货物类）

一、项目概况

西安市长安区医院耳、鼻、喉科采购内窥镜成像系统一套。

二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

1、采购内容

设备一：内窥镜成像系统一套

序号	采购内容	技术规格	数量	单位	说明
1-1	内窥镜成像系统	详见技术参数	1	套	

2、技术参数

一、医用内窥镜摄像系统技术参数

- 1、影像传感器：高敏感度 CMOS 影像传感器；
- 2、扫描方式：逐行扫描 16：9 ；
- 3、摄像系统有效像素：水平有效像素 1920pixel，垂直有效像素 1080pixel；
- 4、★摄像系统清晰度：摄像系统的水平分辨率 ≥ 1244 线，垂直分辨率 ≥ 700 线；
- 5、信噪比：52 dB；
- 6、摄像头 IPX8 级防水设计，可浸泡消毒、低温消毒；
- 7、摄像头具有四个按键设计，可以实现锁定白平衡、图像冻结，亮度调节等多种遥控功能
- 8、多种高清视频输出接口：DVI/HDMI/CVBS/S-Video；

- 9、★前面板采用触摸多功能无感按键设计，具有手术检查场景切换选择功能，多种色调选择，亮度，锐度，饱和度，对比度，伽马值，可调，具有去除摩尔纹功能；
- 10、拥有多种 ISP 软件功能，可以进行手术场景选择，色调调整，数字降噪，暗区改善等等更重图像调优设置，满足各种不同临床使用需求；
- 11、22mm 定焦齐焦变倍光学适配器。

二、医用内窥镜冷光源技术参数

- 1、★LED 冷光源具有触摸按键，支持显示当前光源亮度设置数值，模组温度值，运行时间显示值；使操作更人性化，简易方便；
- 2、色温： 3000K~7000K；
- 3、显色指数： ≥ 90 ；
- 4、光通量： 800lm
- 5、光谱范围： 400~700nm
- 6、噪声： ≤ 60 dB；
- 7、亮度调节： 可调，液晶面板触摸按键；
- 8、灯泡寿命： ≥ 30000 小时；

三、监视器参数

- 1、显示屏： 24 寸 LED 显示屏
- 2、屏幕比例： 16:9
- 3、可用遥控器控制开关机
- 4、点距： 0.2475mm \times 0.2475mm
- 5、最大分辨率： 1920 \times 1080
- 6、色度： 16.7M
- 7、对比度： 1000:1
- 8、响应时间： 5ms
- 9、亮度： 400cd/m²
- 10、可视角度： 178° (H) \times 178° (V)
- 11、输入信号： HDMI, DVI, VGA, CVBS, USB (3G/SDI 可选)
- 12、输出信号： CVBS
- 13、电源： AC100~240V 50/60Hz
- 14、功率： 50VA

四、层式金属推车

层式金属推车，带多功能插排及抽屉。单层承重 25kg,整体承重 100kg。万向轮可 360° 旋转，方便耐用。

五、内窥镜

0 度鼻窦镜 1 支。

六、工作站参数

- 1、用户权限管理，参数设置、病人信息快速获取、存贮并管理；
- 2、系统本身具备规范的开放性专家系统词库和报告模板，模板囊括了常用检查病例，并有下拉词条选择功能，使医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在系统词库和模板的帮助下，迅速完成诊断报告。专家词库和模板可随时进行修改和补充；
- 3、支持 DVI、HDMI、HD-SDI、VGA、S 端子等多种彩超信号格式；
- 4、图像分辨率 $\geq 1920*1080$ 、动、静态图像采集显示、支持动态影像旋转采集功能；
- 5、可录像、录像可以播放、删除录像，并设置了录像的存储路径，医生可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。*目录下采集图像的数量不受限制（大于 200 张）；
- 6、能按检查号、性别、年龄、检查/手术日期段、检查/手术医师、检查/手术所见、检查/手术结论、病理结果等单个项目或组合在一起进行查询统计；
- 7、全模式任意报告样式，输出病人报告单的格式医生可根据临床习惯直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色任意设计，自动生成彩色图文一体化的诊断报告单；
- 8、批量打印功能，一次性集中打印当天检查或医生特定需要的某一批次所有报告；
- 9、图像裁剪：医生可以根据需要对图像区域无效图像信息进行裁剪，使报告图像更美观的同时，更能节省打印的成本；
- 10、图像处理：提供图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、镜像、旋转、滤波、锐化、伪彩等丰富的图像后处理功能；
- 11、配备商用台式电脑、内存 $\geq 4G$ 、硬盘 $\geq 1T$ 、显示屏 ≥ 20 寸；
- 12、支持彩色打印机输出图文一体化报告单；
- 13、提供图像长度、角度、面积的测量，图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功

能；

14、可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料，可以制作成幻灯片，进行医学讲座和交流。同时支持图片报告备份功能，方便医生保存图文一体化报告；

15、视频录像采用软件技术压缩方式，系统录像可以支持多种压缩格式，医生可以根据需要选择录像的输出大小，压缩的质量；视频文件存储为 MPEG 1、2、4 或 AVI 格式文件；

16、同一个病人可以分段、多段录取动态影像，每一段录像的时间没有限制（根据计算机的存储空间而定），并可对播放录像进行二次回采。

17、其他要求：

(1) 品牌电脑：

处理器：I3 处理器

内存：8GB

固态硬盘：1TB

显示器：21.5 寸宽屏液晶显示器

键鼠：标准键盘、光电鼠标

(2) 四色连供彩色喷墨打印机

(3) 高清图像采集系统

(4) 脚踏采集开关

(5) 高清视频信号线

(6) 医学影像工作站系统软件

三、商务要求

1. 原厂质保要求：

要求投标设备原厂质保 ≥ 3 年。合同签订时，中标商向采购人提供和原厂签订的 ≥ 3 年的质保合同，内容需明确已响应的质保内容和拟签订采购合同的履约约定内容，并明确质保期内出现质量问题，全权由原厂（进口产品为总代理）负责处理。

2 交货期：合同签订后 30 日历天内。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.验收标准：

4.1 货物到达采购人指定地点后，由供应商和采购人约定时间根据合同要求进行清点验收，确认产地、规格、型号和数量。

4.2 设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面向采购人申请正式验收。

4.3 供应商按照采购人的验收管理制度和流程准备好验收资料后，按约定时间进行设备运行（正式）验收。设备验收合格后，验收人员在设备验收单上签字作为对货物的最终认可。

4.4 供货商须向采购人提交货物实施过程中的所有资料，以便日后管理和维护。

5.验收依据：

5.1 本合同及附件文本；

5.2 国家相应的标准、规范；

5.3 招标文件、投标文件、澄清表（函）。

5.4 易损配件、备件报价单。

5.5 提供原厂质保文件。

5.6 其它。

6.履约能力要求：

6.1 质保期内：

6.1.1 设备发生质量问题，在接到采购人通知后，供应商 2 小时响应，12 小时内到达现场明确解决方案，48 小时内无法修复提供备

用机，所发生的全部费用由供应商承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。10个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

6.1.2 供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证整机按照保养手册至少每季度保养一次。

6.2 供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

6.3 质保期满后：供应商提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购人要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为 ≥ 12 个月，供应商保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

6.4 使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作(包括但不限于产品的工作原理、技术规格、操作方法、常见故障排除、维护保养、使用过程中的安全注意事项、售后服务流程等)。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

6.5 开机率：全年 $\geq 95\%$ （全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天，以此类推。

6.6 服务承诺：

6.6.1 保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用。

6.6.2 设备所需备件充足，并保证不低于 10 年的供应期，提供主要配件清单。

7.付款方式如下：

合同签订到货后支付合同总价 30%，验收合格后无质量问题支付合同总价 70%。

所有商务条款必须满足，否则，其投标将被否决。