

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 中医设备采购项目

采购项目编号: **JZDCG-2024-049**

铜川市人民医院

陕西金准达项目管理有限责任公司共同编制

2024年11月01日

第一章 投标邀请

陕西金准达项目管理有限责任公司（以下简称“代理机构”）受铜川市人民医院委托，拟对中医设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：JZDCG-2024-049

二、采购项目名称：中医设备采购项目

三、招标项目简介

本项目为中医设备采购项目，具体采购设备包含：艾灸仪、近红外治疗仪、中医定向透药治疗仪、中药熏蒸仪、高压低频脉冲治疗仪、红外偏振光治疗仪、恒温蜡疗仪、微波治疗仪、气压治疗仪、磁振热治疗仪、光子治疗仪、生物反馈治疗仪、红外治疗仪、中频治疗仪、中频治疗仪（便携式）。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（艾灸仪、近红外线治疗仪）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（中医定向透药治疗仪、中药熏蒸仪、高压低频脉冲治疗仪、红外偏振光治疗仪、恒温蜡疗机）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（微波治疗仪、气压治疗仪、磁振热治疗仪）：属于专门面向中小企业采购。

采购包4（光子治疗仪、生物反馈治疗仪、红外治疗仪）：属于专门面向中小企业采购。

采购包5（中频治疗仪、中频治疗仪（便携式））：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体经营资格：在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

2、社会保障资金缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。

3、税收缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、信用查询：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。

5、法定代表人授权委托书：须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。

6、无重大违法记录：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、技术承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

8、资质要求：投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

9、资质要求：须提供拟投产品的医疗器械注册证。

10、联合体不得参与：投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。

采购包2：

1、主体经营资格：在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

2、社会保障资金缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。

3、税收缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、信用查询：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。

5、法定代表人授权委托书：须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。

6、无重大违法记录：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、技术承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

8、资质要求：投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

9、资质要求：须提供拟投产品的医疗器械注册证。

10、联合体不得参与：投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。

采购包3：

1、主体经营资格：在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

2、社会保障资金缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。

3、税收缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、信用查询：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。

5、法定代表人授权委托书：须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。

6、无重大违法记录：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、技术承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

8、资质要求：投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

9、资质要求：须提供拟投产品的医疗器械注册证。

10、联合体不得参与：投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。

采购包4：

1、主体经营资格：在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

2、社会保障资金缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社

会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。

3、税收缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、信用查询：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。

5、法定代表人授权委托书：须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。

6、无重大违法记录：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、技术承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

8、资质要求：投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

9、资质要求：须提供拟投产品的医疗器械注册证。

10、联合体不得参与：投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。

采购包5：

1、主体经营资格：在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

2、社会保障资金缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。

3、税收缴纳证明：自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、信用查询：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。

5、法定代表人授权委托书：须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。

6、无重大违法记录：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、技术承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

8、资质要求：投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

9、资质要求：须提供拟投产品的医疗器械注册证。

10、联合体不得参与：投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签

章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据,均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持:

在线客服:通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话:029-96702

CA及签章服务:通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间:详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前,采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统,向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的,供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商,不得参与本次采购活动,不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后,采购人或代理机构进行澄清或者修改的,澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件,供应商应当重新获取招标文件;澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的,采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的,自行承担不利后果。

注:获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本,其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间:详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点:供应商应当在投标文件提交截止时间前,通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的,供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标,即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>),选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目中标(成交)结果、中标(成交)通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人:铜川市人民医院

地址:陕西省铜川市王益区健康路12号

邮编： 727000

联系人： 张嘉衡

联系电话： 0919-3582611

代理机构：陕西金准达项目管理有限责任公司

地址： 陕西省西安市高新区科技五路3号橡树星座B座902室

邮编： 710075

联系人： 曹莹、王军

联系电话： 029-89555599

采购监督机构：铜川市财政局政府采购管理科

联系人： 郭老师

联系电话： 0919-3281620

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,707,000.00元 采购包2：531,000.00元 采购包3：529,000.00元 采购包4：659,000.00元 采购包5：374,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如： 某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。

5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取

11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳 采购包5：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标供应商须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：（1）代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件计取；（2）代理服务费的交纳方式：由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付；开户名称：陕西金准达项目管理有限责任公司 开户行名称：招商银行西安分行营业部 账号：129911244910902
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由铜川市人民医院和陕西金准达项目管理有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由铜川市人民医院负责解释。除上述

招标文件内容，其他内容由陕西金准达项目管理有限责任公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是铜川市人民医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西金准达项目管理有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

根据采购文件要求及合同约定执行。

采购包2：

根据采购文件要求及合同约定执行。

采购包3：

根据采购文件要求及合同约定执行。

采购包4：

根据采购文件要求及合同约定执行。

采购包5：

根据采购文件要求及合同约定执行。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人

人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西金准达项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西金准达项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西金准达项目管理有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本**1份**；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1份**；
- （四）委托代理人身份证复印件**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王军

联系电话：029-89555599

地址：陕西省西安市高新区科技五路3号橡树星座B座902室

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目为中医类设备采购项目，具体采购设备包含：艾灸仪、近红外治疗仪、中医定向透药治疗仪、中药熏蒸仪、高压低频脉冲治疗仪、红外偏振光治疗仪、恒温蜡疗仪、微波治疗仪、气压治疗仪、磁振热治疗仪、光子治疗仪、生物反馈治疗仪、红外治疗仪、中频治疗仪、中频治疗仪（便携式）。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,707,000.00

采购包最高限价（元）：1,707,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	艾灸仪	17.00	1,513,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	近红外治疗仪	2.00	194,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：531,000.00

采购包最高限价（元）：531,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	中医定向透药 治疗仪	10.00	100,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	中药熏蒸仪	4.00	86,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	高压低频脉冲 治疗仪	1.00	15,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	红外偏振光治 疗仪	3.00	153,000.00	台	工业	否	否	否	否

5	恒温蜡疗仪	3.00	177,000.00	台	工业	是	否	否	否
---	-------	------	------------	---	----	---	---	---	---

采购包3:

采购包预算金额（元）：529,000.00

采购包最高限价（元）：529,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	微波治疗仪	4.00	352,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	气压治疗仪	5.00	75,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	磁振热治疗仪	3.00	102,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额（元）：659,000.00

采购包最高限价（元）：659,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	光子治疗仪	2.00	176,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	生物反馈治疗仪	1.00	167,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	红外治疗仪	4.00	316,000.00	台	工业	是	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额（元）：374,000.00

采购包最高限价（元）：374,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
----	------	----	-------------	----------	----------	------------	--------------	--------------	----------------

1	中频治疗仪	2.00	334,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	中频治疗仪（便携式）	5.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
 供应商报价不允许超过标的金额
 （招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
 标的名称：艾灸仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	1、采用明火艾灸。 2、净烟主机具备净烟功能，净化气体符合GB/T 18883-2002环境空气标准。 3、净烟主机尺寸：≤宽45cm*长75cm*高110cm。 4、聚能灸头：≥2个。 5、排烟管道：≥4个。 6、配套灸盒：配合净烟主机使用，配备不低于三个不同部位灸盒。 7、主机功率：≤30W。 8、整机运行噪音：≤60dB（A）。 9、使用要求：一机二床，可多人同时开展灸疗。 注：1.本设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。 2.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共9项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。 3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。
★	2	10、配备移动电源，移动电源容量≥15000mAh。 11、整机及配件保障服务：5年，净烟管道及过滤系统每月免费上门维护，灸盒定期清理直至无法清理后免费更换，设备如有故障，免费提供备用机。 注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。 2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。

标的名称：近红外治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、≥8个治疗片，治疗片线长≥130cm。</p> <p>2、治疗片功率至少在1-1.5W之间，光输出功率至少在0-0.3W之间。</p> <p>3、治疗片、线材均可自由拆卸。</p> <p>4、主机最大输入功率：≤10W。</p> <p>5、治疗时间控制范围≥0～45min。</p> <p>6、治疗模式及治疗强度可选。</p> <p>7、具有治疗结束自动报警功能。</p> <p>8、具有触摸控制面板，治疗强度多档调节。</p> <p>9、治疗时间可调，治疗完成有定时提醒功能。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共9项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、治疗片嵌有≥60个发光管，且每个发光管都是890nm±10nm近红外光线，不含红光发热。</p> <p>11、治疗片可自由弯曲，能贴合人体各部位。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：中医定向透药治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、柜式一体机型、带锁止万向轮。</p> <p>2、触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压实现。</p> <p>3、≥4通道，每通道可独立输出。</p> <p>4、载波频率1250～4000Hz±10%，调制频率30～340Hz±15%。</p> <p>5、脉宽范围：99-240μs±10%。</p> <p>6、设备输出强度范围≥0～99级。</p> <p>7、输出电极可加温，温度可调，可调范围为37℃-50℃（±2℃）。</p> <p>8、治疗时间：可根据治疗情况调节。</p> <p>9、设备最大输出电流≤80mA(r.m.s)。</p> <p>10、连续工作时间≥4h。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共10项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

★	2	<p>11、低频调制信号波形≥5种。</p> <p>12、预置≥15种处方。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
---	---	--

标的名称：中药熏蒸仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、至少包含2个喷头，可同时满足2个病人治疗需求。</p> <p>2、带自动减压功能，超过安全气压自动减压。</p> <p>3、带药液防干烧报警功能，药液低于安全液位时，可声音警报提示并自动停止工作。</p> <p>4、预热及治疗功率多档可调。</p> <p>5、药液预热设定温度可调，可调范围至少为50℃～90℃，允差±20%。</p> <p>6、药液加热到95℃所需时间≤15min。</p> <p>7、药液温度达到治疗温度时，药液能自动喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定。</p> <p>8、治疗时间可调。</p> <p>9、在非治疗及预热状态可进行排液操作。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共9项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、容量：≥3500mL。</p> <p>11、具备防烫伤功能。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：高压低频脉冲治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、台式。</p> <p>2、脉宽区间至少为0.5~1.5ms，允差±20%，至少三个强度等级区间。</p> <p>3、频率区间至少为2.5~60Hz，允差±15%，至少三个强度等级区间。</p> <p>4、自增幅度：初始电压值是本档非自增状态最大值的40%~100%，自增最大值是初始值的180%~220%。</p> <p>5、自增时间：自增程度显示的变化速度为25s±5s，全程自增时间为40min±5min。</p> <p>6、浪涌宽度区间：≥0.1ms，且≤0.4ms。</p> <p>7、治疗时间：5~60min，最大误差±1min，默认治疗时间为30min。</p> <p>8、连续工作时间：≥8小时。</p> <p>9、具有过量输出防护功能。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共9项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、设备具有≥3种专家治疗模式。</p> <p>11、通道数：≥5路，每路≥2通道，每路可独立调节。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：红外偏振光治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、台推式（含推车）。</p> <p>2、触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压实现。</p> <p>3、红外偏振光有效波长范围：0.6~1.6μm，钨灯有效光谱波长范围：0.6~1.6μm；</p> <p>4、≥4种治疗模式。</p> <p>5、配备≥4种治疗头，≥4种功率可选。</p> <p>6、输出强度可调。</p> <p>7、治疗时间可调：钨灯可调范围：0~60min，步长1min；红外偏振光可调范围：0~10min，步长1min。</p> <p>8、仪器工作时，红外偏振光治疗头、灯室、钨灯保护罩温度≤60℃。</p> <p>9、具备患者紧急停止保护功能、防误触功能。</p> <p>10、光源累计使用时间可查看。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共10项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

★	2	<p>11、配置金属卤素灯以及钪灯两种光源。</p> <p>12、输出配置：1路偏振光，1路钪灯。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
---	---	---

标的名称：恒温蜡疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、饼箱：饼箱可一次性储存≥12盘蜡，可控温。</p> <p>2、显示方式：≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态。</p> <p>3、温控范围：融蜡箱温度控制范围至少为55～85℃,制饼箱控制范围至少为45～65℃，允差±3℃；</p> <p>4、可提前一周预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温，也可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温。</p> <p>5、风道设计：蜡饼内部无夹心无蜡液共存。</p> <p>6、石蜡清洁：具备蜡液过滤和消毒功能。</p> <p>7、具备融蜡箱超温保护、低水位报警、低液位报警功能。</p> <p>注：1.本项设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>注：2.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共7项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>8、≥3种蜡饼厚度可供选择。</p> <p>9、容积：蜡箱≥60升；饼箱≥80升×2。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

采购包3：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：微波治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、辐射器电压驻波比≤ 3。</p> <p>2、定时范围：1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）。</p> <p>3、设备输入功率：$\leq 400\text{VA}$。</p> <p>4、显示操作方式：≥ 15英寸触摸屏。</p> <p>5、微波固态源，主机使用年限≥ 8年。</p> <p>6、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。具有微波输出功率校准功能。</p> <p>7、具有随意悬停升降支架臂放置辐射器到理疗部位。</p> <p>8、提供≥ 4种理疗模式。</p> <p>9、辐射器配置：$\geq 360\text{mm} \times 120\text{mm}$马鞍形辐射器1只、热凝器9只。</p> <p>注：1.本设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>2.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共9项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、微波频率：$2450\text{MHz} \pm 30\text{MHz}$。</p> <p>11、输出功率：治疗0-99W可调；理疗0-100W可调。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：气压治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、手动释压：由最大压力降至2KPa的时间≤ 5秒，正常工作过程中压力超过2KPa的持续时间≤ 1分钟。</p> <p>2、≥ 4路空气波输出，≥ 4种充气模式。</p> <p>3、结构：台式主机+可分离式推车。</p> <p>4、充气气泵噪声≤ 60分贝。</p> <p>5、配置下肢拉链式气囊至少2个、上肢专用气囊至少1个，配有可拆卸内衬。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共5项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>6、定时范围：0-90min可调。</p> <p>7、压力范围：5kPa-20kPa可调。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：磁振热治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、温度控制：40℃～55℃连续每1℃可调，最高温度不得超过60℃，热剂量精确，治疗温度可实时显示。</p> <p>2、磁场强度：≤40mT。</p> <p>3、振动频率：仪器在连续输出时的振动频率50Hz（±2Hz）。</p> <p>4、除磁振热工作模式外，另有磁振模式和磁热模式。</p> <p>5、仪器具有≥20种快捷处方功能。</p> <p>6、定时范围：1min～60min。</p> <p>7、磁场强度分布：由治疗垫上每个热磁振子中心向周边递减，距离治疗垫周边15cm以外磁场强度≤0.5mT。</p> <p>8、输出指示：≥6英寸触摸屏控制。</p> <p>9、断电恢复：仪器在断电再恢复时，不得有输出。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共9项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、输出通道：≥2路输出通道，配置专用柜式推车一台。</p> <p>11、具有超温保护功能。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

采购包4：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：光子治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）。</p> <p>2、峰值波长：红光：640±10nm，蓝光：460±10nm。</p> <p>3、光功率密度：红光≥1300mW/cm²，蓝光≥1300mW/cm²。</p> <p>4、光功率密度≥40mW/cm²。</p> <p>5、最大有效治疗面积：≥1200cm²。</p> <p>6、光杯口平面面积：≥180cm²。</p> <p>7、输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W。</p> <p>8、升降高度调节范围：≥200mm。</p> <p>9、能量调节:≥五级。</p> <p>10、照射治疗模式：≥2种。</p> <p>11、定时时间：0min～99min连续可调。</p> <p>12、具有触摸控制屏。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共12项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>13、最大治疗深度：≥10cm。</p> <p>14、光功率变化率：≤±1%。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：生物反馈治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、通道：≥4个通道，各通道相互独立。</p> <p>2、采样位数：≥10位。</p> <p>3、最高分辨率：≤2μV。</p> <p>4、刺激电流强度至少为0~100mA范围内可调，步进为0.5mA。</p> <p>5、电刺激脉冲宽度至少为20~800μs范围内可调，步进为10μs。</p> <p>6、电刺激脉冲频率至少为2~200Hz范围内可调，步进为1Hz。</p> <p>7、治疗时间：1-60min范围内可调，步进为0.1min</p> <p>8、支持WiFi、蓝牙数据双向传输。</p> <p>9、配备≥20英寸高清彩屏进行操作。</p> <p>10、具有电极脱落保护功能。</p> <p>11、可选择≥3种型号的治疗探头，具有一次性使用和重复性使用阴道电极。</p> <p>二、软件参数</p> <p>12、至少具有标准筛查、标准评估、方案治疗、开放治疗、产后康复、方案管理、数据管理功能。</p> <p>13、具有≥5种治疗模式。</p> <p>14、具有方案自定义功能，单次治疗可添加≥10种治疗模式。</p> <p>15、治疗过程中可对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间等参数进行实时调节。</p> <p>16、评估报告包括肌电图、报告解读简要说明和治疗建议，支持用户自定义调整报告解读内容。</p> <p>17、可以对所有筛查评估治疗数据进行查看、打印及删除等操作，并且可以对治疗方案进行新建、删除、导入、导出和模板复制管理。</p> <p>注：1.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共17项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>18、采样率：≥10kHz。</p> <p>19、可对患者进行康复状态趋势分析，可生成任意评估记录≥7组的趋势对比分析，具有不同颜色区分。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：红外治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、波长范围：能量波长主要分布范围400-1400nm,可产生WIRA光。</p> <p>2、治疗光源：卤素光源。</p> <p>3、光源功率：≥550W。</p> <p>4、出光口面积≥100cm2。</p> <p>5、有效照射面积：≥800cm2。</p> <p>6、触摸屏操作。</p> <p>7、具有治疗方案定义保存功能。</p> <p>8、升降方式：电动升降，最大治疗高度≥1500mm。</p> <p>9、治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°。</p> <p>10、定时模式：电子定时，1-99min。</p> <p>11、具有过热保护、倾倒断电功能。</p> <p>注：1.本设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>2.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共11项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>12、光功率密度：≥600mW/cm2。</p> <p>13、最大治疗深度：≥15cm。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

采购包5：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：中频治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、具备变频电疗功能。</p> <p>2、治疗模式≥3个。</p> <p>3、具备电流保护功能。</p> <p>4、具备电流平衡调节功能。</p> <p>5、采用吸附电极，吸引压强度可调。</p> <p>6、循环治疗频率：1000~11000Hz。</p> <p>7、治疗时间可设定：≥60分钟。</p> <p>8、刺激强度可调节。</p> <p>9、额定功率≤300W。</p> <p>10、最大输出电压：≥50V。</p> <p>11、最大输出电流：≥100mA。</p> <p>注：1.本设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>2.参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共11项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>12、≥2组可独立调节的输出，每组具有≥2个子通道。</p> <p>13、具有电极加热及加热保护功能。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：中频治疗仪（便携式）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、输出通道：≥4路输出通道，可独立工作。</p> <p>2、调制波形：≥5个。</p> <p>3、具备低频电疗功能。</p> <p>4、电流强度可调节。</p> <p>5、具有输出电流控制功能。</p> <p>6、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%。</p> <p>7、输入功率：≥100W。</p> <p>注：参数性质为“▲”的“技术参数与性能指标”共7项，为允许负偏离项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

★	2	<p>8、处方数量：≥60个治疗处方。</p> <p>9、调制频率：低频调制频率范围至少为0～150HZ,中频载波范围至少为1kHz～10kHz。</p> <p>注：1.参数性质为“★”的“技术参数与性能指标”为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
---	---	---

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

- 采购包1：
自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。
- 采购包2：
自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。
- 采购包3：
自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。
- 采购包4：
自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。
- 采购包5：
自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。

3.4.2 交货地点

- 采购包1：
采购人指定地点
- 采购包2：
采购人指定地点
- 采购包3：
采购人指定地点
- 采购包4：
采购人指定地点
- 采购包5：
采购人指定地点

3.4.3 支付方式

- 采购包1：
分期付款
- 采购包2：
分期付款
- 采购包3：
分期付款
- 采购包4：
分期付款
- 采购包5：
分期付款

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包1: 付款条件说明: 设备交货安装调试结束验收合格后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 57.00%。

采购包1: 付款条件说明: 设备正常运行1年后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 3.00%。

采购包2: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包2: 付款条件说明: 设备交货安装调试结束验收合格后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 57.00%。

采购包2: 付款条件说明: 设备正常运行1年后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 3.00%。

采购包3: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包3: 付款条件说明: 设备交货安装调试结束验收合格后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 57.00%。

采购包3: 付款条件说明: 设备正常运行1年后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 3.00%。

采购包4: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包4: 付款条件说明: 设备交货安装调试结束验收合格后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 57.00%。

采购包4: 付款条件说明: 设备正常运行1年后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 3.00%。

采购包5: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包5: 付款条件说明: 设备交货安装调试结束验收合格后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 57.00%。

采购包5: 付款条件说明: 设备正常运行1年后, 达到付款条件起 20 日内, 支付合同总金额的 3.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

1、项目验收分初验和终验: 初验: 货物到达交货地点后, 由采购方根据合同对货物(产品)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。 终验: 所有货物(设备)安装、调试完毕, 所有设备兼容性良好、性能稳定, 正常使用10个日历日后, 由采购人、使用单位进行终验(最终验收), 合格后签发《终验合格证》。 2、验收不合格的中标单位, 必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格, 采购人可提出索赔或取消其供货合同。 3、验收依据 (1) 合同文本及合同补充文件(条款)。 (2) 招标文件。 (3) 中标人的投标文件。 (4) 合同货物清单。 (5) 其他证明资料。

采购包2:

1、项目验收分初验和终验: 初验: 货物到达交货地点后, 由采购方根据合同对货物(产品)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。 终验: 所有货物(设备)安装、调试完毕, 所有设备兼容性良好、性能稳定, 正常使用10个日历日后, 由采购人、使用单位进行终验(最终验收), 合格后签发《终验合格证》。 2、验收不合格的中标单位, 必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格, 采购人可提出索赔或取消其供货合同。 3、验收依据 (1) 合同文本及合同补充文件(条款)。 (2) 招标文件。 (3) 中标人的投标文件。 (4) 合同货物清单。 (5) 其他证明资料。

采购包3:

1、项目验收分初验和终验: 初验: 货物到达交货地点后, 由采购方根据合同对货物(产品)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。 终验: 所有货物(设备)安装、调试完毕, 所有设备兼容性良好、性能稳定, 正常使用10个日历日后, 由采购人、使用单位进行终验(最终验收), 合格后签发《终验合格证》。 2、验收不合格的中标单位, 必须在接到通知

后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

采购包4:

1、项目验收分初验和终验: 初验: 货物到达交货地点后, 由采购方根据合同对货物(产品)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。 终验: 所有货物(设备)安装、调试完毕, 所有设备兼容性良好、性能稳定, 正常使用10个日历日后, 由采购人、使用单位进行终验(最终验收), 合格后签发《终验合格证》。2、验收不合格的中标单位, 必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格, 采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

采购包5:

1、项目验收分初验和终验: 初验: 货物到达交货地点后, 由采购方根据合同对货物(产品)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。 终验: 所有货物(设备)安装、调试完毕, 所有设备兼容性良好、性能稳定, 正常使用10个日历日后, 由采购人、使用单位进行终验(最终验收), 合格后签发《终验合格证》。2、验收不合格的中标单位, 必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格, 采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1、质保期为终验合格之日起1年, 国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的, 按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准, 国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策, 所有产品必须是未使用过的新产品, 质量优良、渠道正当, 配置合理。4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决(调换)并承担所有费用。5、中标人需配合招标人安装指导到位。

采购包2:

1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准，国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策，所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。5、中标人需配合招标人安装指导到位。

采购包3:

1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准，国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策，所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。5、中标人需配合招标人安装指导到位。

采购包4:

1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准，国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策，所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。5、中标人需配合招标人安装指导到位。

采购包5:

1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准，国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策，所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。5、中标人需配合招标人安装指导到位。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

根据采购文件要求及合同约定执行。

采购包2:

根据采购文件要求及合同约定执行。

采购包3:

根据采购文件要求及合同约定执行。

采购包4:

根据采购文件要求及合同约定执行。

采购包5:

根据采购文件要求及合同约定执行。

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供 2023 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 3 个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	一般资格审查证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供 2023 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 3 个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	一般资格审查证明材料

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
---	---	---------------------------------------	-----

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供 2023 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 3 个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	一般资格审查证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供 2023 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 3 个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	一般资格审查证明材料

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
---	--	---------------------------------------	-----

采购包5:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供 2023 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 3 个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	一般资格审查证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。	特殊资格审查证明材料

2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。	特殊资格审查证明材料
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。	特殊资格审查证明材料
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。	特殊资格审查证明材料
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。	特殊资格审查证明材料
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	特殊资格审查证明材料
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	特殊资格审查证明材料
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。	特殊资格审查证明材料
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。	特殊资格审查证明材料
10	联合体不得参与	投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。	特殊资格审查证明材料

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。	特殊资格审查证明材料

2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。	特殊资格审查证明材料
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。	特殊资格审查证明材料
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。	特殊资格审查证明材料
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。	特殊资格审查证明材料
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	特殊资格审查证明材料
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	特殊资格审查证明材料
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。	特殊资格审查证明材料
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。	特殊资格审查证明材料
10	联合体不得参与	投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。	特殊资格审查证明材料

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。	特殊资格审查证明材料

2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。	特殊资格审查证明材料
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。	特殊资格审查证明材料
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。	特殊资格审查证明材料
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。	特殊资格审查证明材料
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	特殊资格审查证明材料
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	特殊资格审查证明材料
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。	特殊资格审查证明材料
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。	特殊资格审查证明材料
10	联合体不得参与	投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。	特殊资格审查证明材料

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。	特殊资格审查证明材料

2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。	特殊资格审查证明材料
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。	特殊资格审查证明材料
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。	特殊资格审查证明材料
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。	特殊资格审查证明材料
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	特殊资格审查证明材料
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	特殊资格审查证明材料
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。	特殊资格审查证明材料
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。	特殊资格审查证明材料
10	联合体不得参与	投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。	特殊资格审查证明材料

采购包5:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。	特殊资格审查证明材料

2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。	特殊资格审查证明材料
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。	特殊资格审查证明材料
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。	特殊资格审查证明材料
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。	特殊资格审查证明材料
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	特殊资格审查证明材料
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	特殊资格审查证明材料
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。	特殊资格审查证明材料
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。	特殊资格审查证明材料
10	联合体不得参与	投标人应提供针对本项目的非联合体声明，签字盖章。	特殊资格审查证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	----------------	-----------------------------------	-------------------------------

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包5:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	签字盖章	应逐页盖章	商务响应偏离表 开标一览表 中小企业声明函 特殊资格审查证明材料 投标方案说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 一般资格审查证明材料 标的清单 投标文件封面 技术参数与性能指标响应偏离表 类似业绩一览表 监狱企业的证明文件
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面
4	交货期限	应满足招标文件中要求的交货期限	开标一览表 投标函 标的清单 投标文件封面
5	投标有效期	应满足招标文件中的规定	标的清单 投标文件封面

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	签字盖章	应逐页盖章	商务响应偏离表 开标一览表 中小企业声明函 特殊资格审查证明材料 投标方案说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 一般资格审查证明材料 标的清单 投标文件封面 技术参数与性能指标响应偏离表 类似业绩一览表 监狱企业的证明文件
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面
4	交货期限	应满足招标文件中要求的交货期限	开标一览表 标的清单 投标文件封面
5	投标有效期	应满足招标文件中的规定	投标函 投标文件封面

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	签字盖章	应逐页盖章	商务响应偏离表 开标一览表 中小企业声明函 特殊资格审查证明材料 投标方案说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 一般资格审查证明材料 标的清单 投标文件封面 技术参数与性能指标响应偏离表 类似业绩一览表 监狱企业的证明文件
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面
4	交货期限	应满足招标文件中要求的交货期限	开标一览表 标的清单 投标文件封面
5	投标有效期	应满足招标文件中的规定	投标函 投标文件封面

采购包4:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 标的清单
2	签字盖章	应逐页盖章	商务响应偏离表 开标一览表 中小企业声明函 特殊资格审查证明材料 投标方案说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 一般资格审查证明材料 标的清单 投标文件封面 技术参数与性能指标响应偏离表 类似业绩一览表 监狱企业的证明文件
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面
4	交货期限	应满足招标文件中要求的交货期限	开标一览表 标的清单 投标文件封面
5	投标有效期	应满足招标文件中的规定	投标函 投标文件封面

采购包5:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	签字盖章	应逐页盖章	商务响应偏离表 开标一览表 中小企业声明函 特殊资格审查证明材料 投标方案说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 一般资格审查证明材料 标的清单 投标文件封面 技术参数与性能指标响应偏离表 类似业绩一览表 监狱企业的证明文件
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面
4	交货期限	应满足招标文件中要求的交货期限	开标一览表 标的清单 投标文件封面
5	投标有效期	应满足招标文件中的规定	投标函 投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效

力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人

为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.0000分 报价得分30.0000分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共18项，供应商若满足所有参数得满分18分，每有一项不满足则扣1分，最多扣18分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	18.0000	客观	投标方案说明 技术参数与性能指标 响应偏离表
	产品选型	根据本项目的产品选型进行评审： 1、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能描述齐全，产品性能、使用效果优秀得：(7-10]分； 2、拟提供产品选型较合理，安全可靠性较好，性价比较好，功能描述较齐全，产品性能、使用效果较好得：(4-7]分； 3、拟提供产品选型一般，安全可靠性基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得：(0-4]分； 4、未提供产品选型不得分。	10.0000	主观	投标方案说明

详细评审	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审： 1、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得(6-8]分； 2、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得(3-6]分； 3、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全性差，应急保障措施不全面得(0-3]分。 4、未提供实施方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明
	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审： 1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分； 2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分； 3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分； 4、未提供安装调试方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明
	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审： 1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分； 2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得(4-7]分； 3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。 4、未提供质量保障方案不得分。	10.0000	主观	投标方案说明

	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审： 1、方案详细、全面，内容明确清晰得(7-10]分； 2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(4-7]分； 3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-4]分； 4、未提供售后服务方案不得分。	10.0000	主观	投标方案说明
	业绩分	供应商需提供2021年1月1日以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计1分，最高计4分。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	4.0000	客观	投标方案说明 类似业绩一览表
	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供1项得1分。最高得2分。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	2.0000	客观	投标方案说明
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分 =（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包2:

评审因素	评审标准
分值构成	详细评审70.0000分 报价得分30.0000分

评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共 45 项，供应商若满足所有参数得满分 18 分，每有一项不满足则扣 0.4 分，最多扣 18 分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	18.0000	客观	技术参数与性能指标 响应偏离表 投标方案说明
	产品选型	根据本项目的产品选型进行评审： 1 、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能描述齐全，产品性能、使用效果优秀得： (7-10) 分； 2 、拟提供产品选型较合理，安全可靠性较好，性价比较好，功能描述较齐全，产品性能、使用效果较好得： (4-7) 分； 3 、拟提供产品选型一般，安全可靠性基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得： (0-4) 分； 4 、未提供产品选型不得分。	10.0000	主观	投标方案说明
	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审： 1 、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得 (6-8) 分； 2 、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得 (3-6) 分； 3 、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全性差，应急保障措施不全面得 (0-3) 分。 4 、未提供实施方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明

详细评审	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审： 1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分； 2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分； 3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分； 4、未提供安装调试方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明
	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审： 1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分； 2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得 (4-7]分； 3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。 4、未提供质量保障方案不得分。	10.0000	主观	投标方案说明
	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审： 1、方案详细、全面，内容明确清晰得(7-10]分； 2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(4-7]分； 3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得得(0-4]分； 4、未提供售后服务方案不得分。	10.0000	主观	投标方案说明

	业绩分	供应商需提供 2021年1月1日 以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计 1分 ，最高计 4分 。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	4.0000	客观	类似业绩一览表 投标方案说明
	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供 1项 得 0.4分 。最高得 2分 。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	2.0000	客观	投标方案说明
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分 =（评审基准价/最终报价）×价格权值× 100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包3:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.0000分 报价得分 30.0000分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共 23项 ，供应商若满足所有参数得满分 23分 ，每有一项不满足则扣 1分 ，最多扣 23分 。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	23.0000	客观	投标方案说明 技术参数与性能指标 响应偏离表

详细评审	产品选型	<p>根据本项目的产品选型进行评审：</p> <p>1、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能描述齐全，产品性能、使用效果优秀得：(6-8]分；</p> <p>2、拟提供产品选型较合理，安全可靠性和性价比较好，功能描述较齐全，产品性能、使用效果较好得：(3-6]分；</p> <p>3、拟提供产品选型一般，安全可靠性和性价比一般，产品性能、使用效果差得：(0-3]分；</p> <p>4、未提供产品选型不得分。</p>	8.0000	主观	投标方案说明
	供货实施方案	<p>根据本项目供货实施方案进行评审：</p> <p>1、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得(6-8]分；</p> <p>2、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得(3-6]分；</p> <p>3、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全可靠性和应急保障措施不全面得(0-3]分。</p> <p>4、未提供实施方案不得分。</p>	8.0000	主观	投标方案说明
	安装调试方案	<p>根据本项目安装调试方案进行评审：</p> <p>1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分；</p> <p>2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分；</p> <p>3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分；</p> <p>4、未提供安装调试方案不得分。</p>	8.0000	主观	投标方案说明

质量保障	<p>针对本项目质量保障方案进行评审：</p> <p>1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分；</p> <p>2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得 (4-7]分；</p> <p>3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。</p> <p>4、未提供质量保障方案不得分。</p>	10.0000	主观	投标方案说明
售后服务方案	<p>针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审：</p> <p>1、方案详细、全面，内容明确清晰得(6-8]分；</p> <p>2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(3-6]分；</p> <p>3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-3]分；</p> <p>4、未提供售后服务方案不得分。</p>	8.0000	主观	投标方案说明
业绩分	<p>供应商需提供2021年1月1日以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计1分，最高计2分。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。</p>	2.0000	客观	<p>投标方案说明</p> <p>类似业绩一览表</p>
产品合法来源	<p>供应商应提供产品合法来源证明，每提供1项得1分。最高得3分。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。</p>	3.0000	客观	投标方案说明

价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分＝（评审基准价/最终报价）×价格权重×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包4:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.0000 分 报价得分 30.0000 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共 40 项，供应商若满足所有参数得满分 20 分，每有一项不满足则扣 0.5 分，最多扣 20 分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	20.0000	客观	投标方案说明 技术参数与性能指标 响应偏离表
	产品选型	根据本项目的产品选型进行评审： 1 、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能描述齐全，产品性能、使用效果优秀得： (7-10] 分； 2 、拟提供产品选型较合理，安全可靠性较好，性价比较好，功能描述较齐全，产品性能、使用效果较好得： (4-7] 分； 3 、拟提供产品选型一般，安全可靠性基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得： (0-4] 分； 4 、未提供产品选型不得分。	10.0000	主观	投标方案说明

详细评审	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审： 1、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得(6-8]分； 2、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得(3-6]分； 3、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全性差，应急保障措施不全面得(0-3]分。 4、未提供实施方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明
	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审： 1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分； 2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分； 3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分； 4、未提供安装调试方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明
	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审： 1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分； 2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得(4-7]分； 3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。 4、未提供质量保障方案不得分。	10.0000	主观	投标方案说明

	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审： 1、方案详细、全面，内容明确清晰得(6-8]分； 2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(3-6]分； 3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-3]分； 4、未提供售后服务方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明
	业绩分	供应商需提供2021年1月1日以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计1分，最高计3分。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	3.0000	客观	投标方案说明 类似业绩一览表
	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供1项得1分。最高得3分。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	3.0000	客观	投标方案说明
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分 =（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包5:

评审因素	评审标准
分值构成	详细评审70.0000分 报价得分30.0000分

评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共 18 项，供应商若满足所有参数得满分 18 分，每有一项不满足则扣 1 分，最多扣 18 分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	18.0000	客观	投标方案说明 技术参数与性能指标 响应偏离表
	产品选型	根据本项目的产品选型进行评审： 1 、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能描述齐全，产品性能、使用效果优秀得： (7-10] 分； 2 、拟提供产品选型较合理，安全可靠性较好，性价比较好，功能描述较齐全，产品性能、使用效果较好得： (4-7] 分； 3 、拟提供产品选型一般，安全可靠性基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得： (0-4] 分； 4 、未提供产品选型不得分。	10.0000	主观	投标方案说明
	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审： 1 、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得 (6-8] 分； 2 、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得 (3-6] 分； 3 、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全性差，应急保障措施不全面得 (0-3] 分。 4 、未提供实施方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明

详细评审	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审： 1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分； 2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分； 3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分； 4、未提供安装调试方案不得分。	8.0000	主观	投标方案说明
	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审： 1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分； 2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得(4-7]分； 3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。 4、未提供质量保障方案不得分。	10.0000	主观	投标方案说明
	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审： 1、方案详细、全面，内容明确清晰得(7-10]分； 2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(4-7]分； 3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-4]分； 4、未提供售后服务方案不得分。	10.0000	主观	投标方案说明

	业绩分	供应商需提供 2021年1月1日 以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计 1分 ，最高计 4分 。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	4.0000	客观	投标方案说明 类似业绩一览表
	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供 1项 得 1分 。最高得 2分 。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	2.0000	客观	投标方案说明
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分 =（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定**1名**中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确

定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 一般资格审查证明材料

详见附件: 特殊资格审查证明材料

详见附件: 商务响应偏离表

详见附件: 技术参数与性能指标响应偏离表

详见附件: 投标方案说明

详见附件: 类似业绩一览表

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 一般资格审查证明材料

详见附件: 特殊资格审查证明材料

详见附件: 商务响应偏离表

详见附件: 技术参数与性能指标响应偏离表

详见附件: 投标方案说明

详见附件: 类似业绩一览表

采购包3:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：一般资格审查证明材料

详见附件：特殊资格审查证明材料

详见附件：商务响应偏离表

详见附件：技术参数与性能指标响应偏离表

详见附件：投标方案说明

详见附件：类似业绩一览表

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：一般资格审查证明材料

详见附件：特殊资格审查证明材料

详见附件：商务响应偏离表

详见附件：技术参数与性能指标响应偏离表

详见附件：投标方案说明

详见附件：类似业绩一览表

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：一般资格审查证明材料

详见附件：特殊资格审查证明材料

详见附件：商务响应偏离表

详见附件：技术参数与性能指标响应偏离表

详见附件：投标方案说明

详见附件：类似业绩一览表

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同.docx

